

	FUNDACIÓN SALUD		Código	
	HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		Versión	01
	PROCESO ADMINISTRATIVO		Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE				
REGISTRO DEL EQUIPO				
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER		
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A	
SERIE:	3A-14012	INVENTARIO (PLACA):		
UBICACIÓN DEL EQUIPO				
SERVICIO:	Cardiología			
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO				
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACION:	25/07/2019	
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734	
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:		
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio: 1-ago-19	Fin: 1-ago-20
				
<p><i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i></p>				
CLASE DE RIESGO		I	IIA	X
<p><i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i></p>				
INFORMACION DEL FABRICANTE				
FABRICANTE:	DM SOFTWARE	DISTRIBUIDOR:	GERMAR	
PAÍS:	CHINA	CIUDAD:	BOGOTA	
CIUDAD:		TELÉFONO:	3002691331	
TELÉFONO:		NÚMERO DE CONTRATO:		
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO
COMPRA	X	FIJO		PROPIO
COMODATO		MÓVIL	X	
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO
OTRO ¿CUÁL?				X
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN		
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	<p>FUNCION:</p> <p>El monitor Holter se utiliza para determinar cómo responde el corazón a la actividad normal. El monitor también se puede utilizar: Después de un ataque cardíaco. Para diagnosticar problemas con el ritmo cardíaco que pueden estar causando síntomas tales como palpitaciones o síncope (pérdida de conciencia/desmayos)</p>	
MANUAL TÉCNICO	X	NO		
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO		
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO	VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:
USO:	DIAGNOSTICO	CORRIENTE:		TEMPERATURA:
		AMPERAJE:		POTENCIA
<p><i>Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático</i></p>		<p><i>Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio</i></p>		
FUENTES DE ALIMENTACIÓN				
Electricidad		Gas Natural		Agua
Neumática		Otros: Baterías AAA		Vapor
				Aire
ACCESORIOS				
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	
FUNDA				
LATIGILLOS				
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN				
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?			¿REQUIERE CALIBRACIÓN?	
SI	x	NO	SI	NO
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO	ANUAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN	X
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:				
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:				
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN				
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones	Firma
10/01/2020	Preventivo	ARLEY CUBILLOS	Equipo operativo	Cristhian Ospina
3/08/2020	Preventivo	GERMAN ARCHILA	Equipo y software apto para su uso	Cristhian Ospina
29/10/2020	Calibración	TATIANA ROMERO	No. Certificación 30220	Daniela Ramirez
30/08/2021	Preventivo	CRISTHIAN OSPINA	Equipo y software apto para su uso	Angelica Vaca
23/11/2021	Calibración	JULIAN DIAZ	No. Certificación 31057	Cristhian Ospina
18/08/2022	Preventivo	CRISTHIAN OSPINA	Equipo y software apto para su uso	Angelica Vaca

25/01/2023	Calibración	CRISTIAN GUTIERREZ	No. Certificación 35491	Cristhian Ospina