

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIÓN E INTEGRATIVA <i>Excelencia con el alma</i>	FUNDACIÓN SALUD				Código	
	HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				Versión	01
	PROCESO ADMINISTRATIVO				Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE						
REGISTRO DEL EQUIPO						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOMBRE: GRABADORA HOLTER </div>  </div>						
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS		MODELO:	DMS300-3A		
SERIE:	3A-14018		INVENTARIO (PLACA):			
UBICACIÓN DEL EQUIPO						
SERVICIO:	Cardiología					
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO						
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019		FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019		
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019		REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734		
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:			
AÑO DE FABRICACIÓN:	2009		GARANTÍA:	Inicio: 1-ago-19 Fin: 1-ago-20		
<i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i>						
CLASE DE RIESGO			I	IIA	X	IIIB
<i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i>						
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE						
FABRICANTE:	DM SOFTWARE		DISTRIBUIDOR:	GERMAR		
PAÍS:	CHINA		CIUDAD:	BOGOTÁ		
CIUDAD:			TELÉFONO:	3002691331		
TELÉFONO:			NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO		
COMPRA	X	FIJO		PROPIO		
COMODATO		MÓVIL	X			
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO		
OTRO ¿CUÁL?						
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE			DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN			
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION:	El monitor Holter se utiliza para determinar cómo responde el corazón a la actividad normal. El monitor también se puede utilizar: Después de un ataque cardíaco. Para diagnosticar problemas con el ritmo cardíaco que pueden estar causando síntomas tales como palpitaciones o síncope (pérdida de conciencia/desmayos)		
MANUAL TÉCNICO	X	NO				
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin
			AMPERAJE:		POTENCIA	PESO:
					CAPACIDAD	
<i>Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático</i>			<i>Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio</i>			
FUENTES DE ALIMENTACIÓN						
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor
Neumática		Otros: Baterías AAA				Aire
ACCESORIOS						
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE	
FUNDA						
LATIGILLOS						
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?		
SI	X	NO		SI	NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:						
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:						
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones		Firma	
10/01/2020	Preventivo	Arley Cubillos	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
5/11/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para uso		Cristhian Ospina	
1/03/2021	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 32223		Daniela Ramirez	
10/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para uso		Angelica Vaca	

23/11/2021	Calibración	JULIAN DIAZ	No. Certificado 31022	Daniela Ramirez
18/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para uso	Angelica Vaca