

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA <i>Excelencia con el alma</i>		FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO		Código	
				Versión	01
				Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE					
REGISTRO DEL EQUIPO					
NOMBRE: GRABADORA HOLTER					
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A		
SERIE:	3A-14020	INVENTARIO (PLACA):			
UBICACIÓN DEL EQUIPO					
SERVICIO:	Cardiología				
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO					
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACION:	25/07/2019		
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734		
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACION DE IMPORTACIÓN:			
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin: 1-ago-20
Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos					
CLASE DE RIESGO		I	IIA	X	IIIB
Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.					
INFORMACION DEL FABRICANTE					
FABRICANTE:	DM SOFTWARE	DISTRIBUIDOR:	GERMAR		
PAÍS:	CHINA	CIUDAD:	BOGOTA		
CIUDAD:		TELÉFONO:	3002691331		
TELÉFONO:		NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO	
COMPRA	X	FIJO		PROPIO	
COMODATO		MÓVIL	X		
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO	X
OTRO ¿CUÁL?					
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN			
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION: Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar su ritmo cardíaco durante el período en el que usaste el monitor		
MANUAL TÉCNICO	X	NO			
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO			
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:
			AMPERAJE:		POTENCIA:
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumatico		Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio			
FUENTES DE ALIMENTACIÓN					
Electricidad		Gas Natural		Agua	
Neumatica		Otros: Baterías AAA		Vapor	Aire
ACCESORIOS					
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE
FUNDA					
LATIGILLOS					
CONEXIÓN USB					
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN					
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?			¿REQUIERE CALIBRACIÓN?		
SI	X	NO	SI	NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL	PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:					
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:					
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN					
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones	Firma	
9/01/2020	Preventivo	Arley Cubillos	Equipo operativo	Cristhian Ospina	
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso	Cristhian Ospina	
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30203	Daniela Ramirez	
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso	Angelica Vaca	
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31027	Cristhian Ospina	
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso	Angelica Vaca	
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31027	Cristhian Ospina	
18/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso	Angelica Vaca	
28/01/2023	Calibración	Cristhian Gutierrez	No. Certificado 35525	Cristhian Ospina	