

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIÓN E INTEGRATIVA <i>Excelencia con el alma</i>		FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO		Código		
				Versión	01	
				Fecha de Emisión	1/05/2019	
SEDE						
REGISTRO DEL EQUIPO						
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER				
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A			
SERIE:	3A-14022	INVENTARIO (PLACA):				
UBICACIÓN DEL EQUIPO						
SERVICIO:	Cardiología					
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO						
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019			
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734			
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:				
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin: 1-ago-20	
Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos						
CLASE DE RIESGO		I	IIA	X	IIB	III
Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.						
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE						
FABRICANTE:	DM SOFTWARE		DISTRIBUIDOR:	GERMAR		
PAÍS:	CHINA		CIUDAD:	BOGOTÁ		
CIUDAD:			TELÉFONO:	3002691331		
TELÉFONO:			NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO		
COMPRA	X	FIJO		PROPIO		
COMODATO		MÓVIL	X			
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO	X	
OTRO ¿CUÁL?						
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN				
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION: Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar su ritmo cardíaco durante el periodo en el que usaste el monitor			
MANUAL TÉCNICO	X	NO				
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin
			AMPERAJE		POTENCIA	PESO: 70gr
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático			Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio			
FUENTES DE ALIMENTACIÓN						
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor
Neumática		Otros: Baterías AAA	Aire			
ACCESORIOS						
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE	
FUNDA						
LATIGILLOS						
CONEXIÓN USB						
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?			¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	X	NO	SI	NO	X	
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL	PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN			
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:						
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:						
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones		Firma	
9/01/2020	Preventivo	ARLEY CUBILLOS	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso		Cristhian Ospina	
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30079		Daniela Ramirez	
