

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA <i>Excelencia con el alma</i>	FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO				Código	
					Versión	01
					Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE						
REGISTRO DEL EQUIPO						
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER				
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A			
SERIE:	3A-14028	INVENTARIO (PLACA):				
UBICACIÓN DEL EQUIPO						
SERVICIO:	Cardiología					
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO						
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019			
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734			
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:				
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin:	1-ago-20
<i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i>						
CLASE DE RIESGO		I		IIA	X	IIIB
<i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i>						
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE						
FABRICANTE:	DM SOFTWARE		DISTRIBUIDOR:			
PAÍS:	CHINA		CIUDAD:			
CUIDAD:			TELÉFONO:			
TELÉFONO:			NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO		
COMPRA	X	FIJO		PROPIO		
COMODATO		MÓVIL	X			
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO		
OTRO ¿CUÁL?				X		
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE			DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN			
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION:	Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el periodo en el que usaste el monitor		
MANUAL TÉCNICO	X	NO				
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin
			AMPERAJE		POTENCIA	PESO: 70 gr
						CAPACIDAD
<i>Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumatico</i>			<i>Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio</i>			
FUENTES DE ALIMENTACIÓN						
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor
Neumatica		Otros: Baterías AAA				Aire
ACCESORIOS						
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE	
FUNDA						
LATIGILLOS						
CONEXIÓN USB						
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?		
SI	X	NO		SI		NO
						X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:						
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:						
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones			Firma
10/01/2020	Preventivo	ARLEY CUBILLOS	Equipo operativo			Cristhian Ospina
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso			Cristhian Ospina
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30080			Daniela Ramirez
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso			Angelica Vaca
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31061			Cristhian Ospina
21/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso			Angelica Vaca
28/01/2023	Calibración	Cristian Gutierrez	No. Certificado 35515			Cristhian Ospina

--	--	--	--	--