

		FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO				Código Versión 01 Fecha de Emisión 1/05/2019	
SEDE							
REGISTRO DEL EQUIPO							
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER					
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A				
SERIE:	3A-14040	INVENTARIO (PLACA):					
UBICACIÓN DEL EQUIPO							
SERVICIO:	Cardiología						
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO							
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACION:	25/07/2019				
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734				
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACION DE IMPORTACIÓN:					
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin:	1-ago-20	
<p><i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i></p>							
CLASE DE RIESGO		I	IIA	X	IIB	III	
<p><i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i></p>							
INFORMACION DEL FABRICANTE							
FABRICANTE:	DM SOFTWARE			DISTRIBUIDOR: GERMAR			
PAÍS:	CHINA			CIUDAD: BOGOTA			
CIUDAD:				TELÉFONO: 3002691331			
TELÉFONO:				NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO			
COMPRA	X	FIJO		PROPIO			
COMODATO		MÓVIL	X				
DONACIÓN				CONTRATADO		X	
OTRO ¿CUÁL?		VIDA ÚTIL					
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN					
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION: Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el periodo en el que usaste el monitor				
MANUAL TÉCNICO	X	NO					
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO					
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:		
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin	PESO: 70gr
			AMPERAJE:		POTENCIA:	CAPACIDAD	
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumatico			Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio				
FUENTES DE ALIMENTACIÓN							
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor	Aire
Neumatica		Otros: Baterías AAA					
ACCESORIOS							
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE		
FUNDA							
LATIGILLOS							
CONEXIÓN USB							
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN							
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	x	NO		SI		NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN			
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:							
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:							
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN							
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones			Firma	
10/01/2020	Preventivo	Arley Cubillos	Equipo operativo			Cristhian Ospina	
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso			Cristhian Ospina	
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30065			Daniela Ramirez	
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso			Angelica Vaca	
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31040			Cristhian Ospina	
21/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso			Angelica Vaca	
25/01/2023	Calibración	Cristian Gutierrez	No. Certificado 35483			Cristhian Ospina	