Promedco

Ref: FP016
Versión 1
Pagina 1 de 2

Fecha: 28/02/2023	Cliente: Fundación Salud		NIT/C.C: 900748197-8
Ciudad: Bogotá	Dirección: Cra 14b # 1-45 SUR		
Servicio:	Teléfono:		
Equipo: Ecógrafo	Serie: CC1-95001145		
Marca: Mindray	Inventario:		
Modelo: M9	Versión SW actual: 04.04.00		

TRANSDUCTORES

MODELO: SP5-1s	SERIAL: 9SC94020124	MODELO:	SERIAL:
MODELO:	SERIAL:	MODELO:	SERIAL:

REVISION DEL EQUIPO

DESCRIPCION	Optimo	Deficiente	No aplica	Observaciones
1. Pruebas de funcionamiento en modo B.	✓			
2. Pruebas de funcionamiento en modo M.	✓			
3. Pruebas de funcionamiento en modo doppler pulsado.	✓			
4. Pruebas de funcionamiento en modo doppler color.	✓			
5. Pruebas de funcionamiento en modo CW.	✓			
6. Pruebas de funcionamiento en modo 3D.			✓	
7. Pruebas de funcionamiento en modo 4D.			✓	
8. Prueba de funcionamiento con batería.	✓			cargador con cinta aislante
9. Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil.			✓	
10. Condiciones físicas y funcionamiento de transductores.	✓			cabezal con rayones
11. Condiciones físicas y funcionamiento de panel de control	✓			
12. Condiciones físicas y funcionamiento de pantalla.	✓			carcasa con vaños rayores, carcasa quebrada cerca a las bisagras
14. Condiciones físicas y funcionamiento de impresión.			✓	
15. Condiciones físicas y funcionamiento de ruedas y frenos.	✓			
16. Condiciones físicas y funcionamiento de brazos mecánicos.			✓	
17. Condiciones físicas y funcionamiento del I/O Panel.			✓	
18. Conexión del equipo con UPS.			✓	
19. Revisión de accesorios.	✓			
20. Revisión conexión DICOM			✓	
21. Revisión unidad de DVD			✓	
22. Revisión de periféricos.			✓	

OBSERVACION:

Se realiza revisión inicial del ecógrafo. Se verifica el correcto funcionamiento de los transductores en todos sus modos de operación.
Se verifica el correcto funcionamiento de los latiguillos de ECG.

RECIBE	Cristhian J. Ospina Castillo	TECNICO	Juan Manuel Puentes Soyo
FIRMA		FIRMA	Juan Puentes
CARGO	Ing. Biomedico F.S	CARGO	Especialista de servicio

Promedco

Mantenimiento preventivo	Mantenimiento preventivo (G)	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento correctivo (G)	Instalación	Revisión
X					

TRABAJO REALIZADO

Descripción	CHECK	Observaciones
1. Verificación de voltajes en toma de corriente.	✓	
2. Ajuste y limpieza de contactos electrónicos.	✓	
3. Actualización de software.	✓	se actualiza el aplicativo doppler a la versión
4. Calibración de pantalla.	✓	
5. Condiciones físicas y funcionamiento de transductores.	✓	
6. Condiciones físicas y funcionamiento del teclado.	✓	
7. Condiciones físicas y funcionamiento de pantalla.	✓	
8. Condiciones físicas de pantalla táctil.	N/A	
9. Condiciones físicas y funcionamiento de impresión.	N/A	
10. Condiciones físicas y funcionamiento de ruedas y frenos.	✓	
11. Condiciones físicas y funcionamiento de brazos mecánicos.	N/A	
12. Limpieza de monitor y carcasas.	✓	
13. Autocomprobación del sistema.	✓	
14. Verificación de correcto funcionamiento en modos de trabajo.	✓	

Repuestos/Accesorios				Equipo operativo	Si	No
DESCRIPCION	INSTALADO	REQUERIDO	CANTIDAD		☒	☐

COMENTARIOS

- realiza mantenimiento preventivo al ecógrafo. Se verifica el correcto funcionamiento de los transductores en todos sus modos de operación. Se realiza limpieza de filtros, ventiladores internos y carcasas

RECOMENDACIONES

Recibe a satisfacción:	**Entrega:** Juan Manuel Puentes Sayo
Nombre: Anthuan J. Ospina Castillo	**Firma:** Juan Puentes
Firma:	
Cargo: Ing. Biomedico F.S	**Cargo:** Especialista de servicio técnico