
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
FORMATO FICHA TÉCNICA DE EQUIPO BIOMÉDICO

CÓDIGO: AP-RF-FT-013
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-06-06

Equipo	ECOGRAFO		
Marca	MINDRAY		
Modelo	M9		
Serie	7B-73001243		
Activo Fijo			
Sede	HOSPITAL SANTA CLARA		
UPSS	HOSPITAL SANTA CLARA		
Ubicación/Servicio	CONSULTORIO ECOCARDIOGRAFÍA		
Año de Fabricación	2014		
Registro Sanitario	2014DM-0012155		
Fabricante	MINDRAY		
Representante/distribuidor	PROMEDCO		
Telefono/Email	571- 4644004		
Tiempo de Garantia	1 AÑO		
Fecha de Compra	DD	MM	AAAA
Fecha de instalación	22	6	2019
Costo de adquisicion COP	$		

Registro fotográfico del Equipo Biomédico



TIPO DE BIEN

Compra directa	X	Comodato		Alquiler o Tecerizado		Donación		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 100-220 voltios	Corriente: 2A	Potencia: 400 VA	Presión: 700 HPA-1060 HPA	Peso: 5,8 APROX KG.
Capacidad: N/A	Temperatura: 10-40 °C	Frecuencia:	Volumen opera. :	Otros:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X	Gas Natural		Agua		Vapor		Aire	
Neumatica		Otros:_____							

CLASIFICACIÓN

POR RIESGO		POR USO		BIOMÉDICA		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
I		Médico	X	Diagnóstico		Eléctrico	X
IIA	X	Básico		Tratamiento		Neumático	
IIB		Apoyo		Rehabilitación		Electrónico	
III		Industrial		Prevención		Mecánico	
No aplica				Análisis de laboratorio		Electromecánico	
						Vapor	

SOPORTE TÉCNICO

	Periodicidad					Estado			
MTTO PREVENTIVO	Mensual	Trimestal	Cuatrimestral	Anual	Otro	Contratado	Garantía	Comodato/ Alquiler	Propio
				X			X		
METROLOGÍA	Mensual	Trimestal	Cuatrimestral	Anual	Otro	**Tipo de actividad**			
						Calibración		Calificación	

ACCESORIOS O COMPONENTES

Descripción	Modelo/Referencia	Serie/Consecutivo

MANUALES

Usuario	x	Partes y piezas		Planos hidráulicos		Planos neumáticos	
Tecnico	x	Planos eléctricos		Planos mecánicos		Ubicación	

Scanned by CamScanner