FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO	Código	
		Versión	01
		Fecha de Emisión	1/05/2019

SEDE

REGISTRO DEL EQUIPO

NOMBRE:	ELECTROARIOGRAFO		
MARCA:	CONTEC	**MODELO:**	EG 300G
SERIE:	19021100008	**INVENTARIO (PLACA):**	

UBICACIÓN DEL EQUIPO

SERVICIO:	Cardiología

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA:	26/09/2019	**FECHA DE INSTALACION:**	26/09/2019
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	26/09/2019	**REGISTRO INVIMA:**	2013DM-0009609
COSTO DEL EQUIPO:	$ 3.300.000	**DECLARACION DE IMPORTACIÓN:**	
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	**GARANTÍA:**	**Inicio:** 26-sep-19 **Fin:** 26-sep-20

Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos

CLASE DE RIESGO	I		IIA	X	IIB		III	

Clase de Riesgo. *Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.*

INFORMACION DEL FABRICANTE

FABRICANTE:	CONTEC MEDICAL SYSTEM CO	**DISTRIBUIDOR:**	GERMAR
PAÍS:	CHINA	**CIUDAD:**	BOGOTA
CIUDAD:	Qinhuangdao	**TELÉFONO:**	3002691331
TELÉFONO:		**NÚMERO DE CONTRATO:**	

TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO	
COMPRA	X	FIJO		PROPIO	
COMODATO		MÓVIL	x		
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO	X
OTRO ¿CUÁL?					

INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO
MANUAL TÉCNICO	X	NO
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO

DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN

FUNCION: Un EKG con 12 derivaciones permite visualizar la actividad eléctrica del corazón desde las siguientes perspectivas: Plano frontal: Derivaciones de las extremidades estándar: I, II y III. Derivaciones aumentadas de las extremidades: aVR, aVL y aVF.

TECNOLOGIA:	Eléctrico	**VOLTAJE:**	115 ó 220 V	**FRECUENCIA:**	60 Hz		
USO:	MEDICO	**CORRIENTE:**	14.8 V	**TEMPERATURA:**		**PESO:**	2,25 kg
		AMPERAJE		**POTENCIA**	3700 mAh	**CAPACIDAD**	

Tecnología: *Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumatico*

Uso: *Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio*

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	x	Gas Natural		Agua		Vapor		Aire	
Neumatica		Otros:_____							

ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN

¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	x	NO		SI		NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		SEMESTRAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN			

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:

REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:

MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN

Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones	Firma
9/01/2020	Preventivo	Arley cubillos	Equipo operativo	Cristhian Ospina
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso	Cristhian Ospina
30/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30099	Daniela Ramirez
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso	Angelica Vaca
17/11/2022	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 32947	Cristhian Ospina
16/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso	Angelica Vaca
25/01/2023	Calibración	Cristian Gutierrez	No. Certificado 35492	Cristhian Ospina