Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X__ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
3	SECA	874	8741321009	Instalacion de la oficina de la unidad de servicios de 1000 dias - Barrancominas	Lina Martínez Hincapié

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	8/03/2021	ADECUADO

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase		27/06/2023
Carga mínima (Min)	2 KG	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0,1 KG			Lina Martínez Hincapié
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON La calibracion del equipo se realiza de manera convencional con 4 productos que poseen un peso de 500 g cada uno, ya que no se dispone con el quipo patron para verificacion en la zona de ejecucion de la modalidad.		
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01 KG			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	2	0
2	2	0
3	2	0
4	2	0
5	2	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	2	0,05
2	2	0
3	2	0
4	2	0
5	2	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	0,5	0
2	1	0
3	1,5	0
4	2	0
5	2,5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido