copia.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN : 3
		PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 076-2022		
Nombre del contratista:	IMCOLMEDICA S.A.	Fecha Contrato d/m/a	03/08/2022
		NIT/ N° Identificación	860.070.078-3
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	172	21/01/2022	31714	28/07/2022	$ 18.903.300
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total	$ 18.903.300

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	CUATRO (4) MESES
Inicio *	03/08/2022
Otrosí prórroga No.	
Otrosí prórroga No.	
Terminación *	02/12/2022

* Indicar en dd/mm/aaaa

Mecm
Dic 30/22

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	FVT610815	$ 15.885.126,00	$ 3.018.173,93	$ 18.903.300	$ 18.903.300	$ 0	Ingreso al almacén número: 41445 del 27/12/2022, de BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA CON INFANTOMETRO (4 unidades), CAMILLA FIJA DE EXAMEN (21 unidades), SIERRA CORTA YESOS (1 unidad), a la USS CAPS Suba - SUBA. PAGO SEGÚN CONVENIO 0860 DE 2019.
Valor total ejecutado					$ 18.903.300	$ 18.903.300	$ 0	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y área:	INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de las facturas o cuentas de cobro número: FVT610815.
Pago según convenio 0860 de 2019.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	100%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	100%

Firma del Supervisor del Contrato

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0041445

Señores: IMCOLMEDICA S.A.
NIT/C.C.: 860070078
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 610815
Fecha: 2022/12/27
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2022/12/01
Fec. Rad. Factura 2022/12/27
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
EQM441	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA CON INFANTOMETRO	UN	4.00	1,200,273.11	0.00	912,207.56	5,713,300.00
EQM442	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN	UN	21.00	327,731.09	0.00	1,307,647.05	8,189,999.94
EQM443	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS	UN	1.00	4,201,680.67	0.00	798,319.33	5,000,000.00
					0.00	3,018,173.94	18,903,299.94

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
163502000001	Ambas	Internacional	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18,903,299.94	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	18,275,202.06	0.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	452,726.09	3,018,173.94
243627000004	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,1104%	0.00	175,371.79	15,885,126.00
			TOTAL INTERNACIONAL	18,903,299.94	18,903,299.94	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: EQM441 - CINTADE MEDICIONSEIS BATERIAS,CON INFANTOMETRO
CON COLCHONETAS PARA PESA BEBE.
EQM442 - CAMILLA CON ESCARELILLA DE ODS PASOS REK56
EQM443 - HOJA DE SIERRA CIRCULAR 50MM.1 HOJA DE SIERRA CIRCU
DE65MM,LLAVES PARA BOCA PARA EL CAMBIO.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/12/27 Hora: 12:36:54 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2022/12 - civmov 13.1.8

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS

IMCOLMEDICA S.A
NIT: 860070078-3
Dirección: Calle 36 # 15 - 42
Teléfono: 2889858
E-mail: Info@imcolmedica.com.co
Ciudad: Bogotá, D.c.
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVT610815
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764036516746
Vigencia desde 21-09-2022 hasta 21-09-2023 DEL
No. FVT605001 A FVT640000

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	Fecha de Emisión:	01-12-2022 11:46:00-05:00
NIT / C.C.:	900971006 4	Fecha de Validación:	01-12-2022 11:47:02-05:00
Dirección	CR 6 A 119 B 14 BOGOTA COLOMBIA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	6191220	Fecha de Vencimiento:	01-03-2023
E-mail:	facturas.almasubnorte@imcolmedica.com	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:	Bogotá	Periódo de Facturación:	21-09-2022 - 21-09-2023
		Nro. Orden Compra:	CONTRATO No. BYS 076-2022
		Nro. Doc. Despacho:	245016
Cufe:	61e5442e363ea7359c1a263ef9846cbe0981bfa9a5955b03e4ca6a40f0434eccf02f52141c93757451c5ce4f5074d751		

DETALLES

01001039	BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO	4.00	94	1,200,273.11	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	912,207.56	4,801,092.44
06600272	DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17 -2	21.00	94	327,731.09	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	1,307,647.05	6,882,352.89
02203090	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS	1.00	94	4,201,680.67	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	798,319.32	4,201,680.67

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Cargo	Recargo	0.1	100.00%	0.1

ANTICIPOS

Total Valor Bruto	15,885,126.00
Total Base Imponible	15,885,126.00
Total de Impuestos	3,018,173.93
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.1
Total Anticipos	0.00
Valor Total a Pagar (COP)	18,903,300.00

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100.-, COP

Los códigos que cuentan con el indicador IVAGD417 corresponden a Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Autorretenedores (Renta) según Resolucion de Minhacienda No. 487 de 28 de abril de 1987 IVA Régimen Común Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal 4659 Agentes Retenedores de Impuestos a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio.

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL INTERES MAS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARA EL COBRO POR LA VIA LEGAL PERTINENTE. 2. DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULOS621Y S.S. 671Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibido: 01/12/2022

	FORMATO ÚNICO DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, CONSUMO CONTROLADO Y DEVOLUTIVOS - ALMACÉN	CÓDIGO: AP-AT-F-27-02
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/10/2019

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA S.A NIT 860070078-3

FORMA DE ADQUISICIÓN: CONTRATO [X] No. BYS 076-2022 CONVENIO [ ] DONACIÓN [ ] OTRO CUAL _____

DOCUMENTO DE INGRESO: FACTURA No. FVT610815 ACTA _____ OTRO FECHA 01/12/2022

ITEM	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ACCESORIOS	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TECNICAS	
							SI	NO
1	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039583	4	cinta de medicion, seis baterias + adaptador, con infantometro, con colchonetas para pesa bebe	X	
2	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039567				
3	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039566				
4	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039562				
5	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	21	con escalerillas de dos pasos referencia k-58	X	
6	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
7	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
8	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
9	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
10	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
11	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
12	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
13	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
14	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
15	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
16	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
17	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
18	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
19	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
20	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
21	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
22	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
23	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
24	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
25	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
26	SIERRA CORTA YESOS	DIMEDA	ELECTRONIC POWER	29334	1	1 hoja de sierra circular 50mm, 1 hoja de sierra circular 65mm, llaves para boca para el cambio	X	

OBSERVACIONES: Se reciben equipos a satisfaccion con su documentación

REVISIÓN TÉCNICA

NOMBRE: Stefania Marin

DEPENDENCIA: Ing. Biomedica

CARGO O PERFIL:

CÉDULA: 1020762377

ALMACÉN QUE RECIBE

NOMBRE: Fabian Garay

ALMACÉN: aux.

CARGO O PERFIL:

CÉDULA: 79795...

Edgar M. Arguello M.

CERTIFICACIÓNDEPAGOSDESEGURIDAD SOCIAL YAPORTESPARAFISCALES

Yo, **EDGAR MILCIADES ARGUELLO MESA,** identificado con c.c. 79.130.113 de Bogotá portador de la TP Numero 72645-T, en calidad de **Revisor Fiscal de la sociedad IMCOLMEDICA S. A. NIT. 860.070.078-3**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO, que he verificado el pago por concepto de aportes a los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, encontrándose a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de diciembre de 2022.

Dada en Bogotá al primer (01) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

EDGAR MILCIADES ARGUELLO MESA
REVISOR FISCAL
C.C.79.130.113
T.P.72645-T

Carrera 69 DNo. 24 15 Int.33 Apto 201tel.2958300 Bogotá
Cel. 3123361285 e-mail edgarguellom@hotmail.com

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 7
		PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 06/04/2021

N° DE ACTA: ING20221201-1	**FECHA:** 01/12/2022
REUNIÓN: RECEPCIÒN DE EQUIPOS PARA CAPS SUBA BAJO CONTRATO BYS 076-2022 IMCOLMEDICA	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
LYDA SARMIENTO	ALMACEN	SUBRED NORTE - SUBA
STEFANIA MORALES	ING BIOMEDICA	SUBRED NORTE - SUBA

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Inicio de la reunión
2. Actividades realizadas

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI _____	NO _____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se reúnen en Suba personal de ingeniería biomédica y almacén de la Subred norte para realizar recepción de los equipos adquiridos bajo contrato con EGAT y empresa IMCOLMEDICA de los siguientes elementos:

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
1	PESA BEBE INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039583
2	PESA BEBE INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039567
3	PESA BEBE INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039566
4	PESA BEBE INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039582
5	(21) DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA
6	SIERRA CORTA YESOS	DIMEDA	ELECTRONIC POWER	29334

Se reciben los equipos con sus accesorios, en la Sede Caps Suba.

2. Se recibe documentación de los equipos descrita y solicitada según EGAT


DECLARACION DE IMPORTACION O CARTA FABRICACION NACIONAL
REGISTRO INVIMA, O CERTIF NO REQUIERE
CERTIFICADO CCAA O CARTA NO REQUIERE
CERTIFICADO FDA O CE (SI APLICA)
CARTA DE GARANTIA
GUIA DE MANEJO BASICO EN FORMATO SUBRED
GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
MANUAL DE SERVICIO EN ESPAÑOL O CARTA NO CUENTA CON MANUAL SERVICIO
MANUAL DE DE USUARIO EN ESPAÑOL
CRONOGRAMA DE MTTO PREVENTIVO Y DE CALIBRACION
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
REGISTRO DE CAPACITACION
PROTOCOLO O GUIA DE MTTO PREVENTIVO
FORMATO DE HOJA DE VIDA FORMATO SUBRED NORTE
REPORTE DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
CERTIFICADO DE NO ALERTAS SANITARIAS
CERTIFICADO DE VIDA UTIL DEL EQUIPO
CERTIFICADO DE CALIBRACION O CALIFICACION O CERTIFICADO NO REQUIERE
CARTA DE REPUESTOS HABILES HASTA POR 5 CINCOS (SI APLICA)

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
		DD/MM/AAAA

DECISIONES / CONCLUSIONES

Tiempo de garantía empieza a ser válido desde la puesta en marcha de los equipos.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
LYDA SARMIENTO		ALMACEN.SUBA@SUBREDNORTE.GOV.CO
STEFANIA MORALES		BIOMEDICA02@SUBREDNORTE.GOV.CO

	FORMATO ÚNICO DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, CONSUMO CONTROLADO Y DEVOLUTIVOS - ALMACÉN	CÓDIGO: AP-AT-F-27-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/10/2019

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA S.A NIT 860070078-3

FORMA DE ADQUISICIÓN: CONTRATO [X] No. BYS 076-2022 CONVENIO [ ] DONACIÓN [ ] OTRO CUAL

DOCUMENTO DE INGRESO: FACTURA No. FVT610815 ACTA OTRO FECHA 01/12/2022

ÍTEM	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ACCESORIOS	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS	
							SI	NO
1	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039583	4	cinta de medicion, seis baterias + adaptador, con infantometro, con colchonetas para pesa bebe	X	
2	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039567				
3	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039566				
4	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	HEALTH O METER	553KL	5530039582				
5	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	21	con escalerillas de dos pasos referencia k-56	X	
6	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
7	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
8	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
9	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
10	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
11	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
12	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
13	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
14	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
15	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
16	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
17	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
18	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
19	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
20	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
21	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
22	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
23	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
24	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
25	DIVAN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA				
26	SIERRA CORTA YESOS	DIMEDA	ELECTRONIC POWER	29334	1	1 hoja de sierra circular 50mm, 1 hoja de sierra circular 65mm, llaves para boca para el cambio	X	

OBSERVACIONES: Se reciben equipos a satisfaccion con su documentación

REVISIÓN TÉCNICA

NOMBRE: Stefania Mantilla

DEPENDENCIA:

CARGO O PERFIL: Ing. Biomedica

CÉDULA: 1.020.762.057

ALMACÉN QUE RECIBE

NOMBRE: Fabian Garay

ALMACÉN: Alux.

CARGO O PERFIL:

CÉDULA: 79.985.211

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	PESA BEBE
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553 KL
SERIE:	5530039566
ACTIVO:	91671
REGISTRO SANITARIO:	2013DM-0010061
VIDA UTIL	5 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		1	
FIJO	-	MOVIL	X

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	120
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	10-40°C
PESO (Kg):	6 KG
HUMEDAD (%):	10-90%

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	IMCOLMEDICA S.A
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	PELSTAR LLC
PAIS:	ESTADOS UNIDOS

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	X

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	1/12/2022
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2025

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	X
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
VAPOR:	-	GASES MEDI:	-


9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	X

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	X
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANALISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



12. FUNCIÓN

EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA LA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL EN PACIENTES PEDIATRICOS O NEONATALES, CON PESOS EN GRAMOS O LIBRAS, SEGÚN LOS DIFERENTES MODELOS PUEDEN INCLUIR TALLIMETRO O IMC.

13. ACCESORIOS

CINTA DE MEDICIÓN, ADAPTADOR ADPT30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	X
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	IMCOLMEDICA
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	X
ANUAL	-
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	X
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQU[illegible]EDICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	VERSION : 4
		PAGINA : 1 DE 2
		FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	PESA BEBE
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553 KL
SERIE:	5530039582
ACTIVO:	91672
REGISTRO SANITARIO:	2013DM-0010061
VIDA UTIL	5 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		1	
FIJO	-	MOVIL	X

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	120
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	10-40°C
PESO (Kg):	6 KG
HUMEDAD (%):	10-90%

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	IMCOLMEDICA S.A
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	PELSTAR LLC
PAIS:	ESTADOS UNIDOS


6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	X

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	1/12/2022
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2025

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	X
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
VAPOR:	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	X

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	X
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO


12. FUNCIÓN
EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA LA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL EN PACIENTES PEDIATRICOS O NEONATALES, CON PESOS EN GRAMOS O LIBRAS, SEGÚN LOS DIFERENTES MODELOS PUEDEN INCLUIR TALLIMETRO O IMC.

13. ACCESORIOS
CINTA DE MEDICIÓN, ADAPTADOR ADPT30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	IMCOLMEDICA
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	X
ANUAL	-
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	X
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04 VERSION : 4 PAGINA : 1 DE 2 FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	PESA BEBE
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553 KL
SERIE:	5530039583
ACTIVO:	91673
REGISTRO SANITARIO:	2013DM-0010061
VIDA UTIL	5 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTORIO 102	
PISO:		1	
FIJO	-	MOVIL	X

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	120
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	10-40°C
PESO (Kg):	6 KG
HUMEDAD (%):	10-90%

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	IMCOLMEDICA S.A
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	PELSTAR LLC
PAIS:	ESTADOS UNIDOS


6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	X

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	1/12/2022
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2025

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	X
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
VAPOR:	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	X

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	X
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO


12. FUNCIÓN
EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA LA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL EN PACIENTES PEDIATRICOS O NEONATALES, CON PESOS EN GRAMOS O LIBRAS, SEGÚN LOS DIFERENTES MODELOS PUEDEN INCLUIR TALLIMETRO O IMC.

13. ACCESORIOS
CINTA DE MEDICIÓN, ADAPTADOR ADPT30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	IMCOLMEDICA
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	X
ANUAL	-
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	X
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	PESA BEBE
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553 KL
SERIE:	5530039567
ACTIVO:	91674
REGISTRO SANITARIO:	2013DM-0010061
VIDA UTIL	5 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		1	
FIJO	-	MOVIL	X

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	120
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	10-40°C
PESO (Kg):	6 KG
HUMEDAD (%):	10-90%

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	IMCOLMEDICA S.A
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	PELSTAR LLC
PAIS:	ESTADOS UNIDOS

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	X

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	1/12/2022
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2025

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	X
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
VAPOR:	-	GASES MEDI:	-


9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	X

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	X
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



12. FUNCIÓN

EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA LA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL EN PACIENTES PEDIATRICOS O NEONATALES, CON PESOS EN GRAMOS O LIBRAS, SEGÚN LOS DIFERENTES MODELOS PUEDEN INCLUIR TALLIMETRO O IMC.

13. ACCESORIOS

CINTA DE MEDICIÓN, ADAPTADOR ADPT30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

8. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	X
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	IMCOLMEDICA
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	X
ANUAL	-
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	X
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91679
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91680
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91682
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04
		VERSION : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91683
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91684
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91685
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S.
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91686
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91687
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91688
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		3	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91689
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91690
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04 VERSION : 4 PAGINA : 1 DE 2 FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91691
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91692
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04
		VERSION : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91693
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO: AP-AT-F-06-04
VERSION : 4
PAGINA : 1 DE 2
FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91694
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO: AP-AT-F-06-04
VERSION : 4
PAGINA : 1 DE 2
FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91695
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91696
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		1	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04 VERSION : 4 PAGINA : 1 DE 2 FECHA: 27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91697
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN			
U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN	
COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO	
MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO	
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION			
AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES	
USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO	
PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO	
CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Sa...
Norte E.S.E.

HOJA D...A DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91698
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91699
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S
Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO:	AP-AT-F-06-04
VERSION :	4
PAGINA :	1 DE 2
FECHA:	27/09/2022

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	DIVAN
MARCA:	MB
MODELO:	MB-17-2
SERIE:	NO REGISTRA
ACTIVO:	91700
REGISTRO SANITARIO:	CONSULTA EXTERNA
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		2	
FIJO	X	MOVIL	-

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	-
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	-
TEMPERATURA (°C):	-
PESO (Kg):	200 Kg
HUMEDAD (%):	-

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	INCOLMEDICA
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	INCOLMEDICA
PAIS:	COLOMBIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	x

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	7/3/2023
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2023
FECHA FINAL GARANTÍA	7/3/2024

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	-
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
	-	GASES MEDI:	-

9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	-

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	-
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO EMPLEADO COMO SUPERFICIE PARA EVALUACION Y EXAMEN DEL PACIENTE

NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	-
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	INCOLMEDICAL
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	-
ANUAL	X
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO MÉDICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

CODIGO: AP-AT-F-06-04	
VERSION : 4	
PAGINA : 1 DE 2	
FECHA: 27/09/2022	

A. DESCRIPCIONES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:	SIERA DE YESOS
MARCA:	DIMEDA
MODELO:	30.200.10
SERIE:	29334
ACTIVO:	87927
REGISTRO SANITARIO:	2015DM-0012991
VIDA UTIL	10 AÑOS

2. UBICACIÓN

U.S.S. :		SUBA	
SERVICIO:		CONSULTA EXTERNA	
PISO:		1	
FIJO	-	MOVIL	X

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE (V):	120
CORRIENTE (A):	-
POTENCIA (W):	500W
TEMPERATURA (°C):	10-40°C
PESO (Kg):	2KG
HUMEDAD (%):	10-90%

4. FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA :	X
DONACIÓN:	-
COMODATO:	-
ALQUILER:	-

5. DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:	IMCOLMEDICA S.A
TELÉFONO:	2871811
FABRICANTE:	DIMEDA INSTRUMENTE GMBH
PAIS:	ALEMANIA

6. RIESGO

MUY ALTO (III)	-
ALTO (IIB)	-
MEDIO (IIA)	-
BAJO (I)	X

7. REGISTRO HISTORICO

FECHA DE ADQUISICIÓN	1/12/2022
FECHA DE INSTALACIÓN	7/3/2023
FECHA INICIO GARANTÍA	7/3/2022
FECHA FINAL GARANTÍA	3/5/2022

8. FUENTES DE ALIMENTACION

AGUA:	-	ELECTRICIDAD:	X
AIRE:	-	ENERGIA SOLAR:	-
VAPOR:	-	GASES MEDI:	-


9. MANUALES

USUARIO	X
TECNICO	X

10. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

APOYO DIAGNÓSTICO:	-
TTO Y MTTO DE LA VIDA:	X
ANÁLISIS DE LABORATORIO:	-
REHABILITACIÓN:	-
PREVENCIÓN:	-

11. FOTO



12. FUNCIÓN

EQUIPO USADO PARA CORTAR Y RETIRAR LOS VENDAJES DE YESO, CON CONTROL ELECTRONICO DEL MOTOR, DE ARRANQUE SUAVE, QUE REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES Y PROTEGE LOS COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS DEL EQUIPO.

13. ACCESORIOS

HOJAS DE CIERRA CIRCULAR , CABLE AC

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NINGUNA

B. REGISTRO DE MANTENIMIENTO / ASEGURAMIENTO METROLOGICO

1. TIPO DE MANTENIMIENTO

PROPIO:	-
CONTRATADO:	X
COMODATO	-
ALQUILER	-

2. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

EMPRESA :	IMCOLMEDICA
PERSONA DE CONTACTO:	SERVICIO TECNICO
TELEFONO:	2871811
CORREO ELECTRONICO :	SERVICIO.TECNICO2@IMCOLMEDICA.COM.CO

3. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIMESTRAL:	-
SEMESTRAL:	X
ANUAL	-
OTRO	-

4. ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CALIBRACION	-
VALIDACION	-
CALIFICACION	-
ESTUDIO RADIOFISICO	-

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	HOJA DE VIDA EQUIPO MÉDICO	CODIGO: AP-AT-F-06-04
		VERSION : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA: 27/09/2022

EQUIPO: SIERA DE YESOS MARCA: DIMEDA SERIE: 29334 No. ACTIVO 87927

UBICACIÓN ESPECIFICA			TIPO DE MANTENIMIENTO									
No.	U.S.S.	SERVICIO	INSTALACION	PREVENTIVO	DIGNOSTICO	CORRECTIVO	ASEGURAMIENTO METROLOGICO	OTRO	FECHA	No. REPORTE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032022000422401-8**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	JAVIER RAMIREZ RIAÑO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193834839	2022 - 03 - 25	No. 170926	2022 - 03 - 18

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PELSTAR LLC - MG		

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
2870127	2022 - 02 - 08	249	4	169	11	TAMPA CARGO S.A.S.	

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1I220901 DECLARACION(1-2) (PEDIDO P-8819 IMP 220021) APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR PERSONAS, INCLUIDOS LOS PESABEBES;Y BA LANZAS DOMESTICAS. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010061, VIGENCIA: 17/07/2023, EXPEDIENTE: 20063493, RIESGO I. USO: DETERMIN ACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMP LIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS,NINOS Y PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTE S HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE MERCANCIA NUEVA AÑO 2021/2022.. PRODUCTO: BALANZAS MECANICAS DE PISO (MECHA NICAL FLOOR SCALES), MARCA: HEALTH O METER - PELSTAR, MODELO: 160KG, REFERENCIA: 160 KG, USO ODESTINO: HOSP(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032022000422401 133. Feha: 2022 03 29

134. Levante No. 032022000395354	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2022 - 03 - 30		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100302981671 5**

Fecha de Impresión: 2022-03-30 11:25:41

20220819231986

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032022000422401-8**
Subpartida : **8423100000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialesy otros)

ITALARIO, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: 160KG, SENSIBILIDAD AL PESO: 1KG, SERIAL: 1600022402, 1600022401, 1600022491, 1600022492, 1600022477, 1600022478, 1600022482, 1600022481, 1600023240, 1600023239, 1600022463, 1600022464, 1600022460, 1600022459, 1600022480, 1600022479, 1600022494, 1600022493, 1600022453, 1600022454, 1600022471, 1600022472, 1600022500, 1600022499, 1600022435, 1600022436, 1600022465, 1600022466, 1600022461, 1600022462, 1600022497, 1600022498, 1600022476, 1600022475, 1600022450, 1600022449, 1600022456, 1600022455, 1600022443, 1600022444, 1600022452, 1600022451, 1600022447, 1600022448, 1600022469, 1600022470, 1600022458, 1600022457, 1600022467, 1600022468, 1600023399, 1600022400, 1600022429, 1600022430, 1600022414, 1600022413, 1600022440, 1600022439, 1600022474, 1600022473, 1600022428, 1600022427, 1600022411, 1600022412, 1600022484, 1600022483, 1600022489, 1600022490, 1600022495, 1600022496, 1600022419, 1600022420, 1600022416, 1600022415, 1600022487, 1600022488, 1600022434, 1600022433, 1600022398, 1600022397, 1600022395, 1600022396, 1600022403, 1600022404, 1600022421, 1600022422, 1600022406, 1600022405, 1600022408, 1600022407, 1600022426, 1600022425, 1600022393, 1600022394, 1600022424, 1600022423, 1600022418, 1600022417, 1600022409, 1600022410, LOT/ 200162; PRESENTACION COMERCIAL: CAJA X2 UNDS CANT (50) CAJA (ITEM 1). PRODUCTO: BALANZA MECANICA DE PISO, MARCA: HEALTH O METER - PELSTAR, MODELO: 160 KL, REFERENCIA: 160 KL, USO O DESTINO: HOSPITALARIO, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECAR, CAPACIDAD: 180KG, SENSIBILIDAD AL PESO: 1KG, SERIAL: 1610051617, 1610051618, 1610051640, 1610051639, 1610051627, 1610051628, 1610052170, 1610052169, 1610051626, 1610051625, 1610052202, 1610052201, 1610051661, 1610051662, 1610052213, 1610052214, 1610051647, 1610051648, 1610051616, 1610051615, 1610052404, 1610052403, 1610052315, 1610052316, 1610052446, 1610052445, 1610052390, 1610052389, 1610052421, 1610052422, 1610052410, 1610052409, 1610052046, 1610052045, 1610052431, 1610052432, 1610052417, 1610052418, 1610052411, 1610052412, 1610052414, 1610052413, 1610052419, 1610052420, 1610052397, 1610052398, 1610052399, 1610052400, 1610052407, 1610052408, 1610052381, 1610052382, 1610052392, 1610052391, 1610052393, 1610052394, 1610052385, 1610052386, 1610052406, 1610052405, 1610052384, 1610052383, 1610052396, 1610052395, 1610052416, 1610052415, 1610052401, 1610052402, 1610052388, 1610052387, LOT/ 210004; PRESENTACION COMERCIAL: CAJAS X2 UNDS CANT (35) CAJA (ITEM 2). PRODUCTO: BALANZA MECANICA TIPO BARRA, MARCA: HEALTH O METER - PELSTAR, MODELO: 450KL, REFERENCIA: 450KL, USO O DESTINO: HOSPITALARIO, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: 200KG, SENSIBILIDAD AL PESO: 100 G, SERIAL: 450312100473W, 450312100524W, 450312100475W, 450312100229W, 450312100519W, 450312100225W, 450312100287W, 450312100227W, 450312100284W, 450312100251W, 450312100490W, 450312100424W, 450312100517W, 450312100328W, 450312100289W, LOT/ P2WX450KL001-425 CANT (15) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 3). PRODUCTO: BALANZA PEDIATRICA DIGITAL, MARCA: HEALTH O METER - PELSTAR, MODELO: 553KL, REFERENCIA: 553KL, USO O DESTINO: DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC), CAPACIDAD: 20KG, SENSIBILIDAD AL PESO: 10G, SERIAL: 5530040150, 5530041201, 5530040416, 5530040450, 5530040401, 5530040404, 5530040704, 5530040439, 5530040503, 5530040444, 5530040435, 5530040430, 5530040440, 5530040434, 5530040443, 5530040427, 5530040417, 5530040433, 5530040449, 5530040431, 5530040429, 5530040559, 5530040436, 5530040505, 5530040506, 5530039899, 5530040424, 5530040428, 5530040437, 5530040502, 5530039352, 5530039608, 5530039564, 5530039306, 5530039602, 5530039583, 5530039578, 5530039453, 5530039579, 5530039592, 5530039591, 5530039567, 5530039601, 5530039561, 5530039881, 5530039882, 5530039609, 5530039568, 5530039582, 5530039581, 5530039572, 5530039571, 5530039580, 5530039590, 5530039891, 5530039350, 5530039347, 5530039566, 5530039575, 5530039593, LOT/ 210047 CANT (60) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 4). PRODUCTO: BALANZAS DIGITALES DE PISO (DIGITAL FLOOR SCALES), MARCA: HEALTH O METER - PELSTAR, MODELO: 844KL, REFERENCIA: 844KL, USO O DESTINO: HOSPITALARIO, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: 440 LB, SENSIBILIDAD AL PESO: 0.1 LB, SERIAL: 8440124270, 8440124269, 8440124275, 8440124276, 8440124258, 8440124257, 8440124272, 8440124271, 8440123317, 8440123318, 8440124274, 8440124273, 8440123321, 8440123322, 8440123301, 8440123302, 8440123309, 8440123310, 8440123363, 8440123364, 8440123370, 8440123369, 8440123274, 8440123273, 8440124256, 8440124255, 8440123314, 8440123313, 8440124286, 8440124285, 8440124288, 8440124287, 8440124244, 8440124243, 8440124229, 8440124230, 8440124233, 8440124234, 8440123417, 8440123418, 8440124251, 8440124252, 8440124292, 8440124291, 8440124284, 8440124283, 8440124236, 8440124235, 8440124278, 8440124277, 8440124227, 8440124228, 8440124231, 8440124232, 8440124253, 8440124254, 8440124245, 8440124246, 8440123315, 8440123316, 8440124267, 8440124268, LOT/ 200197; PRESENTACION COMERCIAL: CAJA X2 UNDS CANT (31) CAJA (ITEM 5).XXXX

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., Noviembre 15 de 2022

Señores:

A QUIEN INTERESE

ASUNTO: NO APLICA DECLARACION DE IMPORTACION

Nos permitimos informar lo siguiente: que los productos MARCA MB, son productos fabricados dentro del territorio nacional, por lo cual NO es un producto que sea adquirido fuera del país y no aplica la declaración de importación.

Agradecemos su atención y comprensión sobre la novedad presentada bajo los argumentos expuestos para de esta forma evitar reprocesos.

JOHNNY FORERO HERNANDEZ
Coordinador de Calidad
calidad@imcolmedica.co
m.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032022001181995-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S A NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79571680	OSORIO PEÑA JUAN PABLO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193928151	2022 - 08 - 24	No. STR02075442	2022 - 08 - 04

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018901000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	023	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1I222463 DECLARACION(2-4) (PEDIDO IMP 220112) INSTRUMENTOS YAPARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ELECTROMEDICOS. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2015DM-0012991, VIGENCIA: 2025/05/14, EXPEDIENTE:20092132, RIESGO I. MERCANCIA NUEVA AÑO 2022. PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: 29332, 00475276 / DIMEDA-ELECTRONIC POWER 120V 60Hz 500W 3500-24000 OSCILACIONES CON ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA SU FUNCIONAMIENTO _ PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) UNIDADES OARTICULOS (ITEM 12). PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30.200.10, USO O D(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 032022000049600 Inició: 2022-08-25 14:48:32 Finalizó: 2022-08-26 15:35:00	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032022001181995 133. Feha: 2022 08 24

134. Levante No. 032022001092821	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre JOSE DE JESUS ORTIZ ORTIZ 137. C.C. No. 80,429,125
	2022 - 08 - 26		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** **0** 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100303157940 1**

Fecha de Impresión: 2022-08-31 12:05:05

20220126564518

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032022001181995-9**
Subpartida : **9018901000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: 29339., DIMEDA-ELECTRONIC POWER 120V 60Hz 50
0W 3500-24000 OSCILACIONES CON ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA SU FUNCIONAMIENTO _ 00475277, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) UNIDA
DES O ARTICULOS (ITEM 15). PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30
.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: 29343, DIMEDA-ELECTRONIC POW
ER 120V 60Hz 500W 3500-24000 OSCILACIONES CON ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA SU FUNCIONAMIENTO _ 00475278, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023.
CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 16). PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE,
REFERENCIA: 30.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: 29336, DIMEDA
-ELECTRONIC POWER 120V 60Hz 500W 3500-24000 OSCILACIONES CON ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA SU FUNCIONAMIENTO _ 00475279, PAIS ORIGEN:
ALEMANIA - 023. CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 17). PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MO
DELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL
: 29335, DIMEDA-ELECTRONIC POWER 120V 60Hz 500W 3500-24000 OSCILACIONES CON ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA SU FUNCIONAMIENTO _ 00475280
, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 18). PRODUCTO: SIERRA ELECTRICA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTR
UMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORATORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO
APLICA, SERIAL: 29338., 00475281, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 38). PRODUCTO: SIERRA ELECTRI
CA PARA YESO, MARCA: DIMEDA INSTRUMENTE GMBH, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 30.200.10, USO O DESTINO: MEDICO, QUIRURGICO Y LABORA
TORIO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: 29344., 29341, 29340., 29334, 29330, 29333, 29331, 29342., 29337, Nos. 00475282
, 00475283, 00475284, 00475285, 00475286, 00475287, 00475288, 00475289, 00475290 /ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (9) UNIDADES O ART
ICULOS (ITEM 45). NOTA: LEGALIZACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 52 DEL DECRETO 1165/2019 Y RESOLUCION 000046/201
9 ART.78, 80XXXX

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2013017873 DE 24 de Junio de 2013
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER
REGISTRO SANITARIO NO	INVIMA 2013DM-0010061 VIGENTE HASTA: 17 JUL 2023
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	PELSTAR LLC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	PELSTAR LLC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES)	IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
RIESGO	I
COMPOSICIÓN	BASE, SISTEMA DE PESAJE MECANICO DIGITAL, PLATAFORMA, BARRA DE PESO, TALLIMETRO, PANTALLA LCD, ADAPTADOR DE ENERGIA, BATERIAS, CARGADOR DE BATERIA, RAMPAS AUXILIARES, PLATAFORMA DE PESAJE PARA SILLA DE RUEDAS, MALETIN DE TRANSPORTE, MANUAL DE USUARIO
USOS	DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) LA AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE
PRESENTACIÓN COMERCIAL	UNIDAD
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

BALANZAS MÉDICAS DIGITALES (DIGITAL PHYSICIAN SCALES)	349KLX, 499KL, 500KL, 597KL, 597KG, 599KL 599KG, 600KL, 600KG, 752KL, 752KG, 753KL
BALANZAS PEDIATRICAS DIGITALES (DIGITAL PEDIATRIC SCALES)	522KL, 524KL, 553KL, 549KI
BALANZAS PEDIATRICAS MECANICAS (MECHANICAL PEDIATRIC SCALES)	386S01, 386KGS-01, 386S-01
BALANZAS DIGITALES PARA SILLAS DE RUEDAS (DIGITAL WHEELCHAIR SCALES)	2400KL, 2500KL, 2500KG, 2600KL, 2600KG, 2650KL, 2650KG, 2700KL
BALANZA DIGITAL TIPO CAMILLA (DIGITAL STRETCHER SCALE)	2000KL
BALANZA DIGITAL DE SILLA DE RUEDA Y ASIENTO PLEGABLE (DIGITAL WHEELCHAIR SCALE AND FLIP SEAT)	2500CKL
BALANZAS DIGITALES DE PLATAFORMA (DIGITAL PLATFORM SCALES)	1100KL, 2101KL, 2101KG
BALANZAS DIGITALES TIPO SILLA (DIGITAL CHAIR SCALES)	2595KL, 2595KG, 594KL
BALANZAS MECANICAS DE PISO (MECHANICAL FLOOR SCALES)	100KG, 100LB, 142KL, 160KL, 160KG, 160LB, 175LE
BALANZAS DIGITALES DE PISO (DIGITAL FLOOR SCALES)	800KL, 844KL, 822KL
BALANZA DE ESPECIMENES (DIGITAL SPECIMEN/LAPSPONGE SCALE)	222KL
BALANZA MECANICA COLGANTE (MECHANICAL HANGING SCALE)	007870-000-000
BALANZAS DIGITALES MARCADAS (DIGITAL CO-BRANDED SCALES)	2101KGWA, 2500KGWA, 2600KGWA, 2650KGWA, 530KLWA, 522KGWA, 524KGWA, 597KGWA, 599KGWA, 752KGWA 2595KGWA, 600KGWA
BALANZAS MECANICAS MARCADAS (MECHANICAL CO-BRANDED SCALES)	160KGWA, 402KLWA
BALANZAS DIGITALES TIPO PLATAFORMA/SILLA DE RUEDAS (DIGITAL PLATFORM/ WHEEL CHAIR SCALES)	4011, 4020, 4021, 4024, 4025, 4026, 4650, 4700
BALANZAS MECANICA TIPO BARRA (MECHANICAL PHYSICIAN BEAM SCALES)	400KL, 402KL, 402KLWH, 402LB, 402KLWH, 402KG, 450KL, 450KLWH
BALANZAS MECANICA PEDIATRICA TIPO BARRA (MECHANICAL PEDIATRIC BEAM SCALES)	1522KL, 1524KL

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2013017873 DE 24 de Junio de 2013
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

BALANZA NEONATAL (NEONATAL SCALE)	2210KL
BALANZA PAÑAL (DIAPER SCALE)	YG500R
BALANZA MECANICA TIPO SILLA (MECHANICAL CHAIR SCALE)	445KL
BALANZA DIGITAL PEDIATRICA PORTATIL (PEDIATRIC PORTABLE DIGITAL SCALE)	8320KL
TALLIMETROS (HEIGHT MEASUREMENT)	PORTROD, STROD, PROPLUSROD, WMROD, 402KLROD 499KLROD
CARRITO MEDICO PROFESIONAL (PROFESSIONAL MEDICAL CART)	2210CART
MALETIN DE TRANSPORTE PARA BALANZA 752KG	64771
KIT DE CONECTIVIDAD	C-HOMWA-1, L-HOMWA-1

EXPEDIENTE NO 20063493
RADICACIÓN NO 2013068517
FECHA DE RADICACIÓN 24 06 2013

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTA D.C. A LOS 24 DE JUNIO DE 2013

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

VoBo Técnico
VoBo Legal
Aprobó

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017015103 DE 19 de Abril de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20063493 **RADICACIÓN:** 2017049045 **FECHA:** 07/04/2017
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010061 **VIGENCIA:** 17/07/2023

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2013017873 del 24 de Junio de 2013, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010061 para el producto BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER a favor de PELSTAR LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 2017049045 radicado el 07/04/2017, el Doctor JAIME HERRERO, actuando en calidad de representante legal de la sociedad PELSTAR LLC, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE FABRICANTE.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2013017873 del 24/06/2013 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2013DM-0010061 a favor de PELSTAR LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICION DE FABRICANTES:

DONGGUAN BEAVER PLASTIC & METAL PRODUCTS CO., LTD CON DOMICILIO EN SHUI PING VILLAGE DA LANG TOWN DONGGUAN CITY, GUANGDONG CHINA 523800.

PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD CON DOMICILIO EN Li Zhou Jiao 2 Rd., Wei Wu Residents Group Nanya Village, Daojiao Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523000.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017015103 DE 19 de Abril de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologias DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

TRANSCELL ELECTRONICS SCALE CO., LTD. CON DOMICILIO EN 8 XINGYUAN ROAD DONGSHAN INDUSTRIAL PARK, JIANGNING SCIENCE PARK NANJING, JIANGSU CHINA 211100.

WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD. CON DOMICILIO EN MAJIAQIAO GUANGYI WUXI CITY, JIANGSU CHINA 214011.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 19 de Abril de 2017
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: kpuertac, Técnico: yruedav

Firma válida
Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.04.19 [illegible]54 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001
IQNet

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá D.C. 11 de Octubre de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Asunto: CERTIFICACIÓN DE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.

Por medio de la presente certificamos que el producto INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS de la marca KRAMER, a la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente está contemplado entre los productos que NO requieren Registro Sanitario como Dispositivo Medico para su fabricación, importación o comercialización en Colombia.

Así mismo certificamos que estos productos no presentan ninguna alerta o informe de seguridad emitido por el INVIMA, actualmente estos productos se comercializan dentro del territorio nacional sin ninguna restricción.

Cualquier inquietud con gusto me comunican.

Cordialmente,

Guillermo A. Suarez
Analista de Asuntos Regulatorios.
IMCOLMEDICA S.A.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014036772 DE 7 de Noviembre de 2014
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	CAMAS HOSPITALARIAS MB Y CAMILLAS HOSPITALARIAS MB - CAMAS, CAMILLAS - MUEBLES HOSPITALARIOS MB
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2014DM-0012181 VIGENTE HASTA:
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR(ES):	MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S CON DOMICILIO EN SOACHA - CUNDINAMARCA
FABRICANTE(S):	MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S CON DOMICILIO EN SOACHA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	TENDIDO EN PLÁSTICO INYECTADO ABS, BARANDAS LATERALES EN PLÁSTICO INYECTADO ABS, CABEERO Y PIECERO EN PLÁSTICO INYECTAO ABS, MODULO DE MANDO CON BATERIA INTERNA, RUEDAS DE PLÁSTICCO CON SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL, ESTRUCTURA METÁLICA EN CR ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
USOS:	LAS CAMAS Y LAS CAMILLAS ESTAN DISEÑADAS PARA USARLAS EN TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN DE PACIENTES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	CAMAS ELECTRICAS DE 5 MOVIMIENTOS, 3 MOVIMIENTOS, 2 MOVIMIENTOS, CAMAS MANUALES DE 2 MOVIMIENTOS, CAMILLA PARA RECUPERACIÓN SENCILLA, CAMILLA HIDRÁULICA CON ALTURA E INCLINACIÓN, CAMILLA PARA RECUPERACIÓN, CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CAMILLA PARA RECUPERACIÓN CON HILOW MANUAL; MESA GINECOLÓGIA DE EXAMEN HAMILTON; CAMACUNA DE 1 TENDIDO FIJO; CUNA PORTABEBE CON Y SIN FOWLER MANUAL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA ÑAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MB-10-1; MB-10-2; MB-10-3; MB-11-1; MB-11-2; MB-11-3; MB-11-4; MB-11-5; MB-12-1; MB-12-2; MB-12-3; MB-12-4; MB-13-1; MB-13-2; MB-14-1; MB-14-2; MB-14-3;MB-14-4; MB-14-5; 14-16; MB-15-1; MB-16-1; MB-16-3; MB-16-4; MB-16-5; MB-16-6; MB-16-7; MB-17-1; MB-17-2;
VIDA ÚTIL:	10 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20084868
RADICACIÓN NO.:	2014145013
FECHA DE RADICACIÓN:	07 11 2014

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNÁN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

VoBo Técnico:
VoBo Legal:
Aprobó:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

Información del Documento Original

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015876 DE 24 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	SIERRAS DE OSCILACION - ACCESORIOS Y REPUESTOS - SIERRAS OSCILATORIAS Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA ORTOPEDIA Y USO GENERAL EN PRACTICAS MEDICAS - DIMEDA
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2015DM-0012991 VIGENTE HASTA: 14 MAY 2025
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	DIMEDA INSTRUMENTE GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA
IMPORTADOR(ES):	IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	UNIDAD PRINCIPAL - MOTOR - ASTA - CONECTORES - ADAPTADORES - HOJAS PARA SIERRA - PIEZAS DE CORTE - CABLE DE RED - BATERIA - CARGADOR DE BATERIAS
USOS:	LA SIERRAS OSCILATORIAS DIMEDA ESTÁN PREVISTAS PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y/O PARA CORTAR MATERIALES COMO YESOS Y VENDAJES DE PLASTICO EN PRACTICAS MÉDICAS DE CUIDADO DEL PACIENTE..
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	UNIDAD
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS. 30.200.20 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 30.200.10 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 30.230.23 SIERRA DE OSCILACIÓN PARA UNA SOLA MANO 30.229.11 SIERRA DE OSCILACIÓN PARA UNA SOLA MANO 30.240.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 30.240.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 33.340.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 33.340.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 33.342.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 33.342.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD 33.321.07 PIEZA DE MANO IMPULSADA CON BATERÍA 33.326.05 PIEZA DE MANO IMPULSADA DE AIRE 30.210.45 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR 30.210.50 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR 30.210.65 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR 30.211.45 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO 30.211.50 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO 30.211.65 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO 30.212.45 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE 30.212.50 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE 30.212.65 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE 30.213.65 HOJA DE SIERRA POST MORTEM 30.214.65 HOJA DE SIERRA POST MORTEM 30.215.65 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA 30.216.65 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA 30.217.17 HOJA DE SIERRA PROFUNDA 30.217.18 HOJA DE SIERRA PROFUNDA 30.217.06 HOJA DE SIERRA PROFUNDA 30.217.11 HOJA DE SIERRA PROFUNDA 30.218.17 HOJA DE SIERRA DE DISCO EXCÉNTRICO 33.343.00 HOJA DE SIERRA (30.213.65) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20) 33.343.02 HOJA DE SIERRA (30.217.06) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20) 33.343.04 HOJA DE SIERRA (30.217.17) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20) 33.343.10 HOJA DE SIERRA DOBLE (30.210.50, 33.342.12) & ASTA TRIANGULAR LARGA (33.343.21) 33.343.11 HOJA DE SIERRA (30.210.50) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20) 33.343.12 HOJA DE SIERRA AJUSTABLE PARA DOBLE SIERRA 33.343.13 HOJA DE SIERRA (30.210.65) & DISCO EXCÉNTRICO (30.218.17) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20) 33.343.20 ASTA TRIANGULAR, CORTA

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015876 DE 24 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

33.343.21 ASTA TRIANGULAR, LARGA
33.343.30 HOJA DE SIERRA (30.210.65) & & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)
33.343.32 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA (30.215.65) & & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)
33.326.30 MANGUERA (REEMPLAZO) 3M
33.326.50 MANGUERA (REEMPLAZO) 5M
33.321.35 SET DE SIERRA DE ESTERNÓN CON SIERRA DE ESTERNÓN ANEXA (33.308.35), PIEZA DE MANO A BATERÍA (33.321.07), BATERÍA 9.6V (33.321.10), CARGADOR (33.321.14), CANAL DE ESTERILIZACIÓN PARA LA BATERÍA (33.321.11)
33.321.10 BATERÍA 9.6V
33.321.14 CARGADOR DE BATERÍA SENCILLO
33.321.15 CARGADOR DE BATERÍA SENCILLO
33.321.16 CARGADOR DE BATERÍA DOBLE
33.321.17 CARGADOR DE BATERÍA DOBLE
33.321.30 MANDRIL JACOB CONCÉNTRICO
33.321.42 MANDRIL QUICK-ACTION
33.321.62 ADAPTADOR PARA JUNTURAS AO
33.321.64 ADAPTADOR PARA JUNTURAS DIN
33.308.34 MANDRIL ESCARIADOR
33.308.36 CONEXIÓN ESTÁNDAR DE SIERRA OSCILATORIA PARA SIERRA AO
33.327.XX ESCARIADOR CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO RÁPIDO (VARIOS TAMAÑOS)
33.327.70 CONECTOR ASTA AO PARA SISTEMA DE ESCARIADOR
33.327.71 CONECTOR ASTA HARRIS PARA SISTEMA DE ESCARIADOR
33.327.72 MANGO T PARA SISTEMA ESCARIADOR
33.309.XX HOJA DE SIERRA (VARIOS TAMAÑOS)
LA X PUEDE SER REEMPLAZADA CARACTERES ALFANUMERICOS CUANDO APLIQUE

EXPEDIENTE NO : 20092132
RADICACIÓN NO.: 2015050080
FECHA DE RADICACIÓN: 23 04 2015

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 24 DE ABRIL DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNÁN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

VoBo Técnico
VoBo Legal:
Aprobó:

	ASEGURAMIENTO SANITARIO	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES		
invima	**CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA) DISPOSITIVOS MÉDICOS**			
	Código: ASS-AYC-FM037	Versión: 02	Fecha de Emisión: 31/03/2017	Página 1 de 1

RADICACIÓN No 20181160879 FECHA 10/08/2018

EL (LA) SUSCRITO (A) DIRECTOR (A) TECNICO (A) DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA, CERTIFICA QUE EL ESTABLECIMIENTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN, CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y RECURSO HUMANO PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE (DECRETO 4725 DE 2005) Y EL MANUAL DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (RESOLUCIÓN 4002 DE 2007). FECHA DE VISITA DE CERTIFICACION: 15 / ENERO / 2019

1. ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR

NOMBRE: IMCOLMEDICA S.A.		
DIRECCIÓN: CALLE 36 No.15-42		
TELÉFONO: 2889858 - 3102753816	**Email:** imcolmedica@imcolmedica.com.co	
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTA D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN NIT: 860.070.078-3		

2. REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

NOMBRE: ALBERTO ÑUSTES		
DIRECCIÓN: CALLE 36 No.15-42		
TELÉFONO: 2889858 - 3102753816	**Email:** imcolmedica@imcolmedica.com.co	
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTA D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE Y APELLIDOS: HUGO JESUS DAVILA CHAVEZ
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 80.090.355 DE BOGOTA D.C.

4. ESTABLECIMIENTO DONDE SE ALMACENAN LOS PRODUCTOS

NOMBRE: IMCOLMEDICA S.A.		
DIRECCIÓN: CALLE 36 No.15-42		
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTA D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA

5. ACTIVIDAD AUTORIZADA

ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS BIOMEDICOS DE TECNOLOGIA CONTROLADA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE TECNOLOGIA NO CONTROLDADA A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE. ****

CERTIFICADO NO. 0002	**FECHA: BOGOTA D.C. 22 DE ENERO DE 2019**

Certificación vigente hasta el día 14 de enero de 2024.

Esta certificación de CCAA será válida siempre y cuando el establecimiento mantenga las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad con las cuales se emitió el concepto técnico Cumple y estará sujeto a la vigilancia y control del **Invima.**

Todos los folios de este documento llevan sello del **Invima.** Documento válido únicamente en su original.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Director (a) Técnico (a) de Dispositivos Médicos
y Otras Tecnologías

Proyectó: 5200-07 REFG C.C. Exp.: DC-0557	Revisó: 5200-02 JACD	Aprobó: 5200-01 SIPRC

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá D.C. 1 de Noviembre de 2022

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.
Ciudad.

Asunto: CERTIFICADO DE ALERTAS SANITARIAS.

Por medio de la presente certificamos que los productos relacionado en el siguiente cuadro a la fecha NO presentan ninguna Alerta o Informe de Seguridad emitidos por el INVIMA en Colombia, así como por parte de algún ente de control como la FDA o la CE para estos productos y marcas, actualmente estos productos son comercializados dentro del territorio nacional sin ninguna restricción.

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER ,MARCA: DIMEDA - ALEMAN

Cualquier inquietud con gusto me comunican.

Cordialmente,

Guillermo A. Suarez
Analista de Asuntos Regulatorios
Referente del Programa de Tecnovigilancia.
IMCOLMEDICA S.A.

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá D.C. 29 de Noviembre de 2022

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
Ciudad.

Asunto: CERTIFICADO DE ALERTAS SANITARIAS.

Por medio de la presente certificamos que el producto DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2, identificado con Registro Sanitario 2014DM-0012181 de la marca MB a la fecha NO presenta ninguna Alerta o Informe de Seguridad emitidos por el INVIMA como autoridad sanitaria en Colombia, así como por parte de algún ente de control como la FDA o la CE para este producto y referencia, actualmente este Dispositivo Médico es comercializado dentro del territorio nacional sin ninguna restricción.

Cualquier inquietud con gusto me comunican.

Cordialmente,

Guillermo A. Suarez
Analista de Asuntos Regulatorios
Referente del Programa de Tecnovigilancia.
IMCOLMEDICA S.A.

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022

CERTIFICATE TO FOREIGN GOVERNMENT

In order to allow the importation of United States products into foreign countries , the U.S. Food and Drug Administration (FDA) certifies the following information concerning the product(s) to be exported listed below:

Name of Product(s)	**Name of Manufacturer/Distributor, Address**
See Attached List	See Attached List
(Four Pages)	(One Page)

The product(s) described above (and the manufacturing/distribution site(s) which produces/distributes it) is subject to the jurisdiction of the FDA under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

It is certified that the above product(s) may be marketed in, and legally exported from, the United States of America at this time. The manufacturing plant(s) in which the product(s) is produced is subject to periodic inspections.

Sincerely,

CDR Cesar A. Perez, PhD, Director
DRP2: Division of Establishment Support
Office of Regulatory Programs
Office of Product Evaluation and Quality
Center for Devices and Radiological Health
U.S. Food and Drug Administration, DHHS

This certificate is valid from June 01, 2022 to May 31, 2024.

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022
Certificate to Foreign Government - Name of Manufacturer/Distributor Attachment Page 1 of 1

Name of Owner Operator

PELSTAR LLC
9500 West 55th Street
McCook, IL
USA 60525

Name of Manufacturer

Legal Manufacturer

PELSTAR LLC
9500 West 55th street
McCook, IL
USA 60525

----END OF MANUFACTURER/DISTRIBUTOR LIST----

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022

Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 1 of 4

Name of Owner Operator

PELSTAR LLC
9500 West 55th Street
McCook, IL
USA 60525

Name of Manufacturer
Legal Manufacturer

PELSTAR LLC
9500 West 55th street
McCook, IL
USA 60525

Name of Product(s)

500KL-BT Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg with Pelstar Wireless Technology
2210KL-AM Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Tray Scale, lb/kg
2210KL-AM-BT Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, lb/kg
2210KG-AM Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Tray Scale, kg only
2210KG-AM-BT Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, kg only
2210KL4-AM Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Four Sided Tray Scale, lb/kg
2210KL4-AM-BT Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Four Sided Tray Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, lb/kg
2210KG4-AM Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Four Sided Tray Scale, kg only
2210KG4-AM-BT Antimicrobial High Resolution Digital Neonatal/Pediatric Four Sided Tray Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, kg only
3105KL-AM Antimicrobial Heavy Duty Platform Scale, lb/kg
3105KL-AM-BT Antimicrobial Heavy Duty Platform Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, lb/kg
3105KG-AM Antimicrobial Heavy Duty Platform Scale, kg only
3105KG-AM-BT Antimicrobial Heavy Duty Platform Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, kg only
205HR High-Strength Wall Mounted Height Rod
3001HR Height Rod for 3001KL-AM & 3001KL-AMUA
3001KL-AM Antimicrobial Platform Scale - Assembled - lb/kg
3001KL-AMUA Antimicrobial Platform Scale - Unassembled - lb/kg
3001KG-AM Antimicrobial Platform Scale - Assembled - kg
3001KG-AMUA Antimicrobial Platform Scale - Unassembled - kg
3001KL-AMHR (Assembled) with Height Rod - lb/kg
3001KL-AMX Antimicrobial Platform Scale WITH LONG RAILS - Assembled - lb/kg
3001KG-AMX Antimicrobial Platform Scale WITH LONG RAILS - Assembled - kg
501KL Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg
501KL-BT Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg with Pelstar Wireless Technology
501KG Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- kg
501KG-BT Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- kg with Pelstar Wireless Technology
PELSTARONE Pelstar wireless kit
C-HOMWA-1 Connectivity Kit
L-HOMWA-1 Connectivity Kit
MUACTAPE Middle Upper Arm Circumference Tape
PTS-1000KL Patient Transfer Scale
100LB Mechanical floor dial scale pack of 3 - lb. only
1100KL Digital platform scale with handrails - lb/kg
1100KG Digital platform scale with handrails - kg
1100KL-BT Digital platform scale with handrails - lb/kg with Pelstar Wireless Technology
1100KG-BT Digital platform scale with handrails - kg with Pelstar Wireless Technology
1100KLHR Digital platform scale with handrails and height rod - lb/kg
1100KL-EHR Digital platform scale with handrails and digital height rod - lb/kg
142KL Mechanical floor dial scale pack of 2 - lb/kg
160KG Mechanical "big foot" dial scale pack of 2 - kg

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022

Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 2 of 4

160KL Mechanical "big foot" dial scale pack of 2 - lb/kg
160LB Mechanical "big foot" dial scale pack of 2 - lb
2000KL Digital in-bed stretcher scale - lb/kg
2000KL-BT Digital in-bed stretcher scale - lb/kg with Pelstar Wireless Technology
2101KL Digital platform scale with handrails - lb/kg
2101KLHR Digital platform scale with handrails and height rod - lb/kg
2101KG Digital platform scale with handrails - kg
2101KL-BT Digital platform scale with handrails - lb/kg with Pelstar Wireless Technology
2101KG-BT Digital platform scale with handrails - kg with Pelstar Wireless Technology
2400KL Portable digital wheelchair scale with handle and adjustable tracks - lb/kg
2400KG Portable digital wheelchair scale - kg
2400KL-BT Portable digital wheelchair scale - lb/kg with Pelstar Wireless Technology
2400KG-BT Portable digital wheelchair scale - kg with Pelstar Wireless Technology
2500KL Digital wheelchair scale with handrails - lb/kg
2500KG Digital wheelchair scale with handrails - kg
2500KL-BT Digital wheelchair scale with handrails - lb/kg with Pelstar Wireless Technology
2500KG-BT Digital wheelchair scale with handrails - kg with Pelstar Wireless Technology
2595KL Digital chair scale - lb/kg
2600KL Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - lb/kg - 1 RAMP
2600KG Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - kg - 1 RAMP
2600KL-BT Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - lb/kg - 1 RAMP with Pelstar Wireless Technology
2600KG-BT Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - kg - 1 RAMP with Pelstar Wireless Technology
2610KL Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - lb/kg - 2 RAMPS
2610KG Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - kg - 2 RAMPS
2610KL-BT Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - lb/kg - 2 RAMPS with Pelstar Wireless Technology
2610KG-BT Portable/folding digital wheelchair scale w/ handrails - kg - 2 RAMPS with Pelstar Wireless Technology
2650KL Digital portable wheelchair scale - lb/kg (35" x 32" platform)
2650KG Digital portable wheelchair scale - kg (35" x 32" platform)
2650KL-BT Digital portable wheelchair scale - lb/kg (35" x 32" platform) with Pelstar Wireless Technology
2650KG-BT Digital portable wheelchair scale - kg (35" x 32" platform) with Pelstar Wireless Technology
2700KL Digital portable wheelchair scale - lb/kg (44" x 42" platform)
2700KG Digital portable wheelchair scale - kg (44" x 42" platform)
2700KL-BT Digital portable wheelchair scale - lb/kg (44" x 42" platform) with Pelstar Wireless Technology
2700KG-BT Digital portable wheelchair scale - kg (44" x 42" platform) with Pelstar Wireless Technology
2842KL Digital remote display scale with large platform lb/kg.
349KLX Digital floor scale with remote display and serial port - lb/kg
349KLXAD Digital floor scale with remote display and serial port - lb/kg
386KGS-01 Mechanical pediatric scale - Kilograms only
386S-01 Mechanical pediatric scale - Pounds only
499KL Digital waist-high stand-on scale - lb/kg
499KG Digital waist-high stand-on scale - kg
499KLAD Digital waist-high stand-on scale - lb/kg
499KLHR Digital waist-high stand-on scale w/ height rod - lb/kg
499KLHRAD Digital waist-high stand-on scale w/ height rod - lb/kg
499KLROD Height Rod for 499KL & 599KL
500KL Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg
500KG Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- kg
500KLAD Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg
522KL Pediatric digital scale w/ tray - lb/kg
522KG Pediatric digital scale w/ tray - kg
524KL Pediatric digital scale w/ seat - lb/kg
524KG Pediatric digital scale w/ seat - kg
549KL Pediatric digital scale - lb/kg
549KG Pediatric digital scale - kg

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022

Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 3 of 4

553KL Pediatric digital scale - lb/kg
553KG Pediatric digital scale - kg
553KLCT Pediatric digital scale with cart - lb/kg
822KL Digital floor scale pack of 2 - lb/kg
844KL Digital floor scale pack of 2 - lb/kg
894KLT Talking Digital Floor Scale pack of 2 - lb/kg
895KLT Talking Digital Floor Scale pack of 2 - lb/kg
YG500R Diaper scale - kg
800KL Digital floor scale pack of 4 - lb/kg
175LB Mechanical floor dial scale pack of 2 - lb. only
844KL-USB Digital Floor Scale with USB port, lb/kg
498KL-USB Remote Display Digital Scale with USB port, lb/kg
500KL-USB Eye Level Digital Scale with USB port, lb/kg
498KL Remote Display Digital Scale, lb/kg
597KG Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- kg
597KL Digital eye-level stand-on scale w/ height rod- lb/kg
599KL Digital waist-high stand-on scale - lb/kg
599KG Digital waist-high stand-on scale - kg
599KLHR Digital waist-high stand-on scale w/ height rod - lb/kg
600KL Digital eye-level scale, digital height rod & automatic BMI
600KG Digital eye-level scale, digital height rod & automatic BMI KG
600KL-BT Digital Eye Level Scale, Digital Height Rod & Automatic BMI with Pelstar Wireless Technology
752KL Digital floor scale with remote display - lb/kg
752KG Digital floor scale with remote display - kg
753KL Digital floor scale with remote display - lb/kg
201HR Wall Mounted Telescopic Metal Height Rod
445KL Mechanical chair scale - lb/kg
BABYSLINGSCALE Baby sling hanging scale lb/kg
BABYHR Baby Height Rod - CM and FT
ADULTHR Adult Height Rod - CM and FT
1522KL Mechanical balance beam Pediatric scale with EXCLUSIVE rotating poise bar and tray - lb/kg
1524KL Mechanical balance beam Pediatric scale with EXCLUSIVE rotating poise bar and seat - lb/kg
400KL Mechanical beam scale w/ fixed poise bar - lb/kg
400KLCW Mechanical beam scale w/ fixed poise bar and counterweights - lb/kg
400KLWH Mechanical beam scale w/ fixed poise bar and wheels - lb/kg
400KLWHCW Mechanical beam scale w/ fixed poise bar, wheels and counterweights - lb/kg
402KL Mechanical beam scale w/ fixed poise bar w/ height rod - lb/kg
402KLCW Mechanical beam scale w/ fixed poise bar, height rod and counterweights - lb/kg
402KLROD Height Rod for 400KL,402KL,402LB,450KL & 450KLWH
402KLWH Mechanical beam scale w/ fixed poise bar, height rod and wheels - lb/kg
402KLWHCW Mechanical beam scale w/ fixed poise bar, height rod, wheels and counterweights - lb/kg
402LB Mechanical beam scale w/ height rod - lb
402LBWH Mechanical beam scale w/ height rod and wheels - lb
402KG50 Mechanical Beam scale w/fixed poise bar w/height rod in KG only, 50 gram increments
450KL Mechanical beam scale with EXCLUSIVE rotating poise bar and height rod - lb/kg
450KLWH Mechanical beam scale with EXCLUSIVE rotating poise bar, height rod, and wheels - lb/kg
PORTROD Wall mounted height rod
WMROD Wall mounted height rod kit
PROPLUSROD Height Rod for 1100 Series
STROD Height Rod for 2101 Series
594KL Portable Digital Chair Scale - lb/kg
EBABYHR - Digital Baby Height Rod
245EHR - Digital Height Rod
221HR - Portable Stadiometer with carrying case
245EHR-1100 Attachable Digital Height Rod for 1100 Series Scales
245EHR-2101 Attachable Digital Height Rod for 2101 Series Scales
245EHR-3001 Attachable Digital Height Rod for 3001 Series Scales
245EHR-3105 Attachable Digital Height Rod for Antimicrobial Heavy Duty Scale

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH

U.S. Food & Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
www.fda.gov

Certificate No. 9341-5-2022

Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 4 of 4

8320KL Pediatric portable digital scale - lb/kg
550KL Pediatric, 2 in 1 Digital Scale
3400KL Digital Wet Diaper/Lap Sponge/Organ Scale with Pan - g/oz
3400KG Digital Wet Diaper/Lap Sponge/Organ Scale with Pan - g
3401KL Digital Wet Diaper/Lap Sponge/Organ Scale with Tray - g/oz
880KL Heavy duty digital floor scale
175LB Mechanical Floor Scale
100KG Mechanical floor dial scale pack of 3- kg only
2900KL-AM Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale, lb/kg
2900KG-AM Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale, kg only
2900KL-AM-BT Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, lb/kg
2900KG-AM-BT Antimicrobial Wall Mounted Fold Up Wheelchair Scale with Built-in Pelstar Wireless Technology, kg only
810KL Digital Glass Scale w/Anti-Slip Tread & Backlight, lb/kg
----------END OF PRODUCT LIST----------

Certificate of Registration

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

is registered with the U.S. Food & Drug Administration (FDA) under registration number

9611283

The registration with FDA is valid through 2023-12-31.

Nicole Menean, CEO

MEDAGENT, Inc.

264 Lafayette Road, Suite7
Portsmouth, NH 03801, USA


Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**GUÍA RÁPIDA DE MANEJO EQUIPOS BIOMÉDICOS**	CÓDIGO: AP-AT-F-08-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL EQUIPO	***BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		***CLASIFICACIÓN DE RIESGO***	***I***

PARTES DEL EQUIPO: -

- **CINTA DE MEDICION**
- **SEIS (6) BATERIAS AA**
- **ADAPTADOR ADPT30**
- **MANUAL DE USUARIO**




PREPARACIÓN DEL PACIENTE	***LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN***
NO APLICA	LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON JABÓN NEUTRO DILUIDO CON AGUA, EUCIDA O LIQUIDO DESINFECTANTE. 

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERÍA BIOMÉDICA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**GUÍA RÁPIDA DE MANEJO EQUIPOS BIOMÉDICOS**	CÓDIGO: AP-AT-F-08-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL EQUIPO	***BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		***CLASIFICACIÓN DE RIESGO***	*I*

DIAGRAMA



FUNCIONAMIENTO


1: Coloque 6 baterías alcalinas AA nueva (incluidas) en el compartimiento para la batería, debajo De parte posterior de la base de la balanza.
2: Coloque la balanza en una superficie rígida y plana para asegurarse de su seguridad y exactitud.
3: Oprima el botón ON/OFF para encender la unidad. En el visor se mostrará 88:8.8.8 y luego 0:0.0 Junto con LB, a la derecha del visor (o 0.00 KG). Para cambiar las unidades a KG, oprima el botón KG/LB una vez.*
4: Coloque el bebé en la balanza de modo que el peso quede distribuido uniformemente en la Bandeja.
5: Cuando se calcula un peso estable, un anillo pequeño aparecerá en la esquina izquierda superio Del visor, junto con el peso del bebé. Según las unidades seleccionadas, el peso se muestra en Libras y onzas (LB) o en decimales (KG).
6: Si en el visor se muestra el mensaje "OVER", se ha excedido la capacidad de la balanza.
7: Para su conveniencia, se incluye una banda de medida con la balanza 553KL. Pueden poner
La banda de medida sobre el fondo o sobre el lado de la bandeja de peso.
NOTA: Para cambiar las unidades predeterminadas de la balanza a kilogramos, o para desactivar el
Botón KG/LB,

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERÍA BIOMÉDICA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**GUÍA RÁPIDA DE MANEJO EQUIPOS BIOMÉDICOS**	CÓDIGO: AP-AT-F-08-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL EQUIPO	***DIVÁN***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	***NO APLICA***	***CLASIFICACION DE RIESGO***	***I***

PARTES DEL EQUIPO







PREPARACIÓN DEL PACIENTE	***LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN***
Según el exámen a realizar comunique al paciente las indicaciones a tener en cuenta para su correcta ejecución.	**Limpieza:** con una toalla humedecida en jabón neutro biodegradable se limpiá la superficie por todas las partes de la camilla posteriormente se retirá el jabón con agua. **Desinfección:** al finalizar el turno con una toalla impregnada con solución desinfectante pasarla por toda la superficie y todas las partes de la camilla. Se deja secar.

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERIA BIOMEDICA

NOMBRE DEL EQUIPO	***DIVÁN***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	***NO APLICA***	***CLASIFICACION DE RIESGO***	***I***

DIAGRAMA





FUNCIONAMIENTO


1. Utilice una funda de protección por cada paciente para evitar riesgos de contaminación.
2. No exponga la camilla a rayos infrarrojos por lapsos prolongados de tiempo.
3. Indique al paciente que se acueste o se siente según sea el caso, con cuidado para evitar posibles caídas.
4. Ubique la cabecera del divan segun necesidad, esta compuesta por una palanca la cual accionandola libera la cabecera y deja acomodarla
5. Realice el exámen pertinente.
6. Pida al paciente que se baje con precaución con ayuda de la escalerilla.

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERIA BIOMEDICA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**GUÍA RÁPIDA DE MANEJO EQUIPOS BIOMÉDICOS**	CÓDIGO: AP-AT-F-08-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL EQUIPO	***SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		***CLASIFICACIÓN DE RIESGO***	***I***

PARTES DEL EQUIPO: -
- 1 HOJA DE SIERRA CIRCULAR 50 mm - 1 HOJA DE SIERRA CIRCULAR 65 mm - 2 LLAVES DE BOCA PARA EL CAMBIO DE LAS HOJAS



PREPARACIÓN DEL PACIENTE	***LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN***
	• Luego de su utilización se deben limpiar tanto la sierra como las hojas, con un paño seco y limpio. La sierra no debe ser sumergida o lavada con líquidos (agua, etc.). Si es necesario desinfectarla, debe realizarse con un desinfectante diluido y teniendo cuidado de que el paño sólo debe ser humedecido (no mojarlo). • Se debe prestar mucha atención de que no entre ningún tipo de líquido ó vapor en el interior de la sierra. Antes de limpiar el aparato, se debe desconectar del suministro de corriente (desconectar el enchufe). • La sierra no debe ser esterilizada. • El aparato no necesita ningún mantenimiento.

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERÍA BIOMÉDICA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**GUÍA RÁPIDA DE MANEJO EQUIPOS BIOMÉDICOS**	CÓDIGO: AP-AT-F-08-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL EQUIPO	***BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO***		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		***CLASIFICACIÓN DE RIESGO***	*I*

DIAGRAMA


Doppelschutzisolierung Schutzklasse II Doble aislamiento protector, protección clase II


Medizinischer Anwendungsteil des Typs BF Para uso medicinal tipo BF

~ Wechselstromzeichen Símbolo de corriente alterna

CE Konformitätszeichen Símbolo de conformidad CE

0/1 Aus- oder Einschaltzustand der Gipssäge Estado de encendido ó apagado de la sierra

FUNCIONAMIENTO

Antes de conectar ubique la hoja (sierra) circular en el extremo de la sierra opuesto al cable, asegúrese de ubicar adecuadamente la hoja en el eje coincidiendo la forma interior.

- Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición de apagado (bajada).
- Conecte el dispositivo y ponga el interruptor en la posición de encendido (subida), ahora la sierra esta lista para ser usada.

NOTA : EN CASO DE FALLAS CON EL EQUIPO, REPORTAR EN MESA DE SERVICIOS INGENIERÍA BIOMÉDICA

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO, REF.: 553 KL



LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON JABÓN NEUTRO DILUIDO CON AGUA, EUCIDA O LIQUIDO DESINFECTANTE.





IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2



Limpiar con un paño humedecido con jabón neutro diluido con agua, eucida o líquido desinfectante.

IMCOLMEDICA S.A.

UNA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LA SALUD

PROTOCOLO DE LIMPIEZA SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS



- Luego de su utilización se deben limpiar tanto la sierra como las hojas, con un paño seco y limpio. La sierra no debe ser sumergida o lavada con líquidos (agua, etc.). Si es necesario desinfectarla, debe realizarse con un desinfectante diluido y teniendo cuidado de que el paño sólo debe ser humedecido (no mojarlo).
- Se debe prestar mucha atención de que no entre ningún tipo de líquido ó vapor en el interior de la sierra. Antes de limpiar el aparato, se debe desconectar del suministro de corriente (desconectar el enchufe).
- La sierra no debe ser esterilizada.
- El aparato no necesita ningún mantenimiento.

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

PROGRAMACION ANUAL POR EQUIPO

Tipo Contrato = Garantía - Fecha >= 1/11/2022 - Fecha <= 2/11/2024 - Contrato = 2022-4035

TERCERO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

PROGRAMACION PARA EL PERIODO: SEP - 2023:

Equipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039566][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039567][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039582][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039583][HEALTH O METER]	1																														
[02203090][SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS][29334][DIMEDA]	1																														

PROGRAMACION PARA EL PERIODO: MAR - 2024

Equipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039566][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039567][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039582][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039583][HEALTH O METER]	1																														
[02203090][SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS][29334][DIMEDA]	1																														

PROGRAMACION PARA EL PERIODO: SEP - 2024

Equipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039566][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039567][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039582][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039583][HEALTH O METER]	1																														
[02203090][SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS][29334][DIMEDA]	1																														

PROGRAMACION PARA EL PERIODO: MAR - 2025

Equipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039566][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039567][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039582][HEALTH O METER]	1																														
[01001039][BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO][5530039583][HEALTH O METER]	1																														
[02203090][SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS][29334][DIMEDA]	1																														

Se ejecutara el respectivo cronograma según solicitud del cliente previo a las fechas acordadas y de acuerdo a compromisos comerciales previo a la venta.

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá, Octubre 9 de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Ref. Aclaración mantenimientos equipos

IMCOLMEDICA S.A. identificada con el NIT. 860070078-3, como importador y distribuidor autorizado de equipos médicos; permite informar que los productos mencionados a continuación se consideran de complejidad baja y su nivel de riesgo es mínimo, por lo tanto no se ofrecen cronogramas de mantenimiento preventivo en las entregas de estos productos.

- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá, Noviembre 29 de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Ref. Aclaración mantenimientos equipos

IMCOLMEDICA S.A. identificada con el NIT. 860070078-3, como importador y distribuidor autorizado de equipos médicos; permite informar que los productos mencionados a continuación se consideran de complejidad baja y su nivel de riesgo es mínimo, por lo tanto no se ofrecen cronogramas de mantenimiento preventivo en las entregas de estos productos.

- DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Las siguientes páginas proporcionan instrucciones para el mantenimiento, la limpieza, la calibración y la resolución de problemas de su báscula. Las operaciones de mantenimiento distintas a las descritas en este manual deben ser realizadas por personal de servicio calificado.

Antes del primer uso, o después de largos períodos de falta de uso, verifique la adecuada operación y funcionamiento de la báscula. Si no funciona correctamente, consulte al personal de servicio calificado.

1. Verifique la apariencia general de toda la báscula en busca de daños evidentes, desgaste, daño y deterioro.
2. Inspeccione el cable del adaptador en relación a grietas, deshilachadas, o puntas rotas o dobladas.
3. No guarde la báscula de costado.
4. Esta báscula contiene partes electrónicas. Úsela con cuidado. No la deje caer, ni la patee o salte sobre ella.
5. No la almacene cerca de productos químicos, calentadores o radiadores.

Nota: Esta báscula es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. Si la función de apagado automático está desactivada, se consumirá energía de la batería. Los artículos como ropa o toallas colocadas sobre la misma pueden hacer que esta se active. Para evitar que la batería se agote, no coloque objetos sobre la báscula si esta no se encuentra en uso.

Limpieza y desinfección

El cuidado y la limpieza adecuados son esenciales para garantizar que la báscula tenga una larga vida de pesaje preciso y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones en un trapo suave o paño desechable:
   - Solución de jabón suave y agua
   - Alcohol isopropílico al 70%

   Solución con una concentración de peróxido de hidrógeno al 1-5%

   Después de limpiar/desinfectar, limpie con un paño humedecido con agua y luego con un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies húmedas, asegúrese de que la pantalla y las partes de la báscula estén completamente secas después de la limpieza.
2. Nunca use materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que dañarán el acabado de la misma.
3. No sumerja la báscula en agua u otro líquido.
4. No vierta ni rocíe líquidos directamente sobre la báscula.

Refacciones

Ponemos a su disposición refacciones en caso de que una pieza de la báscula necesite ser reemplazada. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Health o meter Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar sobre la disponibilidad de estas refacciones.

Clave de pieza	Descripción
ADPT30	ADAPTADOR DE CORRIENTE
1500004001	CINTA MÉTRICA
1590066001	ALMOHADILLAS GRISES EN LAS PATAS

IMCOLMEDICA S.A. IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA CORTA YESO

INGENIERO / TECNICO	# OTT
UBICACIÓN DEL EQUIPO	**FECHA**

EQUIPO	SERIAL	MARCA

PARAMETROS	CONDICION		OBSERVACIONES
	ACCION	MEDICION	
Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación			
Efectuar limpieza integral al equipo (Retirar			
Inspeccion visual externa de la unidad			
Integridad Cable AC y conexión electrica / Adaptador			
Test de encendido y variacion de velocidad			
Verificacion de discos cortantes			
Lubricacion cabezal (si requiere)			
Verificacion de partes mecanicas			

SERVICIO REALIZADO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Equipos Utilizados			
	EQUIPO	MARCA	SERIE

FIRMA ING/TEC: _____ **FIRMA RECIBIDO:** _____


Health o meter®

Professional

553KL

DIGITAL PEDIATRIC SCALE
BALANZA ELECTRONICA PEDIÁTRICA
BALANCE ELECTRONIQUE PEDIATRIQUE

44 lb x 0.5 oz
20 kg x 0.01 kg



C SP US
232791
IEC 60601-1
C22.2 No. 601.1-M90
UL 60601-1

USER INSTRUCTIONS • INSTRUCCIÓNES DE USO • MODE D'EMPLOI

Rev. 20100611

Thank you for your purchase of this Health o meter® Professional scale.
Please read this manual carefully and keep it for easy reference or training.

Gracias por su compra de ésta balanza Health o meter® Profesional. Lea éstas instrucciónes con cuidado, y mantenga el manual disponible para futuras consultas y también para su uso a la hora de orientar o formar al nuevo personal que la utilizará.

Merci d'avoir acheté cette balance Health o meter® Professionnelle. Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder à portée de main pour pouvoir le consulter à tout moment.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH **2**
ESPAÑOL **8**
FRANÇAIS **14**

CAUTION AND WARNING 3
SYMBOLS AND SPECIFICATIONS FOR THIS SCALE 3
CONNECTIVITY INFORMATION 3
SET UP / BATTERIES 4
QUICK START INSTRUCTIONS 5
OPERATION OF THIS SCALE 5
MAINTENANCE 5
CALIBRATION 6
TROUBLESHOOTING 6
WARRANTY 7

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

POR FAVOR REGISTRE SU BALANZA PARA OBTENER COBERTURA DE LA GARANTIA EN:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

MERCI D'ENREGISTRER LA BALANCE AFIN DE LA GARANTIE SUR LE:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

CAUTION AND WARNING

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully:

- Do not transport the scale while tray is loaded.
- For accurate weighing the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before each use.
- Do not use in the presence of flammable materials.
- Operating at other voltages and frequencies than specified could damage the equipment.
- If the "LOW BAT" indicator activates, for accurate weighing replace the batteries or plug the scale into a power source as soon as possible.
- Only manufacturer's qualified personnel should service the scale.

This equipment has been tested and found to comply with the EMC limits for the Medical Device Directive 93/42/EEC (EN 55011 Class A and EN 60601-1-2). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. The equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with these instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference with other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to eliminate the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the scale's adapter into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) is connected.
- Consult the manufacturer at (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600, or a field service technician for help.

DEFINITION OF SYMBOLS


Attention, Consult Accompanying Documents


Type BF Applied Parts



AC to DC power supply


Temperature range
(50°F to 104°F / 10°C to 50°C)


Humidity range
(10% - 90% RH)


Atmospheric pressure range
(500hPa – 1060hPa)


AC to DC power supply
(9V DC, 200mA)


DC Connector Polarity

553KL SCALE SPECIFICATIONS

Capacity and Resolution:	44 lb x 0.5 oz / 20 kg x 0.01 kg
Power Requirements:	6-AA cell 1.5V batteries (INCLUDED) or optional Adapter Model ADPT30 120-240V AC – 9V DC 50-60Hz. OPTIONAL ADAPTER NOT INCLUDED.
Environmental:	Operating Temperatures: 50°F to 104°F / 10°C to 40° C Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa Humidity: 10% to 90% RH
Tray Dimensions:	25" x 12-¾" / 63.5 cm x 32.4 cm
Scale Dimensions:	25" x 16-¼ x 3-¾" / 63.5 cm x 41.3 cm x 9.5 cm

STORAGE SPECIFICATIONS

Storage Temperatures:	32°F to 122°F / 0°C to 50°C
Humidity:	10% - 90% RH
Atmospheric Pressure:	500hPa – 1060hPa


***WARNING:**



For use with Power Adaptor Model UE 15WCP-090050SPA/ADPT30 only. Complies with C22.2 No. 601.1-M90 and UL Std No. 60601-1. Type BF applied parts. Internally powered. **Equipment is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air nor with oxygen or nitrous oxide.**

553KL SCALE CONNECTIVITY INFORMATION:

This scale is designed to connect to other devices via a USB port, to allow acquisition of weight from the scale, to help close a source of potential medical errors caused by incorrectly copying and then recording a weight taken. This scale is EMR-EHR compatible. For more information regarding how to connect this scale to your computer, a monitor or other device please contact Health o meter® Professional Technical Support at 800-638-3722.



IMPORTANT

To prevent falls or injury, place the scale securely far from the edge of the counter, table or other flat surface used to hold the scale. Do not let the scale touch the wall or any other object near or around the scale while it is in use.

TAPE MEASURE

For your convenience, a measuring tape is included with the 553KL scale. You may affix the tape to either the bottom or side of the weighing tray, depending on your preference for visually determining the length of the baby, up to 24" or 58cm.

INSTALLING BATTERIES

1. Locate the battery compartment underneath the scale base and remove the battery compartment cover.
2. Place 6 new AA alkaline batteries into the battery compartment. Make sure the '+' and '-' are positioned correctly, as shown on the bottom of the battery compartment. (Use only 6 AA alkaline batteries).
3. Replace the battery compartment cover.

   NOTE: Dispose of used batteries in accordance to your country's national, state or local requirements. **Replace the batteries when the display reads 'LobAt'.**

ADAPTER POWER OPTION

An optional power adapter is available (ADPT 30). Plug the optional adapter (NOT INCLUDED) into the base of the scale and then into the outlet for power. The LED next to the power jack will light up in red indicating that there is power to the scale. Please refer to page 3 for information regarding the adapter available for use with this scale. When an adapter is used, the battery icon will not be displayed. The power adapter jack is located on the back of the scale as shown below in Figure 1.

TO SHUT OFF THE SCALE

1. To manually shut off the scale, press the ON/OFF button.
2. The scale will automatically shut off after 2 minutes of inactivity, if this function is enabled, to help extend battery life or to reduce power usage.

TO DEACTIVATE / REACTIVATE AUTO-OFF

1. To deactivate the AUTO-OFF function, with the scale shut off, press and hold the RELEASE button.
2. Press and release the ON/OFF button while still holding the RELEASE button.
3. Release both buttons. "AOF=0" will be displayed on the screen to confirm that the Auto-Off feature has been deactivated.
4. To reactivate the AUTO-OFF function, shut the scale off and then press and hold the RELEASE button, then repeat steps 2 and 3. "AOF=1" will be displayed to confirm that the Auto-Off feature has been reactivated.

NOTE: If set up instructions failed, refer to the troubleshooting instructions. If troubleshooting does not resolve the problem, please contact Health o meter® Professional Technical Support at (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600.





Figure 1
POWER ADAPTER JACK LOCATED ON THE BACK OF THE SCALE

QUICK START / OPERATING INSTRUCTIONS 553KL

QUICK START INSTRUCTIONS

1. Place batteries in the battery compartment or plug the scale into the wall, as indicated above.
2. Place the scale on a hard, flat surface for accuracy and safety in use.
3. Press the **ON/OFF** button to start the scale. "88:88.8" and then "0:0.0" will appear on the display, along with "LB" and "OZ" (or "0.00 KG"). To change the units for use to KG, press the Kg/LB button once (for more information on KG, see below).
4. Place the baby on the scale so that its weight is evenly distributed over the tray. The scale will weigh even if the baby moves.
5. When a stable weight is calculated, a small ring along with the word "HOLD" will appear on the display and the weight of the baby will lock, as shown on the display. **NOTE**: If the display shows "OVER", the weight of the baby exceeds the capacity of this scale (see Scale Specifications on page 3).
6. Remove the baby from the scale. The scale will continue to display the baby's weight.
7. To return the scale to 0, press the **RELEASE** button, and the scale will be ready to weigh again.



ZERO/CLEAR (TARE) FUNCTION

The tare function allows you to place other items on the scale while weighing the baby, without affecting the baby's weight reading.

1. Place the item you want to tare on the scale tray to weigh it.
2. Press and release the **ZERO/CLEAR** button to change the weight to 0.
3. Place the baby on the scale with the tare item and weigh normally. The scale will show only the baby's weight.

NOTE: If the scale is empty, and does not read "0", press the **ZERO/CLEAR** button once to return the display to zero.

WEIGHT IN KG

The default weighing mode for this scale is in pounds. To change the units in use to KG, press the **Kg/LB** button once. To change the default setting to KG only whenever the scale is turned on, please call Health o meter® Professional Technical Support at (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before first use and after periods of non-use, check the scale for proper operation.

Disconnect the scale from the power source, if plugged in.

1. This scale contains electronic parts. Use it carefully. Do not drop, kick or jump on it.
2. Do not store near chemicals, heaters or radiators.
3. Do not store scale on its side.
4. To clean the scale, wipe the outside of the scale and tray with a soft cloth and mild detergent.
5. Do not use abrasive cleaners. Do not use isopropyl alcohol, other solutions or sanitizing wipes to clean the display surface.
6. Do not spray it with liquid. Never place the scale in the water.

This scale is an extremely sensitive weighing device. Items such as clothing or towels placed or dropped on the scale may cause it to activate. **In order to prevent run down of the batteries, do not store or leave anything on the scale.**

CALIBRATION 553KL

This scale has been factory calibrated and does not require calibration prior to use.

For maintenance, the calibration procedure may be performed using a known weight in kilograms.
Note: Calibration weight must be no less than 11 lb (5 kg) and no more than 44 lb (20 kg).

ACTION	DISPLAY SHOWS
Press and hold the **Kg/LB** and **ZERO/CLEAR** buttons at the same time, then momentarily press the **ON/OFF** button to start the scale. When "CAL" appears in the display, release the **Kg/LB** and **ZERO/CLEAR** buttons.	"CAL" then "XXXXX"
Press the **ZERO/CLEAR** button. "C-5" will flash on the display and then the display will return to "0".	"C-5" then "0"
Place 5 kg on the scale and when calibration number displayed stabilizes, press the **ZERO/CLEAR** button. "C-10" will flash on the display and then the display will return to "0".	"C-10" then "0"
Place 10 kg on the scale and when calibration number displayed stabilizes, press the **ZERO/CLEAR** button. "C-15" will flash on the display and then the display will return to "0".	"C-15" then "0"
Place 15 kg on the scale and when calibration number displayed stabilizes, press the **ZERO/CLEAR** button. "C-20" will flash on the display and then the display will return to "0".	"C-20" then "0"
Place 20 kg on the scale and when calibration number displayed stabilizes, press the **ZERO/CLEAR** button. "END" will appear on the display and the scale will automatically turn off.	"END"

TROUBLESHOOTING

Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting authorized service personnel.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Scale does not turn on	1. Battery problem 2. Bad Power Supply or Not Plugged In 3. Electrical Outlet not functioning	1. Check / Replace the batteries 2. Check / Replace Power Supply Adapter 3. Use a different outlet
"LobAt" shows in display	The batteries are low	Replace batteries according to instructions
Questionable weight or the scale does not zero	1. External object interfering with the scale 2. The display did not show "0.0" before weighing 3. Scale is not placed on a level surface 4. Scale is out of calibration	1. Remove interfering object from the scale—be sure the scale is not touching the wall 2. Ask the patient to step off the scale. Zero the scale and begin weighing process again 3. Place scale on level surface 4. Check weight with known weight value (see the calibration procedure above)
"OVER" shows in display	Overload. The load on the scale exceeds scale maximum capacity (44 lbs / 20 kg)	Remove weight, turn scale off, turn scale on again and try again
"UNDER" shows in display	Negative weight, indicating a tare was present. Load on the scale is below initial zero point	Clear scale of any weight and re-zero scale by pressing ZERO/CLEAR button

2-YEAR LIMITED WARRANTY 553KL

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be repair or replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Authorized dealers selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call 800-638-3722 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC
Attention R/A#_____
Repair Department
11800 South Austin Avenue - B
Alsip, IL 60803

If your scale is not covered by warranty, or has been damaged, an estimate of repair costs or replacement costs will be provided to you for approval, prior to servicing or replacing.

Pelstar, LLC
11800 South Austin Avenue - B • Alsip, IL 60803 • USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

Health o meter® Professional products are manufactured, designed and owned by Pelstar, LLC.
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. We reserve the right to improve, enhance or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.
© Pelstar, LLC 2009

ISO13485:2003
CERTIFIED

Gracias por su compra de éste producto Health o meter® Profesional. Lea éstas instrucciónes con cuidado, y mantenga el manual disponible para futuras consultas y también para su uso a la hora de orientar o formar al nuevo personal que la utilizará.

ÍNDICE DE MATERIAS

ENGLISH **2**
ESPAÑOL **8**
FRANÇAIS **14**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 9
SÍMBOLOS Y ESPECIFICACIONES 9
INFORMACIÓN DE LA CONECTIVIDAD 9
INSTRUCCIÓNES DE MONTAJE / PILAS 10
INSTRUCCIÓNES BÁSICAS 10
INSTRUCCIÓNES DE FUNCIONAMIENTO 11
MANTENIMIENTO 11
CALIBRACIÓN 12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12
GARANTÍA 13

POR FAVOR REGISTRE SU BALANZA PARA OBTENER COBERTURA DE LA GARANTIA EN:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para evitar lesiones y proteger su balanza de posibles averías, siga atentamente las siguientes instrucciones:

- No transporte esta balanza con peso en la bandeja de la balanza.
- Para un pesaje exacto, la balanza se debe colocar en una superficie plana y estable.
- Para un pesaje exacto, antes de cada uso verifique que la balanza funcione correctamente según el procedimiento que se describe en estas instrucciónes.
- No use la balanza en presencia de sustancias inflamables.
- El funcionamiento a voltajes y frecuencias diferentes a las especificadas podría dañar el equipo.
- Si se activa el indicador "LOW BAT", para un pesaje exacto reemplace las pilas o enchufe el adaptador de la balanza a una fuente de alimentación lo antes posible.
- Sólo el personal capacitado del fabricante puede realizar los recambios de la balanza.

Esta balanza ha probado y se ha encontrado a conformarse con los límites del EMC para el Directivo Aparato Médico 93/42/EEC (EN 55011 Clase A y EN 60601-1-2). Estos límites se diseñan para proporcionar a la protección razonable contra interferencia dañosa en una instalación médica típica. El equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea según estas instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en otros dispositivos cercanos. No obstante, no existe garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si el equipo genera interferencia en otros aparatos, lo cual se puede determinar al apagarlo y encenderlo, se sugiere intentar eliminar dicha interferencia a través una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar el aparato receptor.
- Aumentar el espacio entre los equipos.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el/los otro/s aparato/s.
- Para ayuda comunicarse con un técnico de servicio de campo o con la Asistencia Técnica de Health o meter® Profesional al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600.

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Atención: consulte los documentos adjuntos

Piezas aplicadas tipo BF

Suministro de alimentación CA a CC

Rango de temperatura (10°C a 50°C / 50°F a 104°F)

Rango de humedad (10% a 90% humedad relativa)

Rango de presión atmosférica (500hPa – 1060hPa)

Suministro de alimentación CA a CC

Polaridad del conector de CC

ESPECIFICACIONES DE LA BALANZA 553KL

Capacidad y resolución:	20 kg x 0,01 kg / 44 lb x 0,5 oz
Requisitos de alimentación:	6 pilas AA de1,5V (INCLUIDAS) o adaptador opcional CA modelo ADPT30 120-240V CA – 9V C.C. 50-60Hz. ADAPTADOR OPCIONAL NO INCLUIDO.
Ambiental:	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 40°C / 50°F a 104°F Presión atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad: 10% a 90% HR (humedad relativa)
Dimensiones de la bandeja:	63,5 cm x 32,4 cm / 25 pu x 12-¾ pu
Dimensiones de la balanza:	63,5 cm x 41,3 cm x 9,5 cm / 16-¼ pu x 3-¾ pu


ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperaturas de almacenamiento:	0°C a 50°C / 32°F a 122°F
Humedad:	10% a 90% humedad relativa
Presión atmosférica:	500 hPa – 1060 hPa

***ADVERTENCIA:** Úsela solamente junto con el adaptador de CA modelo UE 15WCP-090050SPA/ADPT30. Cumple con las normas C22.2 N.° 601.1-M90 y UL N.° 60601-1. Piezas aplicadas tipo BF. Alimentación interna.
El equipaje no es apto para usarse en presencia de sustancias anestésicas inflamables mezcladas con aire, oxígeno u óxido nitroso.

INFORMACIÓN DE LA CONECTIVIDAD PARA LA BALANZA PEDIÁTRICA 553KL:

Esta balanza se puede conectar con otros dispositivos a través de un acceso del USB, a permitir que el peso se transmite directamente de la balanza, a ayudar en cerrar una fuente de errores médicos potenciales causados por ver o leer incorrectamente y después registrar un peso tomado. Esta balanza es EMR-EHR compatible. Para más información en cuanto al conectar esta balanza con su ordenador, un monitor o el otro dispositivo comuníquese con la Asistencia Técnica de Health o meter® Profesional al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600.



IMPORTANTE

A evitar que se cae el bebé o que se dañe la balanza, colóque la balanza seguramente lejos del lado de la mesa, la taquilla u otro superficie plano usado como base para la balanza. No déje que la balanza toque la pared ni cualquier otro objecto cerca a la balanza, durante su uso.

BANDA DE MEDIDA

Para su conveniencia, se incluye una banda de medida con la balanza 553KL. Se puede poner la banda de medida sobre el fondo o sobre el lado de la bandeja de peso en la balanza, depende de su preferencia en como determinar visualmente la longitud de cuerpo entero del bebé, de 0 a 58 cm o 24 pu.

SUSTITUCIÓN / COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Encuentre el compartimiento para pilas debajo se de la balanza y retire la tapa.
2. Colóque 6 pilas AA alcalinas nuevas en el compartimiento para pilas, con cuidado a verificar que las señales '+' y '-' están orientadas correctamente, como se ilustra en el fondo del compartamento. (Sólo utilice las pilas alcalinas AA.)
3. Vuélva a colocar la tapa del compartimiento.
   FIJE: Deseche las pilas usadas de conformidad con los requisitos de su país, estado o pueblo. **Reemplace las pilas cuando la pantalla muestre la leyenda «LobAt».**

FUNCIONAMIENTO CON UN ADAPTADOR OPCIONAL

Se puede comprar un adaptador opcional para usar con esta balanza (ADPT 30). Conecte el adaptador (NO INCLUIDO) en la base de la balanza y a la fuente de alimentación. La luz LED cerca al gato de la potencia se iluminará en rojo a indicar que la balanza está recibiendo alimentación del adaptador. Refiera por favor a la página 9 para la información con respecto a los adaptadores disponibles para el uso con esta balanza. Cuando se utiliza un adaptador, el icono de la pila no se mostrará en la pantalla. La localización del gato de la potencia del adaptador se indica abajo en la Figura 1.

CÓMO APAGAR LA BALANZA

1. A apagar la balanza, apréte y sostenga el botón de ON/OFF.
2. Como característica de ahorro de energía, la balanza se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad, con esta función activada.

EL DESACTIVAR / REACTIVAR LA AUTO-APAGADO

1. A desactivar la función AUTO-APAGADO, con la balanza apagada, apréte y sostenga el botón de «RELEASE».
2. Mientras que sostiene el botón de «RELEASE», apréte el botón «ON/OFF» a encender la balanza.
3. Suelte ambos botones. «START» aparecerá abreviadamente en la pantalla seguida por «AOF=0» a confirmar que la función AUTO-APAGADO está desactivada.
4. A reactivar la función AUTO-APAGADO, apague la balanza y entonces apréte y sostenga el botón de «RELEASE» y entonces repéta los pasos 2 y 3. «AOF=1» aparecerá a confirmar que la función AUTO-APAGADO está reactivada.

FIJE: Si las instrucciónes de instalación fallan, consulte la sección de resolución de problemas. Si el problema no se soluciona, comuníquese con la Asistencia Técnica de Health o meter® Profesional al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600.




Figura 1
LA LOCALIZACION DEL GATO DE LA POTENCIA DEL ADAPTADOR

INSTRUCCIÓNES BÁSICAS DE USO

INSTRUCCIÓNES BÁSICAS

1. Colóque las pilas en el compartimiento para pilas, o enchufe la balanza a la fuente de alimentación, según las instrucciones arriba.
2. Colóque la balanza encima de una superficie rígida, nivel y plana para asegurarse de su seguridad y exactitud.
3. Apréte el botón «ON/OFF» a encender la balanza. Se mostrará «88:88.8» y entonces «0:0.0» en la pantalla, junto con «LB» y «OZ» (o «0.00 KG»). Para cambiar las unidades a KG, oprima el botón Kg/LB una vez (hay más informacion en cuanto al pesar en KG abajo).
4. Colóque el bebé en la balanza de modo que el peso quede distribuido uniformemente en la bandeja. La balanza tomará su peso aún si el bebé se muebe.
5. Cuando se calcula un peso estable, un anillo pequeño junto con la palabra «HOLD» aparecerán en la pantalla, y el peso del bebé se fijara, como mostrado en la pantalla. **FIJE**: Si la pantalla muestra el mensaje «OVER» , se ha excedido la capacidad de la balanza (véa las ESPECIFICACIONES DE LA BALANZA 553KL en la página 9).
6. Quíte el bebé de la balanza. La balanza continuará a mostrar el peso del bebé.
7. A volver a «0» en la pantalla, apréte el botón de «RELEASE», y la balanza se quedará lista a tomar peso de nuevo.



FUNCIÓN DE ZERO/CLEAR (TARA)

La función Tara permite colocar otros objetos en la balanza cuando se pesa el bebé sin afectar el peso del bebé que se muestra en la pantalla.

1. Ponga el objeto que quiere pesar como tara en la bandeja de la balanza a pesarlo.
2. Apréte y suelte el botón ZERO/CLEAR para cambiar el peso a 0.
3. Coloque el bebé en la bandeja de la balanza con el objeto de tara y péselos como lo hace normalmente. La balanza sólo mostrara el peso del bebé.

FIJE: Si la bandeja está vacía, y la pantalla no muestra «0», apréte el botón **ZERO/CLEAR** una vez, a volver a cero en la pantalla.

MODO DE PESO EN KG

Ésta balanza está configurada a mostrar el peso en libras. A modificar el modo de peso a sólo kilogramos, apréte el botón **Kg/LB** una vez. Para cambiar las unidades predeterminadas de la balanza a kilogramos, por favor comuníquese con la Asistencia Técnica de Health o meter® Profesional al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes del primer uso y luego de períodos de inactividad compruebe que funcione correctamente.

Si está enchufada, desconecte la balanza de la toma de corriente.

1. Esta balanza contiene piezas electrónicas. Úsela con cuidado. No la deje caer, no la patee, ni salte encima.
2. No la almacene cerca de sustancias químicas, calefactores ni radiadores.
3. No almacene la balanza de costado.
4. Para limpiar la balanza, pase un paño suave embebido en detergente ligero por la parte exterior.
5. No use limpiadores abrasivos. No utilice alcohol isopropilo, otras soluciones ni toallitas desinfectantes para limpiar la pantalla de lectura.
6. Nunca coloque la balanza en agua ni la rocíe con líquido.

Esta balanza es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. El colocar o dejar caer ropa o toallas encima de la balanza puede hacer que se active. **Para evitar que las pilas se agoten, no coloque ningún objeto en la balanza.**

CALIBRACIÓN 553KL

Esta balanza ha sido calibrada en la fábrica y no necesita la calibración antes de su uso.

A mantener la balanza el procedimiento de calibración puede realizarse con un peso conocido en kilogramos.
Fije: El peso de calibración no debe ser inferior a 5 kg (11 lb) ni mayor de 20 kg (44 lb).

ACCIÓN	PANTALLA
Apréte y mantenga apretados los botones **Kg/LB** y **ZERO/CLEAR** al mismo tiempo, entonces apréte momentáneamente el botón **ON/OFF** a encender la balanza. Cuando la pantalla muestra «CAL», suelte los botones **Kg/LB** y **ZERO/CLEAR**.	«CAL» y entonces «XXXXX»
Apréte el botón **ZERO/CLEAR**. «C-5» parpadeará en la pantalla y luego volverá a «0».	«C-5» y entonces «0»
Colóque 5 kg en la balanza y cuando el número de calibración se estabilice, apréte el botón **ZERO/CLEAR**. «C-10» parpadeará en la pantalla y entonces la pantalla volverá a «0».	«C-10» y entonces «0»
Colóque 10 kg en la balanza y cuando el número de calibración se estabilice, apréte el botón **ZERO/CLEAR**. «C-15» parpadeará en la pantalla y entonces la pantalla volverá a «0».	«C-15» y entonces "0»
Colóque 15 kg en la balanza y cuando el número de calibración se estabilice, apréte el botón **ZERO/CLEAR**. «C-20» parpadeará en la pantalla y entonces la pantalla volverá a «0».	«C-20» y entonces «0»
Colóque 20 kg en la balanza y cuando el número de calibración se estabilice, apréte el botón **ZERO/CLEAR**. «END» aparecera en la pantalla y la balanza se apagará automaticamente.	«END»

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las siguientes instrucciones para verificar y solucionar cualquier falla antes de ponerse en contacto con el persona. de mantenimiento autorizado.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
La balanza no enciende	1. Problema con las pilas 2. Suministro de alimentación deficiente o está desenchufada 3. Falla en la toma de corriente eléctrica	1. Revise / Reemplace las pilas 2. Revise / Enchúfela o reemplace el adaptador de alimentación 3. Use otra toma de corriente
La pantalla muestra la leyenda "LobAt"	Las pilas no tienen energía suficiente	Reemplace las pilas según las instrucciónes
Peso cuestionable o la balanza no queda en cero	1. Un objeto externo interfiere con la balanza 2. La pantalla no mostró "0.0" antes de pesar 3. La balanza no está colocada en una superficie nivelada 4. La balanza está descalibrada	1. Quite de la balanza el objeto que genera la interferencia--verifíque que no toca la pared 2. Haga que el paciente se baje de la balanza, déje que la balanza vuelva a cero y comíence de nuevo el proceso de pesaje 3. Colóque la balanza en una superficie nivelada 4. Compare el peso obtenido con el valor de peso conocido (véa el procedimiento de calibración arriba)
La pantalla muestra "OVER"	Demasiado. El peso en la balanza excede la capacidad máxima (20 kilogramos o 44 libras)	Quíte el peso, apague la balanza, encienda la balanza de nuevo e inténtelo de nuevo
La pantalla muestra la leyenda "UNDER"	El peso en la balanza es inferior a cero	Quíte todo el peso de la balanza y vuelva la balanza a cero por apretar el botón «ZERO»

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 553KL

¿Qué cubre la garantía?

Esta balanza Health o meter® Profesional está garantizada a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación y mano de obra por un período de 2 (dos) años. Si el producto no funciona de forma adecuada, devuélvalo a Pelstar, LLC en un embalaje apropiado y con el flete prepagado (vea "Para obtener el servicio de la garantía", a continuación, para obtener instrucciones). Si el fabricante determina que la balanza tiene un defecto de fabricación o mano de obra, el cliente tendrá derecho como única compensación a la reparación o sustitución de la balanza sin cargo alguno. La sustitución se hará con un equipo o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ha dejado de producirse, la sustitución se hará con un producto semejante cuyo valor sea equivalente o superior. Todas las piezas, incluso las piezas reparadas o sustituidas, están cubiertas únicamente durante el período de la garantía original.

¿A quién cubre la garantía?

Para poder recibir el servicio de la garantía, el comprador original del producto debe presentar una prueba de compra. Los distribuidores autorizados que venden los productos Pelstar no tienen el derecho a alterar, modificar ni cambiar de ninguna forma los términos y las condiciones de la presente garantía.

¿Qué excluye la garantía?

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de: uso negligente o incorrecto del equipo, uso de voltaje o corriente inadecuados, uso contrario al indicado en las instrucciones de uso, maltratos, inclusive alteraciones al equipo, daños sufridos durante el transporte y reparaciones o modificaciones no autorizadas. Además, esta garantía tampoco cubre los daños causados por desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que sean diferentes según el país, estado, provincia o la jurisdicción.

Para obtener los servicios de garantía, asegúrese de conservar su factura de compra o el comprobante de adquisición del producto. Lláme al 800-638-3722 para obtener un número de autorización de devolución (RA) que deberá incluir en la etiqueta de devolución. Envie el comprobante de compra atado al producto defectuoso, junto con su nombre, dirección, número de teléfono para llamadas diurnas y una descripción del problema. Empaque el producto con cuidado y envíelo con los gastos de flete y seguro prepagados a la siguiente dirección:

Pelstar, LLC
Atención R/A#_____
Repair Department
11800 South Austin Avenue - B
Alsip, IL 60803 EEUU

Si su balanza no está cubierta por la garantía o ha sido dañada, usted recibirá para su aprobación un presupuesto con los costos de la reparación y los repuestos antes de que procedamos a efectuar el servicio o la reparación.

Pelstar, LLC
11800 South Austin Avenue - B • Alsip, IL 60803 • EEUU
1-800-638-3722 ó 1-708-377-0600.

POR FAVOR REGISTRE SU BALANZA PARA OBTENER COBERTURA DE GARANTÍA EN:
http://www.homescales.com/customers/registration.aspx

Los productos Health o meter® Professional son fabricados y diseñados por, y propiedad de Pelstar LLC.
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products Inc. usada bajo licencia.
©Pelstar, LLC 2009

ISO13485:2003
CERTIFIED

Health o meter®
Professional

553KL

Merci d'avoir acheté cette balance Health o meter® Professionnelle. Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder à portée de main pour pouvoir le consulter à tout moment.

TABLE DES MATIÈRES

ENGLISH **2**
ESPAÑOL **8**
FRANÇAIS **14**

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENT 15
SYMBOLES ET SPÉCIFICATIONS D' CETTE BALANCE 15
L'INFORMATION DE CONNECTIVITÉ 15
CONSIGNES D'INSTALLATION / PILES 16
INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE 17
MODE D'EMPLOI 17
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 17
CALIBRAGE 18
DÉPANNAGE 18
GARANTIE 19

MERCI D'ENREGISTRER LA BALANCE AFIN DE LA GARANTIE SUR LE:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENT

Veuillez respecter attentivement les instructions afin d'éviter tout préjudice et dommage à votre balance

- Ne pas transporter la balance lorsque la plateau est chargée.
- Afin d'obtenir un pesage précis, la balance doit être installée sur une surface plate et stable.
- Afin d'obtenir un pesage précis, veuillez vous assurer que la balance fonctionne correctement conformément aux procédures décrites dans le présent manuel avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser à proximité de produits inflammables.
- L'utilisation de tensions électriques ou de fréquences qui sont différentes de celles indiquées dans ce manuel peut endommager l'équipement.
- Si l'indicateur «LOW BAT» (pile faible) est activé, remplacer les piles ou brancher la balance à une source de courant alternatif dès que possible afin d'obtenir un pesage précis.
- Seul le personnel formé par le fabricant peut manipuler la balance.

Cette balance a été prouvé et il a été trouvé se conformer les limites de l'EMC pour le Directeur Appareil Médical 93/42/EEC (EN 55011 Classe A et EN 60601-1-2 Ces limites sont conçues pour fournir à la protection raisonnable contre interférence nuisible dans une installation médicale typique. L'équipement produit, utilise et émet des radiofréquences et, si ces instructions ne sont pas respectées lors de son installation et de son utilisation, cela peut causer des interférences nocives aux autres appareils à proximité. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas en suivant une procédure d'installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec d'autres appareils, qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors tension et sous tension, il est recommandé que l'utilisateur essaye d'éliminer les interférences en prenant l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou replacer le dispositif de réception.
- Augmenter la distance entre les équipements.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit électrique qui est différent de celui auquel les autres appareils sont connectés.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le Support Technique Health o meter® Professionnel au (+1) 800-638-3722 ou (+1) 708-377-0600 ou le technicien d'entretien.

DEFINITION DES SYMBOLES

Attention, consulter les documents joints

Pièces appliquées de type BF

Alimentation électrique CA/CC

Zone de température

Plage d'humidité

Domaine de pression atmosphérique

Alimentation électrique CA/CC

Polarité du connecteur CC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BALANCE 553KL

Capacité et resolution:	20 kg x 0,01 kg / 44 lb x 0,5 oz
Puissance requise:	6 piles AA de1,5V (Y COMPRIS) ou adaptateur facultatif modèle ADPT30 120-240V CA – 9V C.C. 50-60Hz. ADAPTATEURS FACULTATIFS NON INCLUSES.
Environnement:	Températures d'exploitation: 10°C à 50°C / 50°F à 104°F Pression atmosphérique: 500hPa à 1060hPa Humidité: 10 % à 90 % HR
Dimensions de le plateau:	63,5 cm x 32,4 cm / 25 pouces x 12-¾ pouces
Dimensions de la balance:	63,5 cm x 41,3 cm x 9,5 cm / 16-¼ pouces x 3-¾ pouces

CONDITIONS DE STOCKAGE


Températures de stockage:	0°C à 50°C / 32°F à 122°F
Humidité:	10 % - 90 % HR
Pression atmosphérique:	500hPa – 1060hPa

*AVERTISSEMENT :

A utiliser uniquement avec l'adaptateur CA modele ADPT30. Conforme à la norme C22.2 n° 601.1-M90 et à la norme UL n° 60601-1. Pièces appliquées de type BF. Opération autonome. **L'équipement ne doit pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.**

L'INFORMATION DE CONNECTIVITÉ DE LA BALANCE 553KL:

Cette balance peut être reliée avec d'autres dispositifs à travers un accès de l'USB, à permettre que le poids sont directement transmis de la balance, pour aider à fermer une source d'erreurs médicales potentielles causées incorrectement en copiant et ensuite en enregistrant un poids pris. Cette balance est EMR-EHR compatible. Pour davantage d'information quant à relier à cette balance avec son ordinateur, le moniteur ou l'autre dispositif contacter le Support Technique Health o meter® Professionnel au (+1) 800-638-3722 ou (+1) 708-377-0600 s'il vous plaît.



IMPORTANT

Pour éviter toute chute ou blessure, veuillez placer la balance loin du bord du comptoir ou de la table sur laquelle la balance est installée. Ne le laissez pas la balance toucher le mur ou tout autre objet à proximité ou autour de lui alors qu'il est en cours d'utilisation.

BANDE DE MESURE

Pour vote convenance, une bande de mesure est incluse avec la balance 553KL. Vous pouvez apposer la bande de mesure sur le fond ou sur le côté du plateau de pesage, en fonction de votre préférence pour détermination visuelle de la longueur de l'enfant, jusqu'à concurrence de 58cm ou 24 pouces.

INSTALLATION DES PILES

1. Repérer le compartiment des piles qui se trouve sur la partie arrière du panneau et ensuite retirer le couvercle du compartiment.
2. Positionner les 6 nouvelles piles AA alcalines dans le compartiment des piles. S'assurer que le pôle positif (+) et le pôle négatif (-) sont positionnés correctement, comme indiqué sur la partie arrière du panneau. (Utiliser seulement des piles alcalines AA).
3. Remettre le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE : Eliminer les piles utilisées conformément à la réglementation nationale de votre pays, état ou village.
Remplacer les piles lorsque l'écran affiche « LobAt ».

FONCTIONNEMENT AVEC L'ADAPTATEUR

Un adaptateur optionnel est disponible (ADPT 30). Brancher l'adaptateur (NON FOURNI) à la balance et à une source d'alimentation électrique. La lumière LED à côté de la prise d'alimentation s'allume en rouge, indiquant qu'il a de puissance à la balance. Renvoyez s'il vous plaît à la page 15 pour l'information en ce qui concerne les adaptateurs disponibles pour l'utilisation avec cette balance. Quand on utilisera un adaptateur, l'icone de la pile ne sera pas montrée sur l'écran. La localisation du chat de la puissance de l'adaptateur est vers le bas indiquée dans la Figure 1.

COMMENT FAIRE POUR DESACTIVER LA BALANCE

1. Pour éteindre manuellement la balance, appuyant sur le bouton **ON/OFF** (marche / arrêt).
2. Pour ne pas épuiser les piles ou de réduire la consommation électrique, la balance se mettra automatiquement hors tension après 2 minutes d'inactivité, si cet dispositif a été activé.

ACTIVER / DESACTIVER AUTO-ARRET

1. Pour désactiver le dispositif d'AUTO-ARRET, avec la balance éteinte appuyez et soutenez le bouton RELEASE.
2. Appuyez sur et libérez la touche ON/OFF(marche/arrêt) tout en tenant toujours le bouton RELEASE.
3. Libérez les deux boutons et "AOF=0" sera affiché pour confirmer que le dispositif d'Auto-arrêt a été désactivé.
4. Pour réactiver le dispositif d'AUTO-ARRET, éteignez la balance et alors appuyez et soutenez le bouton RELEASE, alors répétez les étapes 2 et 3. "AOF=1" sera affiché pour confirmer que le dispositif d'Auto-arrêt a été réactivé.

REMARQUE: En cas d'échec des instructions d'installation, se reporter aux instructions de diagnostic de pannes. Si le problème persiste, contacter le Support Technique Health o meter® Professionnel au (+1) 800-638-3722 ou (+1) 708-377-0600.





Figure 1
LA LOCALISATION DU CHAT DE LA PUISSANCE DE L'ADAPTATEUR

INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE RAPIDE / MODE D'EMPLOI 553KL

INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE RAPIDE

1. Placer les piles alcalines dans le compartiment des piles ou brancher la balance dans la prise, comme indiqué ci-dessus.
2. Placer la balance sur une superficie plan, de niveau et sèche, pour l'exactitude et la sécurité d'utilisation.
3. Appuyer sur le bouton **ON/OFF** (marche/arrêt) pour mettre sous tension la balance. L'écran affichera «88:88.8» et puis «0 :0.0», avec «LB» et «OZ» (ou «0.00 KG»). Pour changer l'unité de mesure utilisé, à KG, appuyer le bouton Kg/LB une fois (Renvoyez s'il vous plaît à MODE DE PESAGE Á KG en bas pour l'information en ce qui concerne KG).
4. Couchez le bébé sur la balance de façon à ce que son poids soit disposé uniformément sur le plateau. La balance prendre le poids même s'il bébé bouge.
5. Quand un poids stable est calculé un petit anneau avec le mot «HOLD» apparaîtra avec le poids du bébé et le poids du bébé se fixe, comme le montre dans l'écran. **NOTE**: Si l'écran affiche le message «OVER» (surchargée), le poids du bébé balance dépasse sa capacité de cette balance (renvoyez s'il vous plaît à les CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BALANCE 553KL dans la page 15).
6. Enlevez le bébé du plateau. L'écran continuera à afficher le poids du bébé.
7. Appuyez sur le bouton **RELEASE** de nouveau pour remettre l'affichage à 0, et la balance c'est prêt pour peser nouvellement.



LE DISPOSITIF TARE (ZERO/CLEAR)

Le dispositif tare vous permet de placer d'autres éléments sur la balance pendant que vous pesez le bébé sans toutefois affecter l'interprétation du poids du bébé.

1. Pesez l'élément que vous aimeriez tarer.
2. Appuyer et relâchez le bouton **ZERO/CLEAR** pour changer le poids à 0.
3. Placez le bébé sur le plateau de la balance avec l'élément de tare et pesez normalement. L'écran affichera seulement le poids du bébé.

NOTE: Si la balance ne contient aucun élément à peser et que l'écran n'affiche pas "0", appuyer le bouton **ZERO/CLEAR** une fois pour remettre l'écran à zéro.

MODE DE PESAGE Á KG

Le mode de pesage par défaut de cette balance c'est livres. Par changer l'unité de mesure utilisé à KG, appuyer le bouton **Kg/LB** (kilogrammes / livres) une fois. Par changer le mode de pesage par défaut à seulement KG n'importe quand la balance c'est sous tension, marquer le Support Technique Health o meter® Professionnel au (+1) 800-638-3722 ou (+1) 708-377-0600.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

'vant la première utilisation et après des périodes de non-utilisation, vérifier si la balance fonctionne correctement.

Débrancher la balance de la source de courant alternatif, si la balance c'est branché.

1. Cette balance contient des composants électroniques. L'utiliser avec précaution. Ne pas la faire tomber, donner des coups de pied dedans ou sauter dessus.
2. Ne pas ranger à proximité de produits chimiques, de chauffages ou de radiateurs.
3. Ne pas la ranger à la verticale.
4. Pour nettoyer la balance, essuyer l'extérieur de la balance avec un chiffon doux et un peu de détergent.
5. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Ne pas utiliser d'alcool isopropylique, d'autres solutions ou serviettes désinfectantes pour nettoyer la surface de l'écran.
6. Ne jamais immerger la balance dans l'eau ou pulvériser un liquide dessus.

Cette balance est extrêmement sensible. Si des vêtements ou des serviettes sont posés ou tombent dessus, cela peut la mettre sous tension. **Afin d'éviter d'épuiser les piles, ne rien placer sur la balance.**

CALIBRAGE 553KL

Cette balance a été étalonée en usine et ne nécessite aucun étalonnage additionnel avant son utilisation.

La procédure d'étalonnage peut être effectuée en utilisant un poids connu en kilogrammes.
Remarque: Le poids d'étalonnage ne doit pas être inférieur à 5 kg (11 lb) ni supérieur à 20 kg (44 lb).

ACTION	ÉCRAN
Appuyer et soutenez les boutons **Kg/LB** et **ZERO/CLEAR** simultanément, ensuite appuyer sur le bouton **ON/OFF** (marche/arrêt) pour mettre la balance sous tension. «CAL» s'affiche à l'écran, relâchez les boutons **Kg/LB** et **ZERO/CLEAR**.	« CAL » et alors « XXXXX »
Appuyer sur le bouton **ZERO/CLEAR**. Le message «C-5» s'affiche rapidement et ensuite l'écran affiche la valeur «0».	«C-5» et alors «0»
Positionner une charge de 5 kg sur la balance et lorsque le chiffre du calibrage se stabilise, appuyer sur le bouton **ZERO/CLEAR**. Le message «C-10» s'affiche rapidement et ensuite l'écran affiche la valeur «0».	«C-10» et alors «0»
Positionner une charge de 10 kg sur la balance et lorsque le chiffre du calibrage se stabilise, appuyer sur le bouton **ZERO/CLEAR**. Le message «C-15» s'affiche rapidement et ensuite l'écran affiche la valeur «0».	«C-15» et alors "0»
Positionner une charge de 15 kg sur la balance et lorsque le chiffre du calibrage se stabilise, appuyer sur le bouton **ZERO/CLEAR**. Le message «C-20» s'affiche rapidement et ensuite l'écran affiche la valeur «0».	«C-20» et alors «0»
Positionner une charge de 20 kg sur la balance et lorsque le chiffre du calibrage se stabilise, appuyer sur le bouton **ZERO/CLEAR**. «END» (fin) s'affiche à l'écran, ensuite la balance se met hors tension automatiquement.	«END»

DIAGNOSTIC DE PANNES

Se reporter aux instructions suivantes pour vérifier et corriger toute panne avant de contacter le personnel d'entretien.

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La balance ne se met pas sous tension	1. Piles 2. Mauvaise source d'alimentation ou n'est pas branché 3. Prise de courant défectueuse	1. Réviser / Remplacer les piles 2. Réviser / Remplacer la source d'alimentation 3. Utiliser une autre prise de courant
L'écran affiche le message « LobAt » (batterie faible)	Les piles sont faibles	Remplacer les piles en suivant les instructions
Un poids douteux ou la balance ne se met pas à zéro	1. Object extérieur interférant avec la balance 2. L'écran n'affiche pas «0,0» avant le pesage 3. La balance n'est pas positionnée sur une surface de niveau 4. La balance n'est pas calibrée	1. Eliminer l'élément perturbant la balance—vérifier que la balance ne touche pas la mur 2. Demander au patient de monter sur la balance. Initialiser la balance en appuyant sur le bouton ZERO et recommencer le processus de pesage. 3. Positionner la balance sur une surface de niveau 4. Vérifier le poids en utilisant la valeur connaître le poids
L'écran affiche le message « OVER » (surchargée)	La charge exercée sur la balance dépasse sa capacité (20 kg / 44 lbs)	Retirer la charge, mettre la balance hors tension, remettre la balance sous tension et essayer à nouveau
L'écran affiche le message « UNDER » (charge insuffisante)	La charge exercée sur la balance est inférieure au point zéro initial, que indique que une tare était présent	Retirer toute charge de la balance et réinitialiser la balance en appuyant sur le bouton ZERO/CLEAR

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 553KL

Que couvre la garantie?

Cette balance Health o meter® Professionnelle est garantie à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si la balance ne fonctionne pas correctement, retourner le produit à Pelstar, LCC, port prépayé et bien emballé (se reporter à la section «Pour obtenir un service de garantie» ci-dessous, pour obtenir les instructions). Si le fabricant détermine qu'un défaut de matériau ou de fabrication existe, le seul recours des clients sera la réparation ou le remplacement sans frais de la balance. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement sera effectué par un produit similaire de valeur équivalente ou supérieure. Toutes les pièces, y compris les pièces réparées et remplacées sont couvertes seulement pendant la période de garantie initiale.

A qui est couvert?

L'acheteur initial du produit doit avoir une preuve d'achat afin d'obtenir le service de garantie. Conserver le ticket de caisse ou le reçu. Les dépositaires Pelstar ou qui vendant les produits Pelstar n'ont pas l'autorisation de changer ou de modifier d'aucune façon les conditions générales de cette garantie.

Quelles sont les exclusions?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par l'une des causes suivantes: l'utilisation négligente ou la mauvaise utilisation du produit, l'utilisation avec une tension ou un courant inappropriés, l'utilisation contraire aux directives d'utilisation, l'abus y compris l'altération, les dommages en transit ou les réparations ou les modifications non autorisées. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie confère des droits légaux précis et l'acheteur initial peut aussi avoir d'autres roits qui varient d'un pays à l'autre, d'un etat à un autre, d'une province à l'autre ou d'une juridiction à une autre.

Pour obtenir un service de garantie, veiller à conserver le reçu de vente ou autre preuve d'achat. Composer le 800-638-3722 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA). Joindre une preuve d'achat au produit défectueux en plus des nom, adresse, numéro de téléphone le jour et une description du problème. Emballer le produit soigneusement et l'envoyer port prépayé et assuré à:

Pelstar, LLC
Attention R/A#_____
Repair Department
11800 South Austin Avenue - B
Alsip, IL 60803 États-Unis

Si la balance n'est pas couverte par la garantie ou si elle a été endommagée, une évaluation des coûts de réparation ou de remplacement sera soumise aux fins d'approbation avant d'effectuer la réparation ou le remplacement.

Pelstar, LLC
11800 South Austin Avenue - B • Alsip, IL 60803 • États-Unis
1-800-638-3722 ou 1-708-377-0600

MERCI D'ENREGISTRER LA BALANCE AFIN DE LA GARANTIE SUR LE:
http://www.homscales.com/customers/registration.aspx

Les produits Health o meter® Professional sont la propriété de Pelstar LLC, la quelle légalement les fabrique et les conçoit.
Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products Inc., utilisée sous licence.
© Pelstar, LLC 2009

ISO13485:2003 CERTIFIED

Health o meter®

Professional

WEIGHING SCALES FOR PROFESSIONALS IN:
ACUTE CARE • BARIATRIC • DIALYSIS
FITNESS • LONG TERM CARE • PEDIATRIC / NEONATAL
PRIMARY CARE • PROFESSIONAL HOME HEALTH • VETERINARY

Please visit our web site to learn more about our full lines of professional scales.

Pelstar, LLC
11800 South Austin Avenue - B
Alsip, IL 60803 • USA
www.homscales.com

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

ISO13485:2003 CERTIFIED

Bascula Modelo 553 KL Marca Health o Meter

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las siguientes instrucciones para verificar y solucionar cualquier falla antes de ponerse en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
La balanza no enciende	1. Problema con las pilas 2. Suministro de alimentación deficiente o está desenchufada 3. Falla en la toma de corriente eléctrica	1. Revise / Reemplace las pilas 2. Revise / Enchúfela o reemplace el adaptador de alimentación 3. Use otra toma de corriente
La pantalla muestra la leyenda "LobAt"	Las pilas no tienen energía suficiente	Reemplace las pilas según las instrucciónes
Peso cuestionable o la balanza no queda en cero	1. Un objeto externo interfiere con la balanza 2. La pantalla no mostró "0.0" antes de pesar 3. La balanza no está colocada en una superficie nivelada 4. La balanza está descalibrada	1. Quite de la balanza el objeto que genera la interferencia--verifique que no toca la pared 2. Haga que el paciente se baje de la balanza, déje que la balanza vuelva a cero y comience de nuevo el proceso de pesaje 3. Colóque la balanza en una superficie nivelada 4. Compare el peso obtenido con el valor de peso conocido (véa el procedimiento de calibración arriba)
La pantalla muestra "OVER"	Demasiado. El peso en la balanza excede la capacidad máxima (20 kilogramos o 44 libras)	Quíte el peso, apague la balanza, encienda la balanza de nuevo e inténtelo de nuevo
La pantalla muestra la leyenda "UNDER"	El peso en la balanza es inferior a cero	Quite todo el peso de la balanza y vuelva la balanza a cero por apretar el botón «ZERO»

Sierra para yesos „Poder electrónico“

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

Instrucciones de uso

La sierra para yesos "Poder electrónico" es una sierra oscilatoria para cortar yesos y vendajes de plástico. Para cortar vendajes de espesor standard, se debe utlizar la hoja con un diámetro de 50 mm, en casos especiales y si el espesor es mayor al normal, se debe utilzar la hoja con un diámetro de 65 mm.

Para cambiar las hojas, se debe utilizar la llave suministrada con la sierra. Se debe prestar mucha atención de no forzar el vástago al momento de cambiar las hojas.

Se recomienda cambiar a tiempo las hojas desgastadas para evitar una sobrecarga y sobrecalentamiento de la sierra. Al momento del cambio de las hojas y utilización de la sierra, se debe tener muy en cuenta que las hojas poseen cantos muy afilados. Cuidado, peligro de lesión!

Si se desea cortar yeso normal, se deben utilizar las hojas para cortar yesos (superficie brillante).

Si se desea cortar vendajes sintéticos, se deben utilizar las hojas para cortar plásticos (superficie opaca). Al cortar vendajes sintéticos se produce mayor calor de fricción y la viruta tiene a pegarse a la hoja, es por este motivo que deben utilizarse las hojas especiales para cortar plásticos, las cuales tienen un tratamiento especial de la superficie para minimizar éste problema.

Luego de su utilización se deben limpiar tanto la sierra como las hojas, con un paño seco y limpio. La sierra no debe ser sumergida o lavada con líquidos (agua, etc.). Si es necesario desinfectarla, debe realizarse con un desinfectante diluido y teniendo cuidado de que el paño sólo debe ser humedecido (no mojarlo).

Se debe prestar mucha atención de que no entre ningún tipo de líquido ó vapor en el interior de la sierra. Antes de limpiar el aparato, se debe desconectar del suministro de corriente (desconectar el enchufe).

La sierra no debe ser esterilizada.

El aparato no necesita ningún mantenimiento.

La sierra no debe ser utilizada en lugares donde existe riesgo de explosión.

Antes de cada uso, se debe revisar que la sierra no tenga ningún problema mecánico, de ser asi, tiene que ser enviada inmediatamente a nuestras oficinas, todas las reparaciones sólo pueden ser efectuadas por nosotros. Por favor no intenten repararla, ya que pueden ocasionar más daños y se puede perder el derecho a garantía.

Cuando finalize el tiempo de vida de la sierra, puede ser enviada a nuestras oficinas para que sea desechada adecuadamente. Las hojas desgastadas deben ser desechadas en los depósitos correspondientes (acero ó metal).

La sierra posee un interruptor de seguridad para prender ó apagar el aparato. Al momento de prender la sierra se produce por un momento una corriente de arranque más elevada, la electrónica impide que el seguro se dispare (limite para la corriente de arranque). Luego de que se llegue a la cantidad de revoluciones deseada, se tiene a disposición todo el poder del motor. Gracias a la forma suave en que el motor llega a su completa potencia, son protegidas todas las piezas mecánicas y electrónicas de la sierra. De esta forma también se reduce el riesgo de accidentes.

Gracias a una conexión de protección se garantiza que en ningún momento puede producirse una sobrecarga del motor. Si de todas formas se produce una sobrecarga debido a por ej. un bloqueo motriz, el motor se apaga automáticamente. Gracias a una conexión de seguridad, la sierra se puede volver a encender luego de un corto tiempo.


La sierra para yesos cumple con las especificaciones de las normas EMV Norm –EN 60601-1-2


La regulación del motor se realiza fuera del área de manipulación, al final del motor, al lado de la salida del cable de corriente, de esta forma no molesta durante el corte del vendaje. Con el aro regulador se pueden regular en forma continua oscilaciones desde 6500 hasta 24000.

La oscilación seleccionada se mantiene siempre constante bien sea que la sierra este funcionando en marcha al vacío ó si esta siendo utilizada para cortar un vendaje. La compensación de peso está siempre activa y se regula de acuerdo a las oscilaciones de forma automática. Si se ejerce una fuerza mayor para cortar el vendaje, este es registrado por el generador y la electrónica evita que se reduzca el numero de oscilaciones y las regula en forma automática para que siempre se mantengan las oscilaciones seleccionadas. El usuario no siente ningún tipo de cambio de las oscilaciones, de esta manera siempre se mantiene la cantidad óptima de oscilaciones. Si se produce un forzamiento del motor (bloqueo de las hojas), la electrónica apaga la sierra y luego de unos momentos puede ser encendida nuevamente.

Gracias a la utilización de modernos elementos de construcción y técnicas electrónicas se pudo desorrallar un motor fino con una carcasa muy manuable, en la cual se tomaron encuenta diversos aspectos relacionados con la ergonomía y la antropología, por ej. para la manipulación de la sierra por personas con manos pequeñas ó la disminución del ruido para evitar que los niños se asusten mientras les estan quitando el yeso (en este caso se recomienda un uso bajo de oscilaciones).

La temperatura ambiental para el transporte y almacenamiento no debe ser menor a 5°C ni mayor a 40°C. La humedad tampoco debe ser mayor a 80%.





Sierra para yesos „Poder electrónico“

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

Datos técnicos / Clasificación

Art.-No. 30.200.20, Sierra para yesos = 230 V, 50 Hz, 500 W

Art.-No. 30.200.10, Sierra para yesos = 110 V, 60 Hz, 500 W

Aparatos correspondientes a protección clase II, la utilización corresponde al Tipo BF.

Especificaciones técnicas

- 230 V, 50 Hz, 500 W ó 110 V, 60 Hz, 500 W
- Regulación continua desde 6500 hasta 24000 oscilaciones, la regulación se realiza fuera del área de manipulación
- Compensación del peso en forma completamente automática en toda el área de oscilación
- Motor electrico con técnicas modernas y diversas funciones de seguridad y protección
- Cable de corriente de 5 metros con enchufe plano europeo para un voltaje de 230 Volt ó cable de 3 metros con enchufe plano USA para un voltaje de 110 Volt
- Motor con cojinetes especiales, protección contra el polvo de los yesos
- Ankerwelle Eje reforzado
- Versión fina del motor con una marcha muy segura y silenciosa de aprox. 52 – 77 dB(A), dependiendo del número de oscilaciones seleccionado

Item	Repuestos y accesorios recomendados
1	1 Und Tornillo de fijación para la hoja
2	1 Und Aro de fijación para la hoja
3	1 Und Hoja de repuesto para cortar plásticos, 50 mm
4	1 Und Hoja de repuesto para cortar plásticos, 65 mm
5	1 Und Hoja de repuesto para cortar yesos, 50 mm
6	1 Und Hoja de repuesto para cortar yesos, 65 mm
7	1 Par Llave bifurcada

Símbolos

⧈	Doppelschutzisolierung Schutzklasse II Doble aislamiento protector, protección clase II
	Medizinischer Anwendungsteil des Typs BF Para uso medicinal tipo BF
~	Wechselstromzeichen Símbolo de corriente alterna
CE	Konformitätszeichen Simbolo de conformidad CE
0/1	Aus- oder Einschaltzustand der Gipssäge Estado de encendido ó apagado de la sierra





IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

GUÍA DE FALLOS COMUNES SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS



1) La unidad no enciende

- Verifique el voltaje en la toma eléctrica
- Revise que no haya elementos extraños obstruyendo la ventilación del equipo
- Revise que las escobillas no estén desgastadas

2) La unidad no corta

- Revise que los discos no estén desgastados
- Revise que el disco este bien anclado a la unidad

3) La unidad se recalienta

- Deje descansar la unidad
- El corte debe ser realizado de manera gradual

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia garantiza que los equipos mencionados a continuación, no cuentan con manual de servicio:

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER
- CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA, DIVAN CABECERO, COLCHONETA PARA PESA BEBE, KIT CARGADOR PARA 6 PILAS
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER , CAT. 30.200.10 MARCA: DIMEDA – ALEMAN

ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia permite certificar que para el proceso de entrega de equipo mencionado, brindará:

*1 Año de garantía por defectos de fabricación, a partir del momento de la instalación, capacitación y entrega por parte del ingeniero biomédico asignado por Imcolmedica SA:

- DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2 (21 UNIDADES)

ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022

NOTA: No incluye mal manejo o desgaste normal de los equipos

Adicional a esto es un elemento que no requiere mantenimiento preventivo, pero si incluye capacitación para el personal técnico y asistencial cuando el cliente lo requiera.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS*

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A. identificada con el NIT. 860070078-3, como importador y distribuidor autorizado de equipos médicos; permite certificar que para el proceso de entrega de los equipos brindara:

* 2 Años de garantía por defectos de fabricación, a partir del momento de la instalación, capacitación, y entrega por parte del Ingeniero Biomédico asignado por Imcolmedica SA:

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER
- CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA, DIVAN CABECERO, COLCHONETA PARA PESA BEBE, KIT CARGADOR PARA 6 PILAS
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER , CAT. 30.200.10 MARCA: DIMEDA – ALEMAN
- **ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022**

Nota: No incluye mal manejo o desgaste normal de los equipos

- 1 capacitación para el personal técnico y asistencial cuando el cliente lo requiera
- 2 mantenimientos preventivos por año de garantía.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá, 07 marzo 2023

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Se realiza instalacion y puesta en marcha de los equipos entregados por parte de IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia, los cuales se realcionan a continuación:

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER
- CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA, DIVAN CABECERO, COLCHONETA PARA PESA BEBE, KIT CARGADOR PARA 6 PILAS
- DIVAN CABECERO DE LEVANTE MARCA: MB-17-2
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF. ELECTRONIC POWER, CAT. 30.200.10 MARCA: DIMENA - ALEMAN

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

Stefanía Morales Rodríguez
CC. 1020762877
Ing. Electrónica
CN206-106906 INVIMA RH-201684-233

07-03-2023

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°

CC 322874

EQUIPO

MAGNITUD:	MASA
INSTRUMENTO:	INSTRUMENTO DE PESAJE CON INDICACIÓN DIGITAL
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553KL
CÓDIGO INTERNO:	SIN IDENTIFICAR
SERIE:	5530039567
UNIDAD DE MEDIDA:	kg
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,01 kg
RESOLUCIÓN:	0,01 kg
UBICACIÓN:	SIN IDENTIFICAR

CLIENTE

SOLICITANTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-10-18
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-10-18
NÚMERO DE PÁGINAS:	4 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	JOHN FREDDY PÉREZ DÍAZ

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Celsius S.A.S. Los resultados contenidos en el presente certificado se relacionan únicamente con los ítems sometidos a calibración y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Celsius S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Autorizado por:
CARLOS ALBERTO TRIANA ROMERO.
Coordinador de Laboratorio

Nota: "Los datos subrayados fueron suministrados por el cliente y son tratados por Celsius S.A.S. según las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados".

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322874

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Este certificado muestra los errores del instrumento de pesaje por medio de tres pruebas: errores de indicación, repetibilidad y excentricidad. La calibración del instrumento se realizó de acuerdo con los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, documentado en el Instructivo de Calibración IPS-16, sin presentarse ninguna desviación al método.

IPS
16

LUGAR DE CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada en: Sitio (Instalaciones del Cliente).

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD

La incertidumbre expandida de la medición reportada *U* se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Nivel de confianza
95%

$$U = k \cdot u_c(x)$$

U: Incertidumbre expandida
u_c: Incertidumbre combinada

El laboratorio de metrología CELSIUS S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades, a través de la cadena ininterrumpida de calibraciones relacionadas con laboratorios de calibración acreditados y los patrones nacionales e internacionales de la respectiva magnitud.

CÓDIGO INTERNO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
PM033	JUEGO DE PESAS M1	METROGLOBAL	M220707 M220708 M220709	2022-06-08	diciembre de 2022	COLMETRO S.A.S.
PM020	JUEGO DE PESAS F1	DETECTO	M211123	2021-11-19	mayo de 2023	COLMETRO S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322874


INFORME DE MEDICIONES Y RESULTADOS PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE

Carga máxima:	20	kg
División de Escala (d):	0,01	kg
Resolución:	0,01	kg

1. ERRORES DE INDICACIÓN

k_L	CARGA L_T kg	INDICACIÓN I_L kg	ERROR E kg	INCERTIDUMBRE $U(E)$ kg	Factor de Cobertura (k)
1	0,2	0,20	0,000	±0,031	2,6
2	2	2,00	0,000	±0,031	2,6
3	4	3,99	-0,010	±0,031	2,5
4	6	5,98	-0,020	±0,031	2,4
5	8	7,98	-0,020	±0,032	2,4
6	10	9,95	-0,050	±0,032	2,3
7	12	11,94	-0,060	±0,034	2,2
8	14	13,97	-0,030	±0,035	2,1
9	16	15,97	-0,030	±0,037	2,1
10	18	17,96	-0,040	±0,039	2,1
11	20	19,94	-0,060	±0,042	2,1

GRÁFICO DE TENDENCIA (kg)



CERTIFICADO Nº **CC 322874**


2. PRUEBA DE REPETIBILIDAD

CARGA L_T = 5 kg	CARGA L_T = 10 kg
INDICACIÓN I_L kg	INDICACIÓN I_L kg
5,00	9,97
5,00	9,97
5,00	9,97
5,00	9,99
5,00	9,99
s= 0,000 kg	s= 0,011 kg

Cada vez que se remueve la carga, se registra la indicación sin carga, y se ajusta a cero si ésta no regresa a cero.

3. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Carga L_{ecc} =	7 kg	
i	I_{Li} kg	$\Delta I_{ecc,i}$ kg
1	6,97	0,00
2	6,97	0,00
3	6,98	0,01
4	6,97	0,00
5	6,95	-0,02
$\lvert\Delta I_{ecc,i}\rvert_{max}$ =	0,02	kg



i : Corresponde a cada una de las posiciones en el receptor de carga.

I_{Li} : Corresponde a cada una de las indicaciones para una carga de prueba en la posición i.

$\Delta I_{ecc,i}$: Corresponde a la diferencia entre cada una de las indicaciones I_{Li} y la indicación I_{L1}.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

La calibración se realizó de acuerdo con los parámetros y condiciones técnicas establecidas en el documento de referencia.

Temperatura Máxima: 22,2 °C — Humedad Relativa Máxima: 52,7 %HR

Temperatura Mínima: 21,3 °C — Humedad Relativa Mínima: 50,7 %HR

OBSERVACIONES:

"1. La anterior calibración se realizó bajo los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009."

2. El contacto para la prestación del servicio fue: DIXON MILLAN CEL:3043808621

* Final del Certificado *

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°

CC 322875

EQUIPO

MAGNITUD:	MASA
INSTRUMENTO:	INSTRUMENTO DE PESAJE CON INDICACIÓN DIGITAL
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553KL
CÓDIGO INTERNO:	SIN IDENTIFICAR
SERIE:	5530039582
UNIDAD DE MEDIDA:	kg
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,01 kg
RESOLUCIÓN:	0,01 kg
UBICACIÓN:	SIN IDENTIFICAR

CLIENTE

SOLICITANTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-10-18
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-10-18
NÚMERO DE PÁGINAS:	4 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	JOHN FREDDY PÉREZ DÍAZ

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Celsius S.A.S. Los resultados contenidos en el presente certificado se relacionan únicamente con los ítems sometidos a calibración y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Celsius S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Autorizado por:
CARLOS ALBERTO TRIANA ROMERO.
Coordinador de Laboratorio

Nota: "Los datos subrayados fueron suministrados por el cliente y son tratados por Celsius S.A.S. según las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados".

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322875

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Este certificado muestra los errores del instrumento de pesaje por medio de tres pruebas: errores de indicación, repetibilidad y excentricidad. La calibración del instrumento se realizó de acuerdo con los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, documentado en el Instructivo de Calibración IPS-16, sin presentarse ninguna desviación al método.

IPS **16**

LUGAR DE CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada en: Sitio (Instalaciones del Cliente).

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD

La incertidumbre expandida de la medición reportada *U* se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Nivel de confianza **95%**

$$U = k \cdot u_c(x)$$

U: Incertidumbre expandida
u_c: Incertidumbre combinada

El laboratorio de metrología CELSIUS S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades, a través de la cadena ininterrumpida de calibraciones relacionadas con laboratorios de calibración acreditados y los patrones nacionales e internacionales de la respectiva magnitud.

CÓDIGO INTERNO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
PM033	JUEGO DE PESAS M1	METROGLOBAL	M220707 M220708 M220709	2022-06-08	diciembre de 2022	COLMETRO S.A.S.
PM020	JUEGO DE PESAS F1	DETECTO	M211123	2021-11-19	mayo de 2023	COLMETRO S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322875


INFORME DE MEDICIONES Y RESULTADOS PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE

Carga máxima:	20	kg
División de Escala (d):	0,01	kg
Resolución:	0,01	kg

1. ERRORES DE INDICACIÓN

k_L	CARGA L_T kg	INDICACIÓN I_L kg	ERROR E kg	INCERTIDUMBRE $U(E)$ kg	Factor de Cobertura (k)
1	0,2	0,19	-0,0100	±0,0082	2,0
2	2	1,99	-0,0100	±0,0096	2,0
3	4	3,99	-0,010	±0,013	2,0
4	6	5,99	-0,010	±0,017	2,0
5	8	7,97	-0,030	±0,022	2,0
6	10	9,96	-0,040	±0,026	2,0
7	12	11,95	-0,050	±0,031	2,0
8	14	13,95	-0,050	±0,036	2,0
9	16	15,96	-0,040	±0,041	2,0
10	18	17,96	-0,040	±0,046	2,0
11	20	19,96	-0,040	±0,051	2,0

GRÁFICO DE TENDENCIA (kg)



CERTIFICADO N° CC 322875


2. PRUEBA DE REPETIBILIDAD

CARGA L_T = 5 kg	CARGA L_T = 10 kg
INDICACIÓN I_L kg	INDICACIÓN I_L kg
4,96	9,98
4,96	9,98
4,96	9,98
4,96	9,98
4,96	9,98
s= 0,000 kg	s= 0,000 kg

Cada vez que se remueve la carga, se registra la indicación sin carga, y se ajusta a cero si ésta no regresa a cero.

3. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Carga L_{ecc} =	7 kg	
i	I_{Li} kg	$\Delta I_{ecc,i}$ kg
1	6,95	0,00
2	6,95	0,00
3	6,98	0,03
4	6,97	0,02
5	6,97	0,02
$\lvert\Delta I_{ecc,i}\rvert_{max}$ =	0,03	kg



i : Corresponde a cada una de las posiciones en el receptor de carga.

I_{Li} : Corresponde a cada una de las indicaciones para una carga de prueba en la posición i.

$\Delta I_{ecc,i}$: Corresponde a la diferencia entre cada una de las indicaciones I_{Li} y la indicación I_{L1}.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

La calibración se realizó de acuerdo con los parámetros y condiciones técnicas establecidas en el documento de referencia.

Temperatura Máxima: 22,2 °C — Humedad Relativa Máxima: 52,7 %HR

Temperatura Mínima: 21,3 °C — Humedad Relativa Mínima: 50,7 %HR

OBSERVACIONES:

"1. La anterior calibración se realizó bajo los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009."

2. El contacto para la prestación del servicio fue: DIXON MILLAN CEL:3043808621

* Final del Certificado *

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°

CC 322876

EQUIPO



MAGNITUD:	MASA
INSTRUMENTO:	INSTRUMENTO DE PESAJE CON INDICACIÓN DIGITAL
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553KL
CÓDIGO INTERNO:	SIN IDENTIFICAR
SERIE:	5530039583
UNIDAD DE MEDIDA:	kg
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,01 kg
RESOLUCIÓN:	0,01 kg
UBICACIÓN:	SIN IDENTIFICAR

CLIENTE

SOLICITANTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-10-18
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-10-18
NÚMERO DE PÁGINAS:	4 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	JOHN FREDDY PÉREZ DÍAZ

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Celsius S.A.S. Los resultados contenidos en el presente certificado se relacionan únicamente con los ítems sometidos a calibración y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Celsius S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Autorizado por:
CARLOS ALBERTO TRIANA ROMERO.
Coordinador de Laboratorio

Nota: "Los datos subrayados fueron suministrados por el cliente y son tratados por Celsius S.A.S. según las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados".

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322876

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Este certificado muestra los errores del instrumento de pesaje por medio de tres pruebas: errores de indicación, repetibilidad y excentricidad. La calibración del instrumento se realizó de acuerdo con los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, documentado en el Instructivo de Calibración IPS-16, sin presentarse ninguna desviación al método.

IPS
16

LUGAR DE CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada en: Sitio (Instalaciones del Cliente).

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD

La incertidumbre expandida de la medición reportada *U* se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Nivel de confianza
95%

$$U = k \cdot u_c(x)$$

U: Incertidumbre expandida
u_c: Incertidumbre combinada

El laboratorio de metrología CELSIUS S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades, a través de la cadena ininterrumpida de calibraciones relacionadas con laboratorios de calibración acreditados y los patrones nacionales e internacionales de la respectiva magnitud.

CÓDIGO INTERNO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
PM033	JUEGO DE PESAS M1	METROGLOBAL	M220707 M220708 M220709	2022-06-08	diciembre de 2022	COLMETRO S.A.S.
PM020	JUEGO DE PESAS F1	DETECTO	M211123	2021-11-19	mayo de 2023	COLMETRO S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 322876


INFORME DE MEDICIONES Y RESULTADOS PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE

Carga máxima:	20	kg
División de Escala (d):	0,01	kg
Resolución:	0,01	kg

1. ERRORES DE INDICACIÓN

k_L	CARGA L_T kg	INDICACIÓN I_L kg	ERROR E kg	INCERTIDUMBRE $U(E)$ kg	Factor de Cobertura (k)
1	0,2	0,20	0,0000	±0,0082	2,0
2	2	2,00	0,0000	±0,0096	2,0
3	4	4,00	0,000	±0,013	2,0
4	6	6,00	0,000	±0,017	2,0
5	8	8,00	0,000	±0,022	2,0
6	10	9,99	-0,010	±0,026	2,0
7	12	11,98	-0,020	±0,031	2,0
8	14	13,98	-0,020	±0,036	2,0
9	16	15,97	-0,030	±0,041	2,0
10	18	17,95	-0,050	±0,046	2,0
11	20	19,95	-0,050	±0,051	2,0

GRÁFICO DE TENDENCIA (kg)



CERTIFICADO Nº **CC 322876**


2. PRUEBA DE REPETIBILIDAD

CARGA L_T = 5 kg	CARGA L_T = 10 kg
INDICACIÓN I_L kg	INDICACIÓN I_L kg
5,00	9,98
5,00	9,98
5,00	9,98
5,00	9,98
5,00	9,98
s= 0,000 kg	s= 0,000 kg

Cada vez que se remueve la carga, se registra la indicación sin carga, y se ajusta a cero si ésta no regresa a cero.

3. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Carga L_{ecc} =	7 kg	
i	I_{Li} kg	$\Delta I_{ecc,i}$ kg
1	6,97	0,00
2	6,97	0,00
3	6,94	-0,03
4	6,95	-0,02
5	6,97	0,00
$\lvert\Delta I_{ecc,i}\rvert_{max}$ =	0,03	kg



i : Corresponde a cada una de las posiciones en el receptor de carga.

I_{Li} : Corresponde a cada una de las indicaciones para una carga de prueba en la posición i.

$\Delta I_{ecc,i}$: Corresponde a la diferencia entre cada una de las indicaciones I_{Li} y la indicación I_{L1}.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

La calibración se realizó de acuerdo con los parámetros y condiciones técnicas establecidas en el documento de referencia.

Temperatura Máxima: 22,2 °C — Humedad Relativa Máxima: 52,7 %HR

Temperatura Mínima: 21,3 °C — Humedad Relativa Mínima: 50,7 %HR

OBSERVACIONES:

"1. La anterior calibración se realizó bajo los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009."

2. El contacto para la prestación del servicio fue: DIXON MILLAN CEL:3043808621

* Final del Certificado *

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°

CC 324017

EQUIPO

MAGNITUD:	MASA
INSTRUMENTO:	INSTRUMENTO DE PESAJE CON INDICACIÓN DIGITAL
MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	553KL
CÓDIGO INTERNO:	SIN IDENTIFICAR
SERIE:	5530039566
UNIDAD DE MEDIDA:	kg
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,01 kg
RESOLUCIÓN:	0,01 kg
UBICACIÓN:	SIN IDENTIFICAR

CLIENTE

SOLICITANTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-10-18
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-10-18
NÚMERO DE PÁGINAS:	4 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	JOHN FREDDY PÉREZ DÍAZ

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Celsius S.A.S. Los resultados contenidos en el presente certificado se relacionan únicamente con los ítems sometidos a calibración y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Celsius S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Autorizado por:
CARLOS ALBERTO TRIANA ROMERO.
Coordinador de Laboratorio

Nota: "Los datos subrayados fueron suministrados por el cliente y son tratados por Celsius S.A.S. según las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados".

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
12-LAC-041

CELSIUS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 324017

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Este certificado muestra los errores del instrumento de pesaje por medio de tres pruebas: errores de indicación, repetibilidad y excentricidad. La calibración del instrumento se realizó de acuerdo con los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, documentado en el Instructivo de Calibración IPS-16, sin presentarse ninguna desviación al método.

IPS
16

LUGAR DE CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada en: Sitio (Instalaciones del Cliente).

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD

La incertidumbre expandida de la medición reportada *U* se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Nivel de confianza
95%

$$U = k \cdot u_c(x)$$

U: Incertidumbre expandida
u_c: Incertidumbre combinada

El laboratorio de metrología CELSIUS S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades, a través de la cadena ininterrumpida de calibraciones relacionadas con laboratorios de calibración acreditados y los patrones nacionales e internacionales de la respectiva magnitud.

CÓDIGO INTERNO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
PM033	JUEGO DE PESAS M1	METROGLOBAL	M220707 M220708 M220709	2022-06-08	diciembre de 2022	COLMETRO S.A.S.
PM020	JUEGO DE PESAS F1	DETECTO	M211123	2021-11-19	mayo de 2023	COLMETRO S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 324017


INFORME DE MEDICIONES Y RESULTADOS PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE

Carga máxima:	20	kg
División de Escala (d):	0,01	kg
Resolución:	0,01	kg

1. ERRORES DE INDICACIÓN

k_L	CARGA L_T kg	INDICACIÓN I_L kg	ERROR E kg	INCERTIDUMBRE $U(E)$ kg	Factor de Cobertura (k)
1	0,2	0,19	-0,0100	±0,0082	2,0
2	2	1,99	-0,0100	±0,0082	2,0
3	4	3,99	-0,0100	±0,0082	2,0
4	6	5,98	-0,0200	±0,0082	2,0
5	8	7,98	-0,0200	±0,0082	2,0
6	10	9,96	-0,0400	±0,0083	2,0
7	12	11,96	-0,0400	±0,0083	2,0
8	14	13,96	-0,0400	±0,0083	2,0
9	16	15,97	-0,0300	±0,0083	2,0
10	18	17,97	-0,0300	±0,0083	2,0
11	20	19,95	-0,0500	±0,0084	2,0

GRÁFICO DE TENDENCIA (kg)



CERTIFICADO Nº **CC 324017**


2. PRUEBA DE REPETIBILIDAD

CARGA L_T = 5 kg	CARGA L_T = 10 kg
INDICACIÓN I_L kg	INDICACIÓN I_L kg
4,98	9,96
4,98	9,96
4,98	9,96
4,98	9,96
4,98	9,96
s= 0,000 kg	s= 0,000 kg

Cada vez que se remueve la carga, se registra la indicación sin carga, y se ajusta a cero si ésta no regresa a cero.

3. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Carga L_{ecc} =	7 kg	
i	I_{Li} kg	$\Delta I_{ecc,i}$ kg
1	6,99	0,00
2	6,99	0,00
3	6,99	0,00
4	6,99	0,00
5	6,99	0,00
$\lvert\Delta I_{ecc,i}\rvert_{max}$ =	0,00	kg



i : Corresponde a cada una de las posiciones en el receptor de carga.

I_{Li} : Corresponde a cada una de las indicaciones para una carga de prueba en la posición i.

$\Delta I_{ecc,i}$: Corresponde a la diferencia entre cada una de las indicaciones I_{Li} y la indicación I_{L1}.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

La calibración se realizó de acuerdo con los parámetros y condiciones técnicas establecidas en el documento de referencia.

Temperatura Máxima: 22,2 °C — Humedad Relativa Máxima: 52,7 %HR

Temperatura Mínima: 21,3 °C — Humedad Relativa Mínima: 50,7 %HR

OBSERVACIONES:

"1. La anterior calibración se realizó bajo los pasos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009."

2. El contacto para la prestación del servicio fue: DIXON MILLAN CEL:3043808621

* Final del Certificado *

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Listado de capacitación

Entidad: Subred Integrada Servicios Salud Norte - Capos Soba

Fecha: 09/03/2023

Tema: USO, manejo, cuidado, limpieza y desinfección de sierra corta yesos, diván y pesa bebé

Nombre	Correo	Firma
Elkin Ynirez	elkin.yed@gmail.com	Elkin Ynirez

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de Noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el Nit. 860070078-3, como importador y distribuidor oficial para Colombia de:

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER
- CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA, DIVAN CABECERO, COLCHONETA PARA PESA BEBE, KIT CARGADOR PARA 6 PILAS
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER , CAT. 30.200.10 MARCA: DIMEDA – ALEMAN
- **ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022**

Informa que para la vida útil se estima 5 años aproximadamente, la cual dependerá de la adecuada manipulación y su respectivo mantenimiento preventivo.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia de:

- DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2 (21 UNIDADES)

  ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022

Informa que para la vida útil se estima 10 años aproximadamente, la cual dependerá de la adecuada manipulación.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3
Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de Noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia se compromete a comercializar durante un periodo de 5 años los repuestos necesarios para:

- BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTOMETRO REF: 553 KL MARCA: HEALTH O METER
- INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. MARCA: KRAMER
- CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA, DIVAN CABECERO, COLCHONETA PARA PESA BEBE, KIT CARGADOR PARA 6 PILAS
- SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER , CAT. 30.200.10 MARCA: DIMEDA – ALEMAN
- **ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022**

Una vez el fabricante descontinúe el equipo.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

Bogotá., 1 de noviembre de 2022

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

IMCOLMEDICA S.A, identificada con el NIT. 860070078-3, Como importadora y distribuidor oficial para Colombia se compromete a comercializar durante un periodo de 5 años los repuestos necesarios para:

- DIVAN CABECERO DE LEVANTE, REF MB-17-2 (21 UNIDADES)

  ODC - 245016_245131_248093 OC. 076-2022

Una vez el fabricante descontinúe el equipo.

Cordialmente.

GESTIÓN DOCUMENTAL
IMCOLMEDICA S.A.
NIT.: 860.070.078-3

Gestión Documental
Calle 36 # 15-42
Bogotá, Colombia

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 06/04/2021

Nº DE ACTA: ING-20221125-1	**FECHA:** 25/11/2022
REUNIÓN: ACTA DE ACLARACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DE IMCOLMEDICA	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
STEFANIA MORALES RODRIGUEZ	INGENIERÍA BIOMÉDICA	SUBRED NORTE - SUBA

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Descripción del acta

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI _____	NO _____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El día y mes según acta, se realiza la siguiente aclaración con respecto a la entrega de los siguientes documentos:

   Para el item Divan o camilla fija no requiere:

#	DOCUMENTOS
1	Cronograma de mantenimiento
2	Protocolo de mantenimiento
3	Manual de usuario y de servicio
4	Certificado de calibracion

Para el ítem Pesa bebe no requiere:

#	DOCUMENTOS
1	Manual de servicio

Para el ítem Sierra de yesos no requiere:

#	DOCUMENTOS
1	Manual de servicio
2	Certificado de calibración

Dichos documentos no se aplican a los elementos entregados por el proveedor, ya que según la tipología no les aplican según la determinación por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
		DD/MM/AAAA
DECISIONES / CONCLUSIONES		

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
STEFANIA MORALES RODRIGUEZ		BIOMEDICA02@SUBREDNORTE.GOV.CO