ANEXO. OFERTA ECONOMICA

EQUIPOS Y ELEMENTOS VETERINARIOS

ÍTEM	BIEN / SERVICIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	$VALOR UNITARIO SIN IVA	$ VALOR IVA	$ VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	**ECÓGRAFO**	Scan, Imagen compuesta espacial, Armónica de inversión de pulso – PIH, escaneado ancho: área amplia de imagen Doppler PW, Chroma: destaca los detalles de la imagen B Steer para sonda lineal. Facilidad de uso mínimo con: Arranque rápido, Ajuste automático del brillo, Optimización automática de la imagen, Auto IMT, Auto Trace. Diseño ergonómico, mínimo de 3 puertos del transductor, Peso ligero y compacto, Pantalla LED HD anti-parpadeo, Ajuste del ángulo del monitor basculante. Teclado retroiluminado y panel inteligente, con batería duradera de mínimo de 2 horas. Accesorios mínimos	Unidad	1			

		de equipamiento: Wi-Fi y Bluetooth disponibles, DICOM, Disco duro mínimo de 500 GB, Carro ajustable en altura. Maleta duradera, para llevar en el sitio y Gel para ultrasonidos. Garantía mínima de 1 año de garantía.					
2	**MONITOR DE SIGNOS VETERINARIO MULTIPARÁMETROS**	Monitor multiparámetro para uso veterinario que tenga como mínimo Bluetooth, portable, y ligero en peso. Diseño simple y fácil manejo. Los Parámetros mínimos que debe medir con alta precisión son: ● SpO2 ● Presión Arterial Sistólica ● Presión Arterial Diastólica ● Presión Arterial Media ● Frecuencia Cardíaca y respiratoria ● Trazo ECG y Temperatura. Debe tener pantalla LCD, parámetros en display y forma de onda. Batería de litio para mínimo 12 horas de trabajo continuo. Con disponibilidad de conectar a celulares.	Unidad	1			

		Mínimo 1 año de garantía.					
3	**CONGELADOR HORIZONTAL**	Congelador horizontal. Como mínimo debe tener luz Led, ruedas 360 grados, bajo consumo de energía, función Turbo freezer: Congela rápido y cuenta con apagado automático de 12 horas. Debe incluir mínimo cestas de alambrados. Panel digital: Opción Dual (Refrigera o Congela), alto (cm) entre 88 a 90, ancho (cm) entre 190 a 200, profundidad (cm) entre 80 a 90, alto empaquetado (cm) entre 85 a 90, ancho empaquetado (cm) entre 195 a 200, profundidad empaquetado (cm) entre 85 a 90, capacidad. Total de Almacenamiento (L) entre 700 a 800, Cantidad de puertas minimo 2. Garantía mínima del Compresor: 3 años. Garantía Total mínima: 1 año	Unidad	1			

4	**CONCENTRADOR DE OXIGENO**	Energía nominal mínima de (VA) 300 Voltaje de operación AC110/50. Flujo de oxígeno (L/min) 0.5-5 Concentración de oxígeno 93%±3% Presión de salida (Mpa) 0.04—0.07 Alarma Falla de energía Baja y alta presión Ruido (dB(A)) ≤43 Pantalla LCD larga que permita visualizar como mínimo: ● Presión digital (exactitud entre: 0.001 a 0.0015 MPa) ● Botones de tiempo ● Tiempo de acumulación (rango 0-10000 horas ● Tiempo presente (exactitud máximo de: 1 minuto) ● Tiempo preajustado (exactitud máxima: 1 minuto) ● Categoría eléctrica Clase II, tipo A Dimensiones (cm) entre 50 a 60 x entre 25 a 30 x entre 30 a 35 Peso neto (Kg) entre 15 a 20 Fusible de alimentación T5AL/110V. Con humidificador incluido.	Unidad	1			

		Debe incluir repuestos de los filtros, manguera y set 6 máscaras de uso veterinario (caninos y felinos) de varios tamaños mínimo para grandes, mediano, pequeño). Garantía mínima de 1 año.					
5	**ELECTROBISTURI**	Operación con mínimo dos funciones bipolares y monopolares para satisfacer las demandas. Con sistema REM para el control de forma continua los niveles de impedancia del paciente y desactiva el generador de fallos en el contacto de los electrodos con el paciente / retorno que detecte, de manera que reduzca al mínimo el peligro de incidentes como quemaduras. Con sistema óptimo de evacuación de humo. Lenguaje mínimo en español. Polaridad normal, sin avería a tierra del chasis: <10pA Polaridad normal, campo abierto <50pA Polaridad inversa, campo abierto <50pA Sumidero de corriente, 140V	Unidad	1			

		Aplicada, todas las entradas <50pA Especificaciones Dimensión: Frecuencia Principal: 512 KHz Peso entre: 6 a 7 KG Fuente de Poder: 100-240V / 50-60Hz Dimensiones: entre 28 a 30 * entre 30 a 40 * entre 40 a 45. Lecturas de energía de acuerdo con el poder real en la puntuación dentro de ± 20% 0 5 W, lo que sea mayor. Fugas de alta frecuencia: Monopolar: < 150mA; Bipolar <60mA. Debe incluir electrodo neutro o lámina de dispersión de la corriente, Pedal, Mango electrobisturí reutilizable, cable y su cuchilla respectiva estándar.					
6	**BÁSCULA**	Capacidad entre 300 a 400 Kg. División de escala de entre 50 a 55 g Sistema Wifi Batería Recargable Sistema de Tara, programable. Indicador en acero u otro material resistente e higiénico. Mínimo debe	Unidad	1			

		contener Sensor De Carga. Luz de respaldo Plataforma de entre 50 a 60 x 60 a 70 cm Lámina en acero inoxidable u otro material resistente e higiénico.					
7	**MAQUINA DE PELUQUERIA**	Debe funcionar de manera silencioso, rápido y de rendimiento superior. Clipper de mínimo 2 velocidades, velocidad normal para cortes generales y velocidad alta, 25% más rápida para mantos pesados. Máximo de 4.400 golpes por minuto. Debe estar equipada con un accionamiento de hojas de 4x4, con un 25% más de torsión de la hoja. Incluir juego de cuchillas. Garantía mínima de 1 año.					

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA:

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

_____

_____

Incluye todos los costos, impuestos directos e indirectos, tasas, contribuciones, gastos laborales y no laborales, gastos administrativos, operacionales, y en general todos los gastos y costos necesarios para la ejecución del contrato, asi como la utilidad del contratista.

_____

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad: