PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

RESPUESTA OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
No. SASI-MGN-CLPE-001-2023

En atención a las observaciones recibidas en la Plataforma SECOP II con respecto a al proyecto de pliegos del proceso No. SASI-MGN-CLPE-001-2023, por parte de proveedores interesados, a las cuales, en aras de garantizar los preceptos constitucionales y legales dentro de la contratación pública, como lo son la transparencia, debido proceso, publicidad, pluralidad de oferentes y selección objetiva, se permite dar respuesta en los siguientes términos:

OBSERVACIÓN DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA:

OBSERVACIÓN 1

OBSERVACIÓN:

De acuerdo con la necesidad presentada y especificaciones técnicas del objeto a contratar en el estudio previo del proceso inicial publicado el 10 de julio, nos permitimos solicitar al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena no incrementar elementos que no estuvieron contemplados desde el inicio del proceso en los estudios previos ni en el presupuesto.

Solicitamos a la entidad por favor evaluar las siguientes especificaciones técnicas adicionadas en los estudios previos definitivos:

ITEM 1

Simulador multifuncional de rango completo de practica del cuidado y valoración del paciente, se adiciono:

- Incluye brazo picc (catéter central periférico) a ciegas y por ultrasonido.
- Incluye módulo de examen de mama.
- Incluye kit completo de heridas (más de 10 tipos de heridas intercambiables).

RESPUESTA:

Se acata la observación respecto a lo solicitado, ya que por error faltó colocar la coma que separa el decimal, el cual quedaría de la siguiente manera:
Balanza mecánica (análoga) de piso 142 kl.
Uso: balanza para pesar adultos de uso profesional.
Características: cuadrante fácil de leer de 165 mm - plataforma de perfil bajo
Especificaciones técnicas: capacidad 150 kg / 330 libras, graduación 05 kg / 1 libra, peso 6,58 kg (14,5 libras), dimensiones plataforma 292 mm (ancho) x 273mm (prof) x 57 mm (alto).

OBSERVACIÓN 2

ITEM 12

Simulador multifuncional para entrenamiento realista en Soporte Vital Avanzado de bebés, se adiciono:

- Incluye repuesto de piel de brazos y piernas
- Incluye 1 Galón de sangre simulada.

OBSERVACION:

Solicitamos respetuosamente a la entidad modificar el grado de – Rango Temperatura externa: -40°C a -50°C en las especificaciones técnicas del Termohigrómetro, esto debido a que el grado correspondiente a 58°F (Grado Fahrenheit) es de -50°C y no -40°C.

5	TERMOHIGROMETRO	- TEMPERATURA MAX. & MIN. - Rango Temperatura interna : -10 a 50°C, 14-122°F - Rango Temperatura externa : -40 a 70°C, 58 -158°F - Humedad relativa interna: 25 A 95% A 1%	Unidad

RESPUESTA: Se acepta la observación, dado que efectivamente requerirá de otros simuladores adicionales para cumplir la función solicitada; por lo tanto, se excluye “(compatible con múltiples simuladores), Colocación de sonda nasogástrica, Localización de vena temporal y Conectividad de SimPad”.

De acuerdo con las respuestas dadas a las dos observaciones planteadas, se realizaron únicamente los ajustes correspondientes a estos dos ítems, lo cual se refleja actualizado en el archivo adjunto.

Comité Estructurador:

Solicitante: Sugey Martha Issa Fontalvo – Líder Sennova

Jurídico: Andrea Ovalle Ramírez – Apoyo Contratación CLPE

Financiera: Milena Gómez Gutiérrez – Apoyo Contratación CLPE