ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35296-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 01:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO { MMP-054 } EDAN M50 333123-M14908920025

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ PREPARACION/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	MMP-054	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIB	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Alta		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 14:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 15:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	01:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:19:54
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA DE TARJETAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE SENSOR SPO2	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE PANTALLA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION DE CABLE ECG	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE MOUSE ROTATORIO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
9		VERIFICACION DE TECLADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
10		VERIFICACION DE BATERIA Y CABLE AC	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
11		VERIFICACION PRESION 80/40 MMHG	81/40
12		VERIFICACION PRESION 120/80 MMHG	121/81
13		VERIFICACION PRESION 180/120 MMHG	181/121
14		VERIFICACION SATURACION 80% SPO2	80
15		VERIFICACION SATURACION 90% SPO2	90
16		VERIFICACION SATURACION 97% SPO2	97
17		VERIFICACION FRECUENCIA 80 BPM	80
18		VERIFICACION FRECUENCIA 120 BPM	120
19		VERIFICACION FRECUENCIA 180 BPM	180
20		VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
21		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados