ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35300-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO LARINGOSCOPIO { LRGC-027 } SUNMED GREENLINE N/A

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ RECUPERACION/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	LRGC-027	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	I	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Baja		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 14:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 14:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:16
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro


Todos los derechos reservados

1		SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA DE CONTANTOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE BOMBILLO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		VERIFICACION DE BATERIAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente




Adriana puerta

ACEPTADO POR



Jorge Mario Galvis Arbelaez

VALIDADO POR



Roberto Mario Sierra Castro

REALIZADO POR

 Todos los derechos reservados