FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés X

MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
DETECTO	AS-20B4E	SIN INFORMACION	San pedro	Yaneth Lopez

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)		Juego de pesas clase		22/06/2023
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)			Judith Reina soto	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10

Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	9.99	0,01
3	10	0
4	10	0
5	9.99	0,01
Error máximo obtenido en la prueba		0,01
Error mínimo obtenido en la prueba		0,01
RESULTADO		

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 15

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	14.99	0,01
2	14.98	0,02
3	15	0
4	14.99	0,01
5	15	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,02
Error mínimo obtenido en la prueba		0,01
RESULTADO		


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 11

Punto	Indicación	Diferencia
1	11	0
2	10.99	0,01
3	11	0
4	10.99	0,01
5	11	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,01
Error mínimo obtenido en la prueba		0,01
RESULTADO		

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

Powered by CamScanner

FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
SECA	803	8803070162468	San pedro	Yaneth Lopez

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)		Juego de pesas clase		22-06-2023
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)			Judith Reino Soto	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10

Punto	Indicación	Diferencia
1	10.5	0,5
2	9.80	0,2
3	10,70	0,7
4	9,60	0,4
5	9,80	0,2
Error máximo obtenido en la prueba		0,7
Error mínimo obtenido en la prueba		0,2
RESULTADO		

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 15

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	14.9	0,1
2	15,4	0,4
3	15,10	0,1
4	15,10	0,1
5	14,8	0,2
Error máximo obtenido en la prueba		0,4
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO		


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20,6	0,6
3	20,3	0,3
4	20,6	0,6
5	20,3	0,3
Error máximo obtenido en la prueba		0,6
Error mínimo obtenido en la prueba		0,3
RESULTADO		

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

Powered by CamScanner