FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés X

MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
Detecto Scales	ACS-208-YE	SIN INFORMACION	Soto Cuco	Ledys Sanchez

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
				15-10-2020	cumple
				24-05-2023	cumple

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20kg	Juego de pesas clase		27-06-2023
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)			Judith Raino Soto.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)		pesas: 5kg - 10kg		

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10

Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 15

Punto	Indicación	Diferencia
1	15	0
2	15	0
3	15	0
4	15	0
5	15	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

Powered by CamScanner

FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
Secca	813	SIN INFORMACION	Santa cecilia	Ledys Sanchez

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
				08-11-2021	cumple

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 kg	Juego de pesas clase		22-06-2023
Carga mínima (Min)	2 kg	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)			Judith Raino Soto	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)		Pesas: 5kg - 10kg - 20kg		

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 15 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	15	0
2	15	0
3	15	0
4	15	0
5	15	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 15 kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	15	0
2	15	0
3	15	0
4	15	0
5	15	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20	0
3	20	0
4	20	0
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

Powered by CamScanner