(1) Contrato No.	INS-CYT-185-2023		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:		TECNOLOGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES TECSOIN SAS	
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Edwin Alberto Melo González		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	**Grupo Equipos de Laboratorio y Producción**		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1585**		
(6) Objeto del contrato:	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. INTEGRADOS A. ALCANCE DEL OBJETO: GRUPOS 2 y 3 Realizar una (1) rutina de mantenimiento, Calibración, Calificación y Ejecución de System Suitability Test - Equipo Analizador de Carbono Orgánico Total - TOC y Densímetro marca Mettler Toledo.		
(7) Fecha de inicio:	1/06/2023	**(8) Fecha terminación:**	09-12-2023
(9) Período objeto del informe:	**Julio 2023**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Realizar una (1) rutina de mantenimiento, Calibración, Calificación y Ejecución de System Suitability Test - Equipo Analizador de Carbono Orgánico Total - TOC y Densímetro marca Mettler Toledo.	Se realizaron los siguientes servicios: • Equipo ANALIZADOR DE TOC METTLER TOLEDO con N° de inventario 35575 y N° metrológico AC-254 , se realizó mantenimiento preventivo, Calibración y calificación. • Equipo DENSÍMETRO con N° de inventario 37246 y N° metrológico AC-273, se realizó mantenimiento preventivo y calibración. Se hizo entrega e instalación de los siguientes repuestos Y/o consumibles para cambio dentro de la intervención:	**Se recibieron los informes de los servicios y los repuestos indicados en el contrato identificados para cambio dentro de la intervención.**	**Ninguna.**

	• 1 Kit combinado de soluciones de calibración (Sacarosa de 250 ppb y 500 ppb) y de System Suitability Test (Sacarosa de 500 ppb y Benzoquinona de 500 ppb) • 1 lámpara UV. • 1 elemento filtrante x 2 unidades.		
% DE AVANCE ACUMULADO			**100%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.


4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:



Edwin Alberto Melo González

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 30-08-2023