**ANEXO No. 2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

| ITEM | UNSPSC | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42172101 | Desfibrilador externo automatizado DEA | Unidad | *La adquisición de desfibrílador externo automático (DEA) para uso en emergencias de las Unidades Tecnológicas de Santander, debe incluir:*<br><br>*Equipo portátil*<br><br>*-Sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilables*<br><br>*-Sistema de instrucciones de voz en idioma español*<br><br>*-Operación automática o semiautomática si se dispone de humano en salud talento*<br><br>*-Para uso pediátrico y adulto*<br><br>*-Electrodos adhesivos para adulto y pediátricos con fecha de vencimiento superior a 2025*<br><br>*-Batería con duración mínima de (24)* | 1 | 6.890.000 | 1.309.100 | 8.199.100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *meses en estado de espera recargable, con fecha de vencimiento superior a 2025.*<br><br>*-Autodiagnóstico para control del estado del equipo y de la batería Memoria almacenamiento de de eventos*<br><br>*-Transferencia visualización de información almacenada a algún medio electrónico*<br><br>*-Manual de operación en español y protocolo actualizado*<br><br>*Botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de protección personal, un dispositivo de barrera para la ventilación boca a boca (2) para niños y adultos, rasuradoras (3), vendajes, apósitos para el manejo de heridas, dispositivos para la inmovilización de extremidades, Torniquetes (2) y otros elementos necesarios en e! contexto de primer respondiente*<br><br>*-Capacitación y certificación de curso de primer respondiente a personal que hará uso del DEA* | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *-Simulacro anual del uso del DEA enfocándose en los tres eslabones de la cadena de supervivencia, a personal capacitado, con equipo, accesorios o insumos asumidos por el proveedor.*<br><br>*-Registro sanitario expedido por le INVIMA*<br><br>*-Gabinete instalado para el DEA con señalización,símbolo internacional del DEA; cuadrado verde con símbolo blanco, según la norma /SO 7010*<br><br>*-Guía rápida instrucciones de uso, de acuerdo con recomendaciones de uso del manual de las de instrucciones.*<br><br>*Mantenimiento calibración y Incluidos durante el primer año* | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 6.890.000** | **$ 1.309.100** | **$ 8.199.100** |

*NOTA 1: La oferta económica deberá presentarse en valores enteros, (no se le deben incluir centavos), en atención a las directrices establecidas por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Institución.*



Firma de proponente o de su Representante Legal)