MODALIDAD
1000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
CONTRATO No 066 del 2022

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

Seca 874 Balanza de piso	
Nombre del equipo	**Balanza Digital Con Plataforma Super Amplia SECA 874**
Tipo de equipo	Aparato de medición de peso de fácil manejo.
Marca	Seca
Modelo	Seca 874
Serial o lote	8741321009
Ubicación	Instalaciones de la oficina 1000 días Inírida
N° Inventario – PLACA nu3	1
Responsable del equipo	Amalia Esther Rios Caamaño
Fecha de ingreso	22/01/2023
Instrucciones de uso	La Balanza de piso Seca 874 dispone de Materiales: superficie de pesaje antideslizante que garantice la resistencia para el uso en personas de hasta 200 kg. Base en acero inoxidable. con niveladores de altura mínimo de 2 cm. Para medir el peso debe colocar la balanza en un sitio nivelado en donde todos los niveladores se encuentre en la misma medida, se pide a la persona que suba descalzo y haga contacto con la superficie superior de la báscula con los pies al ancho de sus hombros cabeza mirando al frente y manos a los lados, se espera que se arrojen los datos y se pide a la persona bajar de la balanza.
Datos técnicos	Capacidad: 200 kg / 440 lbs • División: 50 g < 150 kg > 100g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs • Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3" • Peso: 4,1 kg • Funciones: desconexión automática, Medición móvil, Auto-HOLD, función: Función madre/bébé, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática• El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste para alfombras.
Sensibilidad	100 g / 0,2 lbs
Capacidad	200 Kg
Datos del proveedor	Fabricantes: Hammer Steindamm 3-25
	BIOSERVICIOS SAS 811013556-1
	MANTENIMIENTO INDICADO DE PROVEEDOR: Limpieza del equipo con un trapito con agua.
Anexos	Manual de instrucciones y ficha técnica del proveedor.

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	4/08/2021	Certificado del fabricante	Óptimas condiciones

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado		Responsable de la verificación	Observaciones
		CUMPLE	NO CUMPLE		
1.	01-02-2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
2.	13-03-2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
3.	12-04-2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
4.	17-05-2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
5.	29-06-2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
6.	29/07/2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A
7.	28/08/2023	X		Amalia Rios Caamaño	N/A

BIENESTAR FAMILIAR	**MODALIDAD** **1000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO** **CONTRATO No 066 del 2022**	nu3 alimenta cuerpo y alma

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE ANTROPOMETRÍA

Seca tallímetro portátil 213	
Nombre del equipo	Tallímetro portátil
Tipo de equipo	Estadiómetro móvil
Marca	SECA
Modelo	SECA 213
Serial o lote	2131721009
Ubicación	Instalaciones de la oficina 1000 días Inírida
N° Inventario – PLACA nu3	2
Responsable del equipo	Amalia Esther Rios Caamaño
Fecha de ingreso	22/01/2023
Instrucciones de uso	La tabla de medición seca 417 se abre mediante una bisagra. Dispone de un tope integrado para la cabeza y de un tope separado para los pies, que se desliza con suavidad y precisión en un sistema de rieles de guía ligeramente elevado. Para medir la talla, sólo se debe colocar la cabeza del pequeño debajo del tope hasta que haga contacto con él, estirar cuidadosamente las piernas y subir el tope para los pies, hasta que toque las plantas de los pies del bebé.
Datos técnicos	• Alcance de medición: 20 – 205 cm, 20 – 205 cm / 8 – 81" • División: 1 mm, 1 mm / 1/8" • Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2" • Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6" • Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs • Opcional: bolso de transporte seca 412
Sensibilidad	1 mm / 1/8"
Capacidad	20 – 205 cm
Datos del proveedor	Fabricantes: Hammer Steindamm 3-25
	BIOSERVICIOS SAS 811013556-1
	MANTENIMIENTO INDICADO DE PROVEEDOR: Limpieza del equipo con un trapito con agua.
Anexos	Manual de instrucciones y ficha técnica del proveedor.

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	08/03/2021	Certificado del fabricante	Óptimas condiciones

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	01-02-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
2	13-03-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
3	12-04-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
4	05-05-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
5.	29-06-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
6.	29/07/2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.
7.	28/08/2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. No cuenta con el tope.

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE ANTROPOMETRÍA

seca 417 Infantometro	
Nombre del equipo	Infantómetro
Tipo de equipo	Infantómetro plegable
Marca	Seca
Modelo	Seca 417
Serial o lote	210-172-1004
Ubicación	Instalaciones de la oficina 1000 días Inírida
N° Inventario – PLACA nu3	2
Responsable del equipo	Amalia Esther Ríos Caamaño
Fecha de ingreso	22/01/2023
Instrucciones de uso	La tabla de medición seca 417 se abre mediante una bisagra. Dispone de un tope integrado para la cabeza y de un tope separado para los pies, que se desliza con suavidad y precisión en un sistema de rieles de guía ligeramente elevado. Para medir la talla, sólo se debe colocar la cabeza del pequeño debajo del tope hasta que haga contacto con él, estirar cuidadosamente las piernas y subir el tope para los pies, hasta que toque las plantas de los pies del bebé.
Datos técnicos	Alcance de medición: 10 – 100 cm, 10 – 100 cm / 4 – 39" • División: 1 mm, 1 mm / 1/16" • Dimensiones/caja (AxAxP): 1.110 x 115 x 333 mm / 43.7 x 4.5 x 13.1" • Dimensiones en estado plegado (AxAxP): 577 x 115 x 333 mm / 22.7 x 4.5 x 13.1" • Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs • Opcional: bolso de transporte seca 414 y seca 412
Sensibilidad	1 mm / 1/8"
Capacidad	0 – 100 cm
Anexos	Manual de instrucciones y ficha técnica del proveedor.

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	08/03/2021	Certificado del fabricante	Óptimas condiciones

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	01-02-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario. (Sin tope)
2	13-03-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)
3	12-04-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)
4	05-05-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)
5	29-06-2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)
6.	29/07/2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)
7.	28/08/2023	Cumple	Buen estado, con deterioro del uso diario (Sin tope)

BIENESTAR FAMILIAR	**MODALIDAD** **1000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO** **CONTRATO No 066 del 2022**	nu3 alimenta cuerpo y alma

HOJA DE VIDA DE EQUIPO					
NOMBRE DE LA EAS: **Organización social nu3**					
NOMBRE DEL EQUIPO	Balanza				
TIPO DE EQUIPO	Balanza medica con tara				
MARCA	CHARDER				
MODELO	MS 6111				
SERIAL O LOTE	SN. C180-278-81				
UBICACIÓN	Instalaciones de la oficina 1000 días Inírida				
N° INVENTARIO – PLACA nu3	2				
FECHA DE CALIBRACION INICIAL	04/08/2021				
VERIFICACION INTERMEDIAS	FECHA	RESULTADOS		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE		
	13-03-2023	X		Amalia Ríos	CUMPLE
	17-05-2023	X		Amalia Ríos	CUMPLE
	29/06/2023	X		Amalia Ríos	CUMPLE
	29/07/2023	X		Amalia Ríos	CUMPLE
	28/08/2023	X		Amalia Ríos	CUMPLE
RESPONSABLE DEL EQUIPO	AMALIA ESTHER RIOS CAAMAÑO				
FECHA DE INGRESO					
DATOS DE PROVEEDOR					
FECHA Y LUGAR DE ORIGEN	CHARDER ELECTRONIC Co. Lcd				
NOMBRE PROVEEDOR Y DIRECCION	BIOSERVICIOS SAS 811013556-1				
MANTENIMIENTO INDICADO DE PROVEEDOR	Limpieza del equipo con un trapito con agua.				
DURACION DE LA GARANTIA					
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO					
NUMERO DE CERTIFICADO					
RANGO DE MEDICION	20-250 Kg				
UNIDAD DE INDICACION	Ib/Kg				
CAPACIDAD MAXIMA	250 Kg				
CAPACIDAD MINIMA	0.1 Kg				
MATERIAL					
METODO DE CALIBRACION	Manual, con objetos diferentes a pesas de verificación de calibración				
SITIO DE CALIBRACION	Oficina ICBF, regional Guainía.				
OBSERBACIONES: El proceso de calibración de la balanza se realizará de manera trimestral. Durante las ejecuciones del contrato 066 del 2022.					