JUMPER

DOPPLER FETAL PORTÁTIL

Modelo: JPD-100B









CARACTERÍSTICAS

JUMPER

FHR	Clínicamente probado	Desde semana 16 de gestación
Batería incluida	Pantalla LCD	Apagado automático

ESTRUCTURA





JUMPER

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Address: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,
Baoan,Shenzhen,Guangdong,China
Tel:+86-755-26696279 Fax:+86-755-26852025
Website: http://www.jumper-medical.com

EMPAQUE

Tamaño de cartón	Cantidad / Cartón	Peso (Kg).	FCL/20
(42 x 35 x 40) cm.	20 uni.	8	400

Accesorios

Equipo con sonda de ultrasonido - 1px.
Cable de poder AC – 1px
Manual de operación – 1px
Estuche de transporte – 1px
Tarro de gel conductor – 1px



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	LCD
Desempeño	Valor de FHR, Volumen, Onda y batería
Rango de medición FHR	50-210 ppm
Precisión	+/- 2 ppm
Método de medición	Tiempo real
Frecuencia ultrasónica	2.5 MHz (3.0 MHz opcional)
Dimensiones	128,5 x 91,5 x 37,5 (mm)
Peso neto aprox.	190 gr +/- 5gr
Retroiluminación	Pantalla retroiluminada
Tipo de batería	9,6V NI-MH (Recargable) o AAx2pc.

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Address: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan,Shenzhen,Guangdong,China
Tel:+86-755-26696279 Fax:+86-755-26852025
Website: http://www.jumper-medical.com