

RESPUESTA OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN A COTIZAR IC – 107 -2019

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.”

OFERENTE: IMCOLMEDICA S.A.

OBSERVACIÓN 1:

“VALORES AGREGADOS:

Se solicita amablemente a la entidad aclarar para el valor agregado A, el cual es “carta de compromiso firmada por el representante legal, donde se compromete a entregar sin costo alguno cuatro (4) pacas de pañales adulto tallas M y L, de manera mensual, a la subred, en caso de ser adjudicado”, si esto se efectuara mediante un monto mínimo de adjudicación, es decir que esto solo se efectuara a partir de una adjudicación mayor o igual a \$ 10.000.000.

De no tener establecido esto se sugiere a la entidad, esto se efectué a partir de una adjudicación mayor o igual a \$ 20.000.000, teniendo en cuenta que esta cifra cubriría el valor las pacas a entregar.

Estas observaciones se realizan con la finalidad de generar una mayor resolución del proceso en referencia, y el futuro contrato que de este resulte.”

Respuesta:

Para el caso en particular es pertinente mencionar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., atiende a la población más vulnerable del Distrito Capital, por lo que los valores agregados aquí solicitados, hacen parte del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

Ahora bien, frente a la observación, no hay lugar, ya que la Subred para establecer el valor agregado realizó un análisis de costos de las pacas de pañales solicitadas, el cual arrojo que el valor de cada paca oscila entre Treinta mil (\$30.000) pesos M/Cte. y Cuarenta mil (\$32.000) pesos M/Cte., generando un posible costo de las cuatro pacas de pañales, de Ciento Sesenta mil (\$160.000) pesos M/Cte.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció en los pliegos de condiciones en el numeral 2.21. VALOR DE ADJUDICACIÓN “(...) La Subred no adjudicará por valores inferiores a TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000) PESOS M/CTE, por lo cual dichos ítems serán adjudicados al segundo en orden de elegibilidad, siempre y cuando exista como mínimo dos proponentes que aseguren el suministro del ítem (...)”, lo cual garantizará que el proveedor a quien se le adjudique el ítem o ítems tendrá el sostenimiento económico para ofertar los valores agregados.

Por otra parte, es importante precisar que los valores agregados son discrecionales del interesado y por lo que se pueden o no presentar, dado que no son requisitos habilitantes del presente proceso.

OFERENTE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

OBSERVACIÓN 1:

“Teniendo en cuenta el anexo técnico, solicitamos amablemente sean realizadas las siguientes modificaciones:”

Ítem	Nombre / Descripción	Observación J&J
66	MALLA QUIRURGICA PARA REPARACION DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL CUANDO EXISTE LA NECESIDAD DE QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ORGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 15 X 20CM OVAL	Ampliar descripción a MALLA LAMINADA FLEXIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA + POLIDIOXANONA + POLIPROPILENO SUAVE DE MEDIANA DENSIDAD PESO 44G/M2,MACROPOROSA CON PORO DE 3,2 X 3,2 PARCIALMENTE DE 15 X 20 CM ya que estas son características fundamentales para el buen desempeño de la malla luego de su implantación.
97	MALLA QUIRURGICA PARA REPARACION DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL CUANDO EXISTE LA NECESIDAD DE QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ORGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 26 a 30 X 30 a 35CM	Ampliar descripción a recubrimiento de celulosa oxidada regenerada + polidioxanona ya que esas características son muy importantes en el desempeño de la malla luego de la implantación
98	MALLA QUIRURGICA PARA REPARACION DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL CUANDO EXISTE LA NECESIDAD DE QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON CON LOS ORGANOS DE LA CAVIDADABDOMINAL 18 a 20 X 30 a 35CM	Ampliar descripción a recubrimiento de celulosa oxidada regenerada + polidioxanona ya que esas características son muy importantes en el desempeño de la malla luego de la implantación
99	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS DE POLIPROPILENO DE 15 X 20 CM OVALADA	Ampliar descripción a recubrimiento de celulosa oxidada regenerada + polidioxanona ya que esas características son muy importantes en el desempeño de la malla luego de la implantación

Respuesta:

No se acepta la observación para los ítems número 66, 97, 98 y 99, y se mantienen las especificaciones aportadas en los pliegos de condiciones, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes.

OBSERVACIÓN 2:

“Solicitamos amablemente sea ampliado el plazo de entrega de ofertas en al menos tres días hábiles con el fin de construir una propuesta favorable para el cliente.”

Respuesta:

No se acepta la observación, y se mantiene lo establecido en pliegos de condiciones.

OFERENTE: LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.

OBSERVACIÓN 1:

“ÍTEM 29 BOLSA RESERVORIO LIBRE DE LÁTEX

Solicitamos a la entidad confirmar si esta referencia corresponde a BALÓN DE ANESTÉSIA y de cuantos litros se requiere”

Respuesta:

Se aclara que el “*ÍTEM 29 BOLSA RESERVORIO LIBRE DE LÁTEX*”, hace referencia a bolsa para reservorio, es decir resucitador.

OBSERVACIÓN 2:

“ÍTEM 14 CÁNULAS DE LINEAS DE MUESTREO”

Solicitamos a la entidad confirmar si esta referencia corresponde a línea de monitoreo de presión (Línea de capnografía).

Respuesta:

Se retira el ítem, a consideración del grupo evaluador técnico, el cual se modificará mediante adenda y cambia el orden de los ítems.

OBSERVACIÓN 3:

“ÍTEM 36 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN UNA SOLA VÍA”

Solicitamos a la entidad excluir los monitores de presión e incluir dentro del apoyo tecnológico a la institución los cables de interface para permitir mayor participación de ofertas”

Respuesta:

Se acepta la observación, el apoyo tecnológico a requerir en el “*ÍTEM 36 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN UNA SOLA VÍA*”, el cual se modificará mediante adenda y quedará así: CABLES DE INTERFACE COMPATIBLES O ACOPLABLES CON LAS MÁQUINAS DE LA SUBRED.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
YEIMY KARINA MARTÍNEZ HURTADO
Instrumentadora Quirúrgica
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.

(ORIGINAL FIRMADO)
LEIDY KATHERINE HERNÁNDEZ
Instrumentadora Quirúrgica
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.

(ORIGINAL FIRMADO)
EDUARDO DAZA GILI
Médico Anestesiólogo
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.

(ORIGINAL FIRMADO)
TATIANA CLAVIJO
Enfermera
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.