Gerizim SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO**	IN-FO-029
		Version 1
		Página 1 de 1
	Copia Controlada – Documento General	Diciembre de 2020

INSTITUCION	
CIUDAD:	BOGOTA
CENTRO MÉDICO:	GERIZIM SST
DIRECCIÓN:	CALLE 40 No. 19-24
TELÉFONOS:	3209525663

SERVICIO		
☑ **MTTO PREVENTIVO**	☐ **MTTO CORRECTIVO**	☐ **MTTO PREDICTIVO**

FECHA:	17 DE ENERO 2023
REPORTE No.	0139
EQUIPO:	FONENDOSCOPIO
CONSECUTIVO:	1374
MARCA:	GMD
MODELO:	N/R
SERIE:	N/R
UBICACIÓN:	CONSULTORIO 3

DIAGNOSTICO INICIAL

SE REALIZA VERIFICACION ENTORNO SEGURO DE LA TECNOLOGIA.

SE VERIFICA LIMPIEZA Y DESINFECCION (RECEPCION DEL EQUIPO), EQUIPO CUMPLE.

SE REALIZA REVISION ESTADO FUNCIONAL INICIAL, EQUIPO CUMPLE.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DEL ESTADO MEMBRANAS, EQUIPO CUMPLE

INSPECCIÓN DE OLIVAS, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE MANGUERA, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE CAMPANA, EQUIPO CUMPLE.

SE EFECTUA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

OBSERVACIONES

SE REALIZA CAMBIO DE MEMBRANA PEDIÁTRICA.

SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONAL.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

NOMBRE	PARTE NUMERO	CANTIDAD	OBSERVACION

ENTREGA

FIRMA ING. BIOMEDICO. Juan Pablo Santana Arias

RECIBE	
	
NOMBRE: Yesica Mateus	
CALIDAD: 100	CUMPLIMIENTO: 100

https://docs.google.com/forms/d/17mzDH80vMwKOdognIT8a_nMMGfuMTSEQmtYs_p3rFfU/edit

Deficiente (1-59) aceptable (60-89) Bueno(90-99) Excelente(100)

CONTROL DE CAMBIOS	
Diciembre/2020	Creacion del documento

ELABORADO POR	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Juan Pablo Santana Arias	Malorin Garcia	Nubia Ospina
Ing. Biomedico	Coordinadora de talento Humano	Gerente General