	FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO	IN-FO-029
		Version 1
		Página 1 de 1
	Copia Controlada – Documento General	Diciembre de 2020

INSTITUCION	
CIUDAD:	BOGOTA
CENTRO MÉDICO:	GERIZIM SST
DIRECCIÓN:	CALLE 38 No. 29-14
TELÉFONOS:	3106027267

SERVICIO		
☑ MTTO PREVENTIVO	☐ MTTO CORRECTIVO	☐ MTTO PREDICTIVO

FECHA:	7 DE ENERO 2023
REPORTE No.	0134
EQUIPO:	FONENDOSCOPIO
CONSECUTIVO:	1314
MARCA:	SPIRIT
MODELO:	N/R
SERIE:	N/R
UBICACIÓN:	BODEGA

DIAGNOSTICO INICIAL

SE REALIZA VERIFICACION ENTORNO SEGURO DE LA TECNOLOGIA.

SE VERIFICA LIMPIEZA Y DESINFECCION (RECEPCION DEL EQUIPO), EQUIPO NO CUMPLE.

SE REALIZA REVISION ESTADO FUNCIONAL INICIAL, EQUIPO CUMPLE.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DEL ESTADO MEMBRANAS, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE OLIVAS, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE MANGUERA, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE CAMPANA, EQUIPO CUMPLE.

SE EFECTUA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

OBSERVACIONES

SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONAL.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

NOMBRE	PARTE NUMERO	CANTIDAD	OBSERVACION

ENTREGA
FIRMA ING. BIOMEDICO. Juan Pablo Santana Arias

https://docs.google.com/forms/d/17mzDH80vMwKOdognIT8a_nMMGfuMTSEQmtYs_p3rFfU/edit

RECIBE	
NOMBRE: Silvana Gonzales	
CALIDAD: 100	CUMPLIMIENTO: 100

Deficiente (1-59) aceptable (60-89) Bueno(90-99) Excelente(100)

CONTROL DE CAMBIOS	
Diciembre/2020	Creacion del documento

ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Juan Pablo Santana Arias	Malorin Garcia	Nubia Ospina
Ing. Biomedico	Coordinadora de talento Humano	Gerente General