Auditek S.A.S
Nit. 900.420.0458

INFORME DE MANTENIMIENTO VERIFICACION Y/O AJUSTE

FECHA: 27/07/2023
EMPRESA: AUDITEK S.A.S
CIUDAD: BOGOTA D.C

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE/EMPRESA	GERIZIM
DIRECCION	CLL 38 # 29-14
TELEFONO	5104840
CIUDAD	BOGOTA D.C

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: ESPIROMETRO	**MODELO:** SPIRODOC
MARCA: MIR	**SERIAL:** A23-0W.05379

ITEM EVALUADO	PASA	FALLA
FUENTE DE ALIMENTACION	X	
NEUMOTACOMETRO	X	
PANEL DE ACCESO DE INFORMACION	X	
BATERIA	X	
CABLE DE INTERCONEXION		
SENSOR	X	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
Calibración periódica en tiempo prudente

Instrumento de Medida: **JERINGA**
Marca: **SPIROMETRICS**
Litros: **TRES LITROS (3LTS)**
Serie: **2125-8730**
Calibrado Según Norma: **NIST**
ELABORADO POR:

DIEGO ALEJANDRO BUSTOS
ING. BIOMEDICO
MP 091030-0500629 CND