

FICHA # 03

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:
MEDIDOR DE POTENCIA POWER METER JW3216C

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO
1	JW3216A	1
2	JW3216C	1
3	Calibrado (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625.	1
4	Tipo de detector InGaAs	1
5	Rango de medición (dBm) -70~+6 -50~+26	1
6	Incertidumbre (dB) ±0,15 -3,5%	1
7	linealidad (dB) ±0,02	1
8	Resolución de pantalla (dB) 0.01	1
9	ID de frecuencia (Hz) 270, 330, 1K, 2K.	1
10	ID de onda (nm) 1310, 1490, 1550, 1625.	1
11	Capacidad de almacenamiento de fecha 1000	1
12	Puerto de comunicación USB	1
13	Tipo de conector óptico	1
14	FC,SC,ST intercambiador	1

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
A. CARACTERÍSTICAS

Las características mínimas obligatorias son:

	CARACTERÍSTICAS
1.	<ul style="list-style-type: none">Modelo JW3216C , Longitud de onda calibrada (nm) 850, 1300,1310,1490,1550,1625Tipo de Detector InGaAs, Rango de medición (dBm) -50 ~ + 26Duda (dB) ± 0,15 (3.5%), Linealidad (dB) ± 0,02Resolución de pantalla (dB) 0,01, ID de frecuencia (Hz) 270.330, 1K,2KONDA ID(nm) 1310,1490,1550,1625,.Capacidad de almacenamiento de datos 1000Puerto de comunicación USBTipo de conector óptico FC,SC,ST intercambiable, Batería alcalina 3 * AA, 1,5 VAdaptador de fuente de alimentación (V) 8,4 Tiempo de funcionamiento de la batería (h) 200
2.	

B. ACCESORIOS

	ACCESORIOS	REQUERIDO
1.	Fuente de alimentación: 3 baterías de 1,5 V AA	Requerido para funcionamiento global del equipo
2.	Cargador de batería AA	Requerido para funcionamiento global del equipo

	ACCESORIOS	REQUERIDO
3.	Adoptador de fuente alimentación (V)8.4	Requerido para funcionamiento global del equipo
4.	Maletín de protección	Requerido para funcionamiento global del equipo

III. INFORMACIÓN PROPUESTA La propuesta debe incluir de manera explícita las siguientes condiciones:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Hoja de datos del equipo y manuales.
2	El valor del bien debe incluir los costos asociados al transporte hasta el sitio de instalación.
3	Tiempo de entrega del bien: 30 días
4	Tiempo de validez de la propuesta 30 días
5	Debe especificar la garantía de 1 año
6	Capacitación.

IV. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO
Ciudad		Ocaña
Departamento		Norte de Santander
Dirección		Transversal 30 # 7-110 barrio la primavera
Contacto en sitio	Nombre	Hulber Rodrigo Rodríguez P
	Teléfono	3162100508
	e-mail	hrrodriguez@sena.edu.co

Elaboró: Uriel Carvajalino Ortiz