

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL**



**DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL**

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2019

MODIFICATORIO ESTUDIO PREVIO

Teniendo en cuenta que la Policía Nacional está adelantando el proceso PN DIRAF SA 202 2019, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL"**, y los cambios de las especificaciones técnicas de algunos ítems de los lotes 2, 4, 6, 7 y 17; la administración reestructura y realiza la siguiente modificación al estudio previo así:

COMO ESTA:

LOTE 2. TAPONES NASALES SIN TUBO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 10	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL. EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 10 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 8	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL. EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 8 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 4,5	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL. EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS 4,5 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

COMO QUEDA:

LOTE 2. TAPONES NASALES SIN TUBO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 9.0 - 10	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 9.0-10 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 7.5 - 8	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 7.5-8 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

3	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 4,5	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 4,5 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
---	---------------------------------	--	--------	--	--

COMO ESTA:

LOTE 4. INSUMOS PARA CORTE Y FRESADO (FRESAS DE CIRUGÍA DE OÍDO EN TUNGSTENO, CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR Y ESTIMULADOR DE NERVI0 FACIAL).					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
24	SET PARA TUBOPLASTÍA ENDOSCÓPICA Y DILATACIÓN CON APOYO TECNOLÓGICO	<p>CATÉTER DE DILATACIÓN CON UN BALÓN INFLABLE CERCA DE LA PUNTA DISTAL. UN SOLO USO. DOS MARCADORES DE CONTRASTE PARA RAYOS X QUE MUESTRAN LA PARTE CILÍNDRICA DEL BALÓN, EN RAYOS X. ADAPTACIÓN DE CERROJO PARA INFLADO Y DESINFLADO. CATÉTER DE LONGITUD DE 236 A 400 MM. EL TAMAÑO DEL BALÓN DE DILATACIÓN DEBE SER DE 3X20 MM. SU FINALIDAD DEBE SER LA INSERCIÓNES CATÉTERES EN LA TROMPA DE EUSTAQUIO DESECHABLE. ANGULACIÓN DISTAL DE 45 A 70°. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.</p> <p>ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA DE INFLADO: BÓMBA DE INFLADO CON TUBO DE EXTENSIÓN PARA EL INFLADO DE CATÉTERES DE BALÓN. UN SOLO USO.</p> <p>JERINGA DE 20 ML CON INTERRUPTOR DE CONTROL PARA LIBERAR EL EMOLO, MANGO ROTATORIO, MANOMETRO, Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN CON ADAPTADOR ROTATORIO DE CERROJO. ESCALA EN PSI CON RANGO DE 0 A 30 ATM. MARCADOR DE PRESION DE TRABAJO PARA EL CATÉTER DE BALÓN. TUBO DE EXTENSIÓN DE 100 CMS. DEBE INCLUIR APOYO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR LA COLOCACIÓN COMPLETA DEL DISPOSITIVO.</p>	SET		

COMO QUEDA:

LOTE 4. INSUMOS PARA CORTE Y FRESADO (FRESAS DE CIRUGÍA DE OÍDO EN TUNGSTENO, CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR Y ESTIMULADOR DE NERVI0 FACIAL).					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
24	SET PARA TUBOPLASTÍA ENDOSCÓPICA Y DILATACIÓN CON APOYO TECNOLÓGICO	<p>-CATÉTER O DISPOSITIVO PARA DILATACIÓN CON UN BALÓN INFLABLE CERCA DE LA PUNTA DISTAL. UN SOLO USO.</p> <p>-CON MARCADORES VISIBLES BAJO VISION ENDOSCOPICA O RAYOS X</p> <p>-ADAPTACIÓN DE CERROJO PARA INFLADO Y DESINFLADO.</p> <p>-CATÉTER O DISPOSITIVO PARA DILATACIÓN CON LONGITUD DE 236 A 400 MM.</p> <p>-EL TAMAÑO DEL BALÓN DE DILATACIÓN DEBE SER DE DIAMETRO DE 3 A 7 MM CON LONGITUD DE 8 A 20MM.</p> <p>-SU FINALIDAD DEBE SER LA INSERCIÓNES -- CATÉTER O DISPOSITIVO DE DILATACION EN LA TROMPA DE EUSTAQUIO</p> <p>-DESECHABLE.</p> <p>-ANGULACIÓN DISTAL DE 45 A 70°.</p> <p>-EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.</p> <p>ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA DE INFLADO: BÓMBA DE INFLADO CON TUBO DE EXTENSIÓN PARA EL INFLADO DE CATÉTERES O DISPOSITIVOS DE BALÓN. UN SOLO USO.</p> <p>JERINGA DE 20 ML CON INTERRUPTOR DE CONTROL PARA LIBERAR EL EMOLO, MANGO ROTATORIO, MANOMETRO, Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN CON ADAPTADOR ROTATORIO DE CERROJO.</p> <p>ESCALA EN PSI CON RANGO DE 0 A 30 ATM. MARCADOR DE PRESION DE TRABAJO PARA EL CATÉTER DE BALÓN.</p> <p>TUBO DE EXTENSIÓN DE 100 CMS. DEBE INCLUIR APOYO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR LA COLOCACIÓN COMPLETA DEL DISPOSITIVO.</p>	SET		

COMO ESTA:

LOTE 6. REFACCIONES AUDITIVAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
3	BATERÍAS - CABLES PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEOS 6	BATERÍAS COCHLEAR C P CI 522.	UNIDAD		
5	SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA SOFTBAND	PROCESADOR SONIDO BAHA BANDA BATERÍAS IMÁN ADHERENTE GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
6	SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA SOFTBAND COCHLEAR Y COMPONENTE IMPLANTABLE	PROCESADOR SONIDO BAHA BANDA BATERÍAS IMÁN ADHERENTE GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		

8	BAHA CONNECT	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER 5 BATERÍAS IMÁN ADHERENTE KIT QUIRÚRGICO GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA	UNIDAD		
10	ACTUALIZACIÓN BAHA 5	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER BATERÍAS IMÁN ADHERENTE KIT QUIRÚRGICO GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		

COMO QUEDA:

LOTE 6. REFACCIONES AUDITIVAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
3	BATERÍAS - CABLES PARA IMPLANTE COCHLEAR NUCLEOS 6	BATERÍA COCHLEAR PCI 522 Y/O BATERÍA RECARGABLE PROCESADOR CP802 CABLE DE ANTENA CP802.	UNIDAD		
5	SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA SOFTBAND	PROCESADOR SONIDO BAHA BANDA BATERÍAS GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
6	SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA SOFTBAND COCHLEAR Y COMPONENTE IMPLANTABLE	PROCESADOR SONIDO BAHA Y/O SISTEMA IMPLANTABLE BAHA ATTRACT CON PROCESADOR DE SONIDO BAHA 5, BANDA, BATERÍAS GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
8	BAHA CONNECT	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER 5 BATERÍAS KIT QUIRÚRGICO GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA	UNIDAD		
10	ACTUALIZACIÓN BAHA 5	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER BATERÍAS GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		

COMO ESTA:

LOTE 7. ACTUALIZACIONES E IMPLANTES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BATERÍAS RECARGABLES Q70-Q90	BATERÍAS COCHLEAR Q 70 –Q90.	UNIDAD		

COMO QUEDA:

LOTE 7. ACTUALIZACIONES E IMPLANTES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BATERÍAS RECARGABLES Q70-Q90	BATERÍAS COCHLEAR Y/O NAIDA Q 70 –Q90.	UNIDAD		

COMO ESTA:

LOTE 17. REVISIÓN DE RODILLA CONDILAR CONSTREÑIDA Y PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA BISAGRA ROTACIONAL CONDILAR CONSTRIÑIDA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
4	PATELA	PATELA (ROTULA) DIÁMETRO 29-32-35-38 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD		
14	PATELA	PATELA DIÁMETRO: 30-35 MM MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD		

COMO QUEDA:

LOTE 17. REVISIÓN DE RODILLA CONDILAR CONSTREÑIDA Y PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA BISAGRA ROTACIONAL CONDILAR CONSTRIÑIDA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
4	PATELA	PATELA (ROTULA) DIÁMETRO 29-32-35-38 MATERIAL: POLIETILENO.	UNIDAD		
14	PATELA	PATELA DIÁMETRO: 30-35 MM MATERIAL: POLIETILENO.	UNIDAD		

COMO ESTA:

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
Garantía De Seriedad.	Riesgo jurídico.	La no suscripción del contrato sin justa causa	10% del presupuesto oficial asignado por lote o lotes a ofertar.	Oferentes.	Cuatro (4) meses a partir de la presentación de la oferta.	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el 10% del presupuesto oficial asignado, desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
	Riesgo jurídico.	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.				
	Riesgo jurídico.	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.				
	Riesgo jurídico.	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.				

COMO QUEDA:

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
Garantía De Seriedad.	Riesgo jurídico	La no suscripción del contrato sin justa causa.	10% del presupuesto oficial asignado por lote o lotes a ofertar.	Ofertantes.	Cuatro (4) meses a partir de la presentación de la oferta.	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el 10% del presupuesto oficial asignado por lote o lotes a ofertar, desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
	Riesgo jurídico	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.				
	Riesgo jurídico	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.				
	Riesgo jurídico	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.				

COMO ESTA:

5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será previa aprobación de la garantía única y hasta el 15 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Nota: el plazo de ejecución se determina incluyendo los plazos para la realización de los trámites ante el país de origen de las materias primas y su exportación hacia Colombia.

COMO QUEDA:

El plazo de ejecución del contrato será previa aprobación de la garantía única y hasta el 27 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Nota: el plazo de ejecución se determina incluyendo los plazos para la realización de los trámites ante el país de origen de las materias primas y su exportación hacia Colombia.

Atentamente,


Teniente **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Estructurador Estudio Previo

Elaborado por: TE Nayudy González Sierra
Revisado por: TE Nayudy González Sierra
Fecha de elaboración: 30-10-2019
Ubicación \GINTEL\ TE Diego Andrés Castañeda Peña \ESTUDIOS PREVIOS

Carrera 59 26 - 21 CAN 2 piso, Bogotá
Teléfonos 5159551
hocen_esterilizacion@policia.gov.co
www.policia.gov.co

