REPORTE DE SERVICIO Nº 42615

NIT.860.514.046-5

CLIENTE: Subred Centro Oriente Olcyc	SOLICITANTE: Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 21 Nº 22-51 sur	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506338684	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema llamado enfermeras Urgencias	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Victor Cañón	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 18/09/2023	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02b50084 2023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C-1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras Urgencias se hacen pruebas a todos los puntos de llamado encontrando las siguientes novedades

Como Procedimientos se cambia Play Dinamico a cardon se conecta punto a red, se repara tablero soldando DCC a tarjeta

Se ajusta matriz en display por presenta Falla en la numero 6, se encontro pin suelto en integrado. es ajustado quedando en buen funcionamiento.

El Sistema queda en buen funcionamiento

CC 1052413092

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Cañón 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:20 PM SALIDA 4:30 PM

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Fredy E. Aguilar C

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Fredy Enrique Aguilar Castro

CARGO Ing. Telecomunicaciones

FECHA 18 09 2023

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co