SE PRESENTA INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS, SIGUIENDO PLAN DE MANTENIMIENTO VISITA AGOSTO 2023

No.	ÁREA	OBSERVACIONES	
1	**CONSULTORIO MEDICO 1**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza busqueda de equipos medicos, ya que se encontraban en otras dependencias se recomienda dejar equipos medicos en las mismas areas	
2	**CONSULTORIO MEDICO 2**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza verificacion de condiciones ambientales y fisicas, se realiza ajuste de doppler, se realiza ajuste de de fonendoscopios, tensiometros equipos de organos y demas equipos en optiams condiciones	
3	**CONSULTORIO MEDICO 3**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza verificacion de bascula pesa bebe bascula adulto en optimas condiciones, se realizan pruebas de presion y de estabilidad funcional.	
4	**PYP**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, se realzia seguimiento a tensiometros que no se encontraban dentro del area, se recomienda retirar nevera de pilas del area para renovacion tecnologica, se realizan pruebas de equipo de organos portatil y su correcto funcionamiento.	

5	**ANBULANCIA NISSAN**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se reaizan pruebas de presion para tensiometros adulto y pediatrico, se recomienda no bajar los equipos medicos del parque automotor y evitar perdidas, se realiza verificacion de desfibrilador y prueba de test tecnico	
6	**AMBULANCIA DIMAX**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad,equipos funcionales y en optimas condiciones, ambulancia desfibrilador monitor, se recomienda el retiro de mota del tensiometro digital ya que se encontro con bastante, se realiza verificacion de condiciones ambientales cumple	
7	**FARMACIA**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza a los equipos biomédicos,	
8	**CENTRAL DE GASES**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, termohygrometro funcional	

9	**ALMACEN**	equipos en buenas condiciones en modo, back-up. Funcionales para cada area	
10	**SALA DE PARTOS**	se realiza mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante equipos en optimas condiciones de funcionamiento, se brindan recomendaciones de limpieza de los equipos medicos y el cuidado de las condiciones fisicas, se realizanpruebas de tensiometros, lampara de calor radiante, se recomienda dejar incubadoras conectadas ya que se podria generar daños en las baterias, ecografo portatil funcional, desfibrilador se realizan pruebas de descarga y carga, se imprime periodo de prueba, succionador laringoscopios y termonohygrometro en optmas condiciones.	
11	**ESTERILIZACION**	se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza a los equipos biomédicos, se realiza inducción de funcionamiento de la autoclave y las recomendaciones pertinentes, en caso de fallo	
12	**HOSPITALIZACION**	se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza a los equipos biomédicos. se realiza despiece de autoclave y limadura de camara, se realiza ajuste de manguera de salida y apertura, se realizan pruebas de selladora y calentamiento de incubadora microbiologica a 57 °C	

13	**URGENCIAS**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza cambio de brazalete de tensiometro que se encontraba en almacen se realizan pruebas de presion, se verifican movimientos y lubricaciones de camillas y camas, se realizan pruebas de funcionamiento de monitores de signos vitales, se realizan pruebas de funcioamiento de equipos de rganos y de doppler fetal, basculas pesa bebe y basculas adulto en optimas condiciones de funcionamiento.	
14	**TELEMEDICINA**	equipos en modo back-up en el almacen	
15	**ODONTOLOGIA CONSULTORIO 1 Y 2**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza ajuste de eyector de alta por mal funcionamiento en microswith, se realizan pruebas de funcionamiendo de movimientos del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento de lampara de fotocurado en optimas condiciones, se realiza pruebas de funcionamiento de presion ajuste a 35 psi funcional. se realiza cambio de manguera interna por ruptura.	

16	**RAYOS X**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza apertura de anodo y catodo, en funcionamiento normal, se raeliza cambio de microswith de funcionamiento de colimador se realiza cambio de dos bombillos de colimador ya que se encontraban fundidos se realiza entrega de crema disipadora.	
17	**VACUNACION**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza mantenimiento y limpieza interna de refrigerador de vacunacion con especialista del sena en refrigeracion, equipos en optimas condiciones.	
18	**TERAPIA FISICA**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza ajuste y cambio de cable de tens estacionario, se rrealiza cambio de y apertura del cable de vibromasajeador, se recomienda el cambio de cable hembra de tens portatil.	

10	**LABORATARIO CLINICO**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realzia ajuste de equipo de quimica sanguinea, se realiza limpieza de componenetes de pipetas, se realiza actulizacion documental, se realiza ajuste de certificados de calibracion en hojas de vida	
11	**TOMA DE MUESTRAS**	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad.	