
	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2022-12-28 Página: 1/1	
	Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2022-12-28	Aprobó: Alexis Sánchez Fecha de aprobación: 2022-12-28	Versión: 4
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN				
FECHA	2023-02-14		ITEM	1
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO				
FILTROS MEMBRANAS PVDF 0.45 um				
2. UNIDAD DE MEDIDA				
Paquete x 100 unidades o por paquete de 200 unidades				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				
No aplica				
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Descripción: Las membranas de PVDF están diseñadas para ofrecer una alta resistencia a la tracción, una elevada resistencia a los disolventes y una baja unión a proteínas, lo que las hace adecuadas para la filtración y la preparación de muestras por HPLC. Diámetro: entre 20 mm y 35 mm Con acople para jeringa Tamaño de poro: 0.45 um Material del filtro: PVDF - Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica - Soporte técnico: No aplica - Garantía técnica: Mínimo 1 año - Certificaciones técnicas: Ficha técnica - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.				
5. APROBACIONES				
Proceso	Nombres y apellidos	Cargo - Área	Firma	
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional Universitario VAC físicoquímico de Medicamentos		
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública	