



**SUBDIRECCIÓN DE
LABORATORIO
DE SALUD PÚBLICA
GESTIÓN DE CALIDAD**

Código Documento: 040GCF166
Fecha de Emisión: 2022-12-28
Página: 1/1

Elaboró: Sofía Alvarado

Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias

Aprobó: Alexis Sánchez

Versión: 4

Fecha de elaboración: 2021-07-15

Fecha de revisión: 2022-12-28

Fecha de aprobación: 2022-12-28

FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN

FECHA	2023-02-14	ITEM	2
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
FILTROS MEMBRANAS PVDF 0.2 um a 0.22 um			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Paquete x 100 unidades o paquete x 200 unidades			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
No aplica			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Descripción: Las membranas de PVDF están diseñadas para ofrecer una alta resistencia a la tracción, una elevada resistencia a los disolventes y una baja unión a proteínas, lo que las hace adecuadas para la filtración y la preparación de muestras por HPLC. Diámetro: entre 20 mm y 35 mm Con acople para jeringa Tamaño de poro: de 0.20 um a 0.22 um Material del filtro: PVDF - Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica - Soporte técnico: No aplica - Garantía técnica: Mínimo 1 año - Certificaciones técnicas: Ficha técnica - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Cargo - Área	Firma
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional Universitario VAC físicoquímico de Medicamentos	Leonardo Mendoza
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública	Herbert Vera