


 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2022-12-28</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Oliveros, Angie Arias Fecha de revisión: 2022-12-28	Aprobó: Alexis Sánchez Fecha de aprobación: 2022-12-28

**FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN**

FECHA	2023-02-14	ITEM	3
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
FILTROS MEMBRANAS PTFE 0.45 um			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Paquete x 100 unidades o paquetes x 200 unidades			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
Descripción: Preparación y limpieza de muestras con HPLC y disolventes orgánicos; Análisis de muestras de disolución; Preparación general de muestras antes del análisis; Muestras a temperatura elevada, soluciones cáusticas o ácidas. Diámetro: entre 20 mm y 35 mm Con acople para jeringa Tamaño de poro: 0.45 um Material del filtro: PTFE - Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica - Soporte técnico: No aplica - Garantía técnica: Mínimo 1 año - Certificaciones técnicas: Ficha técnica - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Cargo - Área	Firma
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional Universitario VAC fisicoquímico de Medicamentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública	