

		SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2022-12-28 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15		Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2022-12-28		Aprobó: Alexis Sánchez Fecha de aprobación: 2022-12-28	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN					

FECHA	2023-02-14	ITEM	4
--------------	------------	-------------	----------

1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO
 FILTROS MEMBRANAS PTFE 0.2 um a 0.22 um

2. UNIDAD DE MEDIDA
 Paquete x 100 unidades o paquete x 200 unidades

3. NORMATIVIDAD APLICABLE
 No aplica

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Descripción: Preparación y limpieza de muestras con HPLC y disolventes orgánicos; Análisis de muestras de disolución; Preparación general de muestras antes del análisis; Muestras a temperatura elevada, soluciones cáusticas o ácidas.
 Diámetro: entre 20 mm y 35 mm
 Con acople para jeringa
 Tamaño de poro: de 0.20 um a 0.22 um
 Material del filtro: PTFE
 - Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica
 - Soporte técnico: No aplica
 - Garantía técnica: Mínimo 1 año
 - Certificaciones técnicas: Ficha técnica
 - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.

5. APROBACIONES

Proceso	Nombres y apellidos	Cargo - Área	Firma
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional Universitario VAC fisicoquímico de Medicamentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública	