

		SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2022-12-28 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado		Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias		Aprobó: Alexis Sánchez	
Fecha de elaboración: 2021-07-15		Fecha de revisión: 2022-12-28		Fecha de aprobación: 2022-12-28	
Versión: 4					
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION					
FECHA		2023-02-14		ITEM	
				6	
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO					
FILTROS MEMBRANAS NYLON 0.2 um					
2. UNIDAD DE MEDIDA					
Paquete x 100 unidades					
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					
No aplica					
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Descripción: Preparación y limpieza de muestras con HPLC y disolventes orgánicos; Análisis de muestras de disolución; Preparación general de muestras antes del análisis; Matriz de muestra mixta de analitos acuosos u orgánicos disueltos Diámetro: entre 20 mm y 35 mm Con acople para jeringa Tamaño de poro: de 0.2 um a 0.22 um Material del filtro: Nylon - Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica - Soporte técnico: No aplica - Garantía técnica: Mínimo 1 año - Certificaciones técnicas: Ficha técnica - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.					
5. APROBACIONES					
Proceso	Nombres y apellidos		Cargo - Área	Firma	
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz		Profesional Universitario VAC físicoquímico de Medicamentos		
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia		Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública		