
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA</b> <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2022-12-28</b> <b>Página: 1/1</b>	
	Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2022-12-28	Aprobó: Alexis Sánchez Fecha de aprobación: 2022-12-28	Versión: 4

**FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN**

<b>FECHA</b>	2023-02-14	<b>ITEM</b>	22
--------------	------------	-------------	----

<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
COLUMNA CROMATOGRÁFICA C18 - L1			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
UNIDAD			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<p>Descripción: Octadecil silano unido químicamente a partículas de sílice Tipo: HPLC          Longitud (métrica): 150mm          Diámetro: 2.1 mm          Tamaño de partícula: 4 a 5 micras          Forma de partícula: Núcleo sólido esférico          Tipo de USP: L1          Fase estacionaria: grupos Octadecil silano</p> <p>- Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica          - Soporte técnico: No aplica          - Garantía técnica: Mínimo 3 meses          - Certificaciones técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante.          - Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.</p>			
<b>5. APROBACIONES</b>			
<b>Proceso</b>	<b>Nombres y apellidos</b>	<b>Cargo - Área</b>	<b>Firma</b>
Elaboró	Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional Universitario VAC fisicoquímico de Medicamentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado, Subdirección De Laboratorio De Salud Pública	Incluir firma digital