RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO No. CMA-SIP037-17493-2023

OBJETO: La Institución Universitaria está interesada en contratar mediante la modalidad de Subasta Inversa **La Institución Universitaria está interesada en adquirir mediante la modalidad de Subasta Inversa, a título de compraventa equipos para la prestación del servicio en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud. La adquisición de los equipos debe estar de acuerdo con las especificaciones y condiciones comerciales que se detallan,** de acuerdo con las especificaciones y condiciones comerciales que se detallan en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES	RESPUESTA	CONCLUSIÓN DE LA RESPUESTA	PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALIZA LA PETICIÓN
Solicitamos de la manera más amable y respetuosa, tener en cuenta las siguientes observaciones: Se solicita a la entidad ampliar tiempo de ejecución del contrato, debido a que se evidencian equipos que son de importación. Dicha importación, oscila en un tiempo de 45-60 días. Por lo que no sería posible entregar el contrato antes del 20 de diciembre. Además, se solicita a la entidad tener en cuenta que, al encontrarnos en cierre de año, se pueden evidenciar mercancías represadas por la época, haciendo que las entregas puedan retrasarse un poco más de lo previsto. O en su defecto, indicar si es posible que para los ítems de importación se permita realizar prórroga o si el contrato puede tener vigencias futuras.	**No es posible ampliar el tiempo de ejecución dados los tiempos de contratación del personal que recibe y dado que el contrato no puede pasar de vigencia, por tanto, se solicita que presenten sus ofertas dentro del proceso solo si se cuenta con los productos en STOCK**	No se acepta.	AVANTIKA
LOTE 1. EQUIPO MIXTO DE FRIO PARA LABORATORIO La entidad solicita Dimensiones externas: 75x81x1,96 (frente x fondo x alto) o 910*740*1972 (An. x Pr. x Al)mm. Se solicita a la entidad permitir ofertar dimensiones similares respetando la capacidad mínima de 516L.	**LOTE 1 y 2: Los equipos a adquirir son equipos que se ingresarán como cambio de aquellos que no cumplen con especificaciones técnicas, están obsoletos o averiados, por ello, el espacio de los laboratorios es reducido y**	No se acepta.	

LOTE 2. REFRIGERADOR DE LABORATORIO □ La entidad solicita Dimensiones Exteriores: Frente 0.75 Cms Altura 2,15 Mts Fondo 0.81 Cms. Se solicita a la entidad permitir ofertar dimensiones similares respetando la capacidad mínima de 651L.	**preciso, en caso de tener unas dimensiones diferentes a las solicitadas se deben decir para verificar nuestro espacio y así saber si se puede aceptar o no. Pero en este caso donde la solicitud no contempla dimensiones, no se puede aceptar.**		
Solicitamos de la manera más comedida revisar la clasificación UNSPSC del lote 3: 56121805 – Archivos planos, clasificarlo o adicionar un código que haga referencia al producto y permita certificar la experiencia con el código 41123300 – contenedores y armarios de almacenamiento general para laboratorio, ya que esté es el código más coherente, generalizado y reconocido para el tipo de producto que se requiere.	**Se revisan los códigos y la observación y se encuentra coherente con lo solicitado.**	Se acepta.	DISENOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS

Conforme a lo anterior se procede a continuar con las demás etapas del proceso precontractual,

Diana Gómez R.		Felipe Gonzalez		Cristian Cayigas
Secretaria General	**Director Jurídico**	**Director Técnico Planeación y Desarrollo Organizacional.**	**Supervisora**	**Contratista Dirección Jurídica**