



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 07/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR ANDRES AMAYA HOYOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	RUBEN DARIO URBANO NOGUERA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5358208
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TODAS LAS LÍNEAS DE LA TECNOACADEMIA CALI PARA LA VIGENCIA 2023.
VALOR:	\$ 9.485.319
CONTRATISTA:	KAVAT S.A.S
NIT:	901563667-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Tecnoacademia regional Valle, ubicada en la Carrera 5 # 11-68 plaza de Caicedo, piso 2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	dos (2) meses y diez (10) días
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.485.319
FORMA DE PAGO:	Único pago, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato



Del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre, el técnico Mike Fabrice Ariza de la empresa KAVAT SAS se presenta a las instalaciones de la línea de Biotecnología de la Tecnoacademia Valle del Cauca, donde desarrolla actividades de mantenimiento a los equipos establecidos en el contrato CO1.PCCNTR.5358208. El viernes 3 de noviembre, al finalizar la jornada, hace entrega de lo realizado al apoyo técnico conformado por el facilitador de la línea de biotecnología, el cual realizó una evaluación técnica de lo ejecutado, indicando que de los 20 equipos intervenidos, 17 cumplen con la verificación de correcto funcionamiento; sin embargo tres (3) equipos presentan inconvenientes los cuales se pueden observar en la siguiente tabla:

EQUIPOS LINEA DE BIOTECNOLOGIA TECNOACADEMIA VALLE DEL CAUCA		
No	EQUIPO	OBSERVACION
1	Agitador magnético con calentamiento Marca: Ika Modelo: Ika Serial: 3415406 Placa SENA: 92304715 Código Metrología: BI-E00AG01	El equipo muestra un cortocircuito eléctrico, con conexiones defectuosas en la resistencia de calentamiento y un fusible de entrada VAC quemado. Se ha realizado la reparación del circuito de entrada de corriente alterna (AC). El equipo se encuentra en modo de encendido normal, y el agitador funciona correctamente. Sin embargo, no se produce calentamiento debido a daños en el circuito de control de calentamiento.
2	Bomba de Vacío con resistencia química con soporte Marca: MILLIPORE Modelo: WP6 Serial: 11500016302 Placa SENA: 90304730 Código Metrología: DP-E00IM07	El equipo está inoperable debido a un mal funcionamiento en el devanado del motor, lo que resulta en una pérdida de potencia y un frenado del motor. Como resultado, el equipo queda fuera de servicio y necesita una reparación o el reemplazo del motor.
3	pH-metro Marca: Hanna Modelo: Edge Serial: C053182 Placa SENA: 92304876 Código Metrología: BI-E00PH02	Electrodo partido, requiere cambio.

Como se puede observar, los equipos reportados en la tabla anterior, tras el mantenimiento realizado, presentan inconvenientes que no permiten su correcto funcionamiento ó se encuentran fuera de servicio como es el caso del equipo No 2 Bomba de vacío con resistencia química con soporte.

Teniendo en cuenta la CLAUSULA SEGUNDA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato, donde se indica lo siguiente:

“Si el equipo requiere el cambio de una o varias piezas, estas serán suministrado por el proveedor.”



Se le solicitará via correo electrónico a la empresa KAVAT S.A.S, realizar las acciones necesarias con el fin de dejar los equipos antes mencionados en correcto funcionamiento.

Cordialmente,

CESAR ANDRÉS AMAYA HOYOS

Profesional grado 09 Temporal

Supervisor de contrato.

Elaboró: Cesar Andrés Amaya Hoyos, Profesional grado 09 Temporal