ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMA

LOTE 1 CÁNULAS METÁLICAS DE SUCCIÓN PARA Cirugía DE OÍDO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO# 12A 14	NULA DE SUCCI N PARA O DO # 12A 14. DIÁMETRO INTERN01.2A 1.4 MM. METÁLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO# 15 A 16	C NULA DE SUCCI N PARAODO#15A 16. DIÁMETRO INTERNO 1.5 A 1.6. METÁLICA EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO # 18	C NULA DE SUCCI N PARAO DO # 18. DIÁMETRO INTERNO 1.8. METÁLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
4	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO # 20	C NULA DE SUCCI N PARAO DO # 20. DIÁMETRO INTERNO 2.0. METÁLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
5	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO # 22	C NULA DE SUCCI N PARAO DO#22. DIÁMETRO INTERNO 2.2. METÁLICA EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
6	CÁNULA DE SUCCIÓN PARA OIDO # 24 A 25	C NULA DE SUCCI N PARAODO#24. DIÁMETRO INTERNO 2.4 A 2.5. METÁLICA EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
7	ACOPLE METÁLICO PARA CÁNULA SUCCIÓN	ACOPLE MET LICO PARAC NULA DE SUCCI N. COMPATIBLE PLÁSTICO RÍGIDO. viA DE ACOPLE PARA CÁNULA DE SUCCIÓN. EXTREMO DE ACOPLE PARA EL CAUCHO. EMPATE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

LOTE 2. TAPONES NASALES SIN TUBO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE

1	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 9.0-10	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 9.0-10 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	TAPONES NASALES SIN TUBO NO 7.5-8	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 7.5-8 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	TAPONES NASALES SIN TUBO NO	EN MATERIAL POLIVINIL ACETAL O CARBOXIMETILCELULOSA EXPANDIBLE AL HIDRATARSE. MEDIDAS: 4,5 CMS DE LONGITUD X 1.5 CMS X 2 CMS. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

LOTE 3. TAPÓN HEMOSTÁTICO PARA OÍDO INTERNOY TUBOS DE VENTILACIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	TAPON HEMOSTÁTICO PARA OIDO INTERNO	NO ADHESIVO. EN MATERIAL POLIVINILO ACETAL. EXPANDIBLE DE 24 MM DE TAMAÑO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD		
2	TUBOS DE VENTILACIÓN DONALSON	EN SILICONA COMPRIMIBLE. CON DIÁMETRO INTERNO ENTRE IMM-1.2MM. DIÁMETRO EXTERNO CABEZA ENTRE 2 MM-2.5 MM ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	TUBOS DE VENTILACIÓN EN T EN SILICONA	EN SILICONA CON LONGITUD ENTRE 7.0 MM12 MM. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

LOTE 4. INSUMOS PARA CORTE Y FRESADO (FRESAS DE CIRUGíA DE OÍDO EN TUNGSTENO, CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR Y ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL).					
íTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE

	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO 6 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO 5 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE Y/O TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OÍDO 4MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE Y/O TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
4	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO 3 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
5	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OÍDO 2 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
6	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OÍDO 1 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
7	FRESA CORTANTE PARA CIRUGÍA DE oiD0 7 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
8	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OÍDO 5 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE Y/O TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

9	FRESA CORTANTE PARA CIRUGÍA DE OIDO 4 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
10	FRESA CORTANTE PARA CIRUGÍA DE OIDO 3 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
11	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO 2 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
12	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO 1 MM DE DIÁMETRO	EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE. EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE WO TUNGSTENO. EMPATE UNIVERSAL ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
13	PRÓTESIS PARA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE CADENA OSICULAR	PRÓTESIS PARA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE CADENA OSICULAR EN TITANIO LONGITUD ENTRE 2 MM A 5 MM. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
14	PRÓTESIS PARA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CADENA OSICULAR	PRÓTESIS PARA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CADENA OSICULAR EN TITANIO LONGITUD ENTRE 3 A 7 MM ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
15	FRESA RECTA PARA MICRODEBRIDADOR	FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE RECTA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UNIDAD		
16	FRESA ANGULADA PARA MICRODEBRIDADOR	FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ANGULADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UNIDAD		
17	FRESA DIAMANTADA PARA MICRODEBRIDADOR	FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIAMANTADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UNIDAD		

18	FRESA CORTANTE PARA MICRODEBRIDADOR	FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CORTANTE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UNIDAD		
19	FRESA CORTANTE PARA MICRODEBRIDADOR PARA DACRIOCISTORRINOSTOMíA	FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE SENOS PARANASALES. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL PARA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA	UNIDAD		
20	CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES RECTAS	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DOBLE SIERRA, SIERRA SENCILLA RECTAS, LAS RECTAS EN DIÁMETROS DE 3 MM, 3.5MM Y 4 MM.	UNIDAD		
21	CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGíA DE SENOS PARANASALES ANGULADAS	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DOBLE SIERRA, SIERRA SENCILLA ANGULADA 120-40^0 Y 60^0 DIÁMETROS DE 3 MM Y 4 MM	UNIDAD		
22	CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE LARINGE	ANGULADA, DOBLE SIERRA, LISA, ESTERIL, EN ACERO INOXIDABLE, DESECHABLE.	UNIDAD		
23	KIT PARA ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL DE 2 CANALES	CONFORMADO POR: 4 ELECTRODOS DOBLES, 2 ELECTRODOS DE TIERRA UNA SONDA MONOPOLAR, UNA SONDA BIPOLAR APOYO TECNOLÓGICO DURANTE LA CIRUGA (UN ESTIMULADOR DE NERVIO COMPATIBLE CON LOS ELECTRODOS.	KIT		

24	SET PARA TUBOPLASTíA ENDOSCÓPICA Y DILATACIÓN CON APOYO TECNOLÓGICO	-CAT TER O DISPOSIT VO PARA DILATACI N CON UN BALÓN INFLABLE CERCA DE LA PUNTA DISTAL. UN SOLO USO. -CON MARCADORES VISIBLES BAJO VISION ENDOSCOPICA O RAYOS X -ADAPTACIÓN DE CERROJO PARA INFLADO Y DESINFLADO. -CATÉTER O DISPOSITVO PARA DILATACIÓN CON LONGITUD DE 236 A 400 MM -EL TAMAÑO DEL BALÓN DE DILATACIÓN DEBE SER DE DIAMENTRO DE 3 A 7 MM CON LONGITUD DE 8 A 20MM. -SU FINALIDAD DEBE SER LA INSERCIONES CATÉTER O DISPOSTIVO DE DILATACION EN LA TROMPA DE EUSTAQUIO -DESECHABLE. -ANGULACIÓN DISTAL DE 45 A 70^0 . - EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA DE INFLADO: BÓMBA DE INFLADO CON TUBO DE EXTENSIÓN PARA EL INFLADO DE CATÉTERES O DISPOSITIVOS DE BALÓN. UN SOLO USO. JERINGA DE 20 ML CON INTERRUPTOR DE CONTROL PARA LIBERAR EL EMBOLO, MANGO ROTATORIO, MANOMETRO, Y CONEXIÓN DE ALTA PRESIÓN CON ADAPTADOR ROTATORIO DE CERROJO. ESCAIA EN PSI CON RANGO DE O A 30 ATM. MARCADOR DE PRESION DE TRABAJO PARA EL CATÉTER DE BALÓN. TUBO DE EXTENSIÓN DE 100 CMS. DEBE INCLUIR APOYO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR LA COLOCACIÓN COMPLETA DEL DISPOSITIVO.	SET		

EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LOTE 4. (FRESAS DE CIRUGÍA DE OÍDO EN TUNGSTENO): UN MOTOR COMPATIBLE CON LAS FRESAS PARA CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y ESTABLECER EN LA FICHA TÉCNICA SI EL USO DE ESTAS FRESAS ES DESECHABLE O REUSABLES EL CUAL SE VERIFICARA MEDIANTE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL OFERENTE. EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR APOYO TECNOLÓGICO (SUMINISTRO DE PRÓTESIS PARA RECONSTRUCCIÓN OSICULAR (CON APOYO TECNOLÓGICO): CON ASESORÍA TÉCNICA DE UNA INSTRUMENTADORA Y APOYO TECNOLÓGICO QUE INCLUYE INSTRUMENTAL QUE PERMITA LA CULMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO) PARA CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

LOTE 5. CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMiA Y PEDIÁTRICA TERMOSENSIBLES Y FENESTRADAS SIN BALON					
íTEff1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMíA TERMOSENSIBLE EN POLIVINILO O POLIPROPILENO PEDIÁTRICAS NÚMERO 4	NULA EN POLIVINILO O POLIURETANO RADIOPACA, TERMO SENSIBLE CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM CÁNULAS NUMERO 4.5 LONGITUD MINIMA DE 36 MM A 48 MM OBTURADOR CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y SUJETADOR EN FORMA DE ANILLO CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
2	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMiA TERMOSENSIBLE EN POLIVINILO O POLIPROPILENO PEDIÁTRICAS NÚMERO	CANULA EN POLIVINILO O POLIURETANO RADIOPACA. TERMO SENSIBLE CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM CÁNULAS NUMERO 4.5 LONGITUD MINIMA DE 36 MM A 48 MM OBTURADOR CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y SUJETADOR EN FORMA DE ANILLO CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
3	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMfA TERMOSENSIBLE EN POLIVINILO O POLIPROPILENO PEDIÁTRICAS NÚMERO 5	CÁNULA EN POLIVINILO O POLIURETANO RADIOPACA, TERMO SENSIBLE CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM CÁNULAS NUMERO 5 LONGITUD MINIMA DE 44 MM A 50 MM OBTURADOR CON PUNTA ATRAUMATICA Y SUJETADOR EN FORMA DE ANILLO CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		

4	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICAS TERMOSENSIBLE EN POLIVINILO O POLIPROPILENO NUMERO	CÁNULA EN POLIVINILO O POLIURETANO LINEA RADIOPACA, TERMO SENSIBLE CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM CÁNULAS NUMERO 5.5 LONGITUD MINIMA DE 45 MM A 55 MM OBTURADOR CON PUNTA A TRAUMÁTICA Y SUJETADOR EN FORMA DE ANILLO CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		
5	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMiA FENESTRADA	EN POLIURETANO TERMO SENSIBLE ESTÉRIL, INDIVIDUAL 1 0 2 CAMISA INTERNAS DIÁMETRO INTERNO ID 7.0, SIN BALÓN CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TAPÓN OCLUSOR PARA EL CONECTOR DE 15 MM.	UNIDAD		
6	CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA	EN POLIURETANO GRADO MÉDICO TERMO SENSIBLE ESTÉRIL, INDIVIDUAL CON CAMISA, SIN BALÓN DIÁMETRO INTERNO ID 9.0 CON Y 10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TAPÓN OCLUSOR PARA EL CONECTOR DE 15 MM.	UNIDAD		
LOTE 6. REFACCIONES AUDITIVAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ACTUALIZACIÓN DE IMPLANTE COCLEAR MARCA COCHLEAR NS	BOBINA, I N, MICR FONOS. INDICADOR LUMINOSO. CABLE DE MÓDULO DE PILA RECARGABLE COMPACTA BOBINA, UNIDAD DE PROCESAMIENTO CP920 GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
2	BATER AS COCHLEAR C P 802	BATERÍAS COCHLEAR C P 802.			
3	BATERfAS - CABLES PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEOS 6	BATER COCHLEAR PCI 522 WO BATER A RECARGABLE PROCESADOR CP802 CABLE DE ANTENA CP802.	UNIDAD		
4	ACTUALIZACIONES DE IMPLANTE COCLEAR NUCLEOS 6	SISTEMA INTEGRAL Cl 512 0 Cl 522.	UNIDAD		
5	SISTEMA DE CONDUCCIÖN ÖSEA SOFTBAND	PROCESADOR SONIDO BAHA BANDA BATERiAS GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		

6	SISTEMA DE CONDUCCIÖN ÖSEA SOFTBAND COCHLEAR Y COMPONENTE IMPLANTABLE	PROCESADOR SONIDO BAHA YIO SISTEMA IMPLANTABLE BAHA ATTRACT CON PROCESADOR DE SONIDO BAHA 5, BANDA, BATERiAS GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
7	BAHA	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER 5 BATERiAS IMÅN ADHERENTE KIT QUIRÜRGICO GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
8	BAHA CONNECT	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER 5 BATERiAS KIT QUIRÜRGICO GARANTIA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA	UNIDAD		
9	BAHA ATRACT	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER 5 BATERiAS IMÅN ADHERENTE KIT QUIRÜRGICO GARANTiA: UN (1) ANO A PARTR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
10	ACTUALIZACIÖN BAHA 5	PROCESADOR SONIDO BAHA POWER BATERiAS GARANTjA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
11	ACTUALIZACI N IMPLANTE NUCLEAR NUCLEOS 6 DERECHO	SISTEMA INTEGRAL Cl 512 0 Cl 522.	UNIDAD		
12	ACTUALIZACIÖN DE IMPLANTE COCLEAR MARCA COCLEAR 7	BOBINA, IMÅN. MICRÖFONOS, INDICADOR LUMINOSO. CABLE DE MÖDULO DE PILA RECARGABLE COMPACTA BOBINA, UNIDAD DE PROCESAMIENTO CP920 GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
13	PILAS Y CABLES COCLEAR PARA NUCLEOS 6	BATERiAS DE LITIO PARA IMPLANTE COCHLEAR N6 GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA	UNIDAD		
LOTE 7. ACTUALIZACIONES E IMPLANTES					
iTEM	DESCRIPCIÖN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	BATERiAS RECARGABLES Q70-Q90	BATERiAS COCHLEAR WO NAIDA Q 70-090.	UNIDAD		

2	ACTUALIZACI N IMPLANTE COCLEAR HARMONY ADVANCE BIONICS	ACTUALIZACIÖN IMPLANTE COCLEAR HARMONY ADVANCE BIONICS.	UNIDAD		
3	CABLE NEPTUNE ADVANCE BIONICS- 32 PULGADAS	PROGRAMABLE Y AJUSTABLE A IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE. GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
4	SOPHONO	PROCESADOR SONIDO ALPHA MPO, 2 BATER S, PI-ACAS MAGNÉTICAS ADHERENTE ESTUVE, PROCESADOR, TORNILLOS DE BLOQUEO, PORTA BATERiA, KIT QUIRÜRGICO. GARANTiA: UN (1) ANO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
5	SOPHONO DERECHO	PROCESADOR SONIDO ALPHA MPO, 2 BATER AS, PI-ACAS MAGNÉTICAS ADHERENTE ESTUVE, PROCESADOR, TORNILLOS DE BLOQUEO, PORTA BATERiA, KIT QUIRÜRGICO. GARANTiA: UN (1) ANOA PARTIR DE LA NTREGA	UNIDAD		
6	4 CABLES DE 32 PULGADAS Y DOS ANTENAS PARA NEPTUNE	PROGRAMABLE Y AJUSTABLE A IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE. GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
7	I CONNET	MICR FONO COMPATIBLE IMPLANTE COCLEAR NAIDA. GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.	UNIDAD		
8	IMPLANTES COCLEARES	IMPLANTE COCLEAR DE ULTIMA TECNOLOG EL COMPONENTE INTERNO QUE NO SEA MAYOR DE 5 AÑOS. KIT PARA PACIENTE CON PROCESADOR RETROAURICULAR O DE CUERPO DE ÚLTIMA TECNOLOGiA, INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. ELECTRODO QUE PRESERVE LAS ESTRUCTURAS COCLEARES RESIDUALES TELEMETRIA DE ELECTRODO TELEMETRIA NEURAL TELEMETRIA INTRAOPERATORIA BATERIA RECARGABLE CON CARGADOR PARA CUALQUIER TIPO DE PROCESADOR ADAPTABILIDAD DE SISTEMA FM ANTENA RECEPTORA UNIVERSAL MICRÓFONOS FRONTALES Y POSTERIORES. PROCESAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE LA PALABRA.	UNIDAD		

		POSIBILIDAD DE CAMBIO A CORPORAL RETROAURICULAR PROVISIÓN DE KIT DE CIRUGÍA PROVISIÓN DE ELEMENTOS PARA PROGRAMACIÓN CLÍNICA COMPUTADOR PORTÁTIL PROTOCOLOS Y MANUALES EN ESPAÑOL SERVICIO TÉCNICO POST VENTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ACORDE CON LA SOLICITUD DEL LIDER DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA GARANTIA DEL BIEN ESTIPULADA EN EL PRESENTE ANEXO PARA EL ITEM DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS. POSIBILIDAD DE INMERSIÓN AL AGUA POR LO MENOS 3 METROS, SIN DAÑO EN EL COMPONENTE EXTERNO.			

LOTE 8. CATÉTERES, AGUJAS Y GUiAS PARA EL SERVICIO DE UROLOGiA, SET DE CRAWFORD Y AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA Y PEDIÁTRICA TERMOSENSIBLES Y FENESTRADAS SIN BALÓN					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	CAMISA URETERAL HIDROFILICA IIFRX 41 CM DE LONGITUD	CAMISA URETERAL CALIBRE ENTRE 11-12 FR POR 4145 CMS DE LONGITUD, MARCAS RADIO PACAS. PUNTA ATRAUMÁTICA.	UNIDAD		
2	CAMISA URETERAL HIDROFILICA IIFRX 31 CM DE LONGITUD	CAMISA URETERAL, CALIBRE ENTRE 11-12 FR POR 41-45 CMS DE LONGITUD CON MARCAS RADIO PACAS PUNTA ATRAUMÁTICA.	UNIDAD		
3	CANASTILLA NITINOLI ,8 X120 CM 4 ALAMBRES	Dl ETRO DE FR Y 120 CMS DE LONGITUD, CON ALAMBRES CUBIERTA DE NITINOL, MANGO ERGONÓMICO, CON POSIBILIDAD DE DESENSAMBLE.	UNIDAD		
4	GUÍA HIDROFíLICA TEFLONADA 0,035 X 150 CM	MEDIDAS: 0.035 MM X 150 CMS DE LONGITUD, CUBIERTA DE TEFLÓN, FLEXIBLE ESTÉRIL, PAQUETE INDIVIDUAL DESECHABLE.	UNIDAD		
5	GUIA HIDROFíLICA NITINOLO,035X 150 CM	MEDIDAS: 0.035 MM X 150 CMS DE LONGITUD, CUBIERTA DE NITINOL, RADIO PACA, CODIFICADA A COLOR, PUNTA REDONDA ATRAUMÁTICA FLEXIBLE.	UNIDAD		
6	CATÉTER DOBLE J DE 6 FR DE 30 CMS DE LONGITUD	CATÉTER 6 FR DE DIÁMETRO DE 22-30 CMS DE LONGITUD, EXTENDIBLE HASTA 30 CMS CON MARCAS RADIO PACAS QUE INCLUYA LA GUIA Y EL EMPUJADOR.	UNIDAD		

7	CATÉTER DOBLE J PEDIÁTRICO	CAT TER 4 FR DE D METRO DE 12-15-18 CMS DE LONGITUD, CON MARCAS RADIO PACAS QUE INCLUYA LA GUIA Y EL EMPUJADOR.	UNIDAD		
8	SONDAS RECTALES DE TRES viAS PARA URODINAMIA	SONDA RECTAL EN SILICONA DE 3 víAS DE 10 FR Y 30-40 CMS DE LONGITUD.	UNIDAD		
9	AGUJAS DE CHIBA	AGUJA DE BIOPSIA, CON MARCA CENTIMETRADAS Y PUNTA ECOGÉNICA DIFERENTES MEDIDAS DE 18C HASTA 22G).	UNIDAD		
10	SET DE CRAWFORD	SONDA METÁLICA DE 0.30MM A 0.60MM DE DIÁMETRO. PUNTA TIPO OLIVA, CON TUBO DE SILICON DE 20 A 40 CMS DE LONGITUD EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO.	UNIDAD		
11	AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA	AGUJA PARA BIOPSIA AUTO TICA, CON MARCA CENTIMETRADA, PUNTA ECOGÉNICA QUE PUEDE SER USADA CON AGUJAS COAXIALES MEDIDAS: DESDE LA 18 G A 20 G DE LONGITUD DE 20 A 25 CMS (ENTREGA DE PISTOLA AUTOMÁTICA. PARA EL USO DE ESTA AGUJA COMO APOYO TECNOLÓGICO	UNIDAD		
12	AGUJA PARA ABLACI N PARA RADIOFRECUENCIA (EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO	AGUJAS RECTAS PARA ABLACIÓN DE METÁSTASIS EN HUESO CON SENSOR DE TEMPERATURA.	UNIDAD		
13	AGUJA PARA ABLACI N PARA RADIOFRECUENCIA (EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO	AGUJAS EN SOMBRILLA PARA ABLACIÓN DE METÁSTASIS EN TEJIDOS BLANDOS CON SENSOR DE TEMPERATURA	UNIDAD		
LOTE 9. EQUIPO EN "Y" TUR					
íTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACIÓN	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONECTOR RÍGIDO, NO FLEXIBLE.	UNIDAD		
LOTE 10. LENTE 30^0					

iTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	LENTE 30 GRADOS RESÉCTOSCOPIO UROLOGIA	DIÁMETRO DE 4 GRADOS ÁNGULO DE VISIÓN 30 GRADOS COMPATIBLE CON RESECTOSCÓPIO MARCA WOLF.	UNIDAD		
LOTE 11. INSUMOS PARA EQUIPO DE URODINAMIA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	CATÉTER ABDOMINAL	DIÁMETRO 3ML X 47 CM MATERIAL EN PVC POLYSOPRENE BALÓN DE 9 FR.			
2	MANGUERA PARA BOMBA DE INFUSIÓN (COMPATIBLE CON EQUIPO LABORIE)	MATERIAL EN pvc SET DE MANGUERAS CON INFUSIÓN PRECISA DE FLUIDOS.	UNIDAD		
3	CATÉTER VESICAL 6/7	PUNTA RECTA 47 CMS CON DOS PUERTOS MATERIAL PVC IPOLYSOPRENO.	UNIDAD		
4	CARTUCHOS PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (COMPATIBLE CON EQUIPO LABORIE)	CONTACTO POR MEMBRANA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON CONEXIÓN LUER LOCK MACHO.	UNIDAD		
5	MANGUERA SENSOR DE PRESIÓN (COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA LABORE	MATERIAL EN pvc SET DE MANGUERAS PARA PRESIÓN PRECISA DE FLUIDOS.	UNIDAD		
6	SISTEMA DE MEMBRANAS COMPATIBLE CON EQUIPO LABORIE	SISTEMA DE MEMBRANAS PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPO LABORIE.	UNIDAD		
	LOTE 12. PRÓTESIS VASCULARES				
iTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	PARCHE PARA CARÓTIDA CON FLUOROPOLiMERO	MATERIAL DACRÓN, CON TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON FLUOROPOLIMERO, CON ANTIBIÓTICO, TAMAÑO: MM, ESPESOR 0,36 MM, EMPAQUE ESTÉRIL.	UNIDAD		

2	SHUNT DE CARÓTIDA	SHUNT DE CARÓTIDA CON PUERTO EN T CALIBRE 9 F DE LONGITUDES DE 15 CMS Y 31 CMS	UNIDAD		
3	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA VASCULAR PERIFÉRICO 3 FRENCH X 40 A 80 CM	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA CON BALÓN RADIO PACO, FLEXIBLES, DISEÑO ERGONÓMICO, CIERRE DE ROSCA, CUERPO DEL CATÉTER MARCADO, MEDIDAS: DIÁMETRO 3 FRENCH, LONGITUD 40 A 80 CM, PRESENTACION: CAJA X UNIDAD, ESTÉRIL (FOGARTY).	UNIDAD		
4	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA VASCULAR PERIFÉRICO 4 FRENCH X 40 A 80 CM	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA CON BALÓN RADIOPACO, FLEXIBLES, DISEÑO ERGONÓMICO, CIERRE DE ROSCA, CUERPO DEL CATÉTER MARCADO, MEDIDAS: DIÁMETRO 4 FRENCH. LONGITUD 40 A 80 CM, PRESENTACION: CAJA X UNIDAD, ESTÉRIL (FOGARTY).	UNIDAD		
5	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA VASCULAR PERIFÉRICO 5 FRENCH X 40 A 80 CM	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA CON BALÓN RADIO PACO, FLEXIBLES, DISEÑO ERGONÓMICO, CIERRE DE ROSCA, CUERPO DEL CATÉTER MARCADO, MEDIDAS: DIÁMETRO 5 FRENCH, LONGITUD 40 A 80 CM, PRESENTACION: CAJA X UNIDAD. ESTÉRIL (FOGARTY).	UNIDAD		
6	PRÓTESIS VASCULARES BIFURCADAS	MATERIAL DACRÓN, TEJIDO KOOPER, EMPAQUE ESTÉRIL, PERMITE EL ENLACE CON RIFAMPICINA O EN POLIÉSTER EN PUNTO DE MALLA, RECUBIERTA CON GELATINA O POROSIDAD, MEDIDAS: 12 X 6 MM, 14 X 7 MM, 16X8MM, 18 X 9 MM.	UNIDAD		

LOTE 13. SISTEMA PLACA LCP EXTRA ARTICULAR PARA HÚMERO DISTAL Y PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA					
íTE& 1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	PLACA LCP EXTRA ARTICULAR PARA HÚMERO DISTAL	PLACA LCP EXTRA ARTICULAR PARA HÚMERO DERECHAS E IZQUIERDAS DE 4 A 12 AGUJEROS LONGITUD: 122 MM A 266 MM ACERO.	UNIDAD		
2	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE DE 3.5	TORNILLO CORTICAL, AUTORROSCANTE DIÁMETRO 3.5 LONGITUD DE 12 A 60 MM ACERO.	UNIDAD		
3	TORNILLO BLOQUEO AUTORROSCANTE 3,5	TORNILLO BLOQUEO, AUTORROSCANTE, DIÁMETRO DE 3,5 LONGITUD DE 12 A 60 MM ACERO.	UNIDAD		

4	PLACA LCP CURVA ESTÁNDAR	SISTEMA LCP PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5. CURVA CORTA ESTÁNDAR, DE 8 AGUJEROS LONGITUD 117 MM, MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
5	PLACA LCP CURVA CORTA	SISTEMA LCP PARA ARTRODESIS DE MUÑECA CURVA CORTA ESTÁNDAR, DE 8 AGUJEROS LONGITUD 117 MM, MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
6	PLACA LCP CURVA RECTA	SISTEMA LCP PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5. CURVA RECTA ESTÁNDAR DE 8 AGUJEROS LONGITUD 1 17 MM, MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
7	TORNILLO CORTICAL 2,4	TORNILLO CORTICAL. AUTORROSCANTE DIÁMETRO LONGITUD DE 10 A 24 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
8	TORNILLO DE BLOQUEO 2,4	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DIÁMETRO DE 2,4 LONGITUD DE 10 A 24 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
9	TORNILLO DE BLOQUEO 2,7	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DIÁMETRO DE 2,7 LONGITUD DE 10 A 24 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
10	TORNILLO CORTICAL 2,7	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE DIÁMETRO DE 2,7 LONGITUD DE IOA 24 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
11	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5	TORNILLO BLOQUEO AUTORROSCANTE DIÁMETRO DE 3,5 LONGITUD DE 12 A 28 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
12	TORNILLO CORTICAL DE 3,5	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE DIÁMETRO DE 3,5 LONGITUD DE 12 A 28 MM MATERIAL: ACERO.	UNIDAD		
LOTE 14. CABEZA FEMORAL					
íTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	CABEZA FEMORAL	DI METRO DE 22 A 32 MM CONO DE 10 -12 MM MATERIAL: ACERO O CROMOCOBALTO.	UNIDAD	X	
LOTE 15. SISTEMA PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA					

íTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PLACA TERCIO DE CANA BLOQUEADA DE 4 A 10 ORIFICIOS	PLACA TERCIO DE CANA BLOQUEADA DE 4 A 10 ORIFICIOS MATERIAL: TITANIO LONGITUD: 48 A 121 MM.	UNIDAD	X	
2	TORNILLO CORTICAL	TORNILLO CORTICAL DI METRO 3,5 MM LONGITUD DE 10 A 40 MM MATERIAL: TITANIO.	UNIDAD	X	
3	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 3,5	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 3,5 MM LONGITUD DE 10 A 80 MM MATERIAL: TITANIO.	UNIDAD	X	
4	TORNILLO ESPONJOSO	TORNILLO ESPONJOSO DIÁMETRO 4,0 MM LONGITUD DE 10 A 60 MM MATERIAL: TITANIO.	UNIDAD	X	
5	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 3,5	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DIÁMETRO 3,5 MM LONGITUD DE 10 A 60 MM MATERIAL: TITANIO ROSCA PARCIAL O COMPLETA.	UNIDAD	X	
LOTE 16. SISTEMA PARA BARRAS DE NUSS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	BARRAS DE NUSS	MEDIDAS DE LAS BARRAS ENTRE LOS RANGOS DE 7" A 15" PULGADAS EQUIVALENTES A (17,8 CMS A 45 CMS), PUNTAS Y BORDES REDONDEADOS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE O CROMO COBALTO, NíQUEL.	UNIDAD		
	ESTABILIZADOR ELONGADO	ESTABILIZADOR ELONGADO PECTUS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE O CROMO COBALTO NÍQUEL.			
	LOTE 17. REVISIÓN DE RODILLA CONDILAR CONSTREÑIDA Y PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA BISAGRA ROTACIONAL CONDILAR CONSTRIÑIDA				
íTEB,1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL CON TALLA DELI AL 5 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
2	COMPONENTE TIBIAL	COMPONENTE TIBIAL CON TALLA DEL 1 AL 5 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	

3	INSERTO TIBIAL MODULAR	INSERTO TIBIAL MODULAR - NO MONO BLOQUE ALTURA 10-12-14-17-20 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
4	PATELA	PATELA (ROTULA) D METRO 29-32-35-38 MATERIAL: POLIETILENO.	UNIDAD	X	
5	VÁSTAGO FEMORAL	V STAGO O FEMORAL LONGITUD 90 A 185 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
6	VÁSTAGO O PRÓTESIS FEMORAL LATERIZADO	VASTAGO O PR TESIS FEMORAL LATERALIZADO LONGITUD 90 A 185 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
7	VÁSTAGO TIBIAL	VÁSTAGO TIBIAL LONGITUD 90 A 185 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
8	VASTAGO TIBIAL LATERALIZADO	V STAGO TIBIAL LATERALIZADO LONGITUD 90 A 185 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
9	CUÑA FEMORAL DISTAL	CU FEMORAL DISTAL ALTURA: 5 A 10 MM MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
10	CU FEMORAL POSTERIOR	CU FEMORAL POSTERIOR ALTURA: 5 A 10 MM MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
11	CUÑA TIBIAL PARCIAL	CUNA TIBIAL PARCIAL MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
12	CUÑA TIBIAL TOTAL	CUNA TIBIAL TOTAL MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
13	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA	PR TESIS TOTAL DE RODILLA TALLAS XS - S -M DERECHA E IZQUIERDA MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
14	PATELA	PATELA DIÁMETRO: 30-35 MM MATERIAL: POLIETILENO.	UNIDAD	X	
15	TAPÓN	TAPÓN DIÁMETRO: 10-12-14-16 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
16	CENTRALIZADOR	CENTRALIZADOR D METRO 12-14 -16 MATERIAL: ACERO O CROMO COBALTO.	UNIDAD	X	
	LOTE 18. NEUROESTIMULADOR CEREBRAL, KITS, DURAMADRE Y SUSTITUTOS ÓSEOS				
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE

	NEUROESTIMULADOR CEREBRAL UNILATERAL RECARGABLE	COMPUESTO POR: UN (01) GENERADOR BILATERAL RECARGABLE UN (01) ELECTRODOS CEREBRALES. UNA (01) EXTENSIÓN CEREBRAL. UN (01) SISTEMA DE RECARGA. UN (01) STIMLOCS O CIERRE DE AGUJERO CRANEAL. UN (01) TUNELIZADOR UN (01) CONTROL DE PACIENTE PARA GENERADOR RECARGABLE. UN TAPÓN PARA GENERADOR (SI SE REQUIERE) COMPATIBLE CON RESONANCIA DE CUERPO ENTERO.	UNIDAD		X
2	NEUROESTIMULADOR DE RAÍCES SAGRAS POSTERIORES	COMPUESTO POR: KIT ELECTRODO DEFINITIVO, 4 POLOS CON ESPICULAS ELECTRODO 1 EXTENDIDO -28 CM. KIT INTRODUCTOR DE ELECTRODOS. AGUJA PARA FORAMEN MINI HOOK. CINTURÓN EXTERNO.	UNIDAD		X
		ENS ESTIMULADOR. CONTROL VERIFY. CABLE MIST LOCK. NEUROESTIMULADOR DE RAÍCES SACRAS. PROGRAMADOR DE PACIENTE COMPATIBLE CON ELECTRODOS Y EXTENSIONES. COMPATIBLE CON RESONANCIA DE CUERPO ENTERO.			X
3	NEUROESTIMULADOR CEREBRAL UNILATERAL NO RECARGABLE	COMPUESTO POR: UN (01) GENERADOR UNILATERAL NO RECARGABLE. UN (01) ELECTRODOS CEREBRALES UNA (01) EXTENSIÓN CEREBRAL. UN (01) STIMLOCS O CIERRE DE AGUJERO CRANEAL. UN (01) TUNELIZADOR. TAPÓN UNILATERAL (SI SE REQUIERE). UN (01) CONTROL DE PACIENTE COMPATIBLE CON RESONANCIA DE CUERPO ENTERO.	UNIDAD		
4	GENERADOR NO RECARGABLE UNILATERAL	GENERADOR UNILATERAL NO RECARGABLE COMPATIBLE CON ELECTRODOS Y EXTENSIONES, COMPATIBLE CON RESONANCIA DE CUERPO ENTERO.	UNIDAD		

5	KIT DE RELLENO PARA BOMBAS DE INFUSIÓN DE BACLOFEN	KIT DE RELLENO, CON PLANTILLA DE BOMBA INTRATECAL INCLUYE 2 AGUJAS TIPO HUBER CAMPO FENESTRADO FILTRO DE 0,22 UN JUEGO DE EXTENSIÓN CON PINZA.	KIT		
6	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLÁGENO DE 1 A 3 X 3CM A 10CM ANCHO Y 10 LARGO	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL COLÁGENO BOVINO Y/O PERICARDIO DE BOVINO NO ABSORBIBLE NO NECESITA SUTURAR.	UNIDAD		
7	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLÁGENO DE 3 A 6 X 3CM A IOCM ANCHO Y 10 LARGO	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL COLÁGENO BOVINO WO PERICARDIO DE BOVINO NO ABSORBIBLE NO NECESITA SUTURAR.	UNIDAD		
8	SUSTITUTOS ÓSEOS MASILLA ICC	MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL HERMÉTICAMENTE SELLADO PRESENTACIÓN: 1 CC.	UNIDAD		
9	SUSTITUTOS ÓSEOS MASILLA 2.5 A 3 CC	MATRIZ SEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL HERMÉTICAMENTE SELLADO PRESENTACIÓN. A 3 CC.	UNIDAD		
10	SUSTITUTOS ÓSEOS (CHIPS) DE 5 CC	MATRIZ SEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL HERMÉTICAMENTE SELLADO HUESO CORTICO-ESPONJOSO PRESENTACIÓN: 5 CC.	UNIDAD		
11	SUSTITUTOS ÓSEOS (CHIPS) DE IOCCA 15 CC	MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL	UNIDAD		

		HERMÉTICAMENTE SELLADO PRESENTACION: 10 A 15 CC.			
12	SUSTITUTOS ÓSEOS MASILLA 5 CC	MATRIZ SEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL HERMÉTICAMENTE SELLADO PRESENTACIÓN 5 CC.	UNIDAD		
13	SUSTITUTOS ÓSEOS MASILLA 10CC	MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE ORIGEN CADAVÉRICO HUMANO COMPLETAMENTE REABSORBIBLE BIOCOMPATIBLE, BIOACTIVO POROSIDAD REGULAR Y UNIFORME ENVASE ESTÉRIL HERMÉTICAMENTE SELLADO PRESENTACIÓN: 10 CC.	UNIDAD		
14	VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA SB3	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PILLCAMP SISTEMA DE VIDEO CAPSULA ENDOSCÓPICA SB3 COVIDIEN.	UNIDAD		
15	VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA COLON 2 COVIDIEN	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PILLCAMP SISTEMA DE VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA COLON 2 COVIDIEN.	UNIDAD		
	LOTE 19. INSUMOS PARA MONITOREO PIC				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA PARÉNQUIMAL CON TORNILLO	UN CATÉTER. UN TORNILLO TUNELIZADO UN MANDRIL, UNA BROCA DE 2,7 MM UNA LLAVE DE ALLEN.	KIT		
2	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA PARÉNQUIMAL TUNELIZADO	UN CATÉTER, UNA BROCA DE 3,5 MM UNA LLAVE ALLEN, AGUJA PARA TUNELIZAR MARIPOSA PARA FIJAR.	KIT		

3	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA VENTRICULAR TUNELIZADO	UN TROCAR, UNA MARIPOSA DE FIJACIÓN UNA BROCA DE 3,5 MM, UN CATÉTER, UNA LLAVE ALLEN.	KIT		
4	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA PARÉNQUIMAL CON TORNILLO	UN CATÉTER, UN TORNILLO TUNELIZADO, UN MANDRIL, UNA BROCA DE 2,7 MM, UNA LLAVE DE ALLEN, PIC CON TEMPERATURA.	KIT		
5	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA PARÉNQUIMAL TUNELIZADO	UN CATÉTER UNA BROCA DE 3,5 MM, UNA LLAVE ALLEN, AGUJA PARA TUNELIZAR, MARIPOSA PARA FIJAR.	KIT		
6	KIT PARA MONITOREO DE PRESIÓN INTRA CRANEANA VENTRICULAR TUNELIZADO	UN TROCAR, UNA MARIPOSA DE FIJACIÓN, UNA BROCA DE 3,5 MM, UN CATÉTER, UNA LLAVE ALLEN. PIC CON TEMPERATURA.	KIT		
	LOTE 20. LÁPICES PARA ASAS Y ESPÉCULOS TEFLONADOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	ESPÉCULOS EN TEFLÓN	ESP CULOS TEFLONADOS TAMA O EST NDAR EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD		X
2	LÁPIZ PARA ASAS DE RADIOFRECUENCIA	DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA ELLMAN.	UNIDAD		X
	LOTE 21. AGUJA TREFINA PARA BIOPSIA ÓSEA				
iTEY	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
	AGUJA TREFINA PARA BIOPSIA ÓSEA	MATERIAL: ACERO O TITANIO LONGITUD: MAYOR DE 10 CM DIÁMETRO: 4,5 Y 6.5 MM.	UNIDAD		X
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUM?	O CUMP
REGISTRO DEL INVIMA: EL OFERENTE DEBE PRESENTAR REGISTRO DEL INVIMA, PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE CONFORMAN EL LOTE O EN SU DEFECTO CERTIFICACIÓN DEL INV MA DEL NO REQUERIMIENTO DE DICHO REGISTRO.					X

CERTIFICACI N DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO: EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO DE LOS INSUMOS OFERTADOS EN CADA LOTE, EN LA CUAL SE PUEDA CONSTATAR LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE.		X
EL OFERENTE DEBE PRESENTAR CON SU OFERTA CAT LOGO (EN IDIOMA CASTELLANO) DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS OFERTADOS POR LOTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 CONDICIONES Y OFERTA TÉCNICA, DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.	X	
EL OFERENTE SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SERÁ MINIMO DE UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS.	X	
EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LOS TEMS DE CADA LOTE OFERTADO SE N ENTREGADOS EN EMPAQUE RESISTENTE A LA CONTAMINACIÓN CON EL FIN DE EVITAR DETERIORO EN EL ALMACENAJE Y EN LA MANIPULACIÓN DEL MISMO.	X	
EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR EL CAMBIO DE LOS INSUMOS QUE PRESENTEN CUALQUIER DEFECTO O MALA CALIDAD UNA VEZ SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DENTRO DE LOS 15 DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. EL CAMBIO SE SOLICITARÁ POR PARTE DE CADA UNO DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.	X	
EL OFERENTE DEBE CAMBIAR LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y EN UN PERIODO NO SUPERIOR A 8 (OCHO) DIAS CALENDARIO, EN EL CASO QUE EL INVIMA ORDENE EL RETIRO DEL MERCADO. EL CAMBIO SE SOLICITARÁ POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.	X	
EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR EL CAMBIO DE LOS INSUMOS QUE SE ENCUENTREN A UN MES DE CUMPLIR SU FECHA DE VENCIMIENTO, DENTRO DE LOS 15 DIAS CALENDARIO SIGUIENTE AL REQUERIMIENTO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. EL CAMBIO SE SOLICITARÁ POR PARTE DEL JEFE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.	X	
EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR APOYO TECNOL GICO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOTE 4, UN ESTIMULADOR DE NERVIO COMPATIBLE CON ELECTRODOS, DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICiA NACIONAL.		X
EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR APOYO TECNOL GICO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOTE 4, (CUCHILLAS DE MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE LARINGE) COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SEA DADO POR EL OFERENTE COMO APOYO TECNOLÓGICO EN EL HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL. UN EQUIPO DE MICRODEBRIDADOR CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE EN CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.		X

EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR APOYO TECNOL GICO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOTE 4, DE CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGÍA DE SENOS RECTOS Y ANGULADOS PARANASALES), SE SOLICITA MOTOR COMPATIBLE MICRODEBRIDADOR CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE EN CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIA CON EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.		X
EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR APOYO TECNOL GICO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOTE 4, (SET PARA TUBOPLASTiA ENDOSCÓPICA Y DILATACIÓN) APOYO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR LA COLOCACIÓN COMPLETA DEL DISPOSITIVO CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO O DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICiA NACIONAL.		X
EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR ASESORÍA TÉCNICA DE LA SIGUIENTE FORMA: LOTE 18 RECURSO HUMANO: UN (01) TÉCNICO O PROFESIONAL IDÓNEO EN LA COLOCACIÓN Y MANEJO DE NEUROESTIMULADOR CEREBRALES, MEDULARES, BOMBA DE INFUSIÓN DE BACLOFEN MÍNIMO CON UN (01) AÑO DE EXPERIENCIA, EL CUAL SERÁ EL ENCARGADO DE ORGANIZAR, REVISAR Y PROPORCIONAR EL PROTOCOLO DE USO DE CADA EQUIPO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN Y USO DEL MISMO, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.		X
ENTREGAR EN EL SERVICIO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACI N DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA OLICIA NACIONAL: EN LOS CASOS DE CIRUGÍAS PROGRAMADAS 12-24 HORAS ANTES DE CADA INTERVENCIÓN EN EL HORARIO DE 7:00 AM A 6:00 PM DE LUNES A DOMINGO. Y SOLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN SE RECIBIRÁ EN HO RIO EXTEMPORÁNEO. EN OS CASOS DE CIRUGÍAS DE URGENCIAS EN UN TIEMPO NO MAYORA 8 HORAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD POR VIA TELEFÓNICA O ESCRITA DE LUNES A DOMINGO, PARA LO CUAL DISPONDRÁ UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN PERMANENTE. NÚMERO(s)telefónico(s)fijo(s): 2214599 Ext. 1002, 1003, 1051_____ NÚMERO(s)telefónico(s)celular(es): 3174085662 -3164422581 – 3158952056 – 3504537783 TODOS LOS ELEMENTOS QUE INGRESEN A LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, DEBEN VENIR LIMPIOS, LIBRES DE POLVO. INCLUYENDO LAS CAJAS QUE CONTIENEN ELEMENTOS ES ERILES. EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA POLICIA NACIONAL LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y EL INSTRUMENTAL BÁSICO CORRESPONDIENTE A CADA SISTEMA INCLUIDO EL MOTOR OIJE SE REQUIERA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CIRUGIA, POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. APLICA PARA LOS LOTES 13 14 15 16 17.	X	

ASESORA T CNICA: EL OFERENTE DEBE BRINDAR ASESORA Y ACOMPA AMIENTO TEÓRICO PRÁCTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL QUE INTERVENGA EN LA RECEPCIÓN ENTREGA E IMPLANTACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, EN EL MANEJO DE LOS IMPLANTES E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE A CADA GRUPO ADJUDICADO, ESTA ASESORIA SE DEBE REALIZAR DE 4 A 6 HORAS CADA TRES (3) MESES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, ESTA ASESORIA SE FEALIZARA SIN COSTO ADICIONAL AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. EL OFERENTE DEBERÁ BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA LAS CIRUGIAS PROGRAMADAS, (PARA ESTA ASESORIA DEBERÁ ENVIAR NOTIFICACIÓN ESCRITA DONDE RELACIONA EL NOMBRE DEL SOPORTE Y A CARGO DE QUIEN ESTARÁ EL PROCEDIMIENTO, Así MISMO SE ENCARGARA EN LA SALA DE CIRUGÍA DE DAR A CONOCER EL INSTRUMENTAL Y SEÑALAR LOS IMPLANTES REQUERIDOS POR EL CIRUJANO, ESTE DEBERÁ CONTAR CON MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA DE MANO Y ORTOPEDIA. EN CASO DE SER REQUERIDO PARA UN PROCEDIMIENTO DE URGENCIAS EL OFERENTE DEBERÁ BRINDAR LA ASESORIA TÉCNICA EN UN TIEMPO MÁXIMO DE LLAMADO DE DOS (02) HORAS. PARA LA VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO EL OFERENTE DEBE ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA RELACIONANDO LA EXPERIENCIA Y DIL!GENCIAR EL ANEXO NO 10, IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO. APLICA PARA LOS LOTES 13. 14, 15, 16, 17.	X	
EL OFERENTE DEBE ENTREGAR UN REPORTE ESTAD STICO QUE PERMITAN EL REGISTRO Y CONSULTA DE VARIABLES ÚTILES PARA EL SEGUIMIENTO DETALLADO, EPIDEMIOLÓGICO Y DE COSTOS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS, LO CUAL SE HARÁ LOS PRIMEROS CINCO DIAS HÁBILES DE CADA MES, AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL HOCEN. ÉL ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN SERÁ REQUISITO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS. LOS DATOS SERÁN ENTREGADOS RELACIONADOS POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, QUE SE ENVIARA VÍA CORREO ELECTRÓNICO MENSUAL EN ARCHIVO EXCEL SIN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL Y DEBE INCLUIR: • NÚMERO DE CONTRATO • OBJETO • FECHA DE SUSCRIPCIÓN • FECHA DE VENCIMIENTO • MONTO • NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE • IDENTIFICACIÓN • FECHA DE PROCEDIMIENTO • VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE • VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO • SALDO POR EJECUTAR • NUMERO DE LA FACTURA • FECHA DE LA FACTURA • APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.	X	

APLICA A LOS LOTES 13, 14, 15, 16, 17.		
DEJAR EN CONSIGNACI N EN EL SERVICIO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACI N DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL LOS ELEMENTOS, Y EL INSTRUMENTAL NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA SU COLOCACIÓN. APLICA PARA LOS LOTES 13, 14, 15, 16, 17	X	
EL OFERENTE DEBE SUMINISTRAR FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN CADA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, EN LA CUAL SE DEBE ESPECIFICAR NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRÓ SANITARIO INVIMA. APLICA PARA LOS LOTES 13, 14, 15, 16 17.	X	
EN EL CASO EN QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE ALGUN EQUIPO, INSUMO DEBE ESTAR LIBRE DE MERCURIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 159 DE 2015 Y PRESENTARÁ EL CORRESPONDIENTE SOPORTE DONDE PERMITA EVIDENCIAR SU CUMPLIMIENTO COMO MANUALES DE FABRICACIÓN WO ETIQUETAS. IGUALMENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES DE LOS EMPAQUES, EMBALAJES O INFORMES DEBEN ESTAR CONSTITUIDOS CON UN PORCENTAJE DE MATERIAL RECICLABLE O PORVENIR DE UNA FUENTE SUSTENTABLE. Así COMO ASUMIRÁ CUALQUIER INFRACCIÓN O MULTA AMBIENTAL QUE SE GENERE POR CONDUCTAS INSEGURAS (VERTIMIENTOS INTENCIONALES O ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUiMICAS, ABANDONO DE INSUMOS O RESIDUOS SIN ETIQUETAS, RETIRO DE RESIDUOS SIN AUTORIZACIÓN, TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS. VEHÍCULOS CON EMISIONES ATMOSFÉRICAS REPRESENTATIVAS Y DEMÁS QUE CONDUZCAN A GENERAR MAYOR IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE O COLOQUEN EN RIESGO LA SALUD HUMANA, QUE POR ENDE REPRESENTEN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA EL HOSPITAL CENTRAL Y EN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE IA POLICÍA NACIONAL.	X	

experiencia del proponente Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia. en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal o promesas de sociedad), que se encuentren inscritos en el registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1., del decreto 1082 de 2015. el proponente debe estar inscrito en al menos uno de los segmentos, familias y clases de la clasificación establecida en el numeral 1.1.12 registro único de proponentes, del presente pliego de condiciones. con el fin de garantizar la calidad de los bienes y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el oferente deberá anexar máximo dos (2) certificaciones de contratos (una certificación por contrato) celebrados y ejecutados, con entidad pública y/o privada, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación (suministro de insumos y dispositivos médicos para los servicios médicoquirúrgicos del hospital central de la policía nacional, la sumatoria de la cuantía de las certificaciones deberá ser mayor o igual a 100% del valor del presupuesto oficial por lote asignado; esta certificación deberán contener la siguiente información: nombre del contratista. 2. nombre del contratante. 3. objeto del contrato. 4. valor del contrato. 5. fecha de suscripción del contrato. 6. fecha de terminación. 7. personal contacto para verificar la información. 8. si la certificación es expedida por una entidad estatal, ésta debe estar certificada por el funcionario delegado para tal fin. 9. manifestación clara y explícita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. Nota 1: los contratos certificados deben estar registrados en el rup. la experiencia deber estar relacionada en el formulario no. 6 nota 2: si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para IO cual se deberá anexar copia de documento consorcial o unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. Nota 3: en los documentos soporte de la certificación debe ser posible verificar, que el objeto tenga relación con lo solicitado, el valor de estos y el valor final del contrato. no se admiten certificaciones de subcontrataciones. no se admiten auto certificaciones, ni cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros del consorcio o unión temporal. no se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). no se ace tan certificaciones con enmendaduras.	X	

La policía nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma, por lo anterior se reserva la facultad de solicitar información adicional. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA EN UNIONES TEMPORALES YIO CONSORCIOS Y EXTRANJEROS. el p ponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad, que vayan a proveer los bienes objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas. extranjeras, deberán registrar experiencia en el objeto del presente pliego de condiciones, mediante la presentación de dos (2) certificaciones de contratos (una (1) certificación por contrato) de acuerdo a la clasificación unspsc del numeral 1.1.12 "registro único de proponnetes" del presente pliego de Fondiciones. cuya sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial asignado por lote, en las cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas o privadas, y conste como mínimo la información que se indica a continuación: 1. para tal efecto las certificaciones deben contener la siguiente información: 2. entidad contratante contratista objeto del contrato número de contrato (si registra) valor del contrato fecha de inicio (día, mes y año). 3. fecha de terminación del contrato (día, mes y año). 4. nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada de la empresa que expide la certificación). 5. dirección y teléfono de la empresa que expide la certificación. Nota 1: las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante, no se aceptan auto cert Icaciones. Nota 2: para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia de conformidad con el valor certificado por el correspondiente porcentaje de participación. en este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial o de unión temporal, aplicado al contrato correspondiente. si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o unión temporal se contará como (1) contrato y no se afectará por porcentaje de participación. Si e contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia de doc mento consorcial o unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. Nota 3: las certificaciones presentadas por los oferentes, deben corresponder a contratos debidamente celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas teniendo en cuenta la naturaleza de los ele entos. nota 4: en los documentos soporte de la certificación debe ser posible verificar, que el objeto tenga relación con lo solicitado. el valor de estos y el valor final del contrato; en este sentido los documentos que se deberán allegar para soportar la experiencia son: CeTificación de cumplimiento del contrato.	XX	

Copia del contrato correspondiente donde se pueda verificar el requisito técnico del mismo. nota 5: las certificaciones anexas deben describir los elementos contratados y que correspondan a la experiencia solicitada; Nota 6: los contratos certificados para el oferente extranjero, deberán registrar experiencia en los clasificadores UNSPSC y debe estar relacionada en el formulario no. 5. Nota 7: las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta certificaciones en las ue no se ueda constatar ue el contratista cum lió a cabalidad con el ob•eto del contrato.		

No se admiten certificaciones de subcontrataciones, auto certificaciones, cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros del consorcio o unión temporal. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final) y no se aceptan certificaciones con enmendaduras.	X	
confidencialidad de la información El Oferente se Obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el formulario no. 8, del presente pliego de condiciones. Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.	X	
condiciones ambientales El proponente y posterior contratista deberá tener conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental que rige en el pais expedida por las autoridades ambientales competentes, entendiendo como tales: el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, las corporaciones autónomas regionales, los grandes centros urbanos, los municipios y los departamentos. adicionalmente aquellas que sean expedidas por diferentes entidades del estado que vinculen aspectos sobre la materia ambiental.	X	
El oferente deberá realizar la disposición final y tratamiento de todos los elementos cambiados y los que cumplen su ciclo de vida útil, anexando las certificaciones correspondientes.	X	
En lo posible y de no poner en riesgo la calidad del producto a adquirir el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable (declaración del fabricante especificaciones técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos.	X	
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, el oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infracción ambiental por omisión de permisos. concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista	X	
Propender por que los elementos, insumos y material a adquirir contengan compontes reciclables o sean potencialmente aprovechables; de igual manera, que se puedan separar para su reciclaje o aprovechamiento.	X	
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	X	

El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el cual deberá diligenciar el formulario no. 9.		

EL PROPONENTE:

NOMBRE DEL PROPONENTE	: PROMED QUIRÚRGICOS
NIT o C.C.	: 900.026.143 - 2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN
CC.	: 80.239.914 DE BOGOTÁ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN	: CARRERA 67 N° 43 - 17
TELÉFONO	: 2214599
E-MAIL	: ERIKAR@PROMED-QUIRURGICOS.COM