RECOMENDACIÓN DE MANTENIMIENTO LFA READER ALFA BASIC SET

Para asegurar el perfecto funcionamiento del equipo es preciso realizar periódicamente los trabajos de limpieza y mantenimiento. Tenga en cuenta los intervalos de tiempo descritos.

MENSUAL	• Limpieza de la superficie externa del equipo • Desinfección del equipo • Limpieza y desinfección del cartucho de prueba
TRIMESTRAL	• Limpieza del pozo óptico
SEGÚN NECESIDAD	• Cambio papel de impresora • Nueva calibración por el fabricante

ANEXO

Formato de registros mantenimiento LFA READER ALFA BASIC SET

MENSUAL

FECHA	LIMPIEZA SUPERFICIE EXTERNA	DESINFECCION SUPERFICIE EXTERNA	LIMPIEZA DESINFECCION CARTUCHO DE PRUEBA	RESPONSABLE

TRIMESTRAL

TRIMESTRE	FECHA	LIMPIEZA DEL POZO	RESPONSABLE
1			
2			
3			
4			

SEGÚN NECESIDAD

SEGÚN NECESIDAD	FECHA	PROCESO EFECTUADO	RESPONSABLE
1			
2			

Registre correctamente las fechas y si el proceso fue realizado o no.

√: Realizado

X: No realizado

DR. FOOKE
LABORATORIEN GMBH
Habichtweg 16 41468 Neuss
Tel. (0 21 31) 29 84-0 · Fax (0 21 31) 29 84-184