Tema del Informe: Actividades Realizadas en el Laboratorio de Salud Publica en el contrato de compraventa 2023000526	**Fecha**			**Informe N°**
	Día	**Mes**	**Año**	
	26	09	2023	1

Tipo de informe:	Parcial		Final	X

Contratista: SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS

Contrato No. 2023000526

Descripción del Informe de Actividades

Actividades Programadas Según Estudios previos	Actividades Realizadas	Cumplimiento
AUTOCLAVE PARA LABORATORIO Tipo: Laboratorio Horizontal Rango De Funcionamiento: Rango temperatura de esterilización: 105°C a 134°C o mejor. Requerimientos • Bomba de Vacío • Sistema de descarga por tubería al exterior del laboratorio • Sistema de recirculación de agua para la bomba que genera vacío Ciclos De Esterilización • Esterilización de residuos y desechos biológicos contaminados: • Esterilización de material contaminado de Microbiología Clínica • Esterilización de vidrios, cajas Petri, Bolsas plásticas Stomacher • Test de Bowie & Dick • Ciclos especiales personalizados. Material De Construcción Material de la Cámara: Acero Inoxidable Puerta en Acero Inoxidable Bandejas o canastas y/o contenedores en acero inoxidable Capacidad Volumen de la Cámara: 80 ± 5 litros Requerimientos Eléctricos 220VAC / 50-60Hz Panel De Control Sistema de control Digital: Botones físicos o Táctil Indicaciones de parámetros en pantalla Manómetro (opcional) Pantalla a color para visualización de parámetros de esterilización	**AUTOCLAVE PARA LABORATORIO** Tipo: Laboratorio Horizontal Rango De Funcionamiento: Rango temperatura de esterilización: 105°C a 134°C o mejor. Requerimientos • Bomba de Vacío • Sistema de descarga por tubería al exterior del laboratorio • Sistema de recirculación de agua para la bomba que genera vacío Ciclos De Esterilización • Esterilización de residuos y desechos biológicos contaminados: • Esterilización de material contaminado de Microbiología Clínica • Esterilización de vidrios, cajas Petri, Bolsas plásticas Stomacher • Test de Bowie & Dick • Ciclos especiales personalizados. Material De Construcción Material de la Cámara: Acero Inoxidable Puerta en Acero Inoxidable Bandejas o canastas y/o contenedores en acero inoxidable Capacidad Volumen de la Cámara: 80 ± 5 litros Requerimientos Eléctricos 220VAC / 50-60Hz Panel De Control Sistema de control Digital: Botones físicos o Táctil Indicaciones de parámetros en pantalla Manómetro (opcional) Pantalla a color para visualización de parámetros de esterilización	100%

icontec ISO 9001 SC-CER98915

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER98915

Sistemas De Seguridad Válvula de alivio de seguridad para evitar la acumulación de presión excesiva Protección contra exceso de temperatura	Sistemas De Seguridad Válvula de alivio de seguridad para evitar la acumulación de presión excesiva Protección contra exceso de temperatura	

Inicio	No. De días	Valor por día	Permanencia		Total Gastos de viaje (1)	V/Trans. Pasajero (2)
			Pernoctado	No pernoctado		
					0	0
TOTAL					0	0

NOTA:

(1) : El valor total de gastos de viaje pasa al formato de Acta de pago parcial en el numeral 2 Pago de gastos de viaje y/o transporte: Gastos de viaje (A) Rubro e identificando el código a imputar el gasto.

(2) : El valor total de transporte pasajero pasa al formato de acta de pago parcial en el numeral 2 Pago de gastos de viaje y/o transporte: Transporte (B) Rubro e identificando el código a imputar el gasto.

Conclusiones y Recomendaciones del Interventor

Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)

Contratista	Firma
CARLOS HUMBERTO RUBIO	
Vo.Bo. Interventor o supervisor(a)	**Firma**
JORGE CERÓN PÉREZ	

Ruta: Ej: (D:\Documentos Cordonez\Calidad 2010GC\Informe SGC\ F-PGJOAJ01-06 Informe sgc1.doc)

icontec ISO 9001 SC-CER98915

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER98915