	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17
		VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 1 - 3

Nombre del equipo :	LAMPARA CUELLO DE CISNE
#. de activo fijo:	
Marca:	WELCHALLYN
Modelo:	GS 300
Serie:	NO REGISTRA
Invima:	**2023DM-0009826-R1**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Es un dispositivo electromecánico, que se usa comúnmente para facilitar la visualización en áreas específicas durante procedimientos de revisión y tratamiento, mejorando la iluminación.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	110	Peso [Kg]	-----				
Voltaje máx. Operación [V]	220	Capacidad	-----				
Corriente máx. operación [A]	-----	Dimensiones	-----				
Corriente min. operación [A]	-----	Años de vida del Equipo	-----				
Potencia Consumida [W]	-----	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	60HZ	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	-----	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	-----	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	SUMMED LTDA	Forma de adquisición	Compra directa
Teléfono	(1)2579173	Costo de Adquisición	$3.976.409,00
Dirección	transversal 18 79 19, Bogota	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	COLOMBIA	Fecha de Instalación	2023 SEPTIEMBRE
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	2023 SEPTIEMBRE
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	2024 SEPTIEMBRE
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	2023 SEPTIEMBRE
Email	flemingbiomedicasas@gmail.com		

ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCHALLYN	GS 300	NO REGISTRA

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No usar materiales abrasivos para su limpieza
2. No exponer el equipo a rayos directos del sol
3. ----------
4. ----------
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)							
I	X	IIA	-	IIB	-	III	-

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:

MANUALES TECNICOS	
Operación	-----
Mantenimiento	-----
Partes	-----
Despieces	-----

PLANOS	
eléctricos	-----
electrónicos	-----
hidráulicos	-----
neumáticos	-----
mecánicos	-----

CLASIFICACIÓN POR USO	
Médico	X
Básico	-
Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMÍNATE	
Eléctrico	X
Electrónico	-
Mecánico	-
Electromecánico	-
Hidráulico	-
Neumático	-
Vapor	-
Solar	-

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Diagnóstico	X
Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Rehabilitación	-
Prevención	-
Análisis Laboratorio	-
Mantenimiento	-

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA			
TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACIÓN

Requiere Calibración		NO			
Variables susceptibles a calibración	Presión	-	Tiempo	-	
	Temperatura	-	Co2	-	
	Volumen	-	Co	-	
	Impedancia	-	RPM	-	
	Marcapasos	-	Humedad	-	
	Respiración	-	flujo	-	
	G. Cardiáco	-	Fc	-	
	Ibp	-	Ecg	-	
	Energía	-	Spo2	-	
	Nibp	-	Peso	-	

MANTENIMIENTO

TIPO:

PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
CORRECTIVO	Por llamado

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA	SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de	Nuevo	Usado	Repotenciado
	X	-	-

RESPONSABLE DEL EQUIPO

3618338

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17
		VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCHALLYN	GS 300	NO REGISTRA

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
Efectuar limpieza integral del equipo
Verificación de bombillas
Verificación de correcto funcionamiento
verificación de estado de sus partes físicas

	ESE SPITAL SAN ISIDRO **NIT: 800.025.221-1** **ALPUJARRA - TOLIMA**	COD	HD-D-17
		VERSION	3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/9/23	AL-26092056	instalacion	ver informe	[signature]

REPORTE DE SERVICIO No. AL-26092056
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad/Municipio	Fecha (Día/Mes/Año)
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS	ALPUJARRA – TOLIMA	20/09/2023

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente HOSPITAL SAN ISIDRO	Teléfono 2261172
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: LAMPARA CUELLO DE CISNE		No. De Contrato:	Inventario:
Ubicación: HOSPITALIZACION	Marca: WELCH ALLYN	Modelo: GS 300	Serie: NO APLICA

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[X] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[ ] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: SI: [ ] NO: [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------


6. Observaciones: *SE REALIZA LA INSTALACION EN AREA DE SERVICIO, SE ENTREGA CON CABLE DE PODER, MANUALES.*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [1] [2] [3] [4] [5]

Hora de Llegada: [ ][ ]

Ingeniero/Técnico:
Firma:



Nombre ALEX OVIEDO
Invima:RH-202305-02062

Fecha y Hora de Salida: [ ][ ][ ]

Cliente:
Firma 1136181338

Nombre (En letra legible):

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20061076	Nombre producto	LAMPARAS DE EXAMINACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MENORES WELCH ALLYN - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - LAMPARA PARA ILUMINACION EN DIAGNOSTICO Y PROPOSITOS GENERALES - WELCH ALLYN				
Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0009826-R1	Vencimiento	2033/03/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 48810 GS EXAM LIGHT IV WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GS IV CON MONTAJE EN MESA/PARED 44400 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON BASE MOVIL 44410 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44600 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON BASE MOVIL 44610 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44900 GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON BASE MOVIL 44900-C GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH CEILING MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN TECHO 44900-W GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN PARED 46070 SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTO 46070R SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH RIGID BAND/DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA (FRONTOLUZ) PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON BANDA RIGIDA Y FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTA 49020 SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTOS DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE DE ENERGIA DIRECTA 49000B SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT ONLY LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTO DE ESTADO SOLIDO SOLA 47300 3.5V EPISCOPE EPISCOPIO 3.5V 47351 3.5V EPISCOPE SET SET EPISCOPIO 3.5V 47351-C 3.5V EPISCOPE SET WITH CONVERTIBLE HANDLE SET EPISCOPIO 3.5V CON MANGO CONVERTIBLE 47351-SM 3.5V EPISCOPE SET WITH SOFT CASE SET EPISCOPIO 3.5V CON ESTUCHE SUAVE 76600 HALOGEN PENLITE LINTERNA HALOGENA						
Marcas	WELCH ALLYN, HILL ROM						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LAS LÁMPARAS DE EXAMINACIÓN WELCH ALLYN ESTAN DESTINADA PARA PROPORCIONAR ILUMINACIÓN Y AYUDAR A MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DURANTE EXÁMENES GENERALES, DIAGNÓSTICO, PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR, SUTURAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS MENORES. TIENEN UN PROYECTOR DE LUZ ARTICULADO EL CUAL PUEDE ESTAR EN MONTAJES DE PARED /ESCRITORIO, O SOBRE UNA BASE RODABLE. LAS LAMPARAS TIPO FRONTOLUZ PORTATILES SE PUEDEN FIJAR SOBRE UNA BANDA DE CABEZA O DIADEMA. POSEEN UN RANGO DE AJUSTE QUE SE ACOMODA A LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS CON LUZ BLANCA Y BRILLANTE DE ALTA INTENSIDAD LED.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	VHF LTDA.	CARRERA 15 NO. 84-24 of 214	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA	KM 1.5 VÍA SIBERIA – TENJO BODEGAS 6, 7, 8, 9, 10 TERMINALES LOGÍSTICOS DE COLOMBIA	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 80 KILOMETRO 1,1 ENTRADA PARQUE LA FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO BODEGA 16/17	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	CL 47 5-26 PISO 2	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	registrosinvima@tem.com.co
ACONDICIONADOR	ALLERS S.A.	Carrera 67 # 1B-35	COLOMBIA	VALLE	CALI	allers@allers.com.co
ACONDICIONADOR	A.T. MEDICAS S.A.	CR 79 57-26	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	
FABRICANTE	WELCH ALLYN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CALLE EMILIO FLORES	MEXICO			
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC.	4341 STATE STREET	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co
IMPORTADOR	VHF LTDA.	CARRERA 15 NO. 84-24 of 214	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	CR 16 No. 97 -46 P 6	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	CL 47 5-26 PISO 2	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	registrosinvima@tem.com.co
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.co
IMPORTADOR	ALLERS S.A.	Carrera 67 # 1B-35	COLOMBIA	VALLE	CALI	allers@allers.com.co
IMPORTADOR	A.T. MEDICAS S.A.	CR 79 57-26	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELCH ALLYN INC.	4341 STATE STREET	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co

Imprimir [<< Atras]

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032021001357140-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante/Apoderado

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	JAVIER RAMIREZ RIAÑO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193733185	2021 - 10 - 08	No. 169018	2021 - 10 - 05

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9405101010	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	493	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1I213959 DECLARACION(2-4) (P-8361 / P-8648 IMP 210160) APARATOS DE ALUMERADO ESPECIALES PARA SALAS DE CIRUGIA U ODONTOLOGIA: CON TECNOLOGIA LED. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0009826, VIGENCIA: 14/05/2023 EXPEDIENTE: 20061076, FABRICANTE: WELCH ALLYN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.. ORIGEN: MEXICO. MERCANCIA NUEVA AÑO 2021. PRODUCTO: LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON BASE MOVIL , MATERIA CONSTITUTIVA: SOPORTE LAMPARA EN ALUMINIO Y METAL COMUN CON PROTECCION PLASTICA, LAMPARA SUPERIOR CABEZAL EN PLASTICO Y 6 LEDS, FUENTE DE LUZ: ELECTRICA, POTENCIA: 300-375W _100-240V 50-60HZ, USO: PARA PROPORCIONAR ILUMINACION Y AYUDAR A MEJORAR LA VISUALIZACION DURANTE EXAMENES GENERALES, DIAGNOSTICO, PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR, SUTURAS Y OTROS PRO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032021001357140 133. Feha: 2021 11 07

134. Levante No. 032021001246110	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2021 - 11 - 09		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** **0** 996. Espacio para Número autoadhesivo **91003028210989**

Fecha de Impresión: 2021-12-02 15:50:34


20211838203103











Presentamos las lámparas **Green Series™** de Welch Allyn

Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Lámparas Green Series™

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

Una familia de lámparas diseñada para todos los entornos de la asistencia sanitaria.

Lámparas de examen médico Green Series™

Los LED emiten una luz más blanca y brillante, consumen menos energía y además no requieren sustitución de lámpara. Ahora puede ver una fiel reproducción del color de los tejidos durante el examen o la cirugía y a un menor coste.

Las lámparas Green Series™ emiten una luz más blanca y brillante, lo que mejora las condiciones de los exámenes médicos.

Al utilizar diodos de emisión de luz blanca de 5.500 K (LED) en lugar de lámparas halógenas, las lámparas Green Series proporcionan una luz blanca de calidad superior, significativamente más brillante que la luz halógena, lo que incrementa la calidad global del examen al mejorar la visualización de la zona y permitir una reproducción más fiel del color de los tejidos y un punto de luz uniforme, sin sombras ni puntos calientes. Nuestros LED de luz blanca tienen 50.000 horas de vida útil y garantizan el mejor rendimiento de lumen del sector.




ILUMINACIÓN LED FRENTE A ILUMINACIÓN HALÓGENA

Las lámparas Green Series™ son más ecológicas, lo que reduce su coste.

Además de haber sido una de las primeras lámparas que ha introducido la tecnología Led, las lamparas Green Series de Welch Allyn ofrecen un bajo coste de adquisición y mantenimiento gracias a la eliminación de la necesidad de sustitución de bombillas y a su bajo consumo eléctrico. Asimismo, no se produce la disipación del calor, lo que aporta mayor comodidad y seguridad. Es más, los modelos GS 600 y GS 900 incorporan un control de intensidad para ajustar la salida de luz en función de sus necesidades.

Las lámparas Green Series han sido diseñadas para ayudar en el control de infección.

Las lámparas Green Series incorporan controles de encendido/apagado por sensor de proximidad que reducen el contacto con la lámpara y su nuevo diseño ergonómico es de fácil limpieza. Cuando se usa con nuestras fundas desechables, se reduce el riesgo de infección por contagio.



#4881X

Lámpara de examen GS IV

Perfecta para la consulta de obstetricia y ginecología o para aquellas consultas que requieran un punto de luz en zonas específicas. La lámpara de examen GS IV multiplica por tres la salida de luz convencional e incorpora un conducto de luz muy flexible dos veces más largo que los conductos convencionales. Su cabeza compacta y no prominente garantiza la precisión y reproduce fielmente el color de los tejidos durante un examen médico.

#48950

Todas las lámparas incorporan controles con sensor de proximidad.

Lámpara de examen general GS 300

La lámpara GS 300 es una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto. Con un precio asequible y de alta resistencia, el modelo GS 300 es perfecto para los exámenes en consulta.

#444XX

Lámpara para cirugía menor GS 600

Con tres LEDs y una cabeza más amplia, el modelo GS 600 se ha diseñado específicamente para condiciones de visualización exigentes. Y puesto que emite un color brillante y se ha mejorado su rendimiento y precisión, el modelo GS 600 es perfecto para cirugías menores y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia sanitaria.

#4460X

#4490X

#44900-W

#44900-C

Lámpara para cirugía GS 900

Esta lámpara para cirugía lleva seis LEDs y combina una impresionante resistencia, un excelente manejo, una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de montaje. La opción de soporte para montaje en el techo ofrece a los profesionales la capacidad de maximizar el espacio en el suelo y dirigir la luz a donde sea necesario durante la cirugía. Con una emisión de calor mínima y una temperatura de color elevada, la lámpara GS 900 de bajo coste de mantenimiento ofrece un máximo rendimiento en cualquier aplicación del hospital, centro de cirugía o consulta médica.

En el número de referencia, la letra "x" se sustituirá con un número específico para cada país. Consulte la lista completa de números de referencias en la página siguiente.

Información para realizar pedidos

	Reino Unido	Europa	China	Australia	EE. UU.	Sudáfrica
Lámpara de examen general GS 300 con base móvil	44454	44452	44458	44456	44400	44457
Lámpara de examen general GS 300 con soporte de mesa/pared	44414	44412	44418	44416	44410	44417
Lámpara para cirugía menor GS 600 con base móvil	44604	44602	44608	44606	44600	44607
Lámpara para cirugía menor GS 600 con soporte de mesa/pared	44614	44612	44618	44616	44610	44617
Lámpara de examen GS IV con soporte de mesa/pared	48814	48812	48818	48816	48810	48817
Base móvil para lámpara de examen GS IV	48950	48950	48950	48950	48950	48950
Soporte de mesa/pared para lámpara de examen GS IV/GS300/GS600	48955	48955	48955	48955	48955	48955
Soporte para montaje en rail para lámpara de examen GS IV/ GS300/GS600	44960	44960	44960	44960	44960	44960
Funda desechable para lámpara de examen GS IV (25/paquete, 5 paquetes/caja)	52640	52640	52640	52640	52640	52640
Funda desechable para lámpara de examen GS 600/GS 900 (50/paquete, 5 paquetes/caja)	52630	52630	52630	52630	52630	52630
Lámpara para cirugía GS 900 con base móvil	44904	44902	44908	44906	44900	44907
Lámpara para cirugía GS 900 con soporte de techo	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C
Lámpara para cirugía GS 900 con soporte de pared	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W

Especificaciones

	Lámpara de examen GS IV	GS 300	GS 600	GS 900
Especificaciones sobre la luz	N.° de LED	1 LED blanco	1 LED blanco	3 LEDs blancos	6 LEDs blancos
	Temperatura del color	5.500 K	5.500 K	5.500 K	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	20.000 Lux a 40 cm (16 pulg.)	20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	50.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 45.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.) 65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	10-25 cm (4-10 pulg.) a 40 cm (16 pulg.)	16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	18 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	28 cm a 61 cm (24 pulg.) 23 cm a 100 cm (40 pulg.)
Dimensiones físicas	Longitud brazo en Base móvil	126 cm (49,61 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	95 cm (37,5 pulg.)
	Longitud brazo en Soporte de pared	126 cm (49,61 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	175 cm (69 pulg.)
	Longitud brazo en Soporte en techo	n/a	n/a	n/a	175 cm (69 pulg.)
	Desplazamiento vertical de soporte a techo	n/a	n/a	n/a	95 cm (37,4 pulg.)
	Luminaria (altura/anchura/ profundidad)	Longitud: 13,1 cm (5,16 pulg.) Diám.: 4 cm (1,58 pulg.)	19 / 9 / 8 cm (7,48 / 3,54 / 3,15 pulg.)	34,5 / 19,2 / 8,6 cm (13,58 / 7,56 / 3,39 pulg.)	34,9 / 45,8 / 10,2 cm (13,74 / 18,03 / 4,02 pulg.)
	Cuadro de control (altura/anchura/ profundidad)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	n/a
	Base móvil (altura/diámetro)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	**Base de soporte móvil:** Profundidad: 55,8 cm (21,97 pulg.) Anchura: 56,5 cm (22,24 pulg.) Altura: 16,5 cm (6,5 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/ pared	2,4 kg (5,30 libras)	2,56 kg (5,65 libras)	2,93 kg (6,45 libras)	8,12 kg (17,90 libras)
	Peso total de base móvil	5,63 kg (12,40 libras)	5,78 kg (12,75 libras)	7,87 kg (17,35 libras)	20,34 kg (44,85 libras)
Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,65 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 1,00 A máx.
	Cable de alimentación	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.° 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado por sensor de proximidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad con control de intensidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad con control de intensidad
Otros datos	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, soporte de pared, soporte de techo
	Tipo de extensión	Cuello de cisne	Cuello de cisne	Cuello de cisne	Sistema de brazo flexible con articulación obediente
	Accesorios opcionales	**Funda desechable:** N/P 52640 Longitud: 129,54 cm (51 pulg.)	n/a	**Funda desechable:** N/S 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)	**Funda desechable:** N/S 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)
	Vida útil	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
	Garantía	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años

ETL Listed:
UL 60601-1CSA C22.2 N.° 601.1EN/IEC 60601-1, AS 3200.1, EN/IEC 60601-1-2

N344

Cumple la norma EMC Framework de Australia.

La marca CE en este producto indica que ha sido sometido a pruebas y cumple con las disposiciones especificadas en la Directiva para dispositivos médicos 93/42/EEC.

Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

www.welchallyn.com/greenseries

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 160 09 33 66
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
España: +34 912 990 376

Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Suecia: +64 042 33 02 20
Reino Unido: +44 207 365 6780

© 2009 Welch Allyn SM4004es-ES Rev B

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Machine Translated by Google

Welch Allyn

GS 300

Luz de examen general



Número de pieza del manual
71 (PN 5) (PN Welch Allyn

Descripciones de símbolos

- Consulte el manual/folleto.
- Precaución: Luz de alta intensidad.
- Abrir un interruptor.
- Encendido - apagado.
- Advertencia.
- Protección.
- Límites de temperatura.
- Limitación de humedad.
- Limitación de la presión atmosférica.

Advertencias y precauciones

ADVERTENCIA: Lea y comprenda las instrucciones antes de usar este producto. No comprender las etiquetas de funcionamiento de este producto puede provocar lesiones a usted mismo o al paciente, dañar el instrumento.

ADVERTENCIA: No coloque este producto en presencia de anestésicos inflamables u otras sustancias inflamables en combinación con aire, oxígeno enriquecido con óxido nitroso, puede ocasionar una explosión.

ADVERTENCIA: La iluminación es intensa. No mire fijamente la fuente de luz ni instrumentos. Puede sufrir daño en los ojos. Para disminuir el riesgo de daño a los ojos del paciente o del operador, evite mirar fuentes de luz brillante y use reflejos, y coloque los ojos detrás del mango de ajuste y los mecanismos de ajuste no apunte precipitar.

ADVERTENCIA: Utilice la lámpara de examen en su rango de trabajo ajustado de 28 pulgadas (70 cm). Las exposiciones a distancias más cercanas pueden ser peligrosas para la piel. Para minimizar el riesgo de daño a la piel debido a los peligros de la radiación óptica, mantenga la intensidad de la iluminación en el sitio de examen del tejido dentro de los límites de exposición y tiempo especificados, cuando la sensibilidad no haya sido alterada debido a un tratamiento o daño en el tejido de antemano.

ADVERTENCIA: Este es un producto de clase A. En un entorno de un hogar puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que se requiera que el usuario tome las medidas adecuadas.

ADVERTENCIA: No modifique este equipo. Cualquier modificación de este equipo puede provocar lesiones al paciente. Cualquier modificación de este equipo anulará garantía del producto.

Advertencias y precauciones (continuación)

PRECAUCIÓN: Solo los centros de servicio autorizados de Welch Allyn pueden realizar servicios en este producto.

PRECAUCIÓN: No hay piezas que el usuario pueda reparar/mantener.


Precaución: Electrostática.

Uso previsto

El Welch Allyn GS 300 está diseñado para satisfacer las diversas necesidades del consultorio médico, el entorno hospitalario y el consultorio de un especialista. No está destinado a realizar diagnósticos o cirugías.

Montaje


Montaje en mesa/pared




ADVERTENCIA: Asegúrese de que el soporte de montaje esté firmemente anclado a la pared o mesa, o que el soporte móvil esté estabilizado de manera segura y que la lámpara de examen esté firmemente sujeta al operador o soporte como se indica. No cargue ni coloque objetos sobre el equipo.

Instrucciones de configuración

Instrucciones de montaje del soporte móvil



Configuración



Limpieza

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el desinfectante esté completamente seco antes de volver a conectar la luz de examen.

No sumerja



Limpie con un paño humedecido con agua tibia y un detergente suave o una de las siguientes soluciones: 70 por ciento

- de alcohol isopropílico
- de solución de lejía suave. Seque con un paño limpio.

Solución de problemas

	Causa posible	Solución
 Luz verde no encendida	Interruptor de alimentación. No se suministra energía a la luz.	Verifique que todos los cables estén correctamente conectados.
 Luz verde parpadeante	Error en funciones controladoras	Llame al servicio de asistencia al cliente de Welch Allyn.

Garantía

Dos años.


Especificaciones

Eléctrico


Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0.35 A máx.

Ambiental

Operando



Transporte/almacenamiento



Clasificación de equipos

Clase de seguridad I, funcionamiento continuo

Información técnica adicional

www.welchallyn.com/spec/gs

Homologaciones

IEC 60601-1, EN 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No.60601-1/A1/A2, ANSI/AAMI ES60601-1





Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE. UU.
www.welchallyn.com

EC REP

Representante de Acuerdo Reglamentario
Welch Allyn Limited
Penrose 2, Penrose Quay
Cork, Irlanda
Teléfono: +353 21 237 7100
Fax: +353 21 237 7199

NOTA: Este producto cumple con los estándares locales aplicables para interferencias electromagnéticas y no debe presentar problemas a otros equipos en uso cercano. Sin embargo, en caso de duda, se recomienda consultar con el fabricante antes de utilizar este producto cerca de otros equipos. Como precaución, evite utilizar este producto cerca de otros equipos.



www.welchallyn.com/weee

Número de patente: RE40,607; 6,811,313

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17
		VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 1 - 3

Nombre del equipo :	LAMPARA CUELLO DE CISNE
#. de activo fijo:	
Marca:	WELCHALLYN
Modelo:	GS 300
Serie:	NO REGISTRA
Invima:	**2023DM-0009826-R1**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Es un dispositivo electromecánico, que se usa comúnmente para facilitar la visualización en áreas específicas durante procedimientos de revisión y tratamiento, mejorando la iluminación.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	110	Peso [Kg]	-----				
Voltaje máx. Operación [V]	220	Capacidad	-----				
Corriente máx. operación [A]	-----	Dimensiones	-----				
Corriente min. operación [A]	-----	Años de vida del Equipo	-----				
Potencia Consumida [W]	-----	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	60HZ	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	-----	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	-----	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	SUMMED LTDA	Forma de adquisición	Compra directa
Teléfono	(1)2579173	Costo de Adquisición	$3.976.409,00
Dirección	transversal 18 79 19, Bogota	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	COLOMBIA	Fecha de Instalación	2023 SEPTIEMBRE
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	2023 SEPTIEMBRE
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	2024 SEPTIEMBRE
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	2023 SEPTIEMBRE
Email	flemingbiomedicasas@gmail.com		

ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCHALLYN	GS 300	NO REGISTRA

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No usar materiales abrasivos para su limpieza
2. No exponer el equipo a rayos directos del sol
3. ----------
4. ----------
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)							
I	X	IIA	-	IIB	-	III	-

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:

MANUALES TECNICOS	
Operación	-----
Mantenimiento	-----
Partes	-----
Despieces	-----

PLANOS	
eléctricos	-----
electrónicos	-----
hidráulicos	-----
neumáticos	-----
mecánicos	-----

CLASIFICACIÓN POR USO	
Médico	X
Básico	-
Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMÍNATE	
Eléctrico	X
Electrónico	-
Mecánico	-
Electromecánico	-
Hidráulico	-
Neumático	-
Vapor	-
Solar	-

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Diagnóstico	X
Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Rehabilitación	-
Prevención	-
Análisis Laboratorio	-
Mantenimiento	-

CLASIFICACION ELECTRICA			
TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACION

Requiere Calibración: NO

Variables susceptibles a calibración				
	Presión	-	Tiempo	-
	Temperatura	-	Co2	-
	Volumen	-	Co	-
	Impedancia	-	RPM	-
	Marcapasos	-	Humedad	-
	Respiración	-	flujo	-
	G. Cardiáco	-	Fc	-
	Ibp	-	Ecg	-
	Energía	-	Spo2	-
	Nibp	-	Peso	-

MANTENIMIENTO

TIPO:

PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
CORRECTIVO	Por llamado

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA: SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de	Nuevo	Usado	Repotenciado
	X	-	-

RESPONSABLE DEL EQUIPO

CC 36181338

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17
		VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCHALLYN	GS 300	NO REGISTRA

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
Efectuar limpieza integral del equipo
Verificación de bombillas
Verificación de correcto funcionamiento
verificación de estado de sus partes físicas

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	COD:	HD-D-17
		VERSION	3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/09/23	AL26092057	instalación	ver informe	[firma]

REPORTE DE SERVICIO No. AL-26092057
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio					1.2 carácter				
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]		Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]	
Ingeniero / Técnico					**Ciudad/Municipio**			**Fecha (Día/Mes/Año)**	
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS					*ALPUJARRA – TOLIMA*			*20/09/2023*	

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente HOSPITAL SAN ISIDRO	Teléfono 2261172
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: *LAMPARA CUELLO DE CISNE*		No. De Contrato:	Inventario:
Ubicación: *REANIMACION*	Marca: *WELCH ALLYN*	Modelo: *GS 300*	Serie: *NO APLICA*

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: *INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS*

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[X] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[ ] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: SI: [ ] NO: [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------


6. Observaciones: *SE REALIZA LA INSTALACION EN AREA DE SERVICIO, SE ENTREGA CON CABLE DE PODER, MANUALES.*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Hora de Llegada: [ ][ ]


Ingeniero/Técnico:
Firma:



Nombre ALEX OVIEDO
Invima:RH-202305-02062

Fecha y Hora de Salida: [ ][ ][ ]

Cliente:
Firma



Nombre (En letra legible):

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20061076	Nombre producto	LAMPARAS DE EXAMINACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MENORES WELCH ALLYN - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - LAMPARA PARA ILUMINACION EN DIAGNOSTICO Y PROPOSITOS GENERALES - WELCH ALLYN				
Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0009826-R1	Vencimiento	2033/03/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 48810 GS EXAM LIGHT IV WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GS IV CON MONTAJE EN MESA/PARED 44400 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON BASE MOVIL 44410 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44600 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON BASE MOVIL 44610 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44900 GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON BASE MOVIL 44900-C GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH CEILING MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN TECHO 44900-W GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN PARED 46070 SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTO 46070R SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH RIGID BAND/DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA (FRONTOLUZ) PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON BANDA RIGIDA Y FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTA 49020 SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTOS DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE DE ENERGIA DIRECTA 49000B SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT ONLY LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTO DE ESTADO SOLIDO SOLA 47300 3.5V EPISCOPE EPISCOPIO 3.5V 47351 3.5V EPISCOPE SET SET EPISCOPIO 3.5V 47351-C 3.5V EPISCOPE SET WITH CONVERTIBLE HANDLE SET EPISCOPIO 3.5V CON MANGO CONVERTIBLE 47351-SM 3.5V EPISCOPE SET WITH SOFT CASE SET EPISCOPIO 3.5V CON ESTUCHE SUAVE 76600 HALOGEN PENLITE LINTERNA HALOGENA						
Marcas	WELCH ALLYN, HILL ROM						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LAS LÁMPARAS DE EXAMINACIÓN WELCH ALLYN ESTAN DESTINADA PARA PROPORCIONAR ILUMINACIÓN Y AYUDAR A MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DURANTE EXÁMENES GENERALES, DIAGNÓSTICO, PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR, SUTURAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS MENORES. TIENEN UN PROYECTOR DE LUZ ARTICULADO EL CUAL PUEDE ESTAR EN MONTAJES DE PARED /ESCRITORIO, O SOBRE UNA BASE RODABLE. LAS LAMPARAS TIPO FRONTOLUZ PORTATILES SE PUEDEN FIJAR SOBRE UNA BANDA DE CABEZA O DIADEMA. POSEEN UN RANGO DE AJUSTE QUE SE ACOMODA A LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS CON LUZ BLANCA Y BRILLANTE DE ALTA INTENSIDAD LED.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	VHF LTDA.	CARRERA 15 NO. 84-24 of 214	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA	KM 1.5 VÍA SIBERIA – TENJO BODEGAS 6, 7, 8, 9, 10 TERMINALES LOGÍSTICOS DE COLOMBIA	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 80 KILOMETRO 1,1 ENTRADA PARQUE LA FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO BODEGA 16/17	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	CL 47 5-26 PISO 2	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	registrosinvima@tem.com.co
ACONDICIONADOR	ALLERS S.A.	Carrera 67 # 1B-35	COLOMBIA	VALLE	CALI	allers@allers.com.co
ACONDICIONADOR	A.T. MEDICAS S.A.	CR 79 57-26	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	
FABRICANTE	WELCH ALLYN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CALLE EMILIO FLORES	MEXICO			
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC.	4341 STATE STREET	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co
IMPORTADOR	VHF LTDA.	CARRERA 15 NO. 84-24 of 214	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	CR 16 No. 97 -46 P 6	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	CL 47 5-26 PISO 2	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	registrosinvima@tem.com.co
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.co
IMPORTADOR	ALLERS S.A.	Carrera 67 # 1B-35	COLOMBIA	VALLE	CALI	allers@allers.com.co
IMPORTADOR	A.T. MEDICAS S.A.	CR 79 57-26	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELCH ALLYN INC.	4341 STATE STREET	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co

Imprimir [<< Atras]

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032021001357140-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	JAVIER RAMIREZ RIAÑO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193733185	2021 - 10 - 08	No. 169018	2021 - 10 - 05

58. Subpartida arancelaria	59. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9405101010	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	493	XXX

91. Descripción de las mercancías:No inicia la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1I213959 DECLARACION(2-4) (P-8361 / P-8648 IMP 210160) APARATOS DE ALUMERADO ESPECIALES PARA SALAS DE CIRUGIA U ODONTOLOGIA: C
ON TECNOLOGIA LED. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0009826, VIGENCIA: 14/05/2023 EXPEDIENTE: 20061076, FABRICANTE: WELCH ALLYN
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.. ORIGEN: MEXICO. MERCANCIA NUEVA AÑO 2021. PRODUCTO: LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON BASE MOVIL
MATERIA CONSTITUTIVA: SOPORTE LAMPARA EN ALUMINIO Y METAL COMUN CON PROTECCION PLASTICA, LAMPARA SUPERIOR CABEZAL EN PLASTICO Y
6 LEDS, FUENTE DE LUZ: ELECTRICA, POTENCIA: 300-375W 100-240V 50-60HZ, USO: PARA PROPORCIONAR ILUMINACION Y AYUDAR A MEJORAR LA
VISUALIZACION DURANTE EXAMENES GENERALES, DIAGNOSTICO, PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR, SUTURAS Y OTROS PRO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032021001357140 133. Fecha: 2021 11 07

134. Levante No. 032021001246110	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2021 - 11 - 09		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100302821098 9**

Fecha de Impresión: 2021-12-02 15:50:34


20211838203103











Presentamos las lámparas **Green Series™** de Welch Allyn

Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Lámparas Green Series™

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

Una familia de lámparas diseñada para todos los entornos de la asistencia sanitaria.

ENERGY STAR PARTNER

Lámparas de examen médico Green Series™

Los LED emiten una luz más blanca y brillante, consumen menos energía y además no requieren sustitución de lámpara. Ahora puede ver una fiel reproducción del color de los tejidos durante el examen o la cirugía y a un menor coste.

Las lámparas Green Series™ emiten una luz más blanca y brillante, lo que mejora las condiciones de los exámenes médicos.

Al utilizar diodos de emisión de luz blanca de 5.500 K (LED) en lugar de lámparas halógenas, las lámparas Green Series proporcionan una luz blanca de calidad superior, significativamente más brillante que la luz halógena, lo que incrementa la calidad global del examen al mejorar la visualización de la zona y permitir una reproducción más fiel del color de los tejidos y un punto de luz uniforme, sin sombras ni puntos calientes. Nuestros LED de luz blanca tienen 50.000 horas de vida útil y garantizan el mejor rendimiento de lumen del sector.




ILUMINACIÓN LED FRENTE A ILUMINACIÓN HALÓGENA

Las lámparas Green Series™ son más ecológicas, lo que reduce su coste.

Además de haber sido una de las primeras lámparas que ha introducido la tecnología Led, las lamparas Green Series de Welch Allyn ofrecen un bajo coste de adquisición y mantenimiento gracias a la eliminación de la necesidad de sustitución de bombillas y a su bajo consumo eléctrico. Asimismo, no se produce la disipación del calor, lo que aporta mayor comodidad y seguridad. Es más, los modelos GS 600 y GS 900 incorporan un control de intensidad para ajustar la salida de luz en función de sus necesidades.

Las lámparas Green Series han sido diseñadas para ayudar en el control de infección.

Las lámparas Green Series incorporan controles de encendido/apagado por sensor de proximidad que reducen el contacto con la lámpara y su nuevo diseño ergonómico es de fácil limpieza. Cuando se usa con nuestras fundas desechables, se reduce el riesgo de infección por contagio.



Lámpara de examen GS IV

Perfecta para la consulta de obstetricia y ginecología o para aquellas consultas que requieran un punto de luz en zonas específicas. La lámpara de examen GS IV multiplica por tres la salida de luz convencional e incorpora un conducto de luz muy flexible dos veces más largo que los conductos convencionales. Su cabeza compacta y no prominente garantiza la precisión y reproduce fielmente el color de los tejidos durante un examen médico.

#4881X

#48950

Todas las lámparas incorporan controles con sensor de proximidad.

Lámpara de examen general GS 300

La lámpara GS 300 es una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto. Con un precio asequible y de alta resistencia, el modelo GS 300 es perfecto para los exámenes en consulta.

#444XX

Lámpara para cirugía menor GS 600

Con tres LEDs y una cabeza más amplia, el modelo GS 600 se ha diseñado específicamente para condiciones de visualización exigentes. Y puesto que emite un color brillante y se ha mejorado su rendimiento y precisión, el modelo GS 600 es perfecto para cirugías menores y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia sanitaria.

#4460X

#4490X

Lámpara para cirugía GS 900

Esta lámpara para cirugía lleva seis LEDs y combina una impresionante resistencia, un excelente manejo, una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de montaje. La opción de soporte para montaje en el techo ofrece a los profesionales la capacidad de maximizar el espacio en el suelo y dirigir la luz a donde sea necesario durante la cirugía. Con una emisión de calor mínima y una temperatura de color elevada, la lámpara GS 900 de bajo coste de mantenimiento ofrece un máximo rendimiento en cualquier aplicación del hospital, centro de cirugía o consulta médica.

En el número de referencia, la letra "x" se sustituirá con un número específico para cada país. Consulte la lista completa de números de referencias en la página siguiente.

Información para realizar pedidos

	Reino Unido	Europa	China	Australia	EE. UU.	Sudáfrica
Lámpara de examen general GS 300 con base móvil	44454	44452	44458	44456	44400	44457
Lámpara de examen general GS 300 con soporte de mesa/pared	44414	44412	44418	44416	44410	44417
Lámpara para cirugía menor GS 600 con base móvil	44604	44602	44608	44606	44600	44607
Lámpara para cirugía menor GS 600 con soporte de mesa/pared	44614	44612	44618	44616	44610	44617
Lámpara de examen GS IV con soporte de mesa/pared	48814	48812	48818	48816	48810	48817
Base móvil para lámpara de examen GS IV	48950	48950	48950	48950	48950	48950
Soporte de mesa/pared para lámpara de examen GS IV/GS300/GS600	48955	48955	48955	48955	48955	48955
Soporte para montaje en rail para lámpara de examen GS IV/ GS300/GS600	44960	44960	44960	44960	44960	44960
Funda desechable para lámpara de examen GS IV (25/paquete, 5 paquetes/caja)	52640	52640	52640	52640	52640	52640
Funda desechable para lámpara de examen GS 600/GS 900 (50/paquete, 5 paquetes/caja)	52630	52630	52630	52630	52630	52630
Lámpara para cirugía GS 900 con base móvil	44904	44902	44908	44906	44900	44907
Lámpara para cirugía GS 900 con soporte de techo	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C	44900-C
Lámpara para cirugía GS 900 con soporte de pared	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W	44900-W

Especificaciones

	Lámpara de examen GS IV	GS 300	GS 600	GS 900
Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	1 LED blanco	1 LED blanco	3 LEDs blancos	6 LEDs blancos
	Temperatura del color	5.500 K	5.500 K	5.500 K	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	20.000 Lux a 40 cm (16 pulg.)	20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	50.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 45.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.) 65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	10-25 cm (4-10 pulg.) a 40 cm (16 pulg.)	16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	18 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	28 cm a 61 cm (24 pulg.) 23 cm a 100 cm (40 pulg.)
Dimensiones físicas	Longitud brazo en Base móvil	126 cm (49,61 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	95 cm (37,5 pulg.)
	Longitud brazo en Soporte de pared	126 cm (49,61 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	79 cm (30,1 pulg.)	175 cm (69 pulg.)
	Longitud brazo en Soporte en techo	n/a	n/a	n/a	175 cm (69 pulg.)
	Desplazamiento vertical de soporte a techo	n/a	n/a	n/a	95 cm (37,4 pulg.)
	Luminaria (altura/anchura/ profundidad)	Longitud: 13,1 cm (5,16 pulg.) Diám.: 4 cm (1,58 pulg.)	19 / 9 / 8 cm (7,48 / 3,54 / 3,15 pulg.)	34,5 / 19,2 / 8,6 cm (13,58 / 7,56 / 3,39 pulg.)	34,9 / 45,8 / 10,2 cm (13,74 / 18,03 / 4,02 pulg.)
	Cuadro de control (altura/anchura/ profundidad)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pulg.)	n/a
	Base móvil (altura/diámetro)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	61 cm/ 53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)	**Base de soporte móvil:** Profundidad: 55,8 cm (21,97 pulg.) Anchura: 56,5 cm (22,24 pulg.) Altura: 16,5 cm (6,5 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/ pared	2,4 kg (5,30 libras)	2,56 kg (5,65 libras)	2,93 kg (6,45 libras)	8,12 kg (17,90 libras)
	Peso total de base móvil	5,63 kg (12,40 libras)	5,78 kg (12,75 libras)	7,87 kg (17,35 libras)	20,34 kg (44,85 libras)
Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,65 A máx.	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 1,00 A máx.
	Cable de alimentación	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 8' (2,5 m) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado por sensor de proximidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad con control de intensidad	Encendido/apagado por sensor de proximidad con control de intensidad
Otros datos	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, mesa/pared, rail	Base móvil, soporte de pared, soporte de techo
	Tipo de extensión	Cuello de cisne	Cuello de cisne	Cuello de cisne	Sistema de brazo flexible con articulación obediente
	Accesorios opcionales	**Funda desechable:** N/P 52640 Longitud: 129,54 cm (51 pulg.)	n/a	**Funda desechable:** N/S 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)	**Funda desechable:** N/S 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)
	Vida útil	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
	Garantía	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años	Limitada de 5 años

ETL Listed:
UL 60601-1 CSA C22.2 N.º 601.1 EN/IEC 60601-1, AS 3200.1, EN/IEC 60601-1-2

N344 Cumple la norma EMC Framework de Australia.

CE La marca CE en este producto indica que ha sido sometido a pruebas y cumple con las disposiciones especificadas en la Directiva para dispositivos médicos 93/42/EEC.

Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 160 09 33 66
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
España: +34 912 990 376
Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Suecia: +64 042 33 02 20
Reino Unido: +44 207 365 6780

www.welchallyn.com/greenseries

© 2009 Welch Allyn SM4004es-ES Rev B


Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Machine Translated by Google

Welch Allyn

GS 300

Luz de examen general



Número de pieza del manual.
71819S © 2014 Welch Allyn

Descripciones de símbolos

Consulte el manual adjunto.

Precaución: Luz de alta intensidad.

Usar en interiores.

Encendido / apagado.

Advertencia

Precaución

Límites de temperatura

Limitación de humedad

Limitación de la presión atmosférica

Advertencias y precauciones

ADVERTENCIA: Lea y comprenda las instrucciones antes de usar este producto. No comprender los requisitos de funcionamiento de este producto puede provocar lesiones a usted mismo o al paciente y/o dañar el instrumento.

ADVERTENCIA: No opere este producto en presencia de anestésicos inflamables u otras sustancias inflamables en combinación con aire, ambientes enriquecidos con oxígeno o óxido nitroso, puede producirse una explosión.

ADVERTENCIA: La iluminación es intensa. No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos. Para minimizar el riesgo de daño a los ojos debido a los peligros de la radiación óptica, evite mirar fuentes de luz brillante y sus reflejos, y proteja los ojos donde las reflexiones normales de pupila y las respuestas de aversión no estén presentes.

ADVERTENCIA: Utilice la lámpara de examen en su rango de trabajo previsto de 20 pulgadas (50 cm). Las exposiciones a distancias más cercanas pueden ser perjudiciales para la piel. Para minimizar el riesgo de daño a la piel debido a los peligros de la radiación óptica, minimice la intensidad de la iluminación en el sitio de examen del tejido, minimice los tiempos de exposición y tome precauciones adicionales cuando la sensibilidad de la piel se haya alterado debido a un traumatismo facial o el uso de anestesia.

ADVERTENCIA: Este es un producto de clase A. En el entorno de un hospital/consultorio médico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que se requiera que el usuario tome las medidas adecuadas.

ADVERTENCIA: No modifique este equipo. Cualquier modificación de este equipo puede provocar lesiones al paciente. Cualquier modificación de este equipo anulará la garantía del producto.

Advertencias y precauciones (continuación)

PRECAUCIÓN: Solo los centros de servicio autorizados de Welch Allyn pueden realizar servicios en este producto.

PRECAUCIÓN: No hay piezas que el usuario pueda reparar/reemplazar.


PRECAUCIÓN: Sólo con receta.

Uso previsto

El Welch Allyn GS 300 está diseñado para satisfacer las diversas necesidades del consultorio médico, el entorno hospitalario y el consultorio de un especialista. No está destinado a realizar diagnósticos o cirugías.

Montaje


Montaje en mesa/pared




ADVERTENCIA: Asegúrese de que el soporte de montaje esté firmemente anclado a la pared o mesa, o que el soporte móvil esté ensamblado de manera segura y que la lámpara de examen esté firmemente sujeta al soporte o soporte como se indica. No cuelgue ni coloque objetos sobre el equipo.

Instrucciones de configuración

Instrucciones de montaje del soporte móvil



Configuración



Limpieza

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la toma de corriente.


Luminaria



Limpie con un paño humedecido con agua tibia y un detergente suave o una de las siguientes soluciones: 70 por ciento

- de alcohol isopropílico 10 por ciento
- de solución de lejía suave. Seque con un paño limpio.

Solución de problemas

	Causa posible	Solución
 Luz verde no iluminada	Falla en la fuente de alimentación. No se suministra energía a la luz.	Verifique que todos los cables estén conectados correctamente.
 Luz verde iluminada	La luz no funciona correctamente	Llame al servicio de atención al cliente de Welch Allyn.

Garantía

Dos años.


Especificaciones

Eléctrico


Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

Ambiente

Operando



Transporte/almacenamiento



Clasificación de equipos

Clase de seguridad I, funcionamiento continuo

Información técnica adicional

www.welchallyn.com/gsseries

Homologaciones

IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, AS/NZS3200

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE. UU.
www.welchallyn.com

EC REP
Representante de Asuntos Regulatorios
Welch Allyn Limited
Parque Empresarial Navan
Carretera de Dublín
Navan, Condado de Meath República de Irlanda

NOTA: Este producto cumple con los estándares actuales requeridos para interferencias electromagnéticas y no debe presentar problemas a otros equipos ni verse afectado por otros dispositivos. Como precaución, evite utilizar este dispositivo cerca de otros equipos.


www.welchallyn.com/weee

Número de patente: EE.UU. D821.981 S

Machine Translated by Google

GS 300

Luz de examen general



Número de pieza del manual.
718916 © 2014 WelchAllyn

Descripciones de símbolos

Consulte el manual adjunto.

Precaución: Luz de alta intensidad.

Usar en interiores.

Encendido / apagado.

Advertencia

Precaución

Límites de temperatura

Limitación de humedad

Limitación de la presión atmosférica

Advertencias y precauciones

ADVERTENCIA: Lea y comprenda las instrucciones antes de usar este producto. No comprender los requisitos de funcionamiento de este producto puede provocar lesiones a usted mismo o al paciente y/o dañar el instrumento.

ADVERTENCIA: No opere este producto en presencia de anestésicos inflamables u otras sustancias inflamables en combinación con aire, ambientes enriquecidos con oxígeno u óxido nitroso; puede producirse una explosión.

ADVERTENCIA: La iluminación es intensa. No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos. Para minimizar el riesgo de daño a los ojos debido a los peligros de la radiación óptica, evite mirar fuentes de luz brillante y sus reflejos, y proteja los ojos donde los tamaños normales de pupila y las respuestas de aversión no estén presentes.

ADVERTENCIA: Utilice la lámpara de examen en su rango de trabajo previsto de 20 pulgadas (50 cm). Las exposiciones a distancias más cercanas pueden ser perjudiciales para la piel. Para minimizar el riesgo de daño a la piel debido a los peligros de la radiación óptica, minimice la intensidad de la iluminación en el sitio de examen del tejido, minimice los tiempos de exposición y tome precauciones adicionales cuando la sensibilidad de la piel se haya alterado debido a un traumatismo tisular o el uso de anestesia.

ADVERTENCIA: Este es un producto de clase A. En el entorno de un hospital/consultorio médico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que se requiera que el usuario tome las medidas adecuadas.

ADVERTENCIA: No modifique este equipo. Cualquier modificación de este equipo puede provocar lesiones al paciente. Cualquier modificación de este equipo anula la garantía del producto.

Advertencias y precauciones (continuación)

PRECAUCIÓN: Sólo los centros de servicio autorizados de Welch Allyn pueden realizar servicios en este producto.

PRECAUCIÓN: No hay piezas que el usuario pueda reparar/reemplazar.


PRECAUCIÓN: Sólo con receta.


Uso previsto

El Welch Allyn GS 300 está diseñado para satisfacer las diversas necesidades del consultorio médico, el entorno hospitalario y el consultorio de un especialista. No está destinado a realizar diagnósticos o cirugías.

Montaje

Montaje en mesa/pared







ADVERTENCIA: Asegúrese de que el soporte de montaje esté firmemente anclado a la pared o mesa, o que el soporte móvil esté ensamblado de manera segura y que la lámpara de examen esté firmemente sujeta al soporte o soporte como se indica. No cuelgue ni coloque objetos sobre el equipo.


Instrucciones de configuración

Instrucciones de montaje del soporte móvil



Configuración





Limpieza

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la toma de corriente.

Luminaria



Limpie con un paño húmedo con agua tibia y un detergente suave o una de las siguientes soluciones: 70 por ciento

- de alcohol isopropílico 10 por ciento
- de solución de lejía suave. Seque con

un paño limpio.

Solución de problemas

	Causa posible	Solución
 Luz verde no iluminado	Fallo en la fuente de alimentación. No se suministra energía a la luz.	Verifique que todos los cables estén conectados correctamente.
 Luz verde iluminada	La luz no funciona correctamente	Llame al servicio de atención al cliente de Welch Allyn.

Garantía
Dos años.


Especificaciones

Eléctrico


Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

Ambiente

Operando:



Transporte/almacenamiento:



Clasificación de equipos

Clase de seguridad I, funcionamiento continuo

Información técnica adicional

www.welchallyn.com/gsseries

Homologaciones

IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, AS/NZS3200

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE. UU.
www.welchallyn.com

EC REP

Representante de Asuntos Regulatorios
Welch Allyn Limited
Parque Empresarial Navan
Carretera de Dublín
Navan, Condado de Meath República de Irlanda

NOTA: Este producto cumple con los estándares actuales requeridos para interferencias electromagnéticas y no debe presentar problemas a otros equipos ni verse afectado por otros dispositivos. Como precaución, evite utilizar este dispositivo cerca de otros equipos.

www.welchallyn.com/weee

Número de patente: EE.UU. D621,981 S