



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
GRUPO DE CONTRATOS



No. GS-2023/

HOCEN-ARLOG-GUCON - 3.1

Bogotá D.C., 24 NOV 2023

Señores
Oferentes
Plataforma SECOP II
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta observación presentada al proyecto pliego de condiciones del proceso PN HOCEN SA 041 2023

En atención a la observación presentada proyecto pliego de condiciones del proceso PN HOCEN SA 041 2023 que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS (GRUPO N.º 1 Y GRUPO N.º 2) PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL**, allegadas mediante plataforma SECOP II, el Hospital Central de la Policía Nacional, se permite dar respuesta a la misma según comunicación oficial sin número de fecha 22/11/2023 suscrita por el Jefe del Departamento Quirúrgico de Hospital Central de la Policía Nacional, así:

Observación presentada por - COCHLEAR COLOMBIA -15/11/2023 11:55 AM

Como oferente respetuosamente queremos observar que dentro en EL GRUPO 1 - TEM 3 – ACTUALIZACION DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEUS 7, la tecnología que disponemos actualmente es ACTUALIZACION DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEUS 8, por tanto, agradecemos se pueda realizar la revisión y cambio en el pliego de condiciones actualmente entregado.

ITEM	GRUPO Y DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REG	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, AL CUERPO IVA	VALOR IVA 2023	VALOR IVA 2024	TOTAL
GRUPO 1									
1	01-02-01-001 02-02-01-001-000	UNIDAD	CON CONTRATOS	NA	133,373,425.00	308,573,425.00	\$16,273,425.00		\$482,966,710.00
2		UNIDAD	ACTUALIZACIÓN GRUPO 1		834,135,335.00	304,135,335.00	\$14,200,470.00		
3		UNIDAD	ACTUALIZACIÓN DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEUS 7		140,400,700.00	248,002,700.00		\$37,831,413.00	
4		UNIDAD	ACTUALIZACIÓN DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEUS 7		542,181,710.00	342,181,710.00		\$14,785,000.00	
5		UNIDAD	CABLES DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEUS 7		1,732,780.00	81,750,780.00		\$7,831,300.00	
6		UNIDAD	PLAS RECARGABLES		1,135,300.00	81,458,300.00		\$4,304,800.00	
TOTAL GRUPO 1						3,174,120,175.00	\$27,085,000.00		

(Primera observación)

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, toda vez que en la revisión del ítem 3 – Grupo 1 ACTUALIZACIÓN DE IMPLANTE COCHLEAR NUCLEOS 7, se evidencia que esta es una tecnología obsoleta, sin disponibilidad en el mercado actual, siendo la

última tecnología que se encuentra disponible para el ítem en mención en NUCLEOS 8, por lo anterior las especificaciones técnicas son:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
3	ACTUALIZACIÓN DE IMPLANTE COCLEAR NUCLEOS 8	UNIDAD
	• Actualización de implante coclear	
	• Procesador Núcleos 8	
	• Tapa de pilas	
	• Tapa del procesador	
	• Cable de antena	
	• Baterías recargables estándar	
	• Mando a distancia	
	• Aplicador de micrófono	
	• Snuffit	
	• Satandar ear hook	
	• Cordón de seguridad	
	• Funda de lite wear	
	• Baterías desechables	
	• Capsulas deshumidificadoras	
	• Base del cargador de baterías	
	• Deshumidificador electrónico	
	• Kit de cargador de mando a distancia	
	• Actualización de implante coclear	
	• Procesador Núcleos 8	
	• Tapa de pilas	

Observación presentada por - MEDINISTROS S.A.S15/11/2023 11:38 AM

Primera Observación

“

PRIMERA OBSERVACIÓN ESTUDIO PREVIO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MINIMAS DESCRIPCION TECNICA GRUPO 2 ITEM 3

GRUPO 2		
1	ACTUALIZACIÓN IMPLANTE ADVANCED BIONICS NAIDA MARVEL M90.	UNIDAD
	• procesador de sonido Naida CI M90 - procesador de sonido retro auricular (BTE)	
	• Compatible Componente interno: CII Hires 90k, Hires 90k Advantage, Hires Ultra y Hires Ultra 3D	
	• Baterías M, paquete de baterías de zinc-aire M, batería sumergible M (para agua), Micrófono T-Mic™ M, gancho auricular M y gancho acústico M, Clip de uso M, procesador Sistema™ M (gancho de atención M, acceso de sistema M, acceso de sistema móvil AB Remote, Transmisores Phonak Roger, Phonak RemoteControl, Audífono Phonak Naida™ Link M)	
	• Interfaz de programación clínica CPI-3 de Advanced Bionics con el cable de programación M. Y Programador NonLink Wireless	

La presente observación se encuentra encaminada a solicitar a la Entidad respetuosamente, se realice el retiro de las especificaciones técnicas mínimas del estudio de mercado grupo 2, ítem 3, la

BATERIA DE ZINC - AIRE M, BATERIA SUMERGIBLE M (para agua), GANCHO AURICULAR M, GANCHO ACUSTICO M, GANCHO RETENCIÓN M, TRANSMISIONES PHONAK ROGER, PHONAK REMOTE CONTROL, AUDIFONO PHONAK NAIDA LINK M debido a que los accesorios descritos anteriormente son dispositivos adicionales que no afectan el funcionamiento del equipo actualización Naida Marvel M, y Dichos accesorios no están relacionados en la configuración inicial establecida por casa matriz.

Adicional solicitamos sean incluidos como accesorios independientes al kit Actualización Naida Marvel M.

(Imagen pegada del PDF)"

RESPUESTA A OBSERVACIÓN

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, toda vez que las especificaciones como del GRUPO 2 "BATERIA DE ZINC - AIRE M, BATERIA SUMERGIBLE M (para agua), GANCHO AURICULAR M, GANCHO ACUSTICO M, GANCHO RETENCIÓN M, TRANSMISIONES PHONAK ROGER, PHONAK REMOTE CONTROL, AUDIFONO PHONAK NAIDA LINK M", son aditamentos incluidos dentro del kit que no afectan la funcionalidad del dispositivo, por lo expuesto el ítem quedaría definido como ACTUALIZACIÓN BASICA DE IMPLANTE COCLEAR MARVEL, y las especificaciones técnicas son las siguientes:

GRUPO 2	
1	ACTUALIZACIÓN BASICA DE IMPLANTE COCLEAR MARVEL.
	• procesador de sonido Naida CI M90 - procesador de sonido retro auricular (BTE)
	• Compatible Componente interno: CII, Hires 90k , Hires 90k Advantage, Hires Ultra y Hires Ultra 3D
	• Baterías M (para agua), Micrófono T-Mic™ M, Clip de uso M, accesorio Snuggie™ M, accesorio Listening Check™ M, Aplicación móvil AB Remote,
	• Interfaz de programación clínica CPI-3 de Advanced Bionics con el cable de programación M. Y Programador NoahLink Wireless.
	• procesador de sonido Naida CI M90 debe conectarse a dispositivos con Bluetooth para llamadas telefónicas, transmisión de audio o para usarse con la aplicación móvil AB Remote.
	• indicador LED función programable que proporciona información visual sobre el estado del procesador de sonido Naida CI M, la duración de la batería, la posición del programa y las condiciones de error del procesador de sonido

Atentamente;

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director del Hospital Central Policía Nacional (E)

Elaboró: **Y ROCIO AGUDELO CRUZ**
HOCEN-GUCON

Revisó: **MY GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES**
HOCEN-GUCON y HOCEN-ARLOF (E)

Revisó: **PS-24 SANDRA PATRICIA CARO**
FIGUEROA
HOCEN-ASJUR

Fecha de Elaboración: 22/11/2023
Ubicación: C:\Users\blanca.agudelo\Documents\BACKAUP\VIGENCIA 2023\SA 041 2023
Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 5804401 ext 1037
hocen.gucot4@correo.policia.gov.co



