BIOPLAST S.A.	**FICHA TECNICA** **PRODUCTO TERMINADO**	**Código:** **FT-DT-087**	**Fecha de emisión:** **2018 Noviembre 23**
		Versión : 2	**Página 1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL		**COMPONENTES DEL PRODUCTO**	
Nombre:	**ESPECULO OTOSCOPIO**	1. Zona de inserción al oído. 2.Zona de ensamble al otoscopio	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.		
Marca:	BIOLIFE		
Vida Útil :	5 años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	No aplica		
Vigencia:	No aplica		
Clasificación de riesgo:	No aplica		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Accesorio diseñado de forma ergonómica para la exploración visual del oído interno con ayuda de un otoscopio. Disponible en dos tamaños: • Pediátrico: o Diámetro en la zona de inserción al oído: 2.7 mm o Diámetro en la zona de ensamble al otoscopio: 14.95 mm o Longitud de la pieza: 33.5 mm • Adulto: o Diámetro en la zona de inserción al oído: 5.03 mm o Diámetro en la zona de ensamble al otoscopio: 14.73 mm o Longitud de la pieza: 33 mm		
Indicaciones y precauciones de uso	• Debe ser implantado por personal profesional • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso desechable.		
Composición	Polipropileno		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Producto desechable, uso de un solo paciente.		
Presentación comercial:	60 unidades en bolsa plástica		
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

Elaborado por: *Kelly Murcia Salas* **Asistente SGC**	**Revisado por:** *Nicolás Pinzón Hernández* **Director Técnico**	**Aprobado por:** *Gustavo Pinzón Díaz* **Gerente General**
Fecha : **2018 Noviembre 23**	Fecha : **2018 Noviembre 23**	Fecha : **2018 Noviembre 23**