Centro Oriente E.S.E.

OBJETO A CONTRATAR:
"COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE" -
PROCESO: EM - 240 - 2023

Item	Código	Nombre / Descripción detallada	Descripción detallada	Unidad de medida	Cantidad	Grupo Terapéutico	Especificaciones Técnicas		CRITERIOS DE EVALUACION	RESULTADO EVALUACIÓN	1. MINERVA MEDICAL SAS NIT: 9000211365			RESULTADO EVALUACIÓN	2. INNOVID S.A.S NIT: 901347556			RESULTADO EVALUACIÓN	3. ADVANCED ESTERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.AS NIT: 901239290			RESULTADO EVALUACIÓN	4. G - BARCO S.A NIT: 860044349			RESULTADO EVALUACIÓN	5. LM INSTRUMENST S.A NIT: 800077635		
							Requiere apoyo tecnológico de la Subred Centro Oriente E.S.E	Requiere Compatibilidad con equipo de la Subred Centro Oriente E.S.E		TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	121QQ035491	BOQUILLA PLASTICA PARA ENDOSCOPIA ADULTO DESECHABLE		UNIDAD	60	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE				CUMPLE		NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE			**CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE				CUMPLE				CUMPLE				CUMPLE		
2	121QQ031459	KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEO DE 20FR CON TUBOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS	KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEO DE 20FR CON TUBOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS- 2 VIAS - TECNOLOGIA ENFIT	UNIDAD	20	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO				NO OFERTADO								
									FICHA TECNICA		CUMPLE																		
3	121QQ031688	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 18 FR	SONDA DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA Nº 18 FR - 3 VIAS - TECNOLOGIA ENFIT	UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO				NO OFERTADO								NO OFERTADO
									FICHA TECNICA		CUMPLE																		
4	121QQ031693	SONDAS DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA 20FR	SONDAS DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA 20FR -3 VIAS - TECNOLOGIA ENFIT	UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO			**CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA		CUMPLE																		
5	121QQ031687	SONDA DE ALIMENTACION PUNTA TUNGSTENO Nº 12 FR	SONDA DE ALIMENTACION PUNTA TUNGSTENO Nº 12 FR - 2 VIAS - TECNOLOGIA ENFIT	UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO								NO OFERTADO
									FICHA TECNICA																				
6	121QQ035364	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS BILIARES TRILUMEN, CON INYECCION DISTAL, CANAL DE TRABAJO DE 3,2 MM POR 200 DE LONGITUD CON DIAMETRO DE BALON		UNIDAD	15	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS, DEL DIAMETRO DEL BALON, EL SOLICITADO ES DE 8-9-11 Y EL			NO OFERTADO
									FICHA TECNICA						CUMPLE								NO CUMPLE						
7	121QQ035363	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS BILIARES TRILUMEN, CON INYECCION DISTAL, CANAL DE TRABAJO DE 3,2 MM POR 200 DE LONGITUD CON DIAMETRO DE BALON		UNIDAD	15	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE			**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE						CUMPLE					NO CUMPLE		
8	121QQ035412	PINZA DE BIOPSIA COLONOSCOPIO OVAL SIN ESTILETE DE UN SOLO USO PARA CANAL DE TRABAJO 2,8 MM Y LONGITUD DE 230 CMS		UNIDAD	30	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE			**CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE						CUMPLE					CUMPLE		
9	121QQ035029	PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA ENDOSCOPIA EN CANASTILLA **2.4MM X 230CM**		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.					NO OFERTADO
10	121QQ035030	PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA ENDOSCOPIA EN CANASTILLA 2.5MM X 160CM.REF(00711053)	PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA ENDOSCOPIA GASTRICA EN CANASTILLA **2.5MM X 160CM.**	UNIDAD	3	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.					NO OFERTADO
11	121QQ035415	PINZA DE BIOPSIA GASTRICA OVAL SIN ESTILETE DE UN SOLO USO PARA CANAL DE TRABAJO 2,8 MM Y LONGITUD DE 160 CMS HASTA 180 CMS		UNIDAD	50	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE		FICHA TECNICA PRESENTADA ES COMPATIBLE PARA BRONCOSCOPIA NO PARA GASTROENTEROLOGIA.	**NO CUMPLE**	CUMPLE				LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
12	121QQ035411	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO DESECHABLE, DE MORDIDA COCODRILO, SIN ESTILETE PARA CANAL DE TRABAJO		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.					NO OFERTADO
13	121QQ035530	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA COLONOSCOPIO FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 230 - 240 CM		UNIDAD	50	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA NI REGISTRO SANITARIO.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE							NO CUMPLE				CUMPLE		
14	121QQ035202	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA ENDOSCOPIA GASTRICA, FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE			**NO CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE											CUMPLE		
15	121QQ035360	ESFINTEROTOMO DE ARCO O CURVO TRIPLE LUMEN, CANAL DE TRABAJO DE 2,8 MM DE 170 A 200 CM DE LONGITUD, CON DIAMETRO DISTAL 5,5 FR LONGITUD DE PUNTA		UNIDAD	30	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		NO SE ESTAN PRESENTANDO LAS MEDIDAS DEL CANAL TRABAJO, SOLICITAMOS POR FAVOR SEAN ACLARADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA						CUMPLE							NO CUMPLE					NO CUMPLE	
16	121QQ035447	STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 10 CM X 10 FR.		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO
									FICHA TECNICA																				
17	121QQ035368	STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 7 CM X 10 FR.		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO
									FICHA TECNICA																				
18	121QQ035365	STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 7 CM X 7 FR.		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO
									FICHA TECNICA																				
19	121QQ035366	STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 10 CM X 7 FR.		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO
									FICHA TECNICA																				
20	121QQ035258	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA PARA ENDOSCOPIO GASTRICO DOBLE EXTREMO FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 2,8		UNIDAD	50	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA NI REGISTRO SANITARIO.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE					NO CUMPLE	
21	121QQ035413	CLIP DE HEMOSTASIA DE TITANIO (MEDIUM Y MEDIUM LARGE)		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE		
									FICHA TECNICA						CUMPLE											CUMPLE		
22	121QQ035362	GUIA HIDROFILICA PARA CALANGIOGRAFIA PANCREATICA RETROGRADA DE 450 CM X 0,89 MM		UNIDAD	30	GASTROENTEROLOGIA	NO	SI - EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE SER COMPATIBLE PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM	INVIMA				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA						CUMPLE							NO CUMPLE					NO CUMPLE	
23	121QQ035445	ASA DE POLIPECTOMIA DE **10 MM X 2.4 A 2.8 MM** DE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM, PARA UN CANAL DE TRABAJO DE		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA						CUMPLE							NO CUMPLE					NO CUMPLE	
24	121QQ031030	ASA DE POLIPECTOMIA DE **13 MM X 2.4 A 2.8 MM** DE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM, PARA UN CANAL DE TRABAJO DE		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE					NO CUMPLE	
25	121QQ035356	ASA DE POLIPECTOMIA DE **27 MM X 2.4 A 2.8 MM** DE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM, PARA UN CANAL DE TRABAJO DE		UNIDAD	5	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA													NO CUMPLE					NO CUMPLE	
26	121QQ035358	AGUJA DE INYECCION PARA ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE **2.8 MM DE** DIAMETRO Y LONGITUD		UNIDAD	10	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE		LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
									FICHA TECNICA							NO CUMPLE						NO CUMPLE					NO CUMPLE	

27	121QQ035442	PAPILOTOMO O ESFINTEROTOMO DE PUNTA O CORTE, CANAL DE TRABAJO DE **2.8 MM DE 170 A 200 CM DE LONGITUD**, CON **DIAMETRO DISTAL 5.5 FR**, LONGITUD DE **PUNTA AGUJA 5 MM**.	ESFINTEROTOMO DE PUNTA O PRECORTE, CANAL DE TRABAJO DE **2.8 MM POR 200 CM** DE LONGITUD, CON **DIAMETRO DISTAL 5.5 FR**, LONGITUD DE **PUNTA AGUJA 5 MM**, HILO DE CORTE DE **20 MM**.	UNIDAD	15	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA FICHA TECNICA				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE CUMPLE						NO OFERTADO	**NO CUMPLE**	CUMPLE CUMPLE	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	**NO CUMPLE**	CUMPLE CUMPLE	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
28	SIN CODIGO	GUÍA METÁLICA, GUÍA DE ALAMBRE SAVARY-GILLIARD - LARGO: 210CM, COOK	GUÍA METÁLICA, GUÍA DE ALAMBRE SAVARY-GILLIARD - LARGO: 210CM, COOK	UNIDAD	1	GASTROENTEROLOGIA	NO	NO	INVIMA FICHA TECNICA				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO				NO OFERTADO
GRUPO # 1																															
29	121QQ031261	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFALALDEHIDO EN SOLUCION GALON x 3750 ML	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFALALDEHIDO EN SOLUCION, GALON x 3,78 LITROS PARA 5 MINUTOS DE EFECTIVIDAD EN DESINFECCIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPOS DE ENDOSCOPIA.	GALON	40	IAAS	NO	NO	INVIMA FICHA TECNICA				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**		NO CUMPLE NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA Y REGISTRO SANITARIO				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE CUMPLE		
30	121QQ035120	TIRAS REACTIVAS PARA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFALALDEHIDO,INDICADORAS DE LA CONCENTRACION EFECTIVA	TIRAS REACTIVAS PARA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFALALDEHIDO, INDICADORAS DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA EFECTIVA - FRASCO X 60 UNIDADES	UNIDAD	3	IAAS	NO	NO	INVIMA FICHA TECNICA				NO OFERTADO				NO OFERTADO	**NO CUMPLE**		NO CUMPLE NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA Y REGISTRO SANITARIO				NO OFERTADO	**CUMPLE**	CUMPLE CUMPLE		

NOMBRE	EDUARDT HANNS GONZALEZ ROA
AREA	Enfermero - Profesional Especializado Gestión de Insumos y Abastecimiento Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
FIRMA	

NOMBRE	CRISTIAN CAMILO LEGUIZAMON ARGUELLO
AREA	Enfermero en la Gestión de Insumos y Abastecimiento
FIRMA	

NOMBRE	CAROLINA GARZON
AREA	APOYO - GASTROENTEROLOGIA
FIRMA	