



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOPITAL CENTRAL

No. S-2019-

AREAD – GUCOT 17.2

Bogotá, D.C.,

Señores
Oferentes
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta observaciones Proceso PN HOCEN SA 037 2019

En atención a las observaciones realizadas por las firmas ALFA TRADING S.A.S, ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S, MEDICOX Y BOSTON MEDICAL, UCIPHARMA, LA MUELA S.A Y BSN MEDICAL LIMITADA mediante SECOP II de fecha 03 y 05 de Diciembre de 2019 respectivamente, al Pliego de Condiciones del proceso PN HOCEN SA 037 2019 que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL" el Hospital Central determina lo siguiente:

ALFA TRADING S.A.S.

OBSERVACION No 1

Solicitamos amablemente a la entidad hacer la modificación del ítem 2 del grupo 2 que el apósito transparente cuente con una medida de 2.5 cm.

2	APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 7 CM +/- 1 CM X 8.5 CM +/- 2 CM (PEDIÁTRICO)
---	--

RESPUESTA No 1

El Hospital Central de la Policía Nacional NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN y se aclara al oferente que el rango de medida solicitada por el oferente es muy pequeña la cual no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes que necesitan ser canalizados.

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S

OBSERVACION No 1

Revisado el anexo 2 ficha técnica en el grupo 13 se codifica el ítem 4 rollo transparente- ítem 5 espuma limpiadora y el ítem 6 apósitos gasa parafinada 15x20 cms

En el anexo 3 precios techo, se relaciona ítem 5 apósito transparente ítem 6 espuma limpiadora y no aparece el ítem de la gasa parafinada sin presupuesto.

Favor aclarar bien el número de cada ítem ya que no están en el mismo orden en ninguno de los anexos.

El ítem del grupo 13 de apósito de gasa parafinada es el mismo producto solicitado en el grupo 11 apósito de gasa parafinada

Favor verificar si se va a cotizar en el grupo 13. Igual VEMOS QUE SE REPITE EL TAMAÑO DE 15 X 20 CMS Y NO ESTA EL TAMAÑO 10X10 CMS.

RESPUESTA No 1

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que revisados los anexos 1 **CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** y anexo 2 FICHA TÉCNICA del pliego de condiciones ítem 2 GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CM +/- 2CM X 20CM +/- 2CM. Del grupo 11 y el ítem 6 GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CM +/- 2CM X 20CM +/- 2CM del grupo 13 se evidencia que el ítem 6 no corresponde a este grupo 13 sino al ítem 2 del grupo 11, por lo tanto se procede a suprimir el ítem 6 del grupo 13

Adicionalmente se incluye en el grupo 13 el ítem 3 APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/- 2CM X 25CM +/- 2CM ajustando las especificaciones técnicas. Lo anterior ya que por error de transcripción este fue eliminado del Anexo 1 **CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** y anexo 2 FICHA TÉCNICA del pliego de condiciones, quedando como se estableció inicialmente en el anexo 3 **INFORMATIVO PRECIOS TECHO** Por lo anterior los Anexo 1 **CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** y anexo 2 FICHA TÉCNICA quedara de la siguiente manera:

**ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

GRUPO 13. INSUMOS VARIOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	CAMPO DE YODO QUIRÚRGICO 55 CM +/- 5 CM X 60 CM +/- 2 CM	ESTERIL	UNIDAD			
		LAMINA DE POLIESTER				
		ISO-OCTIL ACRILATO : N.VINIL PYRROLIDONA CON YODO				
		PAPEL IMPRESO CON RECUBRIMIENTO EN SILICONA				
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
2	CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL EN FORMA DE U	ESTERIL	UNIDAD			
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
		PRESENTACIÓN 120 X 130 CM				
3	APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/- 2CM X 25CM +/- 2CM	ESTERIL	UNIDAD			
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
		CON CELULOSA				
		QUE NO SEA HIDROCOLOIDE				
4	APOSITO PRIMARIO NO ADHERENTE EN MALLA MEDIDAS DE 20CM +/- 5CM X 20CM +/- 3CM	ESTERIL	UNIDAD			
		CON TRIGLICERIDOS				
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
		CON ADITIVO NO ADHERENTE EN MALLA				
5	APOSITO TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CM X 10MTS.	TRANSPARENTE	UNIDAD			
		TAMAÑO DE 10CM X 10METROS				
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
6	ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL	A BASE DE TRICLOSAN, ALOE VERA Y ALANTOINA	UNIDAD			
		EMPAQUE INDIVIDUAL CON FRASCO Y VÁLVULA DOSIFICADORA PARA ESPUMA				
		SULFACTANTE BIOGRADABLE				
		PRESENTACION DE 280 ML.				
7	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45 GRS.	ESTERIL	UNIDAD			
		CON PLATA IONICA ACTIVA				
		EN GEL				
		TUBO DE 45 GRS.				
8	PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL	ESPONJA JABONOSA DE NAPA	UNIDAD			
		PH 5.5				
		PROPIEDADES HIDRATANTES Y SUAVIZANTES EN GEL				
9	POLVOS PROTECTORES DE PIEL	EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
		SODIO CARBOXIMETILCELULOSA				
		GOMA DE GUAR				
		GOMA DE XANTANO DE 25 GRAMOS				
10	BARRERA LISA 20CM X 20 CM	BASE DE HIDROCOLOIDE	UNIDAD			
		QUE SE ADAPTE A LOS CONTORNOS DE LA PIEL				
		EMPAQUE INDIVIDUAL				
11		ESTERIL	UNIDAD			
		EMPAQUE INDIVIDUAL				

	POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL	A BASE POLIHEXANIDA MAS BETINA PRESENTACION TUBO POR 30 ML				
12	SET DE FISTULAS	EMPAQUE INDIVIDUAL CON ADHESIVO LAMINADO CON BOMBA DE INFLADO CON ANILLO INFLABLE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
13	APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE CON PLATA DE 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM	ESTÉRIL SURFACTANTE F68 GLICERINA PLATA NANOCRISTALINA	UNIDAD			
14	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	EN TEJIDO SIN TEJER ALGODÓN 100% EMPAQUE INDIVIDUAL ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETIL BIGUANIDA AL 0.2%	UNIDAD			
15	APOSITO ESPUMADO TRILAMINAR BORDES SELLADOS CON PLATA Y CARBÓN DE 10CM +/- 3CM X 10CM +/- 13CM	PELICULA DE POLIURETANO PERFORADO CON PLATA ESPUMA DE 5MM DE GROSOR ALMOHADILLA CON CARBÓN ACTIVADO SEGUNDA ESPUMA DE POLIURETANO DE 3MM PELICULA DE POLIURETANO DE 25 MICRÓMETROS	UNIDAD			

ANEXO 2
FICHA TÉCNICA

GRUPO 13. INSUMOS VARIOS			
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAMPO DE YODO QUIRÚRGICO 55 CM +/- 5 CM X 60 CM +/- 2 CM	ESTERIL LAMINA DE POLIESTER ISO-OCTIL ACRILATO N.VINIL PYRROLIDONA CON YODO PAPEL IMPRESO CON RECUBRIMIENTO EN SILICONA EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD
2	CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL EN FORMA DE U	ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL PRESENTACIÓN 120 X 130 CM	UNIDAD
3	APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/- 2CM X 25CM +/- 2CM	ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL CON CELULOSA QUE NO SEA HIDROCOLOIDE	UNIDAD
4	APOSITO PRIMARIO NO ADHERENTE EN MALLA MEDIDAS DE 20CM +/- 5CM X 20CM +/- 3CM	ESTÉRIL CON TRIGLICERIDOS EMPAQUE INDIVIDUAL CON ADITIVO NO ADHERENTE EN MALLA	UNIDAD
5	APOSITO TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CM X 10MTS.	TRANSPARENTE TAMAÑO DE 10CM X 10METROS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD
6	ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL	A BASE DE TRICLOSAN, ALOE VERA Y ALANTOINA EMPAQUE INDIVIDUAL CON FRASCO Y VÁLVULA DOSIFICADORA PARA ESPUMA SULFACTANTE BIODEGRADABLE PRESENTACION DE 280 ML.	UNIDAD
7	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45 GRS.	ESTERIL CON PLATA IONICA ACTIVA EN GEL TUBO DE 45 GRS.	UNIDAD
8	PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL	ESPONJA JABONOSA DE NAPA PH 5.5 PROPIEDADES HIDRATANTES Y SUAVIZANTES EN GEL	UNIDAD
9	POLVOS PROTECTORES DE PIEL	EMPAQUE INDIVIDUAL SODIO CARBOXIMETILCELULOSA GOMA DE GUAR GOMA DE XANTANO DE 25 GRAMOS BASE DE HIDROCOLOIDE	UNIDAD

lp

10	BARRERA LISA 20CM X 20 CM	QUE SE ADAPTE A LOS CONTORNOS DE LA PIEL	UNIDAD
		EMPAQUE INDIVIDUAL	
11	POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL	ESTERIL	UNIDAD
		EMPAQUE INDIVIDUAL	
		A BASE POLIHEXANIDA MAS BETINA	
		PRESENTACION TUBO POR 30 ML	
12	SET DE FISTULAS	EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD
		CON ADHESIVO LAMINADO	
		CON BOMBA DE INFLADO	
		CON ANILLO INFLABLE	
13	APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL, ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE CON PLATA DE 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM	ESTERIL	UNIDAD
		SURFACTANTE F68	
		GLICERINA	
		PLATA NANOCRISTALINA	
14	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	EN TEJIDO SIN TEJER	UNIDAD
		ALGODÓN 100%	
		EMPAQUE INDIVIDUAL	
		ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETIL BIGUANIDA AL 0.2%	
15	APOSITO ESPUMADO TRILAMINAR BORDES SELLADOS CON PLATA Y CARBÓN DE 10CM +/- 3CM X 10CM +/- 3CM	PELÍCULA DE POLIURETANO PERFORADO CON PLATA	UNIDAD
		ESPUMA DE 5MM DE GROSOR	
		ALMOHADILLA CON CARBÓN ACTIVADO	
		SEGUNDA ESPUMA DE POLIURETANO DE 3MM	
		PELÍCULA DE POLIURETANO DE 25 MICRÓMETROS	

Para el ítem GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CM +/- 2CM X 20CM +/- 2CM, se le aclara al oferente que este ítem está incorporado en el grupo No 11 APOSITO GASA PARAFINADA ACETATO DE CLORHEXIDINA y con respecto al tamaño solicitado de 10CM x 10CM no se incluirá en el pliego de condiciones por no haber solicitado estudio de mercado.

BOSTON MEDICAL DEVICE

OBSERVACION No 1

GRUPO 9 BARRERAS Y BOLSAS DE COLOSTOMIA:

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, cuando una Entidad Pública de acuerdo con el principio de planeación establecido en la Ley 80 de 1993, toma la decisión de dar apertura a un proceso de contratación bajo la modalidad de subasta inversa, es por la única razón que se trata de la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y común utilización, que de ninguna manera deben estar direccionados a una marca por sus especiales características técnicas. Debe la Entidad requerir especificaciones técnicas en rangos, que permitan la presentación de propuestas por varias marcas, sin establecer límites que no afectan de manera alguna la utilidad o calidad de producto, que impidan una participación plural.

En este sentido, se solicita que para este grupo de barreras y bolsas no establezcan limitantes en los milímetros de medida que impidan que otras marcas presenten oferta, estamos hablando de diferencia de máximo 5 milímetros que de manera alguna no afectan la calidad del producto, no es correcto tal como afirman en la respuesta que ese rango es el requerido para poder suplir la necesidad, por cuanto está demostrado científicamente que con otros rangos es posible suplir la necesidad de este tipo especial de pacientes.

Adicional el colocar un producto exclusivo de una sola marca en el grupo limita la presentacion de otras marcas directamente en el proceso

De conformidad con lo expuesto con anterioridad, solicitamos se amplien los rangos de la siguiente manera y la exclusión del ítem que es exclusivo a un laboratorio para permitir la participación de otros oferentes en el proceso.

ITEMS	DESCRIPCION TECNICA	MARCA A	MARCA B
1	Bolsa para Colostomía 50 - 59	50mm	45mm
	Barrera para Colostomía 50 - 59	50mm	45mm
2	Bolsa para Colostomía 60 - 69	60mm	57mm
	Barrera para Colostomía 60 - 69	60mm	57mm
4	Bolsa para Colostomía Convexa 60 - 69	60mm	57mm
	Barrera para Colostomía 60 - 69	60mm	57mm
5	Bolsa para Colostomía Convexa - 50 - 59	50mm	45mm
	Barrera para Colostomía 50 - 59	50mm	45mm
9	Bolsa para Urostomía 60 - 69	60mm	57mm
	Bolsa para Urostomía 60 - 69	60mm	57mm
10	Barrera para Urostomía 50 - 59	50mm	45mm
	Bolsa para Urostomía 50 - 59	50mm	45mm

En el ítem 6; Bolsa de pieza única adulto con ventana; solicitamos sea considerado incluirlo en el Grupo 13 de Insumos varios, ya que es exclusivo de una sola marca lo cual excluiría a otros oferentes para participar en este grupo.

RESPUESTA No 1

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que el rango de medida solicitado por la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes con ostomía y urostomía y en razón a que durante el POST-OPERATORIO se presenta inflamación fisiológica de la mucosa intestinal por aumento de componente hídrico, esta se produce por la manipulación y movilización del propio acto quirúrgico, teniendo en cuenta que tener una barrera y bolsa de ostomía de menor diámetro podría ocluir el intestino y comprometer la funcionalidad del estoma.

En relación a retirar el ítem 6 **bolsas de pieza única adulto con ventana** no se acepta la observación teniendo en cuenta que en el estudio de mercado se puede evidenciar que hay varias casas comerciales que cotizaron el ítem, bajo las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

MEDICOX

OBSERVACION No 1

Agradecemos modificar el valor del precio techo de algunos productos, ya que en algunos ítems de los grupos GRUPO 3 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICOS, GRUPO 5 ALGINATO DE CALCIO; GRUPO 7 APOSITO HIDROCOLOIDE y GRUPO 13 INSUMOS VARIOS el precio techo está muy bajo frente a lo que se tiene en este momento en el mercado y no permite la participación de la pluralidad de los oferentes

Relacionamos los ítems a modificar para su correspondiente verificación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TECHO	PRECIO TECHO SUGERIDO
GRUPO 3 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICOS				
3	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CM X 25 +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	UNIDAD	\$ 4.243	\$ 4.284
5	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM X 10CM	UNIDAD	\$ 8.048	\$ 8.400
6	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM +/- 3CM X 10CM +/- 3CM	UNIDAD	\$ 4.470	\$ 5.508

7	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM +/- 3CM X 20CM +/-3CM	UNIDAD	\$ 4.705	\$ 7.344
GRUPO 5 ALGINATO DE CALCIO				
2	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA 3CM x 36CM +/-5CM	UNIDAD	\$ 2.814	\$ 9.180
GRUPO 7 APOSITO HIDROCOLOIDE				
2	APOSITO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDAD	\$ 8.800	\$ 14.076
GRUPO 13 INSUMOS VARIOS				
3	APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/- 2CM x 25CM +/-2CM	UNIDAD	\$ 1.462	\$ 2.754

Esperamos sea de su aceptación ya que esto nos permitiría tener la participación en el proceso en mención.

RESPUESTA No 1:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE LE ACLARA** al oferente que si bien es cierto, el precio determinado como precio techo, para el ítem 3, 6, y 7 del grupo 3 y el ítem 3 del grupo 13 fue el resultado de lo obtenido a través del precio histórico de un contrato suscrito en la vigencia de 2017, es pertinente mencionar que el mismo fue indexado conforme al Índice de precios al consumidor (IPC) 2017(4.09%) causado en el año 2018 + IPC 2018 (3.18%) causado en el año 2019, y para el ítem 5 del grupo 3, ítem 2 del grupo 5 y ítem 2 del grupo 7 se establece el precio de mercado como valor unitario estimado, es válido recordar que para el ítem 5 del grupo 3, y ítem 2 del grupo 5 el precio de mercado fue **cotizado** por ustedes y con el propósito de obtener un precio acorde al mercado de acuerdo a los incrementos que por ley se establece.

Lo anterior se hace en cumplimiento de las Políticas de la Agencia Colombia Compra Eficiente en evitar determinar precios superficialmente altos; lo cual garantiza una austeridad del gasto y se evita incurrir a la entidad en un detrimento patrimonial ya que la entidad no tiene conocimiento que dicho insumos hayan sido afectado con costos directos e indirectos que se deban tener en cuenta a lo ya mencionado.

En tal sentido el estudio previo determino la metodología que se utilizo para determinar los precios del presente proceso.

UCIPHARMA S.A.

OBSERVACION No 1

"Para el grupo 13 INSUMOS VARIOS ítem 2
CAMPO QUIRÚRGICO ESTERIL EN FORMA DE U

Para permitir la pluralidad de oferentes se solicita de la manera más cordial tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas disponibles en el mercado que supera las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones:

Campo en U estéril de 225 cm x 280 cm, barrera bilaminar de Polipropileno y Polietileno sin poros, libre de látex con un refuerzo en el área quirúrgica.

Lo anterior se solicita ya que esta especificación hace al campo una barrera impermeable, cero porosidad, creando el 100% de efectividad en la barrera contra microorganismos y fluidos, previniendo así la migración de patógenos de la piel del paciente a la herida abierta. Su principal indicación es como barrera impermeable en reemplazos articulares de rodilla, hombro y cadera donde el volumen de fluidos es alto y el riesgo de infección también."

RESPUESTA No.1

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y se aclara al oferente que el rango de medida solicitada por el oferente es muy grande y no corresponde a las especificaciones solicitadas en el pliego de condiciones por lo anterior no se acepta la observación ya que es otro tipo de apósito.

LA MUELA S.A.S

OBSERVACIÓN 1

"GRUPO 2 DE VENOPUNCION

ITEM 1: APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN-TEJER.PARA CATÉTERES 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL): se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación del ítem en mención teniendo en cuenta mayor participación de posibles oferentes y mayor costo beneficio a la entidad de la siguiente manera:

APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN PARA CATÉTERES 5 CM +/- 2 CM X 5 CM +/- 3 CM (NEONATAL): PELICULA DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON TIRAS DE FIJACION, CON MANILLA DE IDENTIFICACION, AUTOADHESIVO, Y ADAPABLE A LOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE"

RESPUESTA 1

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que la especificación técnica solicitada y el rango de la medida solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes.

OBSERVACION

"ITEM 2: APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN-TEJER.PARA CATÉTERES 7 CM +/- 1 CM X 8.5 CM +/- 2 CM (PEDIÁTRICO): se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación del ítem en mención teniendo en cuenta mayor participación de posibles oferentes y mayor costo beneficio a la entidad de la siguiente manera:

APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN PARA CATÉTERES: 7 CM +/- 1 CM X 8.5 CM +/- 2 CM (PEDIÁTRICO): PELICULA DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON TIRAS DE FIJACION, CON MANILLA DE IDENTIFICACION, AUTOADHESIVO, Y ADAPABLE A LOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE."

RESPUESTA

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que la especificación técnica solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes.

OBSERVACION

"ITEM 3: APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2 CM (ADULTO): se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación del ítem en mención teniendo en cuenta mayor participación de posibles oferentes y mayor costo beneficio a la entidad de la siguiente manera:

APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2 CM (ADULTO): PELICULA DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON TIRAS DE FIJACION, CON MANILLA DE IDENTIFICACION, AUTOADHESIVO, Y ADAPABLE A LOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE."

RESPUESTA

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que la especificación técnica solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes

OBSERVACION No 2

GRUPO 3 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICO

ITEM 1: APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10CM +/- 5CM X 12CM +/- 3CM CON ANTIMICROBIANO: Se le informa a la entidad que no es coherente solicitar un apósito en tejido sin tejer, ya que esto hace referencia a una gasa, y teniendo en cuenta que lo que solicitan es un apósito post-operatorio, no puede ser una gasa, ya que para esta fase pos-operatorio el paciente va utilizar el apósito por una buena cantidad de tiempo por lo que necesita total aislación de humedad y microorganismos que puedan llegar a la herida, por esta razón una gasa no permitiría esto, por ejemplo al momento de realizar las actividades diarias de higiene al cuerpo.

Por lo anterior se sugiere modificarlo así:

APOSITO POST-OPERATORIO ADHERENTE 10CM +/- 5CM X 12CM +/- 3CM CON ANTIMICROBIANO: ESTÉRIL, ALMOHADILLA ABSORBENTE LÁMINA CON UNA MALLA VERDE DE ACETATO IMPREGNADA, AUTOADHESIVO, CONTROL MICROBIOLÓGICO EMPAQUE INDIVIDUAL

ITEM 2: APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10CM +/- 2CM X 20CM +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO: Se le informa a la entidad que no es coherente solicitar un apósito en tejido sin tejer, ya que esto hace referencia a una gasa, y teniendo en cuenta que lo que solicitan es un apósito post-operatorio, no puede ser una gasa, ya que para esta fase pos-operatorio el paciente va utilizar el apósito por una buena cantidad de tiempo por lo que necesita total aislación de humedad y microorganismos que puedan llegar a la herida, por esta razón una gasa no permitiría esto, por ejemplo al momento de realizar las actividades diarias de higiene al cuerpo.

Por lo anterior se sugiere modificarlo así:

APOSITO POST-OPERATORIO ADHERENTE 10CM +/- 2CM X 20CM +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO: ESTERIL, ALMOHADILLA ABSORBENTE, LÁMINA CON UNA MALLA VERDE DE ACETATO IMPREGNADA, AUTOADHESIVO, CONTROL MICROBIOLÓGICO EMPAQUE INDIVIDUAL

ITEM 3: APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10CM +/- 2CM X 25CM +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO: Se le informa a la entidad que no es coherente solicitar un apósito en tejido sin tejer, ya que esto hace referencia a una gasa, y teniendo en cuenta que lo que solicitan es un apósito post-operatorio, no puede ser una gasa, ya que para esta fase pos-operatorio el paciente va utilizar el apósito por una buena cantidad de tiempo por lo que necesita total aislación de humedad y microorganismos que puedan llegar a la herida, por esta razón una gasa no permitiría esto, por ejemplo al momento de realizar las actividades diarias de higiene al cuerpo.

Por lo anterior se sugiere modificarlo así:

APOSITO POST-OPERATORIO ADHERENTE 10CM +/- 2CM X 25CM +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO: ESTERIL, ALMOHADILLA ABSORBENTE, LÁMINA CON UNA MALLA VERDE DE ACETATO IMPREGNADA, AUTOADHESIVO, CONTROL MICROBIOLÓGICO EMPAQUE INDIVIDUAL

ITEM 4: APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10CM +/- 5CM X 37.5CM +/- 5CM CON ANTIMICROBIANO: Se le informa a la entidad que no es coherente solicitar un apósito en tejido sin tejer, ya que esto hace referencia a una gasa, y teniendo en cuenta que lo que solicitan es un apósito post-operatorio, no puede ser una gasa, ya que para esta fase pos-operatorio el paciente va utilizar el apósito por una buena cantidad de tiempo por lo que necesita total aislación de humedad y microorganismos que puedan llegar a la herida, por esta razón una gasa no permitiría esto, por ejemplo al momento de realizar las actividades diarias de higiene al cuerpo; y ampliar el rango de medida del Apósito quedando 10CM +/- 5CM X 30 CM +/- 5CM.

Por lo anterior se sugiere modificarlo así:

APOSITO POST-OPERATORIO ADHERENTE 10CM +/- 5CM X 30 CM +/- 5CM CON ANTIMICROBIANO: ESTERIL, ALMOHADILLA ABSORBENTE LÁMINA CON UNA MALLA VERDE DE ACETATO IMPREGNADA, AUTOADHESIVO, CONTROL MICROBIOLÓGICO EMPAQUE INDIVIDUAL

RESPUESTA A OBSERVACIONES ÍTEMS 1, 2, 3 Y 4:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que modifica las especificaciones técnicas planteadas por la entidad en el estudio de mercado que describe la necesidad real de la entidad, y se aclara al oferente que el ítem solicitado no es una gasa sino un apósito con adhesivo no adherente de tejido sin tejer para evitar posibles complicaciones o daños en la piel perilesional y a la vez tiene un pad central con antimicrobiano para prevenir posibles infecciones

OBSERVACION No 3

APOSITOS CON AMD

ITEM 5: APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM +/- 2 CM X 10CM +/- 2 CM: Se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación ya que lo están direccionando a una marca específica y no están permitiendo el principio de pluralidad de oferentes, para lo cual solicitamos se amplíen las especificaciones quedando así:

APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 12CM +/- 2 CM X 12CM +/- 2 CM: CON ANTIMICROBIANO, EXUDADO DE MODERADO A LEVE, CON UNA PÉLICULA DE POLIURETANO SEMIPERMÉABLE, ESTERIL.

RESPUESTA A OBSERVACION:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que la especificación técnica y rango de medida solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de nuestros pacientes y además en el estudio de mercado se puede evidenciar que hay varias casas comerciales que cotizaron el ítem, bajo las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

OBSERVACION No 4:

APOSITOS GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO

ITEM 6: GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM +/- 3CM X 10CM +/- 3CM: Se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación ya que lo están direccionando a una marca específica y no están permitiendo el principio de pluralidad de oferentes, se sugiere modificarlo así:

GASA IMPREGNADA DE 10CM +/- 3CM X 10CM +/- 3CM: APOSITO ESTERIL DE GASA CON AGUENTO, CON BAJA ADHERENCIA, QUE PREVENGA EFECTOS OCLUSIVOS.

ITEM 7 GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM +/- 3CM X 20CM +/- 3CM: Se solicita amablemente a la entidad modificar la especificación ya que lo están direccionando a una marca específica y no están permitiendo el principio de pluralidad de oferentes, se sugiere modificarlo así:

GASA IMPREGNADA DE 10CM +/- 3CM X 20CM +/- 3CM: APOSITO ESTERIL DE GASA CON AGUENTO, CON BAJA ADHERENCIA, QUE PREVENGA EFECTOS OCLUSIVOS

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que modifica las especificaciones técnicas planteadas por la entidad en el estudio de mercado que describe la necesidad real de la entidad, y por qué la mezcla de petrolato y el tribromofenato de bismuto ayuda no solo a la protección bacteriostática sino también a disminuir el dolor de la herida y evitar que se adhiera a las heridas.

Con respecto al direccionamiento se evidencia en el estudio de mercado que hay varias casas comerciales que cotizaron el ítem, bajo las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

OBSERVACION No 5:

GRUPO 4 APOSITOS CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS

ITEM 1: APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM: Solicitamos a la entidad especifique si los requieren con borde adhesivo o no, ya que el precio de las dos referencias varía considerablemente, y se hace necesario que se solicite de una manera específica y así los oferentes cotizaremos el mismo producto y retirar la palabra "PLATA" de la especificación ya que de esta manera se está direccionando a una sola marca comercial.

ITEM 2: APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM: Solicitamos a la entidad especifique si los requieren con borde adhesivo o no, ya que el precio de las dos referencias varía considerablemente, y se hace necesario que se solicite de una manera específica y así los oferentes cotizaremos el mismo producto y retirar la palabra "PLATA" de la especificación ya que de esta manera se está direccionando a una sola marca comercial.

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que en las especificaciones del apósito no se solicita con bordes por tanto teniendo en cuenta que el apósito solicitado tiene acción antimicrobiana con base de malla recubierta con plata, el cual describe la necesidad solicitada por la entidad.

OBSERVACION No 6

GRUPO 7. APOSITOS HIDROCOLOIDES

ITEM 1 APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM: solicitamos amablemente a la entidad ampliar la medida del apósito de esta manera ofrece pluralidad de oferentes, para lo cual sugerimos: **APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20 +/- 5 CM X 20 +/- 5 CM.**

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que el rango de la medida solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes.

OBSERVACION No 7

GRUPO 8. APOSITO DE ALIVIO DE PRESION

ITEM 1 APOSITO ALIVIO DE PRESION 7CM: Solicitamos amablemente a la entidad ampliar las especificaciones técnicas del producto como también sus medidas, debido a que esta direccionada a una sola marca comercial, por lo que sugerimos quede así:

APOSITO ALIVIO DE PRESION 7 +/- 3 CM: Apósito estéril para heridas compuesto por una espuma de poliuretano absorbente que contiene bandas superabsorbentes. La superficie de contacto con la herida es una capa perforada de silicona que permite la adherencia a la piel que rodea la herida. La capa de silicona está completamente cubierta por dos películas superpuestas.

ITEM 1 APOSITO ALIVIO DE PRESION 10CM: Solicitamos amablemente a la entidad ampliar las especificaciones técnicas del producto debido a que está direccionada a una sola marca comercial, por lo que sugerimos quede así:

APOSITO ALIVIO DE PRESION 10CM: Apósito estéril para heridas compuesto por una espuma de poliuretano absorbente que contiene bandas superabsorbentes. La superficie de contacto con la herida es una capa perforada de silicona que permite la adherencia a la piel que rodea la herida. La capa de silicona está completamente cubierta por dos películas superpuestas.

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que las especificaciones y rango de medida solicitados por el oferente no se ajustan a la necesidades reales de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes y además en el estudio de mercado se puede evidenciar que hay varias casas comerciales que cotizaron el ítem, bajo las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad

OBSERVACION No 8

GRUPO 11. APOSITO GASA PARAFINADA ACETATO DE CLORHEXIDINA

ITEM 1. APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO BP ROLLO DE 15CMX1METRO: De acuerdo a las especificaciones técnicas dadas en este ítem es claro que se está direccionando a una sola marca comercial, por lo que solicitamos por favor ampliar las especificaciones como también las medidas de la siguiente manera:

APÓSITO ESTÉRIL DE GASA PARAFINADA NO MEDICADO, HECHO A PARTIR DE GASA DE ALGODÓN DE TEJIDO ABIERTO, LA CUAL HA SIDO IMPREGNADA CON UNA CAPA DE PARAFINA SUAVE ROLLO DE 15CM X 2 METROS.

ITEM 2 GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CMX+/- 2CMX20CM+/-2CM: De acuerdo a las especificaciones técnicas dadas en este ítem es claro que se está direccionando a una sola marca comercial, por lo que solicitamos por favor ampliar las especificaciones como también las medidas de la siguiente manera:

APÓSITO ESTÉRIL DE GASA CON UNGÜENTO, HECHO DE UN SUSTRATO DE TEJIDO DE PUNTO, EN FORMA DE MALLA PEQUEÑA. LA URDIMBRE DEL SUSTRATO DEL TEJIDO DE PUNTO ESTA HECHO DE HILOS DE ACETATO Y LA IMPREGNACIÓN CONSISTE EN UN UNGÜENTO HIDROFÓBICO NEUTRO

MEDIDAS: 10CMX+/- 3CMX20CM+/-3CM,

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que la especificación solicitada no corresponde a la solicitada la cual no contiene el acetato de clorhexidina que tiene acción antibacteriana de larga duración y se puede utilizar tanto en tratamiento profiláctico como para manejo de heridas infectadas por lo anterior no se acepta la observación.

OBSERVACION No 9

GRUPO 12. VENDAS

ITEM 1 VENDA COHESIVA DE FIJACION DE APOSITOS PARA HERIDAS: De acuerdo a las especificaciones técnicas dadas en este ítem es claro que se está direccionando a una sola marca comercial, por lo que solicitamos por favor ampliar las especificaciones como también las medidas de la siguiente manera:

VENDA AUTOADHESIVA DE FIBRAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA E HILOS ELÁSTICOS RECUBIERTOS CON UN COMPUESTO LIBRE DE LÁTEX CON PROPIEDADES COHESIVAS Y ES ADECUADO PARA EL USO DONDE SE REQUIERE UN SOPORTE LIGERO O DE COMPRESIÓN.

MEDIDAS: DE 8 +/- 3CM X 4+/- 3 MT

ITEM 2 VENDA IMPREGNADA CON CALAMINA: Solicitamos ampliar las medidas de la siguiente manera para que así se permita pluralidad de oferentes:

MEDIDAS: ROLLO DE 4 +/- 5 cm x 10 +/- 2 YARDAS

ITEM 3 VENDA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC: Solicitamos ampliar las medidas de la siguiente manera para que así se permita pluralidad de oferentes:

MEDIDAS: ROLLO DE 4 +/- 5 cm x 10 +/- 2 YARDAS

RESPUESTA A OBSERVACIONES:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta el rango de medida y las especificaciones técnicas solicitadas son las contempladas en el pliego de condiciones con base en un estudio de mercado solicitado a través del de la página de contratación Colombia Compra Eficiente y además el estudio de mercado se puede evidenciar que hay varias casas comerciales que cotizaron el ítem, bajo las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

OBSERVACION No 10

GRUPO 13. INSUMOS VARIOS

ITEM 4 APOSITO PRIMARIO NO ADHERENTE EN MALLA MEDIDAS DE 20CM+/-5CM X 20+/- 3CM:
Solicitamos ampliar las medidas de la siguiente manera para que así se permita pluralidad de oferentes:

MEDIDAS DE 15CM+/-5CM X 20+/- 3CM

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y aclara al oferente que el rango de medida solicitada por el oferente disminuye el tamaño solicitado en el pliego de condiciones por lo anterior no se acepta la observación ya que es otro tamaño de aposito, por que modifica lo requerido por la entidad.

OBSERVACION 11

ITEM 13 APOSITO MEMBRANA POLIMERICA MULTIFUNCIONAL, ABSORBENTE DE EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE CON PLATA DE 10CM+/- 2CM X 10CM+/-2CM:
Solicitamos ampliar las medidas de la siguiente manera para que así se permita pluralidad de oferentes, así: **10CM+/- 3CM X 10CM+/-2CM**, como también retirar la palabra "PLATA" ya que este componente solo lo tiene una marca comercial, y más que eso este componente es agresivo para la piel del paciente para lo cual sugerimos también ampliar las especificaciones de manera de que queden:

APÓSITO CON EFECTO DE ADHESIÓN BACTERIANA CON GEL, ABSORBENTE Y CON UN BORDE ADHESIVO. COMBINA UNA MATRIZ DE HIDROPOLÍMEROS ALTAMENTE ABSORBENTES DE ADHESIÓN BACTERIANA CUBIERTA CON UNA PELÍCULA POLIURETANO SEMIPERMEABLE. EL BORDE DE FIJACIÓN ESTÁ HECHO DE UN HIDROGEL ADHESIVO LIBRE DE LÁTEX.

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN**, teniendo en cuenta que modifica las especificaciones técnicas en el rango de medida y en las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad en el estudio de mercado que describe la necesidad real de la entidad la utilización de la plata en los apósitos como antimicrobiano de amplio espectro y liberación regulada elimina y disminuye la carga bacteriana de las heridas infectadas y disminuye el riesgo de infección

BSN MEDICAL LIMITADA,

OBSERVACION No.1

Comendidamente solicitamos al comité ampliar el rango de margen para el Grupo 2, Ítem 1; ampliandó las medidas quedandó así: APÓSITO TRANSPARENTE PARA CATÉTERES 5cm +/- 1cm x 5cm +/- 2cm., y dejar las tiras de sujeción como opcional y permitir la forma rectangular. Esto a fin de tener mayor pluralidad de oferentes y permitir la participación de más marcas fabricantes.

RESPUESTA:

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y se le aclara al oferente que la especificación técnica solicitada y el rango de la medida solicitada por el oferente no se ajusta a la necesidad real de la entidad para poder suplir los requerimientos de nuestros pacientes

Atentamente,

Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Director Hospital Central Policía Nacional

Proyectó: IT ROBINSON ESPITIA VARGAS
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELÁSQUEZ
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: TC CARLOS ALIRIO FUENTES DURÁN
Jefe Área administrativa HOCEN
Revisado por: PS - 24, SANDRA PATRICIA FIGUEROA
Jefe (e) Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No 26-21 CAN
Teléfonos 580-4401 Ext 1654
robinson.espitia@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co



SG 8545 - 1-7-NT CO - SG 8545 - 1-7-NT