# SE PRESENTA INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS, SIGUIENDO PLAN DE MANTENIMIENTO VISITA DICIEMBRE 2023


| No. | ÁREA | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|
| 1 | **CONSULTORIO MEDICO 1** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, Se ha mejorado en los procesos de la ubicación de equipos biomedicos ya que se encontraron en cada area la totalidad de los equipos, asi mismo se ira mejorando con el seguimiento de la entrega de los equipos biomedicos, se realiza calibracion de equipos biomedicos con empresa medical solution, se da de baja tensiometro portatil |  |
| 2 | **CONSULTORIO MEDICO 2** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza verificacion de doppler, equipos de organos, tensiometros y equipos medicos del area en optimas condiciones, se recomienda realizar cambio de bateria del doppler por bateria recargable. |  |
| 3 | **CONSULTORIO MEDICO 3** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, asi mismo se ira mejorando con el seguimiento de la entrega de los equipos biomedicos, se realiza calibracion de equipos biomedicos con empresa medical solution, se da de baja tensiometro portatil, se recomienda dejar bascula pesa bebe en mesa fija. |  |
| 4 | **PYP** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, se realiza capacitacion al funcionamiento de equipo de organos riester, se recomienda dejar equipos en el area como tensiometro y fonendoscopio ya que no se encontraban dentro del area. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **ANBULANCIA NISSAN** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se reaizan pruebas de presion para tensiometros adulto y pediatrico. se realozia calibracion con empresa medical solution para calibracion se actulzian hojas de vida, no se encuentra tensiometro adulto se recomienda renovacion del equipo dentro de la unidad de trasnporte asistencial |  |
| 6 | **AMBULANCIA DIMAX** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad,equipos funcionales y en optimas condiciones, ambulancia desfibrilador monitor, se entregan equipos en optimas condiciones se realiza calibracion se recomienda adquisicion de parches adulto para desfibrilador. |  |
| 7 | **FARMACIA** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza y secado a la nevera de farmacia presentaba humedad interna se aumenta la periodicidad de secado interno |  |
| 8 | **CENTRAL DE GASES** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, termohygrometro funcional, se realzia calibracion del equipo, funcionamiento optimo |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | **ALMACEN** | equipos en buenas condiciones en modo, back-up. Funcionales para cada area, se realiza calibracion de termohygrometros del area. |  |
| 10 | **SALA DE PARTOS** | se realiza mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante equipos en optimas condiciones de funcionamiento, se brindan recomendaciones de limpieza de los equipos medicos y el cuidado de las condiciones fisicas, se realizanpruebas de tensiometros, lampara de calor radiante, se realiza calibracion de equipos con la empresa medical solution, equipos en optimas condiciones de funcionamiento. se entregan ceritificados en als hojas de vida, cargador para doppler no aparece en la unidad funcional se recomienda dejar los intrumentos en su lugar correspondiente. se recomienda cambio y adquicision de parches adulto para desfibrilador. |  |
| 11 | **ESTERILIZACION** | se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza a los equipos biomédicos, se realiza limadura de bandejas por concha en la bandeja inferior equipos funcionales. se realizacalibracion de termohgyrometro. con la empresa medical solution. |  |
| 12 | **HOSPITALIZACION** | se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se brindan recomendaciones de limpieza a los equipos medicos. se realizan pruebas de equipo nebulizadores, fonendoscopios, camas, tensiometros se realiza proceso de calibracion con termohygrometros equipos en optimas condiciones, |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | **URGENCIAS** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza proceso de validacion de equipos biomedicos, se encuentran tensiometros en otras areas, se realiza prioceso de calibracion para termohygrometros y tensiomestros basculas adulto y bascula pesa bebe, equipos en optimas condiciones de funcionamiento se recomienda realizar limpieza de las palas desfribrilador, camas camacunas y demas equipos biomedicos en suciedad visual muy grande. |  |
| 14 | **TELEMEDICINA** | equipos en modo back-up en el almacen |  |
| 15 | **ODONTOLOGIA CONSULTORIO 1 Y 2** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza cierre y calibracion de potencia eyector de alta, se realiza retiro de holder para enviar a fabricacion en 3d, se realiza calibracion de termohgyrometros y tensiometro digital del area, equipo en optimas condiciones de funcionamiento. se realiza cambio de silla de medico por daño en patas inferiores. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | **RAYOS X** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza cambio de contactor por daño, se realiza apertura de peliculas ya que presentaba bastante suciedad. |  |
| 17 | **VACUNACION** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza mantenimiento y limpieza interna de refrigerador de vacunacion con especialista del sena en refrigeracion, equipos en optimas condiciones. se realiza calibracion de termometros y termohygrometros del area con empresa de calibracion contratada por la institucion. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | **TERAPIA FISICA** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se recomienda cambio de cableados embras para tens portatil en malas condiciones. se recomienda realzia cambio de espumas de bicileta estatica area de agarre. |  |
| **10** | **LABORATARIO CLINICO** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad, se realiza calibracion de pipetas se recomienda cambio por daño en medicion, calibracion posee un mayor rango de medicion valorado a un aumento del 10%, se recomienda cambio general en pipetas de 100.1000ul y de 5-50 ul |  |
| **11** | **TOMA DE MUESTRAS** | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo y sus actividades de inspección verificación ajuste y limpieza, se realiza actualización documental, protocolos de los equipos biomédicos y trazabilidad. |  |