ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38104

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Bascula Mecánica con Tallimetro
NIT:	890982641-3	MARCA:	DETECTO
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	3P7044
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	140KG
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	1526
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Oficina Principal
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Ninguna
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del equipo para limpieza de bandeja de pesa, reglillas o caratulas de indicación, verificación y lubricación de asientos y cuchillas, verificación de contrapesos, limpieza externa. Chequeo operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	3 horas	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			

Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO


COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS




100
120
CAP.- 140 kg.
ECOKIT
PBX. 230 61 40
MEDELLÍN
MANTENIMIENTO
38104 22 12 05
ECOKIT
PBX. 601 86 13
CALIBRACIÓN
37968 22 12 05







ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38107

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	TENSIOMETRO DIGITAL
NIT:	890982641-3	MARCA:	LORD
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	14578
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	LD-578
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Se evidenció que el brazalete se encuentra con el velcro descosido.
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del instrumento para verificación y limpieza de la electrónica, display ,LCD, bomba de precisión, sensor de presión, cámara de aire, brazalete, limpieza exterior, verificación de baterías. Chequeo Operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	1 HORAS	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			


Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS


RANGE
25.4 TO 40.6 CM


RANGE
25.4 TO 40.6 CM
ALP K2
SPHYGMOMANOMETER
MADE IN JAPAN
ALP K2
1969

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38106

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Tensiometro de Manometro
NIT:	890982641-3	MARCA:	ALP K 2
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	555171
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	N/I
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Ninguna
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del manómetro para limpieza del mecanismo y caratula de indicación, revisión de la recamara, circuito de mangueras, válvula de presurización y pera. Chequeo operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	3 horas	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			

Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38109

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Hidrocolector para calor
NIT:	890982641-3	MARCA:	CHATTANOOGA
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	162596
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	2144
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Ninguna
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del equipo para revisión de sistema electrico,resistencias,verificación de tartjeta control de temperatura,verificacion de fugas en el tanque, revision de estructura , ensamble y chequeo operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	1 hora	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			


Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO


COORDINACION SERVICIO TECNICO


CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS


hydrocollator
steam pack
master heating unit








ACEPTACIÓN
DE SERVICIO

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38108

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Ultrasonido Terapeutico de Mesa
NIT:	890982641-3	MARCA:	ULTRASOUND
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	600806
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	DE-007A
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Ninguna
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del equipo para limpieza y verificación de la electrónica, desensamble de la cabeza (transductor del ultrasonido) para limpieza y verificación de conectores eléctricos, display, teclados. Chequeo operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	2 HORAS	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			

Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38110

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	EMS
NIT:	890982641-3	MARCA:	PRISMATEC
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	BSM12064
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	BODY SHAPER
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Se evidenció que el equipo solo posee un par de electrodos y normalmente estos equipos tienen 8 pares.
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del instrumento para verificación y limpieza de la electrónica, potenciómetros, canales de frecuencia y tensión, sistema eléctrico, electrodos, cables porta electrodos. Chequeo Operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	2 HORAS	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			


Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO


CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS






Prismatec
Programa
Body
Shaper
8
Tiempo
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4


R050672834



ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO: F-CSTE-04
VERSION: 01
FECHA VERSION 29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38112

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Tens Analogo
NIT:	890982641-3	MARCA:	N/I
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	N/I
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	GF-3
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	0509
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Se reemplaza repuesto el cual el cliente lo suministró
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del instrumento para verificación y limpieza de la electrónica, potenciómetros, canales de frecuencia y tensión, sistema eléctrico, electrodos, cables porta electrodos. Chequeo Operativo
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	1 HORAS	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			

Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS


HEATER
WARM
POWER
HoMEDICS


HEATER
WARM
POWER
HoMEDICS

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38111

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	TANQUE DE PARAFINA
NIT:	890982641-3	MARCA:	HOMEDICS
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	N/I
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	N/I
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Consultorio 1
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	El equipo no se puedo desamblar (destapar) porque presenta parafina
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del equipo para revisión de resistencia, tarjeta de control de temperatura, sistema de indicación de temperatura, verificación de hermetismo del tanque, chequeo operativo.
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	1 HORAS	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			

Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS

ECOKIT ELECTRONICS

INFORME DE SERVICIO

CODIGO:	F-CSTE-04
VERSION:	01
FECHA VERSION	29/06/2012

Metrología - Electromedicina - Electrónica - Soporte Técnico
Asesorías - Diseño Eelectrónico - Automatización - Robotica
Mantenimiento

No: 38105

CLIENTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	EQUIPO:	Bascula Digital Personal de Piso
NIT:	890982641-3	MARCA:	TANITA
DIRECCION:	Calle 76 E sur número 46b-82	SERIE No.:	N/I
CONTACTO:	JUAN SEBASTIAN MALDONADO	MODELO:	BF-680
CIUDAD:	SABANETA	CODIGO INVENTARIO:	N/I
TELEFONO:	(604) 288 01 26 EXT: CELULAR: 3206891447	AREA DE UBICACION:	Oficina Principal
E-MAIL:			

SERVICIO SOLICITADO

COTIZACION:		MANTTO. CORRECTIVO:		INSTALACION:		VALIDACION:		DIAGNOSTICO	
SUMINISTRO:		MANTTO. PREVENTIVO:	E	VERIFICACION:		CALIBRACION:			

FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO: **2022/12/05**

OBSERVACIONES:	Ninguna
DAÑO REPORTADO:	Ninguno
PREVENTIVO REALIZADO:	Desensamble del equipó para limpieza y verificacion de la electronica,portabateria,Verificacion de voltaje de bateria,celdas de carga,Display,Limpieza de plataforma de pesaje y carcasas.Chequeo operativo
CORRECTIVO REALIZADO:	Ninguno

GARANTIA: | OUTSOURCING: | FACTURABLE: | NO FACTURABLE: | CONTRATO: X | OPCION DE COMPRA

TIEMPO DE SERVICIO:	3 horas	NUMERO SRS:	
PRUEBAS DE VERIFICACION ANEXAS:		DOMICIILIO:	X
CONTRATO / CONVENIO No.		SERVICIO EN:	
EQUIPO CONFORME DESPUES DE LA INTERVENCION:	SI	LABORATORIO	
ORDEN DE TRABAJO / ORDEN DE COMPRA No.			
VISITAS REALIZADAS:		PENDIENTES:	OTROS:
EQUIPO APTO PARA OPERAR:	SI		
EQEQUIPO CONDICIONADO (S/N):			


Sandy Chitiva

Sandy Erika Chitiva Chala
INGENIERO/TECNICO/AUXILIAR
QUE REALIZA EL SERVICIO

COORDINACION SERVICIO TECNICO

CERTIFICA HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS






ECOKIT
PBX. 501 86 13
Medellín - Colombia
CALIBRACIÓN
37961 22 12 05
ECOKIT
PBX. 230 61 40
MEDELLÍN
MANTENIMIENTO
8105 22 12 05