**JED INGENIERIA.**
**ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.**
**NIT. 79´327.738-9**
**DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este**
**TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472**
**CELULAR: 316 4176951**
**Email: jedingcolombia@yahoo.es**

**MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.**



## TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL

**Error antes de calibración ángulo Horizontal: 10"**

| REFERENCIA | A (Colimador) |
|---|---|
| P1 | 00.00´00" |
| P2 | 180.00´00" |
| ERROR | 00.00´00" |

## TEST DE EXACTITUD ANGULO VERTICAL

**Error antes de calibración ángulo Vertical: 15"**

| | |
|---|---|
| P1 | 90.00´00" |
| P2 | 270.00´00" |
| ERROR | 00.00´00" |

**Error máximo permitido 10" respectivamente**

## TEST DE EXACTITUD DEL DISTANCIOMETRO

| Pista patrón (m) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Promedio | Error | Ajuste | Distancia final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.080 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 1mm | —— | 5.079 |

**Tolerancia permitida: +/- (2mm + 2ppm)**

**Patrón utilizado: Colimador marca South LF-3C y pistas patronadas**

**Nota: Este equipo sale en óptimas condiciones operativas y de funcionamiento.**

**La validez de este certificado es de seis meses a partir de la fecha de expedición.**
**Fecha de Caducidad: 21 - julio - 2023**

**ING. JORGE DIAZ**
**Ingeniero Servicio Técnico**



Powered by CamScanner