PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
ANEXO 4. FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Popayán 12 diciembre de 2023

Señores:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

REFERENCIA: PROCESO DE MC-CUC-00052-2023

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA RED TECNO – PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE POPAYÁN, VIGENCIA 2023 – LOTE No. 3

Giselle Daniela Torres identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de Soluciones integrales y funcionales de Colombia S.A.S, por medio del presente documento, manifiesto que mi oferta cumple con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento conforme con la siguiente información:

item	descripción	cantidad	cumple	No cumple
	Mantenimiento preventivo y correctivo de MEDIDOR DE PH marca SperScientific serial o referencia 860033, incluye calibración de los sensores de pH (ref. Probe 850059p) y conductividad (ref. S/N 10420911) con los que viene el equipo. Asi mismo, incluir repuesto del sensor de pH.	1		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de Purificador de agua Water Pro BT, marca LABCONCO. Con serial No. 200188083 C. Realizar limpieza externa e interna del equipo y mangueras trasnportasdoras de agua.Verificación del buen funcionamiento y limpieza de los filtros remobibles del equipo con con referencia 9019200 WaterPro BT Filter Pack. Verificar el correcto funcionamiento del equipo (sistema de control y limpieza de agua). Incluri un repuesto de los filtros con referencia 9019200 WaterPro BT Filter Pack.	1		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de Incubadora de	1		

	convección forzada Marca Jpinglobal. Modelo 2020 y referencia JPIDF115/110 60Hz. Incluir limpieza interna y externa. Revisión de sistema de calentamiento. Revisión, ajuste, limpieza, calibración y repuestos (de ser necesarios) del ventilador de la incubadora. Revisión del sistema de control y calibración del sistema de calentamiento y contrastarlo con termometro o sondas de temperatura.			
	Mantenimiento preventivo y correctivo de cámara Canon referencia 5d Mark iv - Comprobación y limpieza de sensores, incluye la limpieza del sensor de imagen, el espejo (si procede), la pantalla de enfoque (si procede), la superficie LCD externa y el cuerpo de la cámara Revisión de partes móviles (botones, tapas, interruptores) Revisión de la zapata del flash Revisar la ranura de tarjeta de memoria Revisión de la montura de lente Revisar la comunicación cámara/lente Realizar prueba de imagen (Revisar Exposición y Auto Enfoque) Revisar la operación de terminales de entrada/salida Apretar tornillos externos Verificar versión de firmware y actualizar (si aplica) Realizar mapeo de pixeles por pixeles calientes o muertos (si aplica)	1		

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Daniela Torres S.

Firma Representante Legal del oferente

Nombre: Giselle Daniela Torres

Documento Identidad: C.C. 1061758189

Correo Electrónico: slucionessifc@gmail.com

Lo anterior de acuerdo con el Pliego de Condiciones del **PROCESO DE SELECCIÓN MC-CUC-00052-2023**