	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Septiembre 5 de 2023	**HORA DE INICIO:**	2.00 pm	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	5 pm
LUGAR:	Gobernación del Quindío –secretaria de planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI x**		**NO**	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión mobiliario especializado del laboratorio de salud pública del Quindío. Ajustes necesarios equipos y duchas de emergencia y lavaojos					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA QUE REPRESENTA**
1	Juan Carlos Ríos	Arquitecto	Secretaria planeación
2	María Dilia Gómez Montoya	PU	LSP
3	María Alejandra Escobar Pinto	Ingeniera Biomédica	LSP
4	Liliana Vélez Botero	PU Coordinación	LSP
5	Luis Esteban Gómez de la Pava	Apoyo PGHIRS	LSP
6	Ivonne Bolívar Jiménez	Bacterióloga	LSP

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	**TEMA**	**RESPONSABLE DEL TEMA**
1	Revisión plano arquitectónico 1 piso-fichas técnicas - ajuste mobiliario y duchas de emergencia y lavaojos	Juan Carlos Ríos- Grupo del LSP
2	Revisión plano arquitectónico 2 piso-fichas técnicas - ajuste mobiliario y duchas de emergencia y lavaojos	Juan Carlos Ríos- Grupo del LSP

DESARROLLO TEMATICO

Después de cumplir con el compromiso de Sacar un listado de las dimensiones, peso, de los equipos robustos del laboratorio para plantearlos en las áreas del laboratorio, se procede a realizar revisión y ajuste necesario al mobiliario por área debido a que las mesas contempladas inicialmente eran de menor tamaño en profundidad y los equipos adquiridos durante este tiempo son de mayor profundidad a lo planteado inicialmente,
La dra Liliana plantea que es necesario revisar con los profesionales de cada área los procesos que realizan y evaluar los mesones que están planteados, por tal motivo en la reunión por cada proceso se involucran a los profesionales idóneos para este fin.
Se plantea que no se cambiaran especificaciones técnicas del proyecto, sino que se ajustaran los planos y ubicación del mobiliario de acuerdo con lo que se reivsa a continuación:

PISO 1: **1**-Bodega de almacenamiento de reactivos: En esta área se requiere por peligrosidad una ducha de emergencia y lava ojos al igual que se requieren: 4 gabinetes para ácidos y bases y 2 gabinetes para inflamables. 2- Bodega de insumos y elementos del laboratorio: se requieren gabinetes (5) y estanterías (5) como mínimo.3- Taller: se requiere en esta área un mobiliario mesa mural.
PISO 2: 1- Recepción de muestras microbiología agua envasada y alimentos. Se requiere mesón con poceta, mesa mural, fregadero, 1 armario, 1 carro transportador de muestras y mueble para pc.
2-Recepcion de muestras físico químico de aguas y alimentos: se requiere mesón con poceta, mueble computador, carro transportador de muestras, 1 armario.
3- Recepción de muestras medicamentos: se requiere un mesón con poceta, mueble computador, carro transportador de muestras.
4- Recepción de muestras microbiológico agua municipal: se requiere un mesón con poceta, mueble computador, carro transportador de muestras.
5- Recepción de muestras entomología: se requiere un mesón, mueble computador, carro transportador de muestras y 1 armario.
6-Recepción de muestras unidad para la vigilancia de eventos de interés en salud pública: se requiere un mesón, mueble computador, carro transportador de muestras.1 armario, fregadero.
7-Agua destilada: mesa mural con poceta Ajustar a 2 ml de distancia, carro y 1 armario.
8-Procesamiento taxonomía: mesa mural con poceta y armario.
9- Taxonomía colección: se requiere un mueble en L con poceta y 1 armario.
10- Pruebas Biológicas : mesa mural con poceta y 1 armario
11- Insectario: se requiere un mueble en L con poceta y 1 armario.
12. Inmunoserologia: requiere varias mesas murales (3), 1 armario y mesón central, debe tener poceta. Ubicar mesón central.
13- Cabina: se requiere una mesa mural y en la antecámara un lavamanos.
14 Microbiología Clínica: se requieren varias mesas murales alrededor con poceta y un mesón central, muebles en “U” en esta área van dos incubadoras cuya profundidad es 85cm por lo tanto los mesones deben ser de 90cm.
15-micobacterias (área de expansión) coloración y análisis: varias mesas murales con una poceta y 1 armario.
16-incubacion: mesar mural.
17-radicacion y lectura de cultivos: mesas murales con poceta y 1 armario.
18-lavado de material (sucio): mesas murales alrededor con poceta, carro y 1 armario.
19-esterilizacion y empaque: mesa mural con poceta y carro. OJO REVISAR LOS PASTRU.
20-Preparacion de reactivos y medios de cultivo: mesas murales con poceta, carro y 1 armario.
21- Incubación: se requiere una mesa mural, mesa larga 4.55, ojo mesa anti vibratoria.

22-Preparacion de medios alimentos: se requiere mesa en L, poceta, ojo el mesón se calienta.
23-Lectura y resiembra de identificación de patógenos: muebles murales en todo el área en "U "con poceta y Poner mesón central.
24-cabina siembra de alimentos: 3 muebles murales, 1 armario y mueble central.
25- Esterilización material sucia: mueble mural con poceta y 2 mesas.
26-Lavado de material: 2 muebles murales y poceta.
27-Esterilizacion Limpio: 2 muebles murales y poceta.
28-Siembra aséptica y repiques: 2 muebles murales y en antecámara mesón con poceta. Ojo
29-Control de calidad: muebles murales al lado y lado con poceta.
30-Parasitologia: 3 mesas murales con poceta y 1 armario.
31-cuarto oscuro: mesa mural, mesa con poceta, mesa.
32-Biologia molecular: post analítico mesón mural, 1 armario y mesa móvil.
32- Biología molecular: analítico, mesón mural con ampliación para equipo elite 90 cm y mesa mural, espacio para cabina.
32-Biologia molecular: pre analítico, mesón mural y mesón con poceta y espacio para cabina.
33-Almacenamiento muestras y contra muestras: 1 armario.
34- Almacenamiento muestras y contra muestras: 1 armario.
35-preparacion de muestras: mesas murales con poceta, 2 mesa mural, cabina de extracción.
36-Volumetria y espectrofotometría: ajustar la distribución según el plano arquitectónico, mueble central a 1,80 mts , muebles murales y2 gabinetes de seguridad inflamable y ácidos y 2 armarios .muebles ajustados a 90 cm por los equipos del área.
37- área de lavado y secado físico químico: mesón mural con poceta y mesa mural.
38- Lab. Para la vigilancia de factores del riesgo y del ambiente del consumo Lab. Medicamentos (pruebas básicas: 2 mesas murales y mesón con poceta ,1 mesón central, cabina extractora y 1 armario.
39- Lab. común de apoyo (eventos no contemplados en las demás áreas): mesón con poceta, mesón central y 3 mesones murales.
40- Esterilización material limpio: mesón con poceta y mesón mural.
41 Recepción material sucia: mesón con poceta y mesón mural.
42-siembra de muestras: un mesón con poceta, mesón mural, espacio para cabina y 1 armario.
43- Parasitología: mesón con poceta y mesón mural.
44- Incubación: mesón mural ampliado a 90 cm por equipos.
45-balanzas: 2 mesones anti vibratorios.
46-absorcion atómica: brazo con extracción se debe aumentar de acuerdo al equipo, mesón mural con poceta y 1 armario.
47-Instrumental: 1 mesón con poceta, 2 mesones murales y 1 armario, ampliar la profundidad del mesón a 90 cm.
48-Bromatologia: Cabina extractora, mueble mural con poceta sin barreras, mueble doble, carro, mesón mural central y 1 armario ampliar la profundidad del mesón a 90 cm, 1 armario de ácidos y 1 armario de inflamables.
49- lavado de material sucio y secado: 1 mesón con poceta y 2 mesón mural.

50-Bebidas alcohólicas: mesón con poceta sin barreras, reubicar de acuerdo al plano, 2 mesones murales ampliar la profundidad del mesón a 90 cm.
51- Preparación de medios: Mesón mural en L con poceta.

DUCHAS EMERGENCIA Y LAVAOJOS
Ubicación duchas y lavaojos más importantes para las áreas

- 1er piso Almacén: Ducha de emergencia con lavaojos

2do Piso

- Micobacterias: DUCHA-LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN PEDESTAL
- Microbiología clínica: DUCHA-LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN PEDESTAL
- Pasillo que cubre todo biología molecular y otras: DUCHA-LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN PEDESTAL
- Entomología: Lavaojos
- Área común apoyo: Lavaojos
- Preparación muestras Físico químico: Lavaojos
- Bebidas alcohólicas: Lavaojos
- Bromatología: Lavaojos
- Volumetría Físico químico: Ducha de emergencia

Las duchas lavaojos que tenga el proyecto en otra área diferente puede dejarse si no interrumpe el pasillo.




CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. El equipo técnico del laboratorio de salud publica y el apoyo a la supervisión, realizo la revisión de los muebles por cada zona (los cuales fueron entregados con la consultoría inicial del laboratorio), renombrando los espacios para facilitar la comprensión de los planos, en este contexto Todas las áreas técnicas se revisaron y quedaron con el mobiliario requerido y con duchas lavaojos y de emergencia en las áreas de mayor importancia según lo indicado por la dra Liliana Velez y los profesionales que apoyaron la labor.
2. Se requiere actualizar los planos renumerando las zonas y con estos realizar el respectivo ajsute al cuadro de mobiliario de laboratorio.
3. El mobiliario del laboratorio sugerido, debe estar acorde a los procesos que se realizan en el laboratorio, por lo anterior se hace necesario realizar el ajuste de planos y codificación de espacios.
4. Se menciona que al realizar el ajuste del mobiliario no implica cambio de especificación técnica, solo implica mover en el espacio los diferentes muebles acordes al proceso que se realiza en cada zona.
5. Faltan las sillas del área técnica y mobiliario del área administrativa.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Se anexa registro de asistencia a la reunión- registro fotografico
	Se anexan planos modificados

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Apoyar en la consecución de cotizaciones a los proveedores.	Septiembre 6-8 de 2023	Apoyo a la supervisión y Liliana Vèlez Botero	
Hacer estudios del sector y completar el estudio previo con las especificaciones.	Pendiente programar	Apoyo a la supervisión y Liliana Vèlez Botero	
Realizar otras reuniones para establecer la necesidad de las sillas del laboratorio	Pendiente programar	Apoyo a la supervisión y Liliana Vèlez Botero	
Solicitar reunión para mobiliario administrativo	Pendiente programar	Apoyo a la supervisión y Liliana Vèlez Botero	
Solicitar reunión para evaluar presiones del laboratorio (modificaciones de puertas)	Pendiente programar	Apoyo a la supervisión y Liliana Vèlez Botero	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Juan Carlos Ríos	Apoyo a la supervision	
María Dilia Gómez Montoya	PU	
María Alejandra Escobar Pinto	Ingeniera Biomédica	
Liliana Vélez Botero	PU Coordinación	
Luis esteban Gomez de la Pava	Apoyo líder residuos	
Ivonne Bolivar Jimenez	PU	

ELABORACIÓN	**REVISIÓN**	**APROBACIÓN**
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG